

Komunikat Dyrektora w sprawie artykułu zamieszczonego w Częstochowskim wydaniu Gazety Wyborczej dnia 07.11.2013 roku nt. „ Chirurdzy z Parkitki piszą o braku jałowych narzędzi i urządzeń monitorujących stan pacjenta oraz zepsutego aparatu USG”

W odpowiedzi na powyższy artykuł informuję iż:

- Kierownik SOR-u zdementowała informacje dotyczące braku niesprawnego aparatu ultrasonograficznego w oddziale, braku sterylnych narzędzi chirurgicznych niezbędnych do zabezpieczenia pracy w SO R. Istniała również możliwość monitorowania pacjenta w trakcie transportu. W oddziale dostępne były 3 defibrylatory i pulsoksymetr, mogące służyć do monitorowania parametrów życiowych chorej.

Zdaniem Kierownika SOR:

- transport do TK trwający 1,5 godziny wykonany przez 6 pracowników medycznych jest błędem organizacyjnym.. Do transportu pacjentów w ciężkim stanie z monitorowaniem i drenażem wystarczą 4 osoby (w tym konieczny anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna).

Z notatki służbowej (z dnia 27.10.2013 r.) sporządzonej przez pielęgniarki dyżurne SOR wynikało, iż wykonano drenaż klatki piersiowej – lewostronny (dostępny do wykonania tej procedury był następujący sprzęt: butle, trokary, dreny do drenażu opłucnej – w dużej ilości oraz pojedyncze sterylne narzędzia chirurgiczne: imadło, nożyczki, kocher, pean).

W Książce Raportów Kierownika Dyżuru brak było adnotacji o zaistniałych problemach w godzinach nocnych.

Kierownik Dyżuru przekazał do kancelarii szpitala dnia 30 października br. pisemną notatkę służbową sporządzoną 29 października br. z dołączonym pismem przez dyżurnych chirurgów z dnia 29 października br.

Opierając się na wyjaśnieniach Kierownika SOR-u , Pielęgniarki Koordynującej, Pielęgniarek Dyżurnych podtrzymuję swoje stanowisko w powyższej sprawie.

Dyrektor Jarosław Madowicz