

Częstochowa, dn. 02.03.2018 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Znak sprawy: DAZ.26.010.2018

L.dz.: 554/18

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej ustawa PZP), Zamawiający:

I. udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1:

Proszę o dopuszczenie część 4 poz. 8 Argon butli 10l, butla 5l jest nietypowa i uniemożliwia złożenie oferty na pozostały asortyment lub wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na **wydzielenie z części nr 4 pozycji nr 10 wraz z kosztami dzierżawy (pozycja nr 8) i transportu i tworzy kolejną część nr 5**, która stanowi Załącznik nr 2e do SIWZ.

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 2d – Część nr 4 oraz nowo utworzony Załącznik Nr

2e do SIWZ – Część Nr 5. **Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmian w składanych ofertach.**

W wyniku zmiany Zamawiający dokonuje **modyfikacji wysokości wymaganego w niniejszym postępowaniu wadium**. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w wysokości określonej w pkt II niniejszych „Wyjaśnień i zmian treści SIWZ”.

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający dokonuje zmiany § III ust. 2 pkt 1 i ust.4, 6, §VII ust. 19 pkt 2), § VIII ust. 1, §XIV ust. 2 SIWZ oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ w zakresie §1 ust. 2 pkt 1. Wprowadzone zmiany zawarto w pkt II niniejszego pisma.

II. W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ, w wyniku odpowiedzi na pytanie nr 1, Zamawiający dokonuje zmiany § III ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4,6 SIWZ, §VII ust. 19 pkt 2) SIWZ, § VIII ust. 1 SIWZ, §XIV ust. 2 SIWZ oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ w zakresie §1 ust. 2 pkt 1, które otrzymują brzmienie:

§ III ust. 2 pkt 1

„2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) zakup gazów medycznych i technicznych w butlach, w asortymencie, ilości i pojemnościach określonych w Załączniku Nr 2a, 2b, 2c, 2d i 2e do SIWZ - formularzu asortymentowo-cenowym,”

§ III ust. 4

„4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku Nr 2a, 2b, 2c, 2d i 2e do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załączniku Nr 4 do SIWZ.

§ III ust. 6

„6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku Nr 2a, 2b, 2c, 2d i 2e do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot zamówienia”

§VII ust. 19 pkt 2),

„2) formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2a, 2b, 2c, 2d i 2e do SIWZ (oryginał) - wypełniony w sposób czytelny, z należytą starannością. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe obliczenie cen poszczególnych pozycji i sumy formularza oraz prawidłowe przeniesienie jej do formularza ofertowego.

Formularz asortymentowo-cenowy powinien być umieszczony bezpośrednio za formularzem ofertowym”

§ VIII ust. 1,

„1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana w przypadku składania oferty na całość zamówienia określonego w przedmiotowym postępowaniu wynosi **13.176,00** zł. W przypadku składania oferty na wybrane części zamówienia należy wnieść wadium w wysokości podanej j.n.:”

Część Nr 1 –	7.299,00 zł.
Część Nr 2 –	2.890,00 zł.
Część Nr 3 –	635,00 zł.
Część Nr 4 –	2.332,00 zł.
Część Nr 5 –	20,00 zł.

§XIV ust. 2

„2. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2a, 2b, 2c, 2d i 2e do SIWZ, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik do formularza oferty, według następujących zasad:

- 1) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę,
- 2) ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością **do dwóch miejsc po przecinku**,
- 3) brak wypełnienia i określenia ceny w formularzu asortymentowo-cenowym i druku formularza oferty spowoduje odrzucenie oferty,
- 4) upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych netto, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia”

Załącznik Nr 4 do SIWZ w zakresie §1 ust. 2 pkt 1

„2. Przedmiotem umowy jest:

- 1) zakup gazów medycznych i technicznych w butlach w asortymencie, ilości i pojemnościach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy - formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2a, 2b, 2c, 2d i 2e do SIWZ”.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie zmian treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 20.03.18, godz. 11:30 termin otwarcia ofert: 20.03.18 r., godz. 11:45

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

[Signature]
lek. med. Dariusz Kaczmarek