



Częstochowa, dn. 29.11.2019 r.

dot. przetargu nieograniczonego pn.:

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DO REKONSTRUKCJI PIERSI dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Znak sprawy: **DEZ.26.119.2019**

L.dz. 4474 /19

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 1

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w części 3 poz.1 – Implanty anatomiczne

Czy Zamawiający dopuści protezy anatomiczne z 3 warstwami elastomeru silikonowego, o trzech wysokościach i 3 projekcjach, o powłoce teksturowanej i mikroteksturowanej, bez systemu mocowania do tkanki, bez barwnego znacznika, bez paszportu elektronicznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza parametru „trzy wysokości i trzy projekcje implantu”, ze względu na brak możliwości wykonywania wszystkich rekonstrukcji piersi (pełnego zakresu). Pozostałe parametry wymienione w pytaniu 1 zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w części 3, poz.2 - Implanty okrągłe

Czy Zamawiający dopuści protezy okrągłe, o powierzchni teksturowanej i mikroteksturowanej wielkości 95-695 ml, bez barwnego znacznika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **05.12.2019** r. termin składania i otwarcia ofert.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych dopuszczeń w składanych ofertach.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Zbigniew Bajkowski

.....

podpis
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej