

Częstochowa, dn. 16.05.2017 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: „INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO”.

Znak sprawy: DAZ.26.033.2017

L.dz.: *101*...../17

**SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ
Z DNIA 12.05.2017 r.**

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 104/118, stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy PZP, dokonuje sprostowania „**WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ**” z dnia 12.05.2017 r. (L.dz.: 1123/17). Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pytaniu nr 23.

Jest:

Pytanie 23:

Prosimy Zamawiającego o rezygnację lub potwierdzenie że Zamawiający wymaga lamp zabiegowych jednoczasowych posiadających przygotowanie do samodzielnego montażu kamery HD w miejsce uchwytu sterylnego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby w pampach zabiegowych istniała możliwość zainstalowania kamery HD.

Powinno być:

Pytanie 23:

Prosimy Zamawiającego o rezygnację lub potwierdzenie że Zamawiający wymaga lamp zabiegowych jednoczasowych posiadających przygotowanie do samodzielnego montażu kamery HD w miejsce uchwytu sterylnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga w lampie zabiegowej przygotowania do samodzielnego montażu kamery HD w miejsce uchwytu sterylnego.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

p.o. Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

dr n. med. Janusz Kapustecki

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej