

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia²⁸...-08-2017r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
**NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO ELEKTROSTYMULACJI SERCA
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**
Znak sprawy: DAZ.26.084.2017
L.dz. ...²⁰⁵⁰.../17

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie: Część 1, tabela parametrów wymaganych, pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści stymulator dwujamowy z okresem refrakcji przedsionkowej w zakresie A: 300-775[ms] oraz okresem refrakcji komorowej w zakresie V: 200-500[ms]? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stymulator dwujamowy z okresem refrakcji przedsionkowej w zakresie A: 300-775[ms] oraz okresem refrakcji komorowej w zakresie V: 200-500[ms], pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **06.09.2017r.** termin składania i otwarcia ofert.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Marek Mikołajczyk
.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej