

Częstochowa, dnia 29.....-05-2017r.

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa  
tel. i faks: 34/ 367-37-53

## WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:  
**DOSTAWA ŚRODKÓW MYJĄCO- DEZYNFEKCYJNYCH  
ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA  
CENTRALNEJ STERYLIZATORNI**  
Znak sprawy: DAZ.26.049.2017

L.dz. 1301...../17

### Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

#### Pytanie 1:

Pakiet nr 3 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści preparat działający w stężeniu 0,25 % do 0,4 %, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat działający w stężeniu 0,25 % do 0,4 %, spełniający pozostałe zapisy SIWZ.**

#### Pytanie 2:

##### Dotyczy Części nr 3:

Poz. 1 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o pH 8,5 do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, różnego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej? Preparat posiada doskonałe właściwości myjące potwierdzone badaniem DCP, potwierdzoną skuteczność rozpuszczania biofilmu, badanie elektrochemiczne korozji wżerowej zgodnie z normą NFS 94-402-1 zapewniające ochronę przed korozją, doskonałą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniami. Nie wytwarza piany, zawiera w swoim składzie kompleks enzymatyczny (proteaza, amylaza, lipaza), który w połączeniu z niejonowymi i anionowymi środkami powierzchniowo-czynnymi szybko i skutecznie usuwa silne zanieczyszczenia organiczne już w stężeniu 0,5 % (nie ma potrzeby stosowania wyższych stężeń, co wpływa na ekonomikę stosowania produktu). Opakowanie 1L z dozownikiem przelewowym.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl). Zamawiający zachowuje termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 02.06.2017r.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
lek. med. Marek Mikołajczyk  
Podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej