



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Białka 104/118 42-200 Częstochowa
tel. centrala : (34) 367 30 00 sekr. Dyrektora: (34) 367 31 04
fax : (34) 365 17 56 e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
Regon: 001281053 NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 034 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dn. 25-05-2018r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

**DOSTAWA SPRZĘTU ANGIOPLASTYCZNEGO
– WYROBY I SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**
oznaczenie sprawy: DAZ.26.033.2018

L.dz.: 1767/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Część Nr 4

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 4 systemu do aspiracji skrzeplin z markerem na dystalnym końcu cewnika, marker głębokości o długości 25 cm, umieszczony 3 cm od końca dystalnego; średnica zewnętrzna cewnika 3,9 F (dla 6 F) i 4,8 F (dla 7 F); średnica aspiracyjna 1,0 mm dla cewnika kompatybilnego z 6 F, światło ssące 0,95 mm² dla 6 F; profil wejścia 0,014"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **04-06-2018r.** termin składania i otwarcia ofert.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

dr n. med. Janusz Kapustecki

.....
podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej

