

Częstochowa, dn. 06.10.2017 r.

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

## WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWYCH: LAMPY RTG I PRZEWODÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM SENSATION 40 EKSPLOATOWANEGO W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIAŁSKIEJ 104/118 WRAZ Z WYKONANIEM TESTÓW AKCEPTACYJNYCH I PRZEGLĄDU OKRESOWEGO.

Znak sprawy: DAZ.26.100.2017

L.dz. 2524 /17

## WYJAŚNIENIA nr 2 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

### 1. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 4 ust.5

Prosimy o potwierdzenie, że „zaświadczenie dla personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonej aparatury/po odbytym szkoleniu” dotyczy szkolenia w zakresie obsługi i aplikacji urządzenia (Tomograf komputerowy). Zwracamy uwagę, że producent nie przewiduje szkolenia z zakresu obsługi lampy.

**Odpowiedź: Potwierdzamy.**

### 2. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 5 ust. 2

Uprzejmie prosimy o weryfikację zapisów we wskazanym ustępie przez usunięcie zapisów jako nieadekwatne do przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że przedmiotem umowy jest dostawa lampy, która jako część składowa całego aparatu Somatom Sensation 40 nie podlega przeglądom.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis.**

*W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ).*

### 3. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 6

Prosimy o dopisanie ustępu nr 7 o następującej treści:

*„Rękojmię wyłącza się”*

Zwracamy uwagę, że słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### 4. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 7 ust.1

Prosimy o usunięcie słowa: „pogwarancyjnym” – Zamówienie nie obejmuje okresu pogwarancyjnego.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis „pogwarancyjny”.**

*W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ).*

#### **5. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 8 ust.4**

Upzejma prośba o zastąpienie sformułowania: „otrzymania informacji o reklamacji” słowami: „uznania reklamacji” Zwracamy uwagę, że w pierwotnym brzmieniu procedura reklamacyjna nie zakłada reklamacji nieuzasadnionych – reklamacje są automatycznie uznane za uzasadnione

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie sformułowania: „otrzymania informacji o reklamacji” słowami: „uznania reklamacji”.

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ).

#### **6. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 8 ust.4**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów przez dopisanie na końcu ustępu sformułowania: „Wykonawca rozpatruje reklamacje w ciągu 5 dni roboczych”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu ustępu sformułowania: „Wykonawca rozpatruje reklamacje w ciągu 5 dni roboczych”.

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ).

#### **7. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 10 ust.2**

Upzejmie prosimy o dopisanie słowa: „kolejnego” po słowach: „a kolejne do 30 dnia każdego” celem doprecyzowania zapisów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie słowa: „kolejnego” po słowach: „a kolejne do 30 dnia każdego.”

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ).

#### **8. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 10 ust. 4**

Prosimy o usunięcie. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art.54 ustawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie par. 10 ust. 4 wzoru umowy.

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ).

#### **9. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 11 ust.1 pkt 1 i pkt 3**

Prosimy o zmianę słowa: „opóźnienia” na słowo: „zwłok”. Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **10. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 11 ust.1 pkt 1**

Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowy, przez dodanie sformułowania: „łącznie nie więcej niż 10% ww. kwoty” – na końcu punktu.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **11. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 11 ust.1 pkt 2**

Prosimy o usunięcie – szkolenie nie jest objęte przedmiotem umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla par. 11 ust.1 pkt. 2 wzoru umowy.

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ).

#### **12. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 11 ust.1 pkt 3**

Prosimy o weryfikację zapisów we wskazanym punkcie. Zwracamy uwagę, że wskazany termin 14 dni jest

sprzeczny z terminem par. 7 ust.1

**Odpowiedź:** Zamawiający w par. 11 ust.1 pkt 3 wzoru umowy zmienia z 14 dni na 5 dni roboczych.

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ).

### **13. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie ustępu o następującej treści:

Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do par.11 wzoru umowy, ustępu nr 5 o zaproponowanej przez wykonawcę treści.

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ).

### **14. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 12 ust.1**

Prosimy o nadanie następującego brzmienia ustępowi:

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5. ze skutkami określonymi w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.*

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### **15. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 13 ust.1**

Prosimy o zmianę zgodną z art. 145 § 2PZP tj. prosimy o zastąpienie sformułowania: „Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze” słowami: „Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie części umowy.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ. Przedmiotem jest dostawa z montażem i zamawiający traktuje zamówienie jako całość.

### **16. Pytanie dot. Zał. 2 do SIWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy , tabela , pkt 3**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania przeglądu całego urządzenia, tj. tomografu komputerowego. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie przeglądu - dla lamp rtg nie wykonuje się odrębnych przeglądów

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga przeglądu po zamontowaniu lampy.

### **17. Pytanie dot. Zał. 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 5**

Prosimy o usunięcie wskazanego punktu. Informujemy, że gwarantowany przez producenta okres dostępności części kończy się w 2022 roku.

**Odpowiedź:** Zamawiający skraca termin do co najmniej 5 lat.

W załączeniu zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia (stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ).

### **18. Pytanie dot. Zał. 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 6,7**

Prosimy o usunięcie jako nieadekwatne do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla zapisy nieadekwatne do przedmiotu umowy.

W załączeniu zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia (stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ).

### 19. Pytanie dot. SIWZ rozdz. III pkt 7

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli przedmiot Zamówienia zostanie odesłany do producenta?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest przepisami ochrony środowiska i troską o środowisko naturalne.

Zwracamy uwagę, że firma nasza stosuje system organizacji zaopatrzenia w fabryczne oryginalne części zamienne uwzględniający wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska m.in. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. System taki zgodny z ISO nakazuje powtórne wykorzystanie elementów w pełni sprawnych, takich które nie podlegają obciążeniom mechanicznym i zmęczeniowym, a wymianę elementów składowych mogących mieć wpływ na jakość i trwałość wymienianego modułu. Powyższe nadaje priorytet wszelkim procesom przygotowania produktu do ponownego użycia oznaczającego procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub ich składniki, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane. Wymontowane części, mogące podlegać procesowi regeneracji lub utylizacji zostaną przekazane Wykonawcy i odesłane do producenta w celu utylizacji lub podjęcia innych działań zgodnych z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza możliwość odesłania do producenta.

### 20. Pytanie dot. SIWZ rozdz. III pkt 1.1

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa lampa ma być oryginalna, w oryginalnym opakowaniu.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający potwierdza.

### 21. Pytanie dot. SIWZ rozdz. III pkt 1.1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nabył urządzenie Somatom Sensation 40 wraz z kompletnym oprogramowaniem użytkowym w obrębie wykupionych licencji a od Wykonawcy oczekuje posiadania stosownych kodów i kluczy serwisowych (które są odrębnie licencjonowane w stosunku do oprogramowania użytkowego) niezbędnych do wykonania pełnej procedury wymiany lampy.

Brak wyraźnego rozdzielenia oprogramowania użytkowego od serwisowego może skutkować problemami interpretacyjnymi, która ze stron (Zamawiający czy Wykonawca) odpowiedzialna jest za posiadanie odpowiednich licencji do korzystania z oprogramowania serwisowego, niezbędnego do wykonania pełnej procedury wymaganej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Tak, zamawiający nabył. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał odpowiednie przyrządowanie niezbędne do prawidłowego zamontowania przedmiotu zamówienia, tak aby tomograf komputerowy był w pełni sprawny.

### 22. Pytanie dot. Zał. 7 do SIWZ Umowa par. 2 ust.3

Uprzejmie prosimy o skrócenie czasu dostawy przedmiotowego sprzętu do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Zwracamy uwagę, że skrócenie czasu dostawy leży w interesie Zamawiającego i tym samym przyspieszy pełną sprawność aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga czasu dostawy do 4 dni roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.

*W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ).*

### 23. Pytania dot. poniższych kwestii

1. Prosimy o udostępnienie danych finansowych (bilans i rachunek wyników, zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych) oraz opinii i raportu z badania biegłego rewidenta za lata 2015-2016. Prosimy aby rachunek zysków i strat zaprezentowany był w wariantach porównawczym lub zostały dodatkowo przedstawione koszty rodzajowe.

**Odpowiedź:** Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem za lata 2015 – 2016 stanowią załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ.

2. Czy istnieje możliwość dodatkowego zabezpieczenia wiarygodności Wykonawcy w postaci: weksła in blanco, poręczenia przez organ założycielski Szpitala, cesji należności z kontraktu z NFZ? Jeśli tak do jakiej kwoty?

**Odpowiedź:** WSzS im. NMP w Częstochowie przewiduje dodatkowe zabezpieczenie wiarygodności Wykonawcy w postaci weksła in blanco.

3. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.

**Odpowiedź:** Wobec WSzS im. NMP w Częstochowie prowadzone są postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań na łączną kwotę 7.319.132 zł. (słownie złotych: siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści dwa 00/100).

4. Czy Zamawiający posiada plan naprawczy (program restrukturyzacyjny)? Prosimy o jego udostępnienie.

**Odpowiedź:** Program naprawczy na lata 2017-2019 stanowi załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ.

5. Czy Zamawiający posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędem Skarbowym? Jeśli tak Wykonawca prosi o podanie kwot zaległości i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich porozumień. W przypadku braku zaległości czy Zamawiający zgadza się na udostępnienie zaświadczeń ze wspomnianych instytucji (nie starszych niż trzy miesiące) przed podpisaniem umowy?

**Odpowiedź:** Umowa z ZUS stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do zapisów umowy punktu o możliwości postawienia wierzytelności przez Wykonawcę w stan natychmiastowej wymagalności w sytuacji przekształcenia Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w spółkę kapitałową.

**Odpowiedź:** Nie.

7. Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość zapłacił Szpital w latach 2015-2016?

**Odpowiedź:** Wartość otwartych roszczeń wobec WSZ z tyt. błędów medycznych na dzień 06.10.2017r. opiewa na 4.335.014,62 zł

Wartość kwoty zasądzonej przez Sądy wobec WSZS wynosi 457.300,00 zł.

Szpital w chwili obecnej zapłacił tytułem w/w roszczeń kwotę 1 000,00zł

8. Wykonawca prosi o udostępnienie struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31/12/2016 oraz 30/06/2017?

**Odpowiedź:**

Struktura należności i zobowiązań na 31.12.2016r. oraz na 30.06.2017r.

Struktura należności	Należności (w zł)	
	31-12-2016 r.	30-06-2017 r.
Ogółem, z tego:	32.904.955	19.217.100
terminowe:	20.876.958	17.323.633
przeterminowane, w tym:	12.027.997	1.893.467
0-30 dni:	10.659.200	194.402
31-90 dni:	110.553	253.656
91-180 dni:	113.328	209.496
powyżej 180 dni:	1.144.916	1.235.913
Struktura zobowiązań	Zobowiązania (w zł)	
	31-12-2016 r.	30-06-2017 r.
Ogółem, z tego:	75.108.962	78.959.923
terminowe:	24.289.755	19.294.664
przeterminowane, w tym:	50.819.207	59.665.259
0-30 dni:	8.411.949	7.122.167
31-90 dni:	12.524.338	12.214.780
91-180 dni:	10.803.737	17.213.547
powyżej 180 dni:	19.079.183	23.114.765

9. Wykonawca prosi o zestawienie kredytów/pożyczek/leasingów i innych umów o tym charakterze wg stanu na dzień 31.12.2016 oraz ostatni dostępny okres, zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie umowne.

**Odpowiedź:**

Kredyt na 31.12.2016r.

Getin Noble Bank S.A. Warszawa, ul. Przyokopowa 33. Kredyt na 31.12.2016r. wynosił 6.666.672,00 zł. (słownie złotych: sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa 00/100).

Kredyt/ pożyczka na 30.09.2017r.

1) Getin Noble Bank S.A. Warszawa, ul. Przyokopowa 33. Kredyt na 30.09.2017r. wynosi 666.678,00 zł. (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem 00/100) – ostatnia rata płatna do 31.10.2017r.; zabezpieczenie stanowią kontrakty z NFZ do wysokości 150% sumy rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w danym okresie (miesiącu), weksel własny in blanco.

2) De Lage Landen Leasing Polska S.A., Warszawa, ul. Inflancka 4B, pożyczka na 30.09.2017r. wynosi 16.500.000 zł (słownie złotych: szesnaście milionów pięćset tysięcy 00/100). Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowią:

1) cesja wierzytelności z umów z NFZ do wysokości 150% sumy rat kapitałowych i odsetek przypadających do spłaty w danym okresie (miesiącu),  
2) weksel własny in blanco.

Pożyczka spłacana jest w równych ratach miesięcznych do 31 lipca 2019r. (22 raty miesięczne).

Umowy leasingowe i inne umowy o tym charakterze nie występują.

10. Na jaki okres zawarte są obecnie trwające umowy/kontrakty z NFZ?

**Odpowiedź:**

Okresy obowiązywania umów z NFZ:

1) 123/100147/03/8 – umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej od 01.10.2017r do 30.06.2021r

2) 123/100147/04 – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień do 30.06.2018r

3) 123/100147/05 – rehabilitacja lecznicza – do 30.06.2019r

4) 123/100147/10 – profilaktyczne programy zdrowotne – do 30.06.2022r

5) 123/100147/11 – świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie do 30.06.2018r

6) 123/100147/14 – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – do 30.06.2019r

7) 123/100147/15 – opieka paliatywna i hospicyjna – do 30.06.2019r

8) 123/100147/03/5S – programy lekowe zakontraktowane od 1.08.2017r do 30.06.2021r

9) 123/100147/03/1/ - leczenie szpitalne w zakresie chirurgii naczyń do 31.03.2018r.

11. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, w tym lekarzy, łóżek oraz hospitalizowanych wg stanu na ostatni zakończony rok oraz bieżący okres (kwartał).

**Odpowiedź:**

Liczba łóżek:

**2016 rok** ( stan na 31.12.2016r) 1 140, w tym 60 inkubatorów,

**2017 rok** ( stan na 30.09.2017r) 1 141, w tym 60 inkubatorów.

Liczba hospitalizowanych:

2016 rok 41 756 + 145 pacjentów psychiatria dzienna+21 372 dializ

2017 rok ( za 9 miesięcy 2017 roku) 32 227 + 165 pacjentów psychiatria dzienna +15 537 dializ

Liczba zatrudnionych ogółem na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2190 osób, w tym 345 lekarzy.

Liczba zatrudnionych ogółem na dzień 30.09.2017 r. wynosi 2208 osób, w tym 343 lekarzy.

12. W przypadku gdy Zamawiający posiada nadwykonania prosimy o podanie informacji jaki jest ich poziom w roku bieżącym, jaki był w roku poprzednim oraz jaka część została uznana przez NFZ.

**Odpowiedź:**

Wartość nadwykonań:

**2016 rok:**

Wartość nadwykonań ( przed podpisaniem ugód) 14 107 716,00 zł

Sfinansowane nadwykonania w ugodach 10 380 524,00 zł, tj. 73,58%

**9 miesięcy 2017 roku:**

Wartość nadwykonań – stan na 30.09.2017r ( po renegecjach) 10 560 975,83 zł

Wartość renegekcji przeprowadzonych przez NFZ w ciągu 9 miesięcy 2017r (przesunięcia środków finansowych + dodatkowe środki finansowe):

„na plus” 15 948 026,50 zł

„na minus” – 10 031 203,17 zł

5 916 823,33 zł

13. Czy Zamawiający dopuszcza datę spłaty kolejnych rat na ostatni dzień każdego miesiąca?

**Odpowiedź:** Stosownie do odpowiedzi udzielonej w pytaniu nr 7.

14. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, gdy Zamawiający opóźni się ze spłatą którejkolwiek raty (lub jej części) ponad 30 dni?

**Odpowiedź: Nie.**

15. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, gdy od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, które zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy?

**Odpowiedź: Nie.**

16. Czy Zamawiający dopuszcza dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy?

**Odpowiedź: Nie.**

W związku z istotnymi zmianami, dokonany w wyniku niniejszych wyjaśnień treści SIWZ, Zamawiający przekazuje (w załączeniu do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ), **zmodyfikowane:**

**1)** wzór umowy (*stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ*).

**2)** opis przedmiotu zamówienia (*stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ*).

**Wykonawcy są zobowiązani w ofertach uwzględnić zmodyfikowane załączniki do SIWZ.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: **12.10.2017 r. godz. 10:00.**

Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: **12.10.2017 r. godz. 10:30.**

**DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
IM. NAJSWIĘTSZEJ MARYI PANNY W  
CZĘSTOCHOWIE**

**Lek med. DARIUSZ KACZMAREK**

.....  
podpis  
kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż lampy RTG, przewodów wysokiego napięcia do tomografu komputerowego Somatom Sensation 40  
sn: 57 286; rok produkcji 2008eksploatowanego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej  
kod CPV [33100000-1](#), [50421200-4](#), [33115000-9](#).)

Producent .....

Nazwa-model/typ .....

Kraj pochodzenia .....

Rok produkcji .....

#### WYMAGANIA TECHNICZNE

Lp.	PARAMETR	Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE	Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów
	<b>Producent</b>	<b>Podać</b>	
	<b>Model/Typ</b>	<b>Podać</b>	
1.	Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017	TAK	
2.	Wykonanie testów akceptacyjnych lampy RTG		
3.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych.	TAK	
4.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.	TAK	
5.	Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co <b>najmniej 5 lat</b> ,	TAK	
6.	Zakup aparatury w systemie min. równych 12 rat	TAK	

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.



**UMOWA NR DAZ.26.100.2017**

/wzór/

zawarta w dniu ..... 2017 r. w Częstochowie, pomiędzy:

**WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJSWIĘTSZEJ MARYI PANNY UL.**

BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje: .....

a .....

REGON: ....., NIP: .....

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, którego reprezentuje: .....

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579.), zawarta została umowa następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. **DOSTAWA I MONTAŻ FABRYCZNIE NOWEJ: LAMPY RTG I PRZEWODÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM SENSATION 40 EKSPLOATOWANEGO W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJSWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118.**

1.2. **WYKONANIE TESTÓW AKCEPTACYJNYCH LAMPY RTG**

1.3. **WYKONANIE PRZEGLĄDU OKRESOWEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO SOMATOM SENSATION 40**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznikiem Nr 2 i 6 do SIWZ), stanowiącym odpowiednio **Załącznik Nr 1 i Nr 2** do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, jeżeli dotyczy.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, (jeśli występują wraz z kserokopią dokumentów wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 211), o których mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio **Załącznik Nr 3** do niniejszej umowy.

**§ 2**

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z dostarczeniem zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt opakowania, ubezpieczenia, dostawy, montażu, uruchomienia, wykonanie testów akceptacyjnych, odbiór zużytej lampy z przewodami wysokiego napięcia, i inne, jeśli występują.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie:  
cena brutto oferty: ..... zł słownie złotych: .....

cena netto oferty: ..... zł słownie złotych: .....

4. Zapłata wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, nastąpi wyłączenie po spełnieniu przez Wykonawcę wymogu dotyczącego dostarczenia, montażu i uruchomienia fabrycznie nowych: lampy RTG (z oryginalnym kołpakiem z określoną datą produkcji -wyprodukowana 2017) i przewodów wysokiego napięcia wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych i przeglądu technicznego .

5. Wykonawca zastrzega, że wykonanie czynności wskazanych w Raporcie Serwisowym, w szczególności wymiana wskazanych tam elementów w określonych sytuacjach może nie oznaczać, że Aparat będzie działać lub będzie działać poprawnie. Może się okazać, że konieczna jest wymiana jeszcze innego elementu Aparatu lub dokonanie dodatkowej naprawy - w przypadku wystąpienia powyższej sytuacji Wykonawca dokona diagnostyki na swój koszt i przedstawi odrębną ofertę na naprawę aparatu.

6. W przypadku, gdy po zamontowaniu przedmiotu zamówienia, okaże się, że przyczyna awarii była inna, niż stwierdzona przez serwisanta, Zamawiający zwróci przedmiot zamówienia Wykonawcy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy.

### § 3

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, wykona testy akceptacyjne *w terminie do 4 dni* od daty zawarcia niniejszej umowy.

### § 4

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 – 13:00 w dzień roboczy.
4. Przy odbiorze przedmiotu dostawy powinien być obecny kompetentny przedstawiciel Wykonawcy z kompletem dokumentów. Czynność odbioru kompletnej dostawy strony zobowiązują się potwierdzić na piśmie.
5. Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów (w tym instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim, zaświadczenie dla personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonej aparatury/po odbytych szkoleniach), założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń) – zostanie stwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki, bezpośredniego użytkownika lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Brak wymienionych dokumentów w ust. 5 niniejszego paragrafu spowoduje nie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, nie przyjęcie dostawy oraz jej zwrot na koszt Wykonawcy
7. Po dokonaniu instalacji części będących przedmiotem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyniki testów akceptacyjnych do 2-ch dni roboczych, licząc od daty montażu.
8. Brak wymienionych dokumentów w ust. 7 niniejszego paragrafu spowoduje wstrzymanie płatności.

### § 5

1. Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.
2. *Wykreślony.*
3. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez autoryzowany serwis producenta sprzętu dla dostarczonych elementów w ramach niniejszej umowy.

### § 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... **miesięcznej gwarancji** na dostarczony sprzęt.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w art. 4 ust. 5 umowy.
3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw tego samego elementu niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 20 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją.
6. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: p. .... , tel. ....

## § 7

1. Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych.
2. Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego.
3. Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośrednio użytkownik, Kierownik Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu.

## § 8

1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.
2. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu.
3. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem lub emailem przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego lub osobę upoważnioną i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad, o których mowa w ust.2. niniejszego paragrafu, na swój koszt, w ciągu 20 dni od *uznania reklamacji* od Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego. *Wykonawca rozpatruje reklamacje w ciągu 5 dni roboczych.*
5. W przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

## § 9

Po rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą. Wszelkie naprawy oraz modyfikacje dostarczonego sprzętu przez podmiot nieuprawniony spowodują utratę gwarancji.

## § 10

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust 5 niniejszej umowy.
2. *Warunki płatności – 12 równych rat bez dodatkowych opłat i prowizji za czynności związane z rozłożeniem zapłaty w ratach.* I - rata płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, a kolejne do 30 dnia każdego *kolejnego* miesiąca. Faktura VAT będzie wystawiona na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053, po wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez obie strony.  
W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
4. *Wykreślony.*
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umożnienie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym sprzętem i z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 5.
7. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

## § 11

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku i wysokościach określonych umową:
  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 niniejszej umowy,
  - Wykreślony.*
  - w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia *5 dniowego* czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
  - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 1 umowy.
- Kara umowna płatna będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kary umownej z bieżącej faktury za wykonanie dostawy, wystawionej przez Wykonawcę.
- W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy.
- Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.*

## § 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 20 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w § 8 ust. 4 oraz jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5. ze skutkami określonymi w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.
- Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć:
  - zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
  - obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.
  - zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia.
- Zmiany umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 niniejszego paragrafu.

## § 13

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczności. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.
- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:
  - otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
  - wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.
- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1)-2) niniejszego paragrafu.

#### **§ 14**

1. Zmiana postanowień umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 paragrafu 12.
2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.
3. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

#### **§ 15**

Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala stanowi **Załącznik Nr 4** do niniejszej umowy.

#### **§ 16**


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579) i ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 paragrafu 12.
3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 17**

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania	
	ZAL-105-000-001 <b>Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala</b>	Nr edycji: 1

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
  - 2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.
  - 2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.
  - 2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
  - 2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.
  - 2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.
  - 2.6. Właściwej gospodarki odpadami:
    - Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
    - Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
    - usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,
    - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
  - 2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
  - 2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.
  - 2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
  - 2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
    - bez wycieków oleju,
    - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.
  - 2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
  - 2.12. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
  - 2.13. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.
5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.
6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

**Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.**

**Wykonawca:**

**Zlecający:**

Przedstawiciel Wykonawcy:		Przedstawiciel Szpitala:	
Data		Data	
Podpis		Podpis	