

Częstochowa, dn. 22-05-2017r.

Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:
**DOSTAWA WYROBÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
DO ANGIOGRAFII I ANGIOPLASTYKI NACZYŃ**
znak sprawy: DAZ.26.036.2017

L.dz.: 1234/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Część Nr 12

Pytanie 1: Czy w Części nr 12 Zamawiający dopuści cewnik balonowy o długościach systemu dostarczania 80, 110 i 150 cm, średnicy 12 mm kompatybilnej z koszulką 9F oraz ciśnieniu RBP: 10-13 atm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 15

Pytanie 2: Czy w Części nr 15 Zamawiający dopuści stentsamorozprężalny o otwartych celach na całej długości stentu, średnicach 6-11 mm oraz długościach systemu dostarczania 80 i 120 cm (pozostałe parametry bez zmian)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SIWZ

Pytanie 3: W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance ██████████, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje dane dotyczące osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w p. 4 Protokołu ZP-PN przedmiotowego postępowania:

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. Kierownik Zamawiającego: dr. n. med. Janusz Kapustecki – p.o. Dyrektor

2. Komisja przetargowa:

Jerzy Więckowski - Przewodniczący Komisji przetargowej

Romuald Pogorzelski - Członek Komisji przetargowej

Wojciech Śliwiński - Członek Komisji przetargowej

Marcin Plech - Członek Komisji przetargowej

Wojciech Woszczyk - Członek Komisji przetargowej

Bożena Klimas - Sekretarz Komisji przetargowej

2. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu

Bożena Klimas - przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu. Zamieszczanie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego i przekazanie do publikacji na tablicy ogłoszeń. Zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego SIWZ.

Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania

1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia : Romuald Pogorzelski, Wojciech Śliwiński, Marcin Plech

2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia: Wojciech Woszczyk

3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu: Romuald Pogorzelski, Wojciech Śliwiński, Marcin Plech

4. Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert: Romuald Pogorzelski, Wojciech Śliwiński, Marcin Plech

Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania

- 1) Bożena Klimas - przygotowanie projektu SIWZ i projektów umów, na podstawie złożonego opisu przedmiotu zamówienia
- 2) Maria Tomas - zaopiniowanie i zatwierdzenie SIWZ oraz projektów umów.
- 3) Barbara Leszczyńska – zatwierdzenie wniosku o udzielenie zamówienia w zakresie wartości zamówienia, zaopiniowanie notatki protokołarnej, zatwierdzenie SIWZ i projektów umów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż protokół ZP-PN uzupełniany jest na bieżąco. W związku z tym, udostępnione dane są aktualne na dzień-.....-2017r. Pełne informacje zostaną zawarte w protokole ZP-PN po zakończeniu postępowania.

Część Nr 5

Pytanie 4: dotyczy Zadanie nr 5, pozycja nr 13 - Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważne cewniki do trombolizy z laserowo wycinanymi szczelinami, wykonanymi w opatentowanej i sprawdzonej technologii, umożliwiającymi równomierne rozprowadzanie leku trombolitycznego na całej długości cewnika?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe zapytanie nie dotyczy asortymentu określonego w Części Nr 5 ani Części Nr 13 przedmiotowego postępowania, w związku z czym pozostaje bez odpowiedzi.

Część Nr 32


Pytanie 5: Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego najwyższej światowej jakości prosimy o dopuszczenie przewodników **spełniających wszystkie kluczowe wymagania techniczne określone w SIWZ** dostępne w średnicach: 0.018", 0.025", 0.032", 0.035" oraz 0.038" o trzech różnych krzywiznach (proste, „J” i „angled”) i promieniach krzywizn do dowolnego wyboru Zamawiającego: 1.5mm, 2mm, 3mm i 4mm o sztywnościach do wyboru: standardowej (semi-stiff) i stiff.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 16

Pytanie 6: Prosimy o dopuszczenie strzykawki wysokociśnieniowej z ergonomiczną rękojeścią pół-pistoletową, przedstawionej na poniższej grafice I STOSOWANEJ W KILKUDZIESIĘCIU PLACÓWKACH hemodynamicznych w Polsce o dokładności pomiaru +/- 1ATM do 30ATM o pojemności 20ml (zgodnie z SIWZ);

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Część Nr 7

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści Cewnik diagnostyczny zbrojony o parametrach: 5F- światło wewnętrzne 1,05mm 6F – światło wewnętrzne 1,25mm ; długość min 100 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 12

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści Cewniki balonowe do angioplastyki o średnicy od 2.0mm do 25mm -długość od 10mm do 200mm, - średnica korpusu cewnika 5.5F, 6F, długość systemu 80 i 110 i 170 cm? Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu, ciśnienie nominalne 6atm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 14

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści: **Stent samrozprężalny do naczyń obwodowych z systemem wprowadzającym** pleciony z drutu nitinolowego (bez spawów) widoczny na całej długości,

- średnica od 4 mm do 14 mm,
- długość od 15 mm do 150 mm,
- długość systemu wprowadzającego 80cm 135cm i 165 cm

Markery umożliwiające pozycjonowanie stentu, Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami . System wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 15

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści: **Stent samrozprężalny do naczyń obwodowych z systemem wprowadzającym** pleciony z drutu nitinolowego (bez spawów) widoczny na całej długości,

- średnica od 4 mm do 14 mm,
- długość od 15 mm do 150 mm,
- długość systemu wprowadzającego 80cm 135cm i 165 cm

Markery umożliwiające pozycjonowanie stentu, Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami . System wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 18

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści: **Stent samrozprężalny nitinolowy o budowie hybrydowej do tętnic szyjnych**

- stent samrozprężalny wykonany z jednego kawałka nitinolu, wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów
- długość systemu wprowadzającego 135 cm
- średnica systemu wprowadzającego 5F
- średnica kanału wewnętrznego 0,014"
- system monorail, Rx
- średnica Steniu 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
- długość Steniu 20mm, 30mm, 40mm
- dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu widoczne w rtg, pozwalające kontrolować implantację Steniu, segmentowa budowa steniu umożliwiająca dostosowanie się samego Steniu do krzywizn naczynia
- dostępne stenty taperowane

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 19

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści: **Stent stalowy do naczyń obwodowych montowany na balonie o parametrach:**

- średnica od 4,0 mm do 10 mm
- długość od 16 mm do 100 mm
- długość systemu wprowadzającego od 80 do 110 cm - ciśnienie nominalne 6 atm RBP min. 12 atm.
- skrócenie po implantacji poniżej 5% przy RBP
- dobra widzialność stentu na bazie RTG
- odporność na zaginanie
- Stent wykonany z jednego fragmentu wycinany laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przesłach, cewnik balonowy pokryty substancją hydrofilną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 21

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści: **System do neuroprotekcji zbudowany z nitinolu**

- średnica filtra 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
- długość przewodnika 170 cm
- Średnica przewodnika z filtrem 0,014"
- przewodnik ze zintegrowanym koszykiem filtrującym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 26

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści: **Cewniki balonowe do angioplastyki**

- średnica od 2.0mm do 25mm
- długość od 10mm do 200mm
- średnica korpusu cewnika 5.5F, 6F
- długość systemu 80 i 110 i 170 cm

Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu, ciśnienie nominalne 6atm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 10

Pytanie 15: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 10 (załącznika nr 2 do swiz) przewodników sztywnych o następujących parametrach wymaganych:

- pkt.3 dostępne długości: 90, 145, 180, 260, 300cm
 - pkt. 4 miękka, elastyczna końcówka o długości 3, 5 lub 7cm; prosta lub 3mm „J”
 - pkt. 5 dostępne przewodniki o elastycznej końcówce typu „J” długości 2cm i średnicy zagięcia 1.5cm
- Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 14

Pytanie 16:Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 14 (załącznika nr 2 do siwz) stentów naczyniowych o następujących parametrach wymaganych:

- pkt. 4 długość sytemu wprowadzającego 80 i 125cm
- pkt. 7 możliwość rozprężenia stentu za pomocą systemu uwalniania „Pin and Pull”
- pkt. 8 jednostopniowy system dostarczania z miękkim atraumatycznym zakończeniem zapewniającym odporność na zaginanie i zabezpieczającym przed przemieszczaniem

Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Część Nr 23

Pytanie 17: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 23 (załącznika nr 2 do siwz) introducerów zbrojonych typu Crossover o następujących parametrach wymaganych:

- pkt.1 długość 40cm (fabrycznie zagięta cross over) oraz 45cm – prosta
- pkt 2 średnice 5 (5.5 dla crossover), 6, 7, 8F
- pkt.3 kompatybilne z przewodnikiem maks 0.038”
- pkt.7 odkręcany kranik dopuszczony, ale nie wymagany

Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 32

Pytanie 18: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 32 (załącznika nr 2 do siwz) przewodników hydrofilnych o następujących parametrach wymaganych:

- pkt. 1 średnice 0.018”; 0.025”; 0.035”; 0.038”
- pkt.2 dostępne różne długości ścięcia końcówki rdzenia przewodnik (standardowa i długa) przy tej samej sztywności rdzenia – dostępne dla średnicy 0.035”
- pk.4 końcówka prosta i zagięta typu „J”
- pkt.11 dostępne w wersji standardowej i sztywnej (oraz dodatkowo dla średnicy 0.035” -z miękkim elastycznym shaftem)
- pkt.12 kształtowalna końcówka dostępne, ale nie wymagana
- pkt.13 długości: 80, 145-150, 180, 260, 320cm

Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 34

Pytanie 19: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 34 (załącznika nr 2 do siwz) przewodników hydrofilnych o następujących parametrach wymaganych:

- pkt. 6 - dostępne w wersji standardowej i sztywnej (oraz dodatkowo dla średnicy 0.035" -z miękkim elastycznym shaftem)

Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 41

Pytanie 20: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 41 (załącznika nr 2 do siwz) koszulek naczyniowych do wprowadzania cewników o następujących parametrach wymaganych:

- pkt. 2 zakres średnic 4-12F

Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 42

Pytanie 21: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 42 (załącznika nr 2 do siwz) koszulek naczyniowych do wprowadzania cewników o następujących parametrach wymaganych:

- pkt. 2 zakres średnic 4-12F

- pkt.4 dostępne w wersji hydrofilnej oraz bez – do wyboru przez operatora.

Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 45

Pytanie 22: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 45 (załącznika nr 2 do siwz) cewników do trombolizy o następujących parametrach wymaganych:

- pkt.1 rozmiar 5F

- pkt.2 przewodnik 0.035"

- pkt. długość do wyboru 65 i 130cm

- pkt. 4 długość części infuzyjnej (odległość między znacznikami) 7 lub 15cm

- pkt.5 dwa znaczniki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 55

Pytanie 23: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr55 w pozycji 1** wsterylnym zestawie do angiografii udowo-promieniowej 1 x serweta angiograficzna udowo-promieniowa w kształcie litery T wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gram. min 51 g/m², o wymiarach 250 x 300 cm wyposażona w dwa otwory o śr. 15cm wypełnione folią chirurgiczną + 2 otwory o śr. 6x12cm otoczone taśmą samoprzylepną, w części krytycznej wokół otworów posiada warstwę wysokochłonna z laminatu czterowarstwowego, o min. gram. 105g/m², o wymiarach 110 x 160cm. Serweta zintegrowana z 2 przezroczystymi panelami foliowymi na pulpit sterowniczy o wymiarach 75 x 180cm każdy po obu stronach serwety. U góry, w środkowej części serwety samoprzylepny otwór na głowę o wymiarach 25x30 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 55 w pozycji 1** w sterylnym zestawie do angiografii udowo-promieniowej ręczniki do rąk z włókniny poliestrowo-wiskozowej o wymiarach 30x30cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 55 w pozycji 1** w sterylnym zestawie do angiografii udowo-promieniowej 1 x serweta z przyłepcem na dłuższym boku, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gram. min 54 g/m², w rozmiarze 50x70 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 55 w pozycji 1** w sterylnym zestawie do angiografii udowo-promieniowej strzykawka 2-częściowa luerlock 10ml z zielonym tłokiem 1 x kleszczyki metalowe 12,5 cm, zagięte.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 55 w pozycji 1** w sterylnym zestawie do angiografii udowo-promieniowej 1 x osłona foliowa na przewody 14x250cm składana teleskopowo z kartonikiem ułatwiającym zakładanie i taśmą samoprzylepną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 55 w pozycji 1** w sterylnym zestawie do angiografii udowo-promieniowej 2 x osłona foliowa z gumką na sprzęt medyczny 100x120 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 9

Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści „**Prowadnik specjalistyczny 0,014**” o następujących parametrach?:

- Prowadnik pokrywany hydrofilnie na długości ok ok. 29,5 cm dystalnie
- Prowadniki z powłoką hydrofilną dystalnie. Proksymalny koniec przewodnika z powłoką hydrofobową SMOOTHGLIDE
- Średnica 0,014" (0,37mm)
- Długości 90 i 300cm
- Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta
- Dystalny koniec przewodnika (ok. 3 cm.) ma kształt spirali widocznej w promieniach rtg
- Rdzeń przewodnika stalowy pokryty powłoką hydrofobową

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 11

Pytanie 30: Czy Zamawiający dopuści „**Cewnik balonowy do tętnic podudzia**” o następujących parametrach?:

- Długość cewnika balonowego: 90 i 150 cm
- Długości balonu: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm
- Średnice balonu: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 5,5; 6,0 mm
- Kompatybilny z przewodnikiem 0.018"
- RBP: 14 atm
- Dostępna wersja OTW
- Crossing profile: 0.041"
- Pokrycie hydrofilne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 12

Pytanie 31: Czy Zamawiający dopuści „**Cewnik balonowy do tętnic podudzia**” o następujących parametrach?:

- Kompatybilny z przewodnikiem 0,035"
- Średnice balonu: 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0; 14.0 mm
- Długości balonu: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 250 mm
- Długości systemu wprowadzającego: 80 i 135 cm
- Kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 7 – 12 mm) i 7 F (śr. 14 mm)
- Ciśnienie RBP: 7 – 28 ATM
- Profil przejścia przez zmianę 0.069"/1.75mm, 0.072"/1.83mm, 0,074"/1.88mm, 0,075"/1.91mm, 0,084"/2.13mm, 0,086"/2.18mm, 0,095"/2.41mm w zależności od rozmiaru balonu
- Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność
- Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część Nr 14

Pytanie 32: Czy Zamawiający dopuści „**Stent do tętnicy udowej powierzchownej**” o następujących parametrach?:

- Stent samorozprężalny nitynowy
- Średnice: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- Długości: 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150 mm
- Długości systemu wprowadzającego: 80 i 135 cm
- Maksymalny crossing profile 0,083"
- Kompatybilny z przewodnikiem 0,035" i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów
- możliwość obsługi systemu jedną ręką

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 15

Pytanie 33: Czy Zamawiający dopuści „**Stent samorozprężalny obwodowy**” o następujących parametrach?:

- Stent samorozprężalny nitynowy
- Wycinany laserowo z jednego kawałka tuby
- Konstrukcja stentu opiera się na szeregu zagnieżdżonych pierścieni sinusoidalnych które są połączone w 3 miejscach na obwodzie.
- Średnice stentu: 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
- Długości stentu: 20; 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150 mm
- Długości systemu wprowadzającego: 80 i 135 cm
- Kompatybilny z przewodnikiem 0.035", OTW
- Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów
- Markery na końcach – 6 markerów na każdym z końców

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 20

Pytanie 34: Czy Zamawiający dopuści „**Stent na balonie**” o nieznacznie zmienionych parametrach: Długości stentu: 12, 16, 19, 29, 39, 59 mm; Długość shaftu 80 i 135 cm., oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Część Nr 21

Pytanie 35: Czy Zamawiający dopuści „**Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji**” o następujących parametrach?:

- Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 315 cm z miękką kształtowalną końcówką
- Prowadnik umieszczony w sposób centryczny wobec koszyka filtra,
- Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na przewodniku,
- Filtr zbudowany z nylonowej membrany z hydrofilnym antytrombogenicznym pokryciem z membraną o porowatości 120 mikronów
- Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 2.5 do 7.0 mm
- Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 2,8 F lub 3,2F w zależności od rozmiaru

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Propozycja umowy

Pytanie 36: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 10 ust. 1 pkt.: a), b), c), d):

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt. 1) karę w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.**

b) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust. 13 pkt.1), każdorazowo karę umowną w wysokości **1,0%** wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.**

c) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.**

d) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 13 pkt. 2) – karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotowej faktury za każdy dzień opóźnienia w jej wystawieniu, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłałyśmy w załączeniu? (dot. par. 5)

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu pomiędzy:

..... z siedzibą w, ul
wpisaną do rejestru po numerem
reprezentowaną przez:

.....,
zwanym dalej Przechowawcą
a

....., z siedzibą w, ul,
wpisaną do rejestru pod numerem
reprezentowaną przez :

1.
2.

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w na Oddziale, które znajduje się w, – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.
2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

§5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.
2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.
3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

1 Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

§9

1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU

Proszę przesłać pod numer faxu

TEL. KONTAKTOWY :

1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- **PILNE!**

Pieczętka i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości

i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część Nr 55 poz. 1

Pytanie 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii udowo-promieniowej z serwetą w rozmiarze 240 x 350cm wyposażoną w 2 otwory o średnicy 12cm otoczone taśmą samoprzylepna + 2 otwory owalne 12x7,5cm otoczone taśmą samoprzylepna, w części krytycznej wokół otworów posiada ona warstwę wysokochłonną o wymiarach 120x155cm? Pozostałe parametry serwety zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu z dwiema osłonami foliowymi z gumką na sprzęt medyczny w tym jedna o rozmiarze 71x91cm a druga w rozmiarze zgodną z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Propozycja umowy -Pytania dot. projektu umowy:

Pytanie 39: 1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak. W związku z powyższym Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór umowy w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie „Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu Apteki przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie na koszt i ryzyko Wykonawcy w godz. 8.00-14.00, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), z zastrzeżeniem zdania drugiego ust. 4 niniejszego paragrafu”. Zapis zostanie wprowadzony do umowy zawieranej z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Pytanie 40: 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w § 7 ust. 3, że zakaz ten nie obowiązuje, w przypadku gdy zwłoka w zapłacie przekracza 60 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41: 3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42: 4. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto:

1. Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór umowy § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie dni robocze od dnia złożenia zamówienia faksem, przez osobę wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.” Zapis zostanie wprowadzony do umowy zawieranej z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę.

2. Załącznik Nr 1 do SIWZ – „OFERTA” pkt 3:

-ppkt 2 - jest:

termin uzupełnienia depozytu: godz. w dni robocze od przesłania faksem raportu/protokołu/ karty ewidencyjnej zużycia asortymentu

winno być:

termin uzupełnienia depozytu - godz. w dni robocze (nie krótszy niż 24 godz. i nie dłuższy niż 48 godz.) od otrzymania raportu/protokołu/karty ewidencyjnej zużycia asortymentu – dla Części Nr 1 do 4; 6 do 15; 17 do 36; 38 do 40; 43 do 47; 50; 52 do 54

-ppkt 3 - jest:

termin dostawy dni roboczych od dnia złożenia zamówienia

winno być:

termin dostawy dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – dla Część Nr 5; 16; 37; 41; 42; 48; 49; 51; 55

Za omyłkę przepraszamy. W załączeniu przekazujemy aktualnie obowiązujący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnią się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 31-05-2017r. termin składania i otwarcia ofert.

p.e. Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
dr n. med. Janusz Kapustecki

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
pełna nazwa Wykonawcy

.....
adres Wykonawcy

.....
adres do korespondencji

Nr tel.; Nr faksu; e-mail

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*

NIP; REGON

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
DOSTAWA WYROBÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ANGIOGRAFII I ANGIOPLASTYKI NACZYŃ
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

1. Składam/-y* niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.
2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
3. Oferuję/-my*
 - 1) wykonanie zamówienia za cenę:

Część Nr	Cena brutto /PLN/	Słownie

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

- 2) termin uzupełnienia depozytu: godz. w dni robocze od przesłania faksem raportu/protokołu/ karty ewidencyjnej zużycia asortymentu - dla Części Nr 1 do 4; 6 do 15; 17 do 36; 38 do 40; 43 do 47; 50; 52 do 54

Uwaga:

1. Wykonawca, winien zaoferować termin uzupełnienia depozytu:
-liczony w godzinach w dni robocze,
-nie krótszy niż 24 godz. i nie dłuższy niż 48 godz. w dni robocze od przesłania faksem raportu/protokołu/ karty ewidencyjnej zużycia asortymentu (tj. od poniedziałku do piątku)
2. W przypadku zadeklarowania w kryterium „termin uzupełnienia depozytu, terminu krótszego niż 24 godz. i dłuższego niż 48 godz. w dni robocze lub nie zadeklarowanie żadnego terminu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

- 3) termin dostawy dni roboczych od dnia złożenia zamówienia - dla Części Nr 5; 16; 37; 41; 42; 48; 49; 51; 55

Uwaga:

1. Wykonawca, winien, zaoferować termin dostawy:
-liczony w pełnych dniach roboczych,
-nie krótszy niż 2 dni robocze i nie dłuższy niż 3 dni robocze, (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia złożenia zamówienia faksem.
2. W przypadku zadeklarowania w kryterium „termin dostawy”, terminu krótszego niż 2 dni robocze i dłuższego niż 3 dni

robotnicze lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj.: 6 m-cy od daty zawarcia umowy.

5. Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją (terminem ważności) nie krótszym niż 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia.

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....
Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. W związku z art.91 ust.3a ustawy Pzp, oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty:

1) nie będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług*

2) będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług*

-nazwa przedmiotu zamówienia

-wartość przedmiotu zamówienia

9. Informuję/-my*, że:

1) nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy:

2) zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy

(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, należy opisać jaką część zamówienia wykona podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy).

b.1) Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierzył powierzyć podwykonawcy

.....
b.2) Nazwa i adres podwykonawcy

.....
10. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 5/6/7 do SIWZ),

11. Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, w którym Firma ma siedzibę:*

..... - str. oferty

..... - str. oferty

12. Stosownie do wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz.2058 z późn. zm.) wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie przetargowej.

13. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTOWY str. ...

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY str. ...

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO str. ...

4. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAM. str. ...

5. WADIUM str. ...

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

.....
miejsce i data

.....
podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy
lub pełnomocnika

*** /niepotrzebne skreślić**

wypełnić w sposób czytelny wszystkie wskazane do tego miejsca lub wpisać: nie dotyczy