

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia³⁰.....-08-2017r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
**NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO ELEKTROSTYMULACJI SERCA
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**
Znak sprawy: DAZ.26.084.2017
L.dz. ...²⁰⁵⁶.../17

Wyjaśnienia Nr 2 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytania 1: Część nr 2

1) Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy posiadający jeden rodzaj impulsu dwufazowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2) Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące jednokoilowe i dwukoilowe aktywne dopuszczone do działania w aparatach MRI 1,5T oraz 3T nie posiadające wkrętek ze znacznikiem stopy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3) Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące jednokoilowe i dwukoilowe aktywne dopuszczone do działania w aparatach MRI 1,5T oraz 3T o średnicy 8,6 Fr?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4) Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator jednojamowy posiadający możliwość zapisu danych z kontroli na zewnętrznym nośniku danych zamiast w pamięci programatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania 2: Część nr 3

1) Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy posiadający jeden rodzaj impulsu dwufazowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2) Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące jednokoilowe i dwukoilowe aktywne dopuszczone do działania w aparatach MRI 1,5T oraz 3T nie posiadające wkrętek ze znacznikiem stopy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3) Czy Zamawiający dopuści elektrody przedsiolkowe aktywne dopuszczone do działania w aparatach MRI 1,5T oraz 3T nie posiadające znacznika stopy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4) Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator dwujamowy posiadający możliwość zapisu danych z kontroli na zewnętrznym nośniku danych zamiast w pamięci programatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **06.09.2017r.** termin składania i otwarcia ofert.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lek. med. Marek Górniewicz