

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Białska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia ..09...-03-2017r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ TESTÓW PASKOWYCH, KONTROLI I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO

Znak sprawy: DAZ.26.015.2017

L.dz.607...../17

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Dotyczy Części nr 1

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści odczynniki, których termin ważności po instalacji na pokładzie wynosi 28 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania 2: Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy aparatu, instalacji i podłączenia do sieci do 21 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3: W związku z wysyłką towaru bezpośrednio od producenta z zagranicy i brakiem możliwości dołączenia do dostawy faktury VAT, która drukowana jest w Polsce czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłanie faktury VAT w postaci osobnej przesyłki a dołączenie do dostawy wykazu zamówionych towarów zawierającego nazwę i numer katalogowy zamawianej pozycji, ilość opakowań oraz numer serii?

Odpowiedź: W odpowiedzi §4 ust. 1, §6 ust. 1 pkt. 5) i §8 ust. 11 wzoru umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ) otrzymują następujące brzmienie:

„§4 ust. 1 Dostawy przedmiotu zamówienia następować będą sukcesywnie wraz z fakturą VAT lub dokumentem potwierdzającym ilość, rodzaj i cenę w ilościach i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie dni roboczych (nie dłuższym niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

„§6 ust. 1 Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

pkt.5) Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT lub bez dokumentu potwierdzającego, ilość, rodzaj i cenę.

§8 ust. 11 Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym towarem. Zamawiający dopuszcza wysłanie faktur pocztą nie wraz z towarem pod warunkiem dołączenia do każdej dostawy dokumentu potwierdzającego ilość, rodzaj i cenę nadesłanego towaru.”

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Ponadto Zamawiający dodaje do treści tabeli 1 formularza asortymentowo-cenowego dla części Nr 2 w Załączniku Nr 2 do SIWZ wiersze o następującym brzmieniu:

- 1) odczynniki do immunofiksacji, białko Bence Jones - 50 badań na 24 miesiące,
- 2) odczynniki do rozdziału białek w moczu - 50 badań na 24 miesiące,
- 3) odczynniki do prążków oligoklonalnych - 200 badań na 24 miesiące.

Zamawiający w załączeniu przedstawia aktualnie obowiązujący Formularz asortymentowo-cenowy dla części Nr 2 w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na druku, stanowiącym Załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: 31...-03...-2017r. do godz. 11:00.
Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: ...31...-03...-2017r. o godz. 11:15.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

.....lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Materiały kontrolne/ kalibracyjne i inne materiały zużywalne konieczne do wykonania kalibracji/ kontroli jakości/ badań biegłości i badań pacjenta oraz odczytu i interpretacji wyniku końcowego oraz do konserwacji bieżącej i okresowej analizatora na 3400 badań do rozdziału elektroforetycznego białek, na 50 badań do immunofiksacji, białko Bence Jones, na 50 badań do rozdziału białek w moczu, na 200 badań do próżków oligoklonalnych:										
1.										
2.										
itd.										
Razem tabela 1:										

Część Nr 2 Tabela 2 - Dzierżawa automatycznego analizatora do rozdziałów i interpretacji elektroforegramów.

Lp	Nazwa przedmiotu dzierżawy	Nazwa aparatu/ typ/model	Producent	j.m.	ilość	Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł	Czas dzierżawy w miesiącach	Wartość netto w zł [poz.6x7x8]	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w zł [poz. 9+10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Automatyczny analizator do elektroforezy białek wraz z systemem do skanowania i interpretacji żeli			szt.	1		24			
Razem tabela 2:										

Ogółem wartość dla części nr 2 (tabela 1 + tabela 2) :

Wartość w złnetto

Wartość w złbrutto

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

.....
 Podpisy osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy