

Częstochowa, dn. 10.10.2017r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:
DOSTAWA WIELOPARAMETROWYCH TESTÓW KASETKOWYCH
DO WYKRYWANIA NARKOTYKÓW I LEKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH
W MOCZU NA POTRZEBY ZDL PRZY UL. BIALSKIEJ 104/118,
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.
Znak sprawy: **DAZ.26.095.2017**
L.dz. 2568 /17

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

1.(§ 7 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Nie.

2.(§ 8 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko obniżenie stawki VAT.

3.(§ 8 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: Nie.

4.(§ 9 ust. 1 lit. a) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź: Nie.

5.(§ 9 ust. 1 lit. b) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź: Nie.

6.(§ 9 ust. 1 lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź: Nie.

7.(§ 9 ust. 1 lit. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź: Nie.

8.(§ 9 ust. 1 lit. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź: Nie.

9.(§ 9 ust. 1 lit. d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź: Nie.

10.(§ 9 ust. 1 lit. a, b) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2


Prosimy o wyjaśnienie wymogu w postaci "Udziału laboratorium w Zewnętrznej Międzynarodowej ocenie wiarygodności". Czy Zamawiającemu chodzi o przeprowadzenie przez Wykonawcę badań dostarczonych narkotestów potwierdzających zgodność wymaganych w SIWZ progów czułości z dostarczonymi czy też o inne parametry? Prosimy również o wskazanie przykładowych ośrodków, których badania Państwo akceptują.

Odpowiedź: Zamawiającemu nie chodzi o przeprowadzenie badania przez Wykonawcę. Ośrodek którego badania Zamawiający akceptuje to np. Sowa- Med Gdańsk (LabQuality).

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **17.10.2017 r.** termin składania i otwarcia ofert.

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Dariusz Kaczmarek
podpis Kierownika Zamawiającego