



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa

tel. centrala : (34) 367 30 00 sekr. Dyrektora: (34) 367 31 04

fax : (34) 365 17 56 e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl

Regon: 001281053 NIP: 573 22 99 604

### Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 034 367 36 74, 367 37 53, [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl) e-mail: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl)

Częstochowa, dn. 02-08-2018r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

**SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

**DO ANGIOPLASTYKI**

oznaczenie sprawy: **DAZ.26.051.2018**

L.dz.: 2568/18

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

### Część Nr 8

**Pytanie Nr 1:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści złożenie oferty z przewodnikami hydrofilnymi o parametrach jak niżej:

- Prowadnik naczyniowy hydrofilny-w całości wykonany z nitinolu z bardzo wydajnym pokryciem hydrofilnym;
- dostępna długość 260cm;
- dostępne średnice 0,018; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038";
- prosty, zagięty 45st, również dostępna końcówka kształtowalna;
- dostępny przewodnik typu STFF z dwoma końcówkami roboczymi, jedna zagięta standard i druga prosta typu soft;
- dostępna długość końcówki 30 mm;
- dostępne przewodniki o sztywności standard i STIFF;
- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i załamania struktury?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

Zamawiający zachowuje wyznaczony **na dzień 16-08-2018r.** termin składania i otwarcia ofert.

Dyrektor:  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Dariusz Kaczmarek