

Częstochowa, dn. 23-05-2017r.

Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:
**DOSTAWA WYROBÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
DO ANGIOGRAFII I ANGIOPLASTYKI NACZYŃ**
znak sprawy: DAZ.26.036.2017

L.dz.: 1302/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Część Nr 37

Pytanie: W związku z rozbieżnością zapisów SIWZ w zakresie terminu dostaw (Formularz asortymentowo-cenowy pkt. 15 versus Formularz ofertowy), zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wspomnianego terminu (kryterium oceny ofert) w zakresie części nr 37.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Części Nr 37 formularza asortymentowo –cenowego, pkt. 15 otrzymuje nowe brzmienie, o treści:

„termin dostawy, licząc od dnia zamówienia u Wykonawcy, 2 – 3 dni robocze”.

W załączeniu przekazujemy aktualnie obowiązujący Załącznik Nr 2 Część Nr 37.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

W związku z art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i przesuwa się termin otwarcia ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: 06-06-2017r., godz. 11:00

Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: 06-06-2017r., godz. 11:15

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Marek Mikołajczyk

aktualnie obowiązujący

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Znak sprawy: **DAZ.26.036.2017**
Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036.....2017

.....
Pieczęć Wykonawcy

.....
miejsowość i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 37 – Stentgraft do aorty brzusznej

Lp.	Przedmiot zamówienia/wymagania/	J.m.	Ilość wg j.m.	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł (poz.4x5)	% VAT	Wartość brutto W zł (poz.6+7)	Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stentgraft do aorty brzusznej	szt.	2					
Razem:							X	X

Wymagane parametry oraz pozostałe wymagania dla stentgraftu do aorty brzusznej

Lp.	Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentgraftu do aorty brzusznej	Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE
1.	możliwość stosowania sten-graftu brzuszego w technice kominowej zapewniona wg instrukcji użytkowania	
2.	producent, nazwa produktu, numer katalogowy	
3.	instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie	
4.	w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku brzuszny	
5.	do każdego oferowanego zestawu stentgraftu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy, z możliwością doprężenia do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów)	
6.	w standardzie dostępne nóżki kontralateralne o długości powyżej 190 [mm] i średnicy dystalnej min. 28 [mm]	
7.	możliwość zaopatrywania szyi tętniaka o dużej średnicy, tj. ok. 31-32 [mm], o kącie zagięcia podnerkowego do 75°	
8.	w standardzie dostępne introducery o średnicach min. 14, 16, 18, 20 [Fr]	
9.	moduły stentgraftu wykonane z nitinolowych segmentów połączonych z materiałem z wielowłóknowego poliestru o wysokiej gęstości	
10.	oferowany model stentgraftu posiadający system fiksacji nadnerkowej z dodatkowym elementem fiksującym protezę (stentgraft)	
11.	system wprowadzający zapewniający implantację w odcinku aorty brzusznej	
12.	dostępny przedział średnic aortalnych, min. 23 - 35 [mm]	
13.	dostępny przedział średnic biodrowych, min. 10 - 28 [mm]	
14.	możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 [mm] wg. instrukcji obsługi	
15.	termin dostawy, licząc od dnia zamówienia u Wykonawcy, 2 – 3 dni robocze	
16.	szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego w pakiecie stentgraftu	
17.	możliwość zamiany na stent-graft piersiowy o śr. 22-46 mm z systemem wprowadzania max. 25F dla wszystkich średnic	

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
- W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy