

Częstochowa, dnia ..13...-12-2017r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
NA DOSTAWĘ RĘKAWIC MEDYCZNYCH STERYLNYCH
Znak sprawy: DAZ.26.110.2017

L.dz. 3156.../17

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1 Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poziom protein ma być potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza poziom protein potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta, z oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 2 Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic chirurgicznych lateksowych bezpydrowych polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, o długości wynoszącej min. 290 ± 6 mm. Grubość na palcu min. $0,22 \pm 0,01$ mm, na dłoni min. $0,20 \pm 0,01$ mm, na mankcie min. $0,17 \pm 0,01$ mm. Siła zrywania przed starzeniem min. 16,4 N. Produkt zgodny z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 -1,2,3,4, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388, EN 556-1. Oporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Odporne na przenikanie min. 13 cytostatyków m.in. Carmustine, Mitomycin C, Cyklofosfamide (Cytoxan), Fluorouracil, Vincristine, Cisplatin, zgodnie z normą ASTM D 6978 lub równoważną. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 oraz obniżony poziom protein wynoszący $\leq 10 \mu\text{g/g}$. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe bezpydrowe polimeryzowane od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowane o grubości na palcu min. $0,22 \pm 0,01$ mm, na dłoni min. $0,20 \pm 0,01$ mm zgodne z wymaganiami ASTM D3577, EN 455 -1,2,3,4, EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2),2,3, EN 420, EN 388, EN 556-1, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 3 Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarach S (6,5), M (7,5), L (8,5).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice w rozmiarach S (6,5), M (7,5), L (8,5) , z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 4 Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o obniżonej grubości wynoszącej na palcu min. 0,18 mm i na dłoni min. 0,17 mm, która poprawia wrażliwość dotykową, zwłaszcza w kontakcie z tkankami miękkimi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rękawic o obniżonej grubości wynoszącej na palcu min. 0,18 mm i na dłoni min. 0,17 mm.

Pytanie 5 Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 lub równoważną, która jest metodą bardziej precyzyjną niż dotychczas wymagana.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 lub równoważną, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 6 Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe, lekko pudrowane sterylne w rozmiarach 6, do 8,5 (stopniowanie co 0,5 rozmiaru), sterylizowane radiacyjnie, pakowane podwójnie: wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowany papier; AQL =1,0; o zawartości pudru poniżej 15mg/dm², o zawartości protein 94ug/g, długość rękawicy w rozmiarze 6,0-6,5 – min. 285mm, rozmiar 7,5-8 min. 290mm; o grubości na palcu 0,23mm, dłoni 0,19mm, kształt anatomiczny, rolowany mankiet, mechaniczna odporność na rozerwanie, nie powodujące odczynów na skórze, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, łatwe do wyjmowania z opakowania: min. 1,5cm wolny margines od góry opakowania zapewniający łatwe antyseptyczne otwieranie, łatwe w nakładaniu, zgodne z normą EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z norma ASTM F 1671?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 Część nr 1 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe, lekko pudrowane sterylne zgodne z Dyrektywą o środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC bez oznakowania na opakowaniu, potwierdzone kartą techniczną lub innymi dokumentami?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 Część nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne w kolorze naturalnego lateksu, występujące w rozmiarach 6,0-8,5 (stopniowanie co 0,5 rozmiaru), o anatomicznym kształcie, z rolowanym mankietem bez taśmy adhezyjnej, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, polimerowane oraz lekko chlorowane od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej, o grubości na palcu 0,23, na dłoni 0,20mm, na mankiecie 0,18mm, o długości min. 280mm-300mm w zależności od rozmiaru, o poziomie białek poniżej 30µg/g, AQL =1,0, o sile zrywu przed starzeniem 20N, zgodne z normą EN 455 – 1,2,3; zgodne z normami EN 556, ASTM F 1674 z użyciem bakteriofaga PhiX174, , zgodne z normami ISO 9001 i 13485 ?

W zał. zdjęcie opakowania.



Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 Część nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe o grubości rękawicy na palcu: 0,20+/-0,02mm, dłoń: 0,18+/-0,02mm, mankiet: 0,16+/-0,02?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne neoprenowe o grubości rękawicy na palcu: 0,20+/-0,02mm, dłoń: 0,18+/-0,02mm, mankiet: 0,16+/-0,02, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 10 Część nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne, zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC oraz z Dyrektywą o środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686 /EEC bez oznakowania na opakowaniu, potwierdzone kartą techniczną lub innymi dokumentami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 Część nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ginekologiczne, o grubości na palcu:0,33-0,40mm, dłoń: 0,27-0,35mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 12 Część nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, zapewniającą pewny chwyt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 13 Część nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne polimerowane obustronnie, posiadające warstwę antypoślizgową na całej powierzchni zapewniającą pewny chwyt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 14 Część nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne o grubości na palcu: 0,33+/-0,01mm, dłoń: 0,27+/-0,02mm, mankiet: 0,22+/-0,01mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 15 Część nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne spełniające w całości normę równoważną EN 374 w miejsce normy ASTM D 6978-05, co oznacza, że są odporne na przenikanie min 3 substancji chemicznych pochodzących z listy badanych substancji podanej w załączniku A przez co najmniej 30 min, co gwarantuje pełną ochronę i bezpieczeństwo personelu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 2 w pozycji nr 1 rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne posiadające mankiet zakończony rolowanym brzegiem z listwą samoprzylepną, o grubościach: na palcu 0,23mm, na dłoni 0,205m, na mankiecie 0,17mm, nieznacznie różniących się od wymaganej, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne posiadające mankiet zakończony rolowanym brzegiem z listwą samoprzylepną, o grubościach: na palcu 0,23mm, na dłoni 0,205m, na mankiecie 0,17mm.

Pytanie 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 6 w pozycji nr 1 rękawice sterylne lateksowe bezpudrowe do przygotowywania cytostatyków posiadające poziom AQL 1,0 oraz odstępnie od zgodności z normą z EN 388, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w części nr 6 w pozycji nr 1 rękawice sterylne lateksowe bezpudrowe do przygotowywania cytostatyków posiadające poziom AQL 1,0, a dopuszcza odstępnie od zgodności z normą z EN 388, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 18 – dotyczy Części nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane, sterylne o poziomie protein < 50 ug/g? Pozostałe parametry niezmiennione.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych, sterylnych o poziomie protein < 50 ug/g.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień:¹⁸.....-12-2017r. do godz. 10:00.
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień:¹⁸.....-12-2017r. o godz. 10:15.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Państwa Matki Panny w Częstochowie
Dariusz Kuczyński
Podpis Kierownika Zamawiającego
lek. med. Dariusz Kuczyński
lub osoby upoważnionej