



Częstochowa, dn. 11.10.2019 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

ZAKUP WIEŻY LAPAROSKOPEWY DLA POTRZEB TRAKTU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE

Znak sprawy: **DEZ.26.099.2019**

L.dz.: 3886/19

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej ustawa PZP), w odpowiedzi na wniesione pytania przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian treści SIWZ.

1. Wniesione pytania:

Pytanie 1 - MONITOR – Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jasność monitora na poziomie 450 cd/m² ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 2 – PROCESOR KAMERY – Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość procesora kamery równą 1920 x 1080p, 50/60 Hz ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 3 – PROCESOR KAMERY – Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość sterowania urządzeniem poprzez dołączoną zewnętrzną klawiaturę oraz możliwość sterowania z głowicy kamery ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 4 – PROCESOR KAMERY – Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści stosunki boków obrazu endoskopowego kompatybilne z oferowaną głowicą kamery i monitorem w skali 16:9 ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 5 – PROCESOR KAMERY – Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość osobnego uruchomienia źródła światła poprzez włącznik główny z możliwością sterowania oferowanym źródłem światła poprzez sterownik i głowicę kamery ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 6 – PROCESOR KAMERY – Poz. 21

Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz informacyjny o ilości przepracowanych godzin lampy podczas uruchamiania urządzenia ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 7 – PROCESOR KAMERY – Poz. 24,25

Czy Zamawiający dopuści wyjścia cyfrowe 2xDVI-D oraz 1x3G-SDI ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 8 – PROCESOR KAMERY – Poz. 27

Czy Zamawiający dopuści gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego na panelu czołowym źródła światła ? Sterowanie przełącznikiem nożnym dotyczy tego urządzenia.

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 9 – PROCESOR KAMERY – Poz. 31

Czy Zamawiający dopuści wyłącznie pamięć zewnętrzną urządzenia do archiwizowania danych (zdjęcia/filmy) oraz pamięć wewnętrzną do zapisania profili użytkowników ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 10 – PROCESOR KAMERY – Poz. 33

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość zapisywanych obrazów FullHD ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 11 – PROCESOR KAMERY – Poz. 41

Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą opcjonalnej dołączonej klawiatury ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 12 – PROCESOR KAMERY – Poz. 46

Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia rozmiaru czcionki oraz pozycji danych na ekranie monitora bez możliwości zmiany koloru czcionki ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 13 – PROCESOR KAMERY – Poz. 48

Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia balansu bieli i wyświetlenie komunikatu o poprawnym, bądź błędnym wykonaniu balansu bieli co wiąże się z odpowiednim doбором kolorów bez konieczności wyświetlania obrazu kontrolnego ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 14 – GŁOWICA KAMERY – Poz. 53

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostosowania parametrów kamery poprzez dedykowane przyciski na głowicy kamery (3 przyciski w tym 2 w pełni programowalne z możliwością przypisania po 2 funkcje do każdego przycisku) ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 15 – ŚWIATŁOWÓD – Poz. 79 - 83

Czy Zamawiający dopuści światłowód kompatybilny z oferowanymi optykami i źródłem światła o śr. 4,8 mm, dł. 250 cm ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 16 – INSUFLATOR – Poz. 85

Czy Zamawiający dopuści osobne urządzenie służące do oddymiania z możliwością komunikacji z oferowanym insuflatorem ? Sterowanie oddymianiem odbywa się poprzez dedykowany przełącznik nożny.

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 17 – INSUFLATOR – Poz. 84

Czy Zamawiający dopuści maksymalny przepływ dwutlenku węgla równy 40 l/min ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 18 – INSUFLATOR – Poz. 86,94

Czy Zamawiający dopuści insuflator z funkcją alarmu dźwiękowego i świetlnego przekroczenia zadanej wartości ciśnienia z automatyczną funkcją insuflacji i desuflacji dwutlenku węgla w zależności od wymaganej wartości ciśnienia ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 19 – INSUFLATOR – Poz. 92

Czy Zamawiający dopuści insuflator z funkcją regulacji wartości przepływu ustawianej przyciskami na panelu dotykowym urządzenia ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 20 – INSUFLATOR – Poz. 96

Czy Zamawiający dopuści insuflator z możliwością podłączenia źródła zasilania CO2 zarówno z butli jak i instalacji w ścianie z możliwością przełączenia trybów z menu insuflatora (ekran dotykowy)

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 21 – INSUFLATOR

Czy Zamawiający wymaga dodatkowo aby insuflator miał funkcję podgrzewania gazu ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.](#)

Pytanie 22 – POMPA SSĄCO – PŁUCZĄCA DO LAPAROSKOPII – Poz. 97,98

Czy Zamawiający dopuści pompę ssąco-płuczącą do laparoskopii bez technologii RFID z drenami wielorazowymi zarówno do płukania jak i do ssania ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 23 – POMPA SSĄCO – PŁUCZĄCA DO LAPAROSKOPII – Poz. 102,103

Czy Zamawiający dopuści pompę ssąco-płuczącą do laparoskopii z maksymalnym ciśnieniem płukania 400 mmHg oraz wydajnością płukania 3,5 l/min ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 24 – NAGRYWARKA MEDYCZNA – Poz. 104 - 118

Czy Zamawiający dopuści możliwość archiwizacji zarówno zdjęć jak i filmów na dołączanym bezpośrednio do sterownika kamery przenośnym dysku zewnętrznym lub pendrive ? Funkcja zapisu zdjęć i filmów realizowana bezpośrednio z głowicy kamery podczas zabiegu oraz opis bezpośrednio z dołączonej klawiatury ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie 25

W związku z tym, że niektóre pozycje nie są wyrobem medycznym (odpowiadają parametrom jakościowym i technicznym)- Wózek laparoskopowy oraz stojak na słój - nie posiadają deklaracji zgodności ani certyfikatu CE, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia ze stawką VAT 23% ?

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany Załącznika Nr 4 do SIWZ. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmienione oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmianę w składanych ofertach.](#)

Pytanie 26 - dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - Wieża laparoskopowa

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania dedykowanego źródła światła do obsługi obrazu ICG, jednocześnie prosimy o udzielenie zgody na poniższe parametry

	Źródło światła XENON o mocy 300W z modulem podczerwieni
1	Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
2	Automatyczna regulacja jasności światła we współpracy ze sterownikiem - optymalne parametry pracy dobierane są automatycznie
3	Przycisk Stand-by
4	Przycisk "High illumination" dla ręcznej, szybkiej maksymalizacji mocy
5	Licznik czasu pracy żarówki (ok. 500h)
6	Wbudowana, automatycznie włączana żarówka awaryjna (halogen 35W) w przypadku uszkodzenia lampy głównej
7	Podświetlany panel przedni (operacyjny) urządzenia
8	Klasa I

Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.](#)

Pytanie 27– dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ – Monitor - 1 szt

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o podanych poniżej parametrach

1.	Przekątna min. 26 cali
2	Monitor medyczny z aktywną matrycą TFT
2.	Rozdzielczość 1920 x 1080 punktów Full HD
3.	Proporcje ekranu: 16:10 (monitor kompatybilny z sygnałami wejściowymi o proporcjach 5:4)
4.	Kąt widzenia poziom / pion 178/178
5.	Kontrast min. 1400:1
6.	Funkcje specjalne: PIP (obraz w obrazie) i POP (obraz obok obrazu) w pełnej kombinacji dostępnych sygnałów na wszystkich wejściach monitora, Rotacja obrazu w zakresie 180°, Lustrzane odbicie

7.	Wejścia/ wyjścia video min: HD-SDI (2), DVI (2), RGBS (YpbPr), S-VIDEO, HD15
8.	Liczba kolorów: 1,07 miliarda (10bit)
9.	Funkcja FLIP, PIP, POP, Clone
10.	Norma ochronna IPX1
11.	Funkcja wzmocnienia obrazu z redukcją szumów (A.I.M.E)
12.	Sterowanie zdalne: RS-232C, GPI
13.	mocowanie VESA 100mm oraz VESA 200x100mm
14.	Wbudowany zasilacz; możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28– dotyczy Zał. Nr 3 do SIWZ - Optyka 2D 30° ICG- 1 szt

Czy Zamawiający będzie wymagał zaferowania optyki posiadającej pole widzenia w zakresie min. 88° , co stanowi innowacyjne rozwiązanie i zapewnia istotnie wyższy komfort pracy w polu operacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 29– dotyczy Zał. Nr 3 do SIWZ - Optyka 2D 30° ICG- 1 szt

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie optyki ICG o wymaganych poniżej parametrach

Optyka do obrazowania fluorescencyjnego IR; śr. 10mm, 30°	
1	Teleskop IR śr. 10mm, umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji Kąt patrzenia 30°; dł. rob. 318,6mm; pole widzenia 88°; autoklawowalny; soczewki ze szkła ED o niskiej dyspersji; przeznaczony do obrazowania fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG); wbudowany filtr przeznaczony do ICG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30– dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - Optyka 2D 0° – 1 szt

Czy Zamawiający będzie wymagał zaferowania optyki posiadającej pole widzenia w zakresie min. 88° , co stanowi innowacyjne rozwiązanie i zapewnia istotnie wyższy komfort pracy w polu operacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 31– dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - Optyka 2D 0° – 1 szt

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie optyki ICG o wymaganych poniżej parametrach

Optyka do obrazowania fluorescencyjnego IR; śr. 10mm, 0°	
1	Teleskop IR śr. 10mm, umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji Kąt patrzenia 0°; dł. rob. 316,4mm; pole widzenia 88°; autoklawowalny; soczewki ze szkła ED o niskiej dyspersji; przeznaczony do obrazowania fluorescencyjnego w podczerwieni bliskiej z wykorzystaniem barwnika w postaci zieleni indocyjaninowej (ICG); wbudowany filtr przeznaczony do ICG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32– dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - Insuflator- 1 szt

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przycisku nożnego w celu zagwarantowania oddymiania pola operacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33– dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - Insuflator- 1 szt

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu drenów do oddymiania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 – dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA DO LAPAROSKOPII – 1 SZT.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych drenów do płukania i odsysania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 – dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - NAGRYWARKA MEDYCZNA – 1 SZT.

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania urządzenia klasy medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga i dokonuje zmiany Załącznika Nr 4 do SIWZ. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zmienione oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmianę w składanych ofertach.

Pytanie 36 – dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI DO LAPAROSKOPII.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego zadania ponieważ opis parametrów jednoznacznie wskazuje konkretnego producenta i uniemożliwia zaoferowanie narzędzi równoważnych spełniających te same funkcje?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do oddzielnego zadania, ale dopuszcza narzędzia o parametrach opisanych w pytaniach nr 38, 39 i 40.

Pytanie 37 – dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI DO LAPAROSKOPII.

Czy Zamawiający odstąpi od zamówienia narzędzi laparoskopowych z uwagi na fakt podania parametrów charakterystycznych wyłącznie dla jednego producenta co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytania nr 36.

Pytanie 38 – dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - PODSTAWOWY ZESTAW NARZĘDZI DO LAPAROSKOPII

Pkt 119

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia o długości 15 cm i standardowym przepływie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 120

Czy Zamawiający na zaoferowanie narzędzia o średnicy kaniuli w zakresie od 10 do 11mm i długości roboczej w zakresie od 8 do 11 cm, jednocześnie informujemy że producenci stosują charakterystyczne dla siebie wymiary?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 120

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia bez dźwigni i obrotowego przyłącza do insuflacji, jednocześnie informujemy że jest to cecha charakterystyczna dla jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 121, 123, 124

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia zgodnego z opisem zawierającego zawór klapkowy bez dźwigni, otwierany pod naporem narzędzia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 122

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania nasadki redukcyjnej mocowanej bezpośrednio do głowicy trokary, o rozmiarze 13/11-5,5 mm, jednocześnie informujemy że mocowanie na zaworze trokara jest rozwiązaniem uniemożliwiającym bezpieczną pracę narzędziami o różnych rozmiarach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pkt 123

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara zgodnego z opisem o średnicy kaniuli 5,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 124

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara o średnicy kaniuli 13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 125

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania nasadki redukcyjnej mocowanej bezpośrednio do głowicy trokary, o rozmiarze 13/11-5,5 mm, jednocześnie informujemy że mocowanie na zaworze trokara jest rozwiązaniem uniemożliwiającym bezpieczną pracę narzędziami o różnych rozmiarach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pkt 126, 127, 128

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zaoferowania tulei gwintowanej w pozycjach

126,127,128? Jednocześnie informujemy że możemy zaoferować rozwiązanie łączące pozycje 121,123,124 z pozycjami 126,127,128 co istotnie wpływa na wartość zamówienia, redukuje ilość narzędzi w polu operacyjnym oraz istotnie wpływa na efektywność i komfort pracy operatora i instrumentariuszki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39 - dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - Pkt 129,132,137,138,139,141,142,143,144,145,146, 147,148,149,150,151

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania tubusa izolowanego bez przyłącza do przepłukiwania podczas mycia, narzędzia rozbieralne ze względu na swoją konstrukcję nie muszą posiadać kanałów do przepłukiwania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 129

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wkład roboczy do nożyczek zawierał ostrze płaskie, zakrzywione?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wkład do nożyczek posiadał proste, ząbkowane ostrze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 131

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania kompletnego narzędzia składającego się z rurki ssąco-płuczącej z bocznymi otworami i dwudrożną rękojeścią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pkt 132

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia z jedną ruchomą branszą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 133

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uszczelek do trokarów o średnicy 11 mm, jednocześnie informujemy że każdy producent charakteryzuje się swoimi wymiarami przy produkcji akcesoriów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 134

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uszczelek do trokarów o średnicy 5,5 mm, jednocześnie informujemy że każdy producent charakteryzuje się swoimi wymiarami przy produkcji akcesoriów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 136

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie metalowego kosza do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą? Jednocześnie informujemy, że w skład wchodzi: mata silikonowa, wkład z uchwytami. Wymiary 550x255x230. Kompatybilny ze sterylizacją parową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 139

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia rozbieralnego bez kanału do przepłukiwania, jednocześnie wyjaśniamy że jeśli narzędzie jest rozbieralne kanał płukający jest zbędny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy nierozbieralnej z kanałem płuczącym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 - dotyczy Zał. Nr 3 do SIWZ - ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH DLA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ – 1 ZESTAW.

Pkt 143

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia z obiema branszami ruchomymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 151

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia z uchwytem plastikowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41 - dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - POZOSTAŁE WYMAGANIA – pkt. 156

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 156 na następujący

Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, **a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy uwzględnią zmianę w składanych ofertach.

Zamawiający dokonuje również zmiany §7 ust. 1 wzoru umowy – załącznik Nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie: „1. Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze, w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych. Podstawienie sprzętu zastępczego w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych.”

Zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 42 - dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - POZOSTAŁE WYMAGANIA – pkt. 155

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczona od daty instalacji bez określenia roku produkcji?

Nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43 - dotyczy zał. Nr 3 do SIWZ - POZOSTAŁE WYMAGANIA – pkt. 159

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 159 na następujący

Zakup części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 8 lat

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy uwzględnią zmianę w składanych ofertach

Pytanie 44 – dotyczy wzoru umowy Par. 11 ust. 1 pkt. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację **Par. 11 ust. 1 pkt. 3)** na następujący:

3) w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia, **z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca dostarczy zastępczy przedmiot umowy.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę Po wprowadzeniu zmiany § 11 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy – załącznik Nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia, z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca dostarczy zastępczy przedmiot umowy.”

Zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

Pytanie 44 – dotyczy wzoru umowy Par. 11 ust. 1 pkt. 5)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację **Par. 11 ust. 1 pkt. 5)** na następujący:

5) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości brutto części (której dotyczy) za każdy przypadek, za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 4 ust. 5 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Rozdziału IV SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia. Po wprowadzeniu zmian Rozdz. IV SIWZ otrzymuje brzmienie:

„IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: **do 9 grudnia 2019 r.**”

W wyniku dokonanej zmiany Zamawiający zmienia §3 Załącznika Nr 7 do SIWZ – wzór umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w terminie **do 9 grudnia 2019 r.**”

Zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu.

3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień i zmian treści SIWZ. Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **16.10.2019.**, godz. **10:00**, termin otwarcia ofert: **16.10.2019 r.**, godz. **10:30**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany w składanych ofertach

**DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE
ZBIGNIEW BAJKOWSKI**

.....
podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej