

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

## WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:  
**DOSTAWA**  
**MATERIAŁÓW SZEWNYCH**  
Znak sprawy: **DAZ.26.082.2017**

L.dz. 2303/17

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1:** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z części nr 12 pozycji nr 3, 4, 5, 6, 7 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu, co pozwoliłoby nam na zaferowanie wyrobów spełniających Państwa wymagania.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Części Nr 12 pozycji 3, 4, 5, 6, 7. Pozycje te zostają wydzielone do utworzonej Części Nr 23. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień – zmieniony formularz asortymentowo-cenowy Część Nr 12 oraz utworzony formularz asortymentowo-cenowy – Część Nr 23.

**Pytanie 2:** do Części nr 12, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu o następujących właściwościach: Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość: 01,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,45 mm, gramatura: 57 g/m2, wielkość porów: 0,90 mm. Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z części nr 12.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3:** do Części nr 12, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach: System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Jest to system jednorazowy, przeciwbrotowy, pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo-kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniałna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Parametry techniczne: grubość siatki - 0,5 mm, wielkość porów - 0,5-1 um. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z części nr 12.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Części Nr 12 poz. nr 3 do utworzonej Części Nr 23. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień – zmieniony formularz asortymentowo-cenowy Część Nr 12 oraz utworzony formularz asortymentowo-cenowy – Część Nr 23.

**Pytanie 4:** do Części nr 12, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach: System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia tylnego i szczytowego kompartmentu macicy poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Jest to system jednorazowy, przeciwbrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a strukturą więzadła krzyżowo-kolcowego dzięki kotwom TAS. Polipropylenowa, monofilamentowa i niewchłaniałna siatka posiada otwory 6 mm w części centralnej. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych.

Parametry techniczne: grubość siatki - 0,5 mm wielkość porów - 0,5-1 um. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z części nr 12.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Części Nr 12 poz. nr 4 do utworzonej Części Nr 23. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień – zmieniony formularz asortymentowo-cenowy Część Nr 12 oraz utworzony formularz asortymentowo-cenowy – Część Nr 23.

**Pytanie 5:** do Części nr 12, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach: System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Zestaw składa się z TAS (Tissue Anchoring System, systemu kotwiczenia tkanek) - 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Insertion Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu. Zestaw zawiera: Implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia wykonany z polipropylenu monofilamentowego oraz 1 igłę. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z części nr 12.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Części Nr 12 poz. nr 5 do utworzonej Części Nr 23. W załączeniu do niniejszych wyjaśnień – zmieniony formularz asortymentowo-cenowy Część Nr 12 oraz utworzony formularz asortymentowo-cenowy – Część Nr 23.

**Pytanie 6:** do Części Nr 12. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 12: poz. 1 taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (uniwersalna, zarówno do TOT jak i TVT) z polipropylenu monofilamentowego; plastikowa osłona na taśmie, brzegi taśmy zakończone pętelkami; długość 45 cm, szer. 1,1 cm, grubość 0,34 mm, porowatość 1500-1925 µm, zagęszczenie oczek 55-60%; gramatura 45g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość min. 90 N/cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7:** do Części Nr 12. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 12: poz. 2 taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (uniwersalna, zarówno do TOT jak i TVT) z polipropylenu monofilamentowego, całkowicie niewchłaniałna, bez części rozpuszczalnej po środku; plastikowa osłona na taśmie, brzegi taśmy zakończone pętelkami; długość 45 cm, szer. 1,1 cm, grubość 0,34 mm, porowatość 1500-1925 µm, zagęszczenie oczek 55-60%; gramatura 45g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość min. 90 N/cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8:** do Części Nr 12. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 12: poz. 3 system do przepochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie, gramatura siatki 45 g/m<sup>2</sup>, porowatość 55-60%, rozmiar siatki: podstawy 6 cm x 9 cm x wysokość 7,5 cm, implant z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, zakończone długimi pętlami w celu mocowania do narzędzia.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9:** do Części Nr 12. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 12: poz. 4 system do przepochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie, gramatura siatki 45 g/m<sup>2</sup>, porowatość 55-60%, rozmiar siatki 6,3 cm x 12 cm, implant z dwoma ramionami, każde w plastikowej osłonce, zakończone długimi pętlami w celu mocowania do narzędzia.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 10:** do Części Nr 12. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 12: poz. 6 wielorazowe narzędzie do implantacji siatki do przepochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 11:** do Części Nr 12. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 12: poz. 7 wielorazowe narzędzie do implantacji siatki do przepochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 12:** do Części Nr 12. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnej części pozycji nr 5. Podnieście to konkurencyjność postępowania i umożliwi udział większej liczby Oferentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **12.10.2017** r. termin składania i otwarcia ofert.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

p.o. Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

*dr n. med. Janusz Kapustecki*

.....  
podpis  
kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej

Załącznik:  
Formularz asort.-cenowy, Część Nr 12 i 23.

.....  
Pieczeć Wykonawcy

ZALĄCZNIK NR 2 do SIWZ  
ZALĄCZNIK NR 1 do UMOWY  
DAZ.26.082.2017

### Formularz asortymentowo-cenowy

#### CZEŚĆ NR 12

Opis:

- 1) Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonana: polipropylen monofilamentowy. Plastikowa osłona na taśmie, brzegi taśmy zakończone pętelkami. Długość 45 cm, szer. 1,1 cm, grubość 0,33 mm, średnia porowatość 1000 um, max porowatość 1 870 um, gramatura 48g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość 70 N/cm
- 2) Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystociele wykonana: polipropylen monofilamentowy z częścią rozpuszczalną w środku taśmy - polidioxanową. Plastikowa osłona na taśmie, brzegi taśmy zakończone pętelkami. Długość 45 cm, szer. 1,1 cm, grubość 0,54 mm, porowatość 1165 um, gramatura 116 g/m<sup>2</sup>.

Lp.	Kod	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość netto (5x6)	% VAT	Wartość brutto (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1)	63					
2		2)	10					
					<b>Razem zł</b>			

Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Do pozycji 2 - wymagana próbka.

.....  
miejsce i data

.....  
podpis osoby/-ów  
uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy  
lub pełnomocnika

.....  
Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ  
ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY  
DAZ.26.082.2017

### Formularz asortymentowo-cenowy

#### **CZĘŚĆ NR 23**

Opis:

- 1) System do przepochwowej naprawy przedniego defektu dna miednicy składający się z:
  - siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym
  - gramatura siatki 21g/m<sup>2</sup>
  - porowatość siatki 93%
  - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz do łuku ścięgniętego lub powięzi zasłonowych
  - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy
  - siatka w komplecie z 7 szwami niewchłaniającymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji
  - rozmiar siatki standard.
- 2) System do przepochwowej naprawy tylnego defektu dna miednicy składający się z:
  - siatki polipropylenowej monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym
  - gramatura siatki 21g/m<sup>2</sup>
  - porowatość siatki 93%
  - siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo kolcowych oraz do łuku ścięgniętego lub powięzi zasłonowych
  - system umożliwiający implantację siatki z jednego nacięcia pochwy
  - siatka w komplecie z 4 szwami niewchłaniającymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji
  - rozmiar siatki standard.
- 3) System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo krzyżowych składający się z:
  - siatki polipropylenowej monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery „C”
  - gramatura siatki 21g/m<sup>2</sup>
  - porowatość siatki 93%
  - siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłaniającymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji.
- 4) Wielorazowe narzędzie do fiksacji szwów – do więzadeł kolcowo krzyżowych, łuku ścięgniętego i powięzi zasłonowych bez kontroli wzroku. Narzędzie przystosowane do użycia z jednorazowymi sterylnymi ładunkami zawierającymi szwy o dł.70cm.
- 5) Ładunki do wielorazowego narzędzia do fiksacji siatki – niewchłaniające.

Lp.	Kod	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość szt.	Ilość opakowań	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość netto (5x6)	% VAT	Wartość brutto (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1)	20					

2									
3		2)			20				
4		3)			20				
5		4)			1				
		5)			10				
Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.									
									<b>Razem zł</b>

.....  
miejsce i data

.....  
podpis osoby/-ów  
uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy  
lub pełnomocnika