

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

ZAKUP

MOBILNEGO APARATU RTG Z RAMIENIEM C

W RAMACH „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

PN. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA CHOROÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

POLKARD NA LATA 2017-2020 W RAMACH ZADANIA: WYPOSAŻENIE / DOPOSAŻENIE

W MOBILNE APARATY RTG Z RAMIENIEM C WYSOKIEJ KLASY DO PROCEDUR

WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH ODDZIAŁÓW KARDIOLOGII W ROKU 2017”

Znak sprawy: **DAZ.26.098.2017**

L.dz. 2306/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy §3 punkt 3: Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „racjonalnej eksploatacji”?

Odpowiedź: Racjonalna eksploatacja - eksploatacja zgodna z przeznaczeniem sprzętu w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie jego możliwości.

Pytanie 2: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy §3 oraz §4 punkt 5: Zamawiający w §3 punktach 2 i 3 wymaga szkoleń w terminie do 2 dni po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego a jednocześnie w §4 punkt 3 wymaga, aby zaświadczenie o odbytym szkoleniu personelu medycznego było załączone do dokumentów niezbędnych przy przekazaniu do użytku i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Ze względu na brak konsekwencji zapisów, prosimy o rezygnację z zapisu o wymogu przedłożenia zaświadczenia dla personelu medycznego wraz z dokumentami niezbędnymi do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Prosimy o wyjaśnienie o jaki komplet dokumentów chodzi Zamawiającemu w §4 punkt 4 wzoru umowy?

Odpowiedź: Ze względu na zapisy w ust. 2 i 3 §3 wzoru umowy, iż szkolenie pracowników medycznych i technicznych odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, Zamawiający odstąpi od wymogu dotyczącego przekazania wraz ze sprzętem zaświadczenia o odbytym szkoleniu. W związku z tym wykreśli z §4 ust. 5 zapis dotyczący zaświadczenia o szkoleniu i wprowadzi go do wzoru umowy. Po zmianie ust. 5 §4 otrzymuje brzmienie: „Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów - w tym instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia - oraz z kserokopią dokumentów, o których mowa w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” - zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki, bezpośredniego użytkownika lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy”.

Pytanie 3: dot. załącznika nr 6 do SIWZ Tabelka pkt 91. Prosimy o dodanie: „... z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten wynosi lat 10”. Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamyh z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją.

Odpowiedź: Zamawiający doda do pkt. 91 Tabela parametrów technicznych (Załącznik Nr 6 do SIWZ) proponowany wyżej zapis.

Pytanie 4: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy § 4 ust. 1, § 10 ust 4

Prosimy o zastąpienie słowa „gwarantuje” słowem „zapewni” – słowo gwarantuje sugeruje odpowiedzialność wykonawcy na zasadzie ryzyka, podczas gdy odpowiedzialność wykonawcy oparta jest, zgodnie z kc, na zadzie winy.

Odpowiedź: Jak w SIWZ – użyte sformułowanie nie odnosi się do gwarancji rozumianej jako odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

Pytanie 5: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy § 6 ust. 4. prosimy o zmianę celem doprecyzowania na: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalenie itp.)

c. materiały eksploatacyjne,”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w § 6 ust. 4 – jak w załączonym do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ wzorze umowy.

Pytanie 6: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy § 6 ust. 5 § 7 ust. 1. Prosimy o potwierdzenie, że przez dni robocze rozumie się dni od pn – pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 7: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy § 8 ust. 4. Zaproponowane przez Zamawiającego brzmienie powoduje, że mamy do czynienia z automatyczna reklamacją, automatycznie uznawaną – brak jest procedury rozpatrywania reklamacji przez Wykonawcę, prosimy o zmianę na „... w ciągu 20 dni od uznania reklamacji przez Wykonawcę”. Oraz o dodanie zdania „Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w § 8 ust. 4 – jak w załączonym do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ wzorze umowy.

Pytanie 8: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy § 8. Prosimy o dodanie ust. 9 w brzmieniu:

„Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu do § 8 ust. 6 – jak w załączonym do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ wzorze umowy.

Pytanie 9: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy § 10 ust. 4. Prosimy o usunięcie zdania drugiego i następnych. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art. 54 ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy § 12 ust. 1. Mając na uwadze uwagi do par. 8 ust. 4 i par. 6 ust. 5 – prosimy o usunięcie niniejszego ustępu.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy §3Pkt 1. Czy Zamawiający zgodzi się na takie zapisy jak poniżej:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w terminie do 17.12.2017 r.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje termin 07.12.2017 r.

Pytanie 12: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy §3Pkt 2. Czy Zamawiający zgodzi się na takie zapisy jak poniżej:

Szkolenie pracowników medycznych Zamawiającego o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, odbędzie się w dogodnym terminie dla zamawiającego po dostarczeniu i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy §3 Pkt 3. Czy Zamawiający zgodzi się na takie zapisy jak poniżej:

Szkolenie pracowników technicznych Zamawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu odbędzie się w dogodnym terminie dla zamawiającego po dostarczeniu i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy §6 Pkt 5. Czy Zamawiający zgodzi się na takie zapisy jak poniżej:

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw niewynikających z winy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ust. 5 §6 – jak w załączonym do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ wzorze umowy.

Pytanie 15: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy §11 PKt 1. Czy Zamawiający zgodzi się na takie zapisy jak poniżej:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku i wysokościach określonych umową:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,15% wartości netto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 niniejszej umowy,

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego przeszkolenia personelu Zamawiającego, w wysokości 0,15% wartości zamówienia netto określonej w § 2 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki ponad terminy określone w § 3 umowy.

3) w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,15% wartości netto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,

4) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 2 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy §6 pkt 5. Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź: jak w odpowiedzi na pytanie 14.

Pytanie 17: dot. załącznika nr 7 do SIWZ wzór umowy §Par. 7. Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostarczenia urządzeń zastępczych. Zapis o tym zostanie usunięty ze wzoru umowy - jak w załączonym do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ wzorze umowy.

Pytanie 18: dot. załącznika nr 6 do SIWZ pkt 92 w tabeli. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy punkt otrzymał poniższe brzmienie: "Możliwość rozbudowy aparatu przez co najmniej 4 lata"

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 19: dot. zapisów SIWZ rozdz. IV Termin wykonania zamówienia oraz zał. Nr 1 do SIWZ pkt. 4, §13 ust. 1: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 8 dni. Zamawiający określił termin realizacji zamówienia do 07.12.2017, wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu rentgenodiagnostycznego, jakim jest aparat RTG z ramieniem C jest niewystarczający. Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 8 dni.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje wyznaczony termin 07.12.2017. Wydłużenie terminu dostawy może skutkować problemem z terminem rozliczenia dotacji.

Pytanie 20: dot. zapisu zał. Nr 1 do SIWZ pkt. 5 oraz § 7 ust. 2: Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21: dot. zapisu zał. Nr 6 do SIWZ pkt. Tabela Parametrów Technicznych pkt. 87: Rozumiemy, iż po pojęciem „ czas reakcji na zgłoszenie „ zamawiający rozumie rozmowę telefoniczną wykonaną do Zamawiającego celu zdiagnozowania uszkodzenia?

Odpowiedź: Tak. Czas reakcji na zgłoszenie – uwzględnia rozmowę telefoniczną lub zgłoszenie e-mail/pisemnie.

Pytanie 22: dot. zapisu zał. Nr 6 do SIWZ pkt. Tabela Parametrów Technicznych pkt. 87: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie maksymalnego czasu reakcji na zgłoszenie wskazanego w punkcie w/w punkcie do 48 godzin w dni robocze (od pon-pt.). Pragniemy zauważyć, że standardowe godziny pracy serwisu to 8.30-17.00 w dni robocze (od pon-pt.), dlatego na zgłoszenie otrzymane po godzinie 17.00 wykonawca będzie mógł zareagować w następnym dniu roboczym.

Odpowiedź: Dni robocze – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji – jak w SIWZ.

Pytanie 23: dot. zapisu zał. Nr 6 do SIWZ pkt. Tabela Parametrów Technicznych pkt.88 i 90 oraz §7 ust. 1:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym punkcie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu może wynieść 7-10 dni roboczych.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na tak niewielką modyfikację w/w punktu poprzez zaakceptowanie poniższego zapisu. „Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia

- w okresie gwarancji

do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części), oraz do 7 dni roboczych (gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych)”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian – jak w załączonym do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ wzorze umowy oraz Tabeli parametrów technicznych.

Pytanie 24: dot. Wzoru Umowy załącznika nr 7 §6 ust. 5: Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 niewynikających z winy Zamawiającego napraw tego samego istotnego elementu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)...”

Odpowiedź: jak w odpowiedzi na pytanie 14.

Pytanie 25: dot. Wzoru Umowy załącznika nr 7 §7 ust.1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatację zastępczego aparatu. Uruchomienie

zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatację zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Nadmieniamy, że w przypadku opóźnienia w wykonywaniu napraw, Zamawiający przewidział sankcje wobec Wykonawcy – karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z dostarczenia urządzenia zastępczego – jak w załączonym do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ wzorze umowy.

Pytanie 26: dot. Wzoru Umowy załącznika nr 7 §7 ust. 1 oraz. zał. nr 6 do SIWZ pkt. Tabela Parametrów Technicznych pkt. 90: Prosimy o usunięcie słowa „pogwarancyjnym” w/w zapisie wyjaśniamy, iż zamówienie nie obejmuje okresu pogwarancyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający usunie zwrot „i pogwarancyjnym”. W załączeniu zmieniony wzór umowy i Tabela parametrów technicznych.

Pytanie 27: dot. Wzoru Umowy załącznika nr 6 §11 ust. 1 pkt.1,2,3: Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28: dot. Wzoru Umowy załącznika nr 6 §11 ust.1 pkt.1: Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.

Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29: dot. Wzoru Umowy załącznika nr 7 §11 ust.1 pkt.4: Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary z tytułu odstąpienia od umowy również dla Zamawiającego, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność; jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmniejszenie w/w kary do 10%.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30: dot. Wzoru Umowy załącznika nr 7 §11 ust 2: Zwracamy się z prośbą o zmianę brzmienia §11 ust2 na: „ Kara umowna płatna będzie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę”

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31: dot. Tabela parametrów Technicznych punkt nr 5: Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu rtg z ramieniem C z zakresem ruchu pionowego ramienia C do 42 cm. Różnica zaledwie 1 centymetra zupełnie nie ma przełożenia na wartość diagnostyczną jak i ergonomię pracy. Taka odległość w pełni wystarczy do pracy z każdym stołem i w każdym potrzebnym ułożeniu ramienia C przy zachowaniu komfortu pracy dla operatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32: dot. Tabela parametrów Technicznych punkt nr 10: Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga zmotoryzowanego ruchu orbitalnego, rotacji oraz przesuwu wzdłużnego i pionowego. Możliwość zmotoryzowanego sterowania wszystkimi ruchami ramienia C ma duży wpływ na jakość pracy z aparatem i wyraźnie skraca czas potrzebny na ustawianie i obsługę aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33: dot. Tabela parametrów Technicznych punkt nr 23: Zamawiający wymaga Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 15 kHz. Jest to dużo za mała wartość aby aparat zapewniał wysoką i diagnostyczną jakość uzyskiwanych obrazów podczas badań kardiologicznych i naczyniowych pacjentów o większej wadze ciała. Dlatego prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający będzie wymagał generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min 40 kHz dla wszystkich oferowanych trybów pracy.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień ~~30.10~~ . ~~10~~ . 2017 r., godz. 10.00, termin otwarcia ofert: ~~30.10~~ . 2017 r., godz. 10.15.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. podpis **Piotr Kaczmarek**
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MOBILNY APARAT RTG Z RAMIENIEM C – 1 szt.

Producent:
 Nazwa-model/typ:
 Kraj pochodzenia:
 Rok produkcji:

L-p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
RAMIĘ C					
1.	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C)	≥ 68 cm			≥ 72 cm – 5 pkt <72 cm – 0 pkt
2.	Odległość SID	≥ 107 cm			Bez punktacji
3.	Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG)	≥ 83 cm			≥ 85 cm – 5 pkt <85 cm – 0 pkt
4.	Zakres ruchu ramienia C wzdłuż	≥ 20 cm			Bez punktacji
5.	Zakres ruchu pionowego ramienia C	≥ 43 cm			≥ 45 cm – 5 pkt <45 cm – 0 pkt
6.	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C	≥ 140°			Bez punktacji
7.	Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej)	≥ ±220°			Bez punktacji
8.	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (wychylenie)	≥ ±10°			≥ +/-12° – 5 pkt < +/-12° – 0 pkt

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
9.	Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie	Tak			Bez punktacji
10.	Zmotoryzowany ruch orbitalny i rotacja w ramieniu C	Tak			Bez punktacji
11.	Prędkość zmotoryzowanego ruchu orbitalnego i rotacji w ramieniu C	$\geq 9^\circ/s$			Bez punktacji
12.	Zapamiętywanie podczas zabiegu min. dwóch ustawień ramienia C (co najmniej ruch orbitalny i rotacja) oraz automatyczne ustawienia się ramienia C w tych pozycjach	Podać, opisać			Tak, min. 2 pozycje z zapamiętaniem ustawiania kolimacji – 10 pkt Tak, min. 2 pozycje – 5 pkt Nie – 0 pkt
13.	Urządzenie zabezpieczające przed najężdżaniem na leżące przewody	Tak			Bez punktacji
14.	Blokada kół	Tak			Bez punktacji
15.	Hamulce ruchów ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej z odpowiadającymi im skalami, oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji w sali operacyjnej	Tak			Bez punktacji
16.	Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej bezpośrednio przy detektorze	Tak/Nie			Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
17.	Uchwyt przy detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C	Tak			Bez punktacji
18.	Obrotowy, dotykowy panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH oraz możliwość sterowania silnikowymi ruchami	Tak			Bez punktacji

L-p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
19.	Mocowany do szyny przy stole dodatkowy panel z monitorem dotykowym do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH oraz możliwością sterowania silnikowymi ruchami aparatu z pola sterylnego	Tak			Bez punktacji
20.	Wyświetlenie na panelu przy ramieniu C i na panelu przy stole aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji	Tak			Bez punktacji
21.	Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat lub wyłączający min. ruchy silnikowe i promieniowanie	Tak, podać			Bez punktacji
22.	Szerokość wózka z ramieniem C	≤ 85 cm			Bez punktacji
GENERATOR					
23.	Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 15 kHz	Tak			Bez punktacji
24.	Moc generatora RTG	≥ 25 kW			Brak punktacji
25.	Fluoroscopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości	Co najmniej w zakresie 4 p/s - 25 p/s			≥ 30 p/s – 5 pkt; <30 p/s – 0 pkt
26.	Radiografia cyfrowa	Tak			Bez punktacji
27.	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii	≥ 120 kV/120 kV			Bez punktacji
28.	Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej	≥ 210 mA			Bez punktacji
29.	Minimalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej	≤ 5 mA			Bez punktacji
30.	Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej	≥ 250 mA			Bez punktacji
31.	Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii	Tak			Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
32.	Pakiet programów naczyniowych zawierający przynajmniej: - Cyfrowa angiografia subtrakcyjna DSA Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczerwieniu kontrastem (tzw. MSA lub MaxOp), - Roadmapping – (tzw. RSA lub Roadmap), Oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie DSA oraz Roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO2	Tak			Bez punktacji
33.	Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz	Tak			Bez punktacji
34.		Tak			Bez punktacji
LAMPA I KOLIMATORY					
35.	Lampa z wirującą anodą typu monoblok (nie dopuszcza się kabli wysokiego napięcia w konstrukcji ramienia C poza monoblokiem)	Tak			Bez punktacji
36.	Lampa min. 2-ogniskowa	Tak			Bez punktacji
37.	Wielkość małego ogniska	≤ 0,3			≤ 0,2 – 10 pkt; >0,2 – 0 pkt
38.	Wielkość dużego ogniska	≤ 0,6			≤ 0,5 – 10 pkt; >0,5 – 0 pkt
39.	Pojemność cieplna anody	≥ 350 KHU			Bez punktacji
40.	Szybkość chłodzenia anody	≥ 70 KHU/min			≥ 90 KHU/min – 10 pkt; <90 KHU/min – 0 pkt,
41.	Pojemność cieplna zespołu lampy/kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta)	≥ 5300 KHU			≥ 10 000 KHU – 10 pkt; <10 000 KHU – 0 pkt
42.	System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem.) Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów.	Tak			Bez punktacji
43.	Kolimator szczelinowy z rotacją	Tak			Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
44.	Kolimator prostokątny	Tak			Bez punktacji
45.	Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon)	Tak			Bez punktacji
DETEKTOR I TOR OBRAZOWY					
46.	Wielkość detektora	$\geq 20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$			Bez punktacji
47.	Obraz z detektora wyświetlany na monitorach jako prostokątny (nie ograniczany do koła lub przycinany)	Tak			Bez punktacji
48.	Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem CsI	Tak			Bez punktacji
49.	Aktywne pole detektora $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$	Tak			Bez punktacji
50.	Liczba pól obrazowych poza podstawowym (liczba powiększeń elektronicznych)	≥ 2			Bez punktacji
51.	Rozdzielczość (matryca detektora)	$\geq 1024 \times 1024$ pikseli			Bez punktacji
52.	Dynamika obrazu z detektora	≥ 16 bitów			Bez punktacji
53.	DQE	$\geq 75\%$			
54.	Kratka przeciwrozproszeniowa	Tak			Bez punktacji
55.	Kratka wyciągana bez użycia narzędzi	Tak			Bez punktacji
SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ					
56.	Matryca przetwarzania obrazów	$\geq 1024 \times 1024$			Bez punktacji
57.	Liczba pamiętanych obrazów	$\geq 100\ 000$			W pełnej matrycy – 5 pkt W matrycy $\leq 1024 \times 1024$ – 0 pkt
58.	Funkcja „Last Image Hold”	Tak			Bez punktacji
59.	Pomiar odległości i kątów	Tak			Bez punktacji
60.	Wyświetlanie mozaiki min. 16 obrazów	Tak			Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
61.	Obraz lustrzany	Tak			Bez punktacji
62.	Obrót obrazu	Tak			Bez punktacji
63.	Obrót obrazu z utrzymaniem prostokątnego pola obrazowania (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu	Tak/Nie, opisać			Tak – 10 pkt Nie (obrót obrazu z ograniczeniem pola obrazowania do koła w jakimkolwiek przypadku) – 0 pkt
64.	System wpisywania danych pacjenta	Tak			Bez punktacji
65.	Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych	Tak			Bez punktacji
66.	Możliwość nanoszenia graficznych oznaczeń (np. odejścia tętnic na postawie obrazów np. subtrakcyjnych), które są następnie wyświetlane na obrazie „live” w celu lepszej orientacji	Tak/Nie			Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
67.	Funkcjonalność wyznaczenia stopnia stenozы min. w procentach	Tak/Nie			Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
WÓZEK Z MONITORAMI					
68.	Liczba monitorów	≥ 2			Bez punktacji
69.	Przekątna ekranu min. 19"	Tak			Bez punktacji
70.	Maksymalna luminacja monitorów	$\geq 600 \text{ cd/m}^2$			Bez punktacji
71.	Luminacja monitorów kalibrowana zgodnie z krzywą DICOM	$\geq 400 \text{ cd/m}^2$			Bez punktacji
72.	Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 180°	Tak/Nie			Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
73.	Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami	Tak			Bez punktacji
74.	Możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez panel dotykowy na wózku z monitorami	Tak			Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
SRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE					
75.	Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment - DICOM Worklist	Tak			Bez punktacji
76.	Bezprzewodowe wysyłanie obrazów do sieci szpitalnej	Tak/Nie			Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
77.	Port USB i nagrywarka CD/DVD	Tak			Bez punktacji
78.	UPS zabezpieczający m.in. dane obrazowe podczas awarii zasilania	Tak/Nie			Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
WYPOSAŻENIE DODATKOWE					
79.	Przyścisł nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu	Tak			Bez punktacji
80.	Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG	Tak			Bez punktacji
81.	Celownik laserowy po stronie detektora	Tak			Bez punktacji
82.	Interfejs do strzykawki automatycznej	Tak			Bez punktacji
INNE					
83.	Aparatura nowa, rok produkcji 2017	Tak			Bez punktacji
84.	Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej	Tak			Bez punktacji
85.	Serwis autoryzowany na terenie Polski Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem	Tak			Bez punktacji
86.	Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem	Tak			Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
87.	Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 h.	Tak			Bez punktacji
88.	Czas na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia w okresie gwarancyjnym do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części) oraz do 7 dni roboczych gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.	Tak			Bez punktacji
89.	Szkolenie personelu medycznego i technicznego zakresie obsługi i eksploatacji	Tak			Bez punktacji
90.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 5 dni roboczych w okresie gwarancyjnym usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych.	Tak			Bez punktacji
91.	Zakup części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla oprogramowania i sprzętu IT okres ten wynosi 10 lat.	Tak			Bez punktacji
92.	Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły.	Tak			Bez punktacji
93.	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń	Tak			Bez punktacji
94.	Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji	Tak			Bez punktacji

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w opisie przedmiotu zamówienia np. katalogach / folderach / prospektach informacji producenta, z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

.....
miejsce i data

.....
pieczęć i podpis

osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UMOWA NR DAZ.26.098.2017

zawarta w dniu r., w Częstochowie,
pomiędzy:

**WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA,**

KRS: 0000003907, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje:

Dyrektor – lek. med. Dariusz Kaczmarek,

a:

KRS/wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej:

NIP:, REGON:,

zwanym dalej WYKONAWCĄ, który reprezentuje:

.....,

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest **ZAKUP MOBILNEGO APARATU RTG Z RAMIENIEM C W RAMACH „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA CHOROÓB UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017-2020 W RAMACH ZADANIA: WYPOSAŻENIE / DOPOSAŻENIE W MOBILNE APARATY RTG Z RAMIENIEM C WYSOKIEJ KLASY DO PROCEDUR WEWNĄTRZACZYNIOWYCH ODDZIAŁÓW KARDIOLOGII W ROKU 2017”** zwanego dalej „sprzętem” lub „przedmiotem umowy”, wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego.
2. Szczegółowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia, określone zostały w tabeli zawierającej parametry techniczne, o których mowa w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego (jeśli występują) wraz z kserokopią dokumentów, o których mowa w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

§2

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, o których mowa w Załączniku Nr 2 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, i inne koszty, jeśli występują, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa).
3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: brutto zł (słownie:).

§3

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w terminie **do 07.12.2017 r.**
2. Szkolenie pracowników medycznych Zamawiającego o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, odbędzie się w terminie nie dłuższym niż **2** dni od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

3. Szkolenie pracowników technicznych Zamawiającego w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty dostarczenia i instalacji sprzętu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

§4

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 - 13:00 w dzień roboczy.
4. Przy odbiorze przedmiotu dostawy powinien być obecny kompetentny przedstawiciel Wykonawcy z kompletem dokumentów. Czynność odbioru kompletnej dostawy strony zobowiązują się potwierdzić na piśmie.
5. Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów - w tym instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, załączenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia - oraz z kserokopią dokumentów, o których mowa w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” - zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki, bezpośredniego użytkownika lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

§5

1. Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.
2. W okresie gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i usług serwisowych sprzętu wynikających z instrukcji obsługi w pełnej wysokości obciążają Wykonawcę.
3. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

§6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w art. 4 ust. 5 umowy.
3. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Gwarancją nie są objęte w szczególności:
 - a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
 - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);
 - c) materiały eksploatacyjne.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy podzespół w terminie do 10 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: p. , tel.

§7

1. Czas reakcji na zgłoszoną awarię przedmiotu zamówienia (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym. Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia

- w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części) oraz do 7 dni roboczych (gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy).
- 2. Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym.
- 3. Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik, Kierownik Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu.

§8

1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego.
2. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu.
3. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem lub emailem przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego lub osobę upoważnioną i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt w ciągu 10 dni od uznania reklamacji przez Wykonawcę, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych.
5. W przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.
6. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.

§9

Po rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą.

10

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru dostawy, o której mowa w § 4 ust 5 niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym sprzętem i z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 5.
6. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku i wysokościach określonych umową:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 niniejszej umowy,
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego przeszkolenia personelu Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w § 3 umowy.

- 3) w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 4) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 1 umowy.
2. Kara umowna płatna będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrącen kwoty kary umownej z bieżącej faktury za wykonanie dostawy, wystawionej przez Wykonawcę.
 3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy.

§12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 20 dni od daty uznania reklamacji przez Wykonawcę, o której mowa w § 8 ust. 4 oraz jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5, ze skutkami określonymi w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.
2. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć:
 - 1) zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,
 - 2) obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.
 - 3) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,
 - 4) terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji na zakup sprzętu wymienionego w niniejszej umowie, przez Organ przyznający dotację tj. Województwo Śląskie.
3. Zmiany umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 niniejszego paragrafu.

§13

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:
 - 1) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
 - 2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.
3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1)-2) niniejszego paragrafu.

§14

1. Zmiana postanowień umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 paragrafu 12.
2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.
3. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§15

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.

§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).
2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą - pod rygorem ich nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 paragrafu 12.
3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§17

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY