



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Białka 104/118 42-200 Częstochowa

tel. centrala : (34) 367 30 00 sekr. Dyrektora: (34) 367 31 04

fax : (34) 365 17 56 e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl

Regon: 001281053 NIP: 573 22 99 604

Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel./fax: 034 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dn. 20.11.-2018r.

Zamawiający

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Białka 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

DO ZABIEGÓW ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH

oznaczenie sprawy: DAZ.26.086.2018

L.dz.: 4294/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Część Nr 1 i 2

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w Części 1 i 2 dopuści kardiowertery-defibrylatory jednojamowe i dwujamowe certyfikowane do badania MRI w konfiguracji DF-4 a bez certyfikacji w konfiguracji DF-1?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych i dwujamowych certyfikowanych do badania MRI w konfiguracji DF-4 a bez certyfikacji w konfiguracji DF-1.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: 23.11.-2018r., godz. 10:00

Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: 23.11.-2018r., godz. 10:30

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Dariusz Kaczmarek
lek. med. Dariusz Kaczmarek

