



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Najświętszej Maryi Panny**

ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa  
tel. centrala : (34) 367 30 00 sekr. Dyrektora: (34) 367 31 04  
fax : (34) 365 17 56 e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl  
Regon: 001281053 NIP: 573 22 99 604

**Dział Zamówień Publicznych**

tel./fax: 034 367 36 74, 367 37 53, [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl) e-mail: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl)

Częstochowa, dn. 08-08-2018r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego:  
**SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  
DO ANGIOPLASTYKI**  
oznaczenie sprawy: **DAZ.26.051.2018**

L.dz.: 3044/18

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Nr 3**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1** dotyczy Cz. 10 p. 1. Stentgraft do aorty brzusznej:

Czy Zamawiający w Cz. 10 p. 1 ma na myśli sformułowanie: „możliwość stosowania stengraftu brzuszego w technice kominowej zapewniona wg instrukcji użytkowania”?

**Odpowiedź:** Tak. W konsekwencji w Zamawiający dokonuje zmiany FORMULARZA ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Części Nr 10, stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.

W załączeniu aktualny FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Części Nr 10, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.

**Pytanie 2** dotyczy pakietu 10 (cz. 2)

Czy Zamawiający wymaga wyceny dotyczącej dzierżawy:

Dzierżawa 4 kpl osłon ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym (1 kpl= 1 garsonka + 1 kreza)

Opis:

„Dzierżawa na czas umowy celem wykonywania zabiegów 4 sztuk garsonek z krezami, lekkich dwustronnych (osłony ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym); kamizelka o równoważniku: przod 0,50, tył 0,25; spodnica o równoważniku 0,50”

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 3** dotyczy Część 12:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie sterylnego zestawu do angiografii udowo-promieniowej, o składzie:

- serweta angiograficzna udowo-promieniowa o wymiarach 240 x 350 cm wyposażona w okolicy tętnic promieniowych dwa owalne otwory o wym. 12cm x 7cm otoczone taśmą samoprzylepną + 2 otwory w okolicy tętnic udowych o śr. 12cm otoczone taśmą samoprzylepną, w części krytycznej w odległości 60cm od górnej krawędzi serwety wokół otworów posiada warstwę wysokochłonną o wymiarach szer. 120 x wys. 155cm. Serweta zintegrowana z 2 przezroczystymi panelami foliowymi na pulpit sterowniczy o wymiarach min. 60 x 350cm każdy po obu stronach serwety,
- ręczniki do rąk z włókniny poliestrowo-wiskozowej 40x20cm – 2 szt.
- serweta dwuwarstwowa o gr. 56g/m<sup>2</sup>, 90x75cm z przylepcem na dłuższym boku – 3 szt.
- serweta na stół do instrumentarium 150 x 240 cm służąca do zawinięcia zestawu – 1 szt.
- fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej i rękawy powyżej łokcia, rozmiar L – 1 szt.
- fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej i rękawy powyżej łokcia, rozmiar XL – 1 szt.
- pojemnik plastikowy, okrągły z uchwytem na prowadnik na kable o pojemności 2500ml – 1 szt.
- pojemnik plastikowy, okrągły, przezroczysty o poj. 500ml – 1 szt.
- pojemnik plastikowy, okrągły, niebieski o poj. 500ml – 1 szt.
- kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowe, 10x10cm – 100 szt.
- igła do strzykawki 0,7x30mm – 1 szt.

- l) igła do strzykawki 1,2x40mm – 1 szt.
- ł) strzykawka 3-częściowa luer lock 10ml – 1 szt.
- m) strzykawka 3-częściowa luer 20ml – 1 szt.
- n) strzykawka 3-częściowa luer lock 20ml z niebieskim tłokiem – 2 szt.
- o) strzykawka 3-częściowa luer lock 20ml z zielonym tłokiem – 2 szt.
- p) strzykawka 3-częściowa luer 5ml – 1 szt.
- r) skalpel chirurgiczny nr. 11 z bezpiecznym ostrzem – 1 szt.
- s) kleszczyki metalowe 14cm zagięte, rochester - 1 szt.
- t) kleszcze metalowe 16cm – 1 szt.
- u) opaska uciskowa/elastyczna 15cm x 5m – 4 szt.
- w) osłona foliowa na przewody 13x244cm składana teleskopowo z kartonikiem ułatwiającym zakładanie i taśmą samoprzylepną – 1 szt.
- z) osłona foliowa z gumką na sprzęt medyczny 152cm – 3 szt.

Główna serweta wykonana z laminatu foliowo-włókninowego PP+PE (polipropylen+polietylen) o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, dodatkowa warstwa chłonna z włókniny wiskozowej o gramaturze min.140g/m<sup>2</sup> i chłonności min. 800%. Opakowanie jednostkowe foliowe typu Tyvek. Na opakowaniu 4 odklejane etykiety typu TAG z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy, kodem kreskowym EAN 24. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie transportowe (karton w karton). Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 w zakresie wymagań wysokich w strefie krytycznej. Wyrób bez zawartości lateksu, oznaczenie na etykiecie (piktogram latex free), Zestaw musi być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10 tj. nie wskazują działania cytotoksycznego, drażniącego i uczulającego. Wymagania jakościowe - Odporność na zerwanie na mokro, obszar krytyczny 168kPa: odporność na zerwanie na sucho, obszar krytyczny 150kPa: odporność na penetrację płynów 250 cmH<sub>2</sub>O – dotyczy poz.1, 2,5, Odporność na zerwanie na mokro, obszar krytyczny min. 64 kPa: odporność na zerwanie na sucho, obszar krytyczny min. 65kPa: odporność na penetrację płynów min. 200cmH<sub>2</sub>O – dotyczy poz.6,7

Sposób składania : zawartość zawinięta w serwetę barierową 150x240cm zapakowana w opakowanie foliowe Tyvek, Opakowanie : tyvek, Etykieta TAG - 4 etykiety z brandem wytwórcy, REF, LOT, data ważności, EAN24, Opakowanie pośrednie (dyspenser) karton z etykietą zawierający 1 zestaw sterylny, Opakowanie transportowe: karton z etykietą zawierający 1 dyspenser zawierający 1 zestaw. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4** dotyczy projektu umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji § 10 ust. 1 lit. f) wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5 i 7 do SIWZ oraz § 9 ust. 1 lit. d) wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie o treści:

*„f) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy”.*

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ, zgodnie z zapisami art. 12a ustawy PZP.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **21.08.2018** r., godz. **11.00**, termin otwarcia ofert: **21.08.2018** r., godz. **11.15**.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

W załączeniu:

1) aktualny FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY dla Części Nr 10, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ.

**ZATWIERDZIŁ:**

**Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**

**lek. med. Dariusz Kaczmarek**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**

znak sprawy DAZ.26.051.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.051.....2018

.....  
Pieczęć Wykonawcy.....  
miejsowość i data

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

**Część Nr 10**

Lp.	Przedmiot zamówienia/wymagania	J.m.	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (poz.4x5)	% VAT	Wartość brutto W zł (poz.6+7)	Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stentgraft do aorty brzusznej	szt.	26					
2.	Dzierżawa 4 kpl osłon ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym (1 kpl= 1 garsonka + 1 kreza)	m-ce	12					
<b>Razem:</b>						X		X

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

Lp.	Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla Stentgraftu do aorty brzusznej	Należy wypełnić tabelę wpisując <b>TAK</b> lub <b>NIE</b>
1.	możliwość stosowania stengraftu <b>brzuszny</b> w technice kominowej zapewniona wg instrukcji użytkownika	
2.	producent, nazwa produktu, numer katalogowy	
3.	instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie	
4.	w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku brzuszny	
5.	do każdego oferowanego zestawu stentgraftu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy, z możliwością doprężenia do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów)	
6.	w standardzie dostępne nóżki kontralateralne o długości powyżej 190 [mm] i średnicy dystalnej min. 28 [mm]	
7.	możliwość zaopatrywania szyi tętniaka o dużej średnicy, tj. ok. 31-32 [mm], o kącie zagięcia podnerkowego do 75°	
8.	w standardzie dostępne introducery o średnicach min. 14, 16, 18, 20 [Fr]	
9.	moduły stentgraftu wykonane z nitinolowych segmentów połączonych z materiałem z wielowłóknowego poilestru o wysokiej gęstości	
10.	oferowany model stentgraftu posiadający system fiksacji nadnerkowej z dodatkowym elementem fiksującym protezę (stentgraft)	
11.	system wprowadzający zapewniający implantację w odcinku aorty brzusznej	
12.	dostępny przedział średnic aortalnych, min. 23 - 35 [mm]	
13.	dostępny przedział średnic biodrowych, min. 10 - 28 [mm]	
14.	możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 [mm] wg. instrukcji obsługi	
15.	Zestaw zawiera wszystkie elementy	

16.	Zestaw obejmuje sprzęt jednorazowy potrzebny do wykonania zabiegu (cewniki, przewodniki, koszulki)	
17.	termin dostawy, licząc od dnia zamówienia u Wykonawcy, max. 24 [h]	
18.	szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego w pakiecie stentgraftu	
19.	możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o śr. 22-46 mm z systemem wprowadzania max. 25F dla wszystkich średnic	
20.	Dzierżawa na czas umowy celem wykonywania zabiegów 4 sztuk garsonek z krezami, <b>lekkich dwustronnych</b> (osłony ochrony osobistej przed promieniowaniem jonizującym); kamizelka o równoważniku: przód 0,50, tył 0,25; spódnica o równoważniku 0,50	

**Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy