

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: 34/ 367-36-74
e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia 21.08.2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na:

**OSPRZĘTU I AKCESORIÓW DLA STACJI DIALIZ ORAZ PŁYNÓW DIALIZACYJNYCH,
MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PROWADZENIA ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH
WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU** dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

DAZ.26.047.2017

L. dz.: 2201/17

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części Nr 2 i 7.

I. W przedmiotowym postępowaniu do części nr 2 i 7 ofertę złożyli Wykonawcy:

Część Nr 2:

Nr Oferty	Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania	Cena oferty brutto /zł/
4 3304	HENRY KRUSE SP. Z O.O. BIELANY WROCŁAWSKIE, UL. KOLEJOWA 3, 55-040 KOBIERZYCE	46 489,25
5 3306	BAXTER POLSKA SP. Z O.O. UL. KRUCZKOWSKIEGO 8, 00-380 WARSZAWA	23 868,00
6 3310	FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S.A. UL. KRZYWA 13, 60-118 POZNAŃ	51 948,00

Część Nr 7:

Nr Oferty	Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko wykonawcy oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania	Cena oferty brutto /zł/
2 3300	BALTON SP. Z O.O. UL. NOWY ŚWIAT 7 M. 14, 00-496 WARSZAWA	23 571,00

II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części Nr 7 przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu do Części Nr 7 nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ do terminu składania ofert, tj. do 16.06.2017 r. do godz. 11:00 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie w Części Nr 7, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

III. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części Nr 2 przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający błędnie opisał przedmiot zamówienia w Części Nr 2 – środek do dezynfekcji i dekalcyfikacji termiczno-chemicznej aparatów do hemodializy, poprzez wpisanie w Załączniku Nr 2 do SIWZ, że „zastosowanie oferowanego produktu nie może stanowić naruszenia gwarancji posiadanych przez Stację Dializ ul. Bialska 104/118 aparatów do hemodializy firmy GAMBRO”. Prawidłowy zapis natomiast powinien brzmieć: „zastosowanie oferowanego produktu nie może stanowić naruszenia gwarancji posiadanych przez Stację Dializ ul. Bialska 104/118 aparatów do hemodializy firmy Fresenius”. Błędny opis przedmiotu zamówienia doprowadził do sytuacji, w której Zamawiający nie może dokonać czynności, do których jest zobowiązany przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a dotyczącymi konieczności badania i oceny ofert, pod względem spełniania wymogów Zamawiającego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Mając na względzie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający porównanie ofert z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy, konieczne jest podjęcie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania.

Niewyeliminowanie błędu przez Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia mu podjęcia działania innego niż unieważnienie postępowania. Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w SIWZ stanowiłoby poważne naruszenie przepisów ustawy i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie czy też zweryfikowanie działania przez zamawiającego, a wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań zamawiającego (co wyraźnie podkreśla się w orzecznictwie oraz doktrynie prawa zamówień publicznych).

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie w Części Nr 2, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.

**p.o. DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W CZĘSTOCHOWIE
DR N. MED. JANUSZ KAPUSTECKI**

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej