

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

**DOSTAWA
MATERIAŁÓW SZEWNYCH**
Znak sprawy: **DAZ.26.082.2017**

L.dz. 2500/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1: dot. Części nr 1. Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: dot. Części nr 1, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew z igła odwrotnie tnącą, prostą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: dot. Części nr 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np. Część nr 2.1 (poz. 1-18), Część 2.2 (poz. 19-22), Część 2.3 (poz. 23) itd.? Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” i z art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów [...]”. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach. W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4: dot. Części nr 2, poz. 19-22, 24-26. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnej części.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5: dot. Części nr 3. Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50 % kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? Uzasadnienie: zaoferowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nieznaczna różnica w poleceniu nici nie wpływa na jej

właściwości i nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici. Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkretyjnych cenach.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6: dot. Części nr 3, poz. 33. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: dot. Części nr 3, poz. 37. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnej części.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8: dot. Części nr 4. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanianą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 80% po 14 dniach od wszczęcia, ok. 50% po 21 dniach od wszczęcia i ok. 20% po 28 dniach oraz czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9: dot. Części nr 4. Czy Zamawiający dopuści w w/w części nici jednowłóknowe, syntetyczne wykonane z kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania tkankowego 40% po 14 dniach od zaimplantowania i czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10: dot. Części nr 5. Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11: dot. Części nr 7. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., Część nr 7.1 (poz. 1-10), Część 7.2 (poz. 11), Część 7.3 (poz. 12-14)? Uzasadnienie: przy takim układzie pakietu tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w w/w postępowaniu. Zgodnie z Art. 29 ust 2 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję” i z Art. 29 ust 3 pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów [...]”. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach. W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12: dot. Części nr 7, poz. 1-10. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach plecionkę, syntetyczną, nić poliestrową, niewchłaniającą, powlekaną silikonem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13: dot. Części nr 7, poz. 11. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnej części.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14: dot. Części nr 15, poz. 1-5. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,36 mm, wielkość oczek 1,5 - 1,7 mm, gramatura 55 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15: dot. Części nr 15, poz. 6. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, gramatura 70 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16: dot. Części nr 15, poz. 2, 4. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 8x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17: dot. Części nr 15. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18: dot. Części nr 16. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego powlekaną wchłaniającym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolaktonu (PGACL) o czasie absorpcji 90-110 dni, grubości siatki 0,50 ± 0,05 mm, wielkość oczek 1,7 ± 0,3 mm, gramaturze po wchłonięciu ok. 30 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19: dot. Części nr 16. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 20: Czy Zamawiający w części nr 11 dopuści zaoferowanie płynnej matrycy hemostatycznej, posiadającej bezigłowy zestaw do sporządzania gotowego hemostatyku wyposażony w 3 aplikatory w tym jeden z pamięcią kształtu, oraz 5ml 0,9% NaCl jako rozpuszczalnik liofilizowanej trombiny w dawce 2500 j.m.? Reszta zapisów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21: Biorąc pod uwagę nowy system pakowania produktu - Zamawiający w części nr 17 w pozycji 1 i 2 dopuści możliwość zaoferowania kleju fibrynowego konfekcjonowanego po 6 sztuk w opakowaniu co w przeliczeniu wyniosłoby 2 opakowania handlowe, tj. 12 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22: Czy Zamawiający w Części nr 13 pod pojęciem „syntetyczna siatka częściowo wchłaniająca, sterylna, wykonana w równych częściach z monofilamentowych włókien polipropylenowych i monofilamentowych włókien poliglikapronowych” rozumie i będzie wymagał siatkę częściowo wchłaniającą, sterylną, makroporowatą, monofilamentową, wykonaną w prawie równych częściach z niewchłaniających włókien polipropylenu i wchłaniających włókien poliglekapronu-25 (ze składem opisanym w instrukcji obsługi), gramatura 28 g/m², średnica porów 3-4 mm, wchłaniający element poliglekapron-25 (ok. 84 dni), cienkie filamenty (poniżej 1 mm), niski odsetek kurczenia siatki po implantacji (ok. 1,9%), o elastyczności 4:1 zgodnie z aktualnie dostarczonym asortymentem czy siatkę częściowo wchłaniającą, sterylną, makroporowatą, monofilamentową, wykonaną w prawie równych częściach z niewchłaniających włókien polipropylenu i wchłaniających włókien poliglekapronu-25 (ze składem opisanym w instrukcji obsługi), gramatura 28 g/m², średnica porów 3-4 mm, wchłaniający element poliglekapron-25 (ok. 84 dni), cienkie filamenty (poniżej 1 mm), niski odsetek kurczenia siatki po implantacji (ok. 1,9%), o elastyczności 2:1?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga siatki o elastyczności 4:1.

Pytanie 23: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający w Części 13 w pozycji 4 będzie wymagał siatki z monofilamentowych włókien polipropylenowych i monofilamentowych włókien poliglekapronowych płaskiej w rozmiarze 30 x 30cm czy przestrzennej zbudowanej z siatki górnej i dolnej połączonych łącznikiem w jednym z poniższych rozmiarów? 1 siatka - 6cm x 12cm, 2 siatka - średnica 7,5cm; 1 siatka - 6cm x 12cm, 2 siatka, średnica 10,0cm; 1 siatka - 6cm x 12cm, 2 siatka - 10cm x 12cm.

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga syntetycznej siatki częściowo wchłaniającej, sterylnej, wykonanej w równych częściach z monofilamentowych włókien polipropylenowych i monofilamentowych włókien poliglekapronowych, płaskiej. Edytowalna wersja SIWZ, stanowiąca załącznik do niniejszych wyjaśnień uwzględnia poprawioną omyłkę pisarską.

Pytanie 24: Czy Zamawiający w Części 13 w pozycji 1 będzie wymagał 1 szt. próbki sterylnej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25: Czy Zamawiający w Części 16 w pozycji 1 będzie wymagał 1 szt. próbki sterylnej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26: Czy zamawiający dopuści w Części nr 12, poz. nr 2: - 10 szt. Taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, bez części rozpuszczalnej z plastikową osłonką na taśmie, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość siatki 0,33mm, porowatość 84%, gramatura 48g/m², wytrzymałość 70 N/cm, najszerszy wymiar w środkowej części 3,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27: Czy zamawiający dopuści w Części nr 12, poz. nr 2: - Zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28: Czy zamawiający dopuści w Części nr 12, poz. nr 3: - 20 szt. Systemów do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, siatki jednorodnej, niewchłaniającej, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) oraz - 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o długości 26,5 cm (w tym igła 16,5 cm, rączka 10 cm) do implantacji w/w zestawów?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29: Czy zamawiający dopuści w Części nr 12, poz. nr 4: - 20 szt. zestawów do chirurgicznego leczenia wypadania tylnej ściany pochwy, siatka jednorodna, niewchłaniająca o anatomicznym kształcie, dwa ramiona, pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wykonane w technologii quadriaxial oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą przez pośladki?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30: W przypadku zgody na którąkolwiek z w/w pozycji w pakiecie 12 prosimy o wydzielenie jej i utworzenie nowego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31: Prosimy o wydzielenie z Części nr 12 pozycji nr 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu lub możliwość startowania na poszczególne pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32: Czy zamawiający dopuści w Części nr 13 poz. nr 1,2,3: - Siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25 % z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, wytrzymałość 7,74 N/mm, z pojedynczym sterylnym opakowaniem w rozmiarach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33: Czy zamawiający dopuści w Części nr 13, poz. nr 1: - Zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34: Czy zamawiający dopuści w Części nr 13 poz. nr 4: - Siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25 % z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, wytrzymałość 7,74 N/mm, z pojedynczym sterylnym opakowaniem w rozmiarach zgodnych z SWIZ, bez części górnej i dolnej, połączonej łącznikiem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga syntetycznej siatki częściowo wchłaniającej, sterylnej, wykonanej w równych częściach z monofilamentowych włókien polipropylenowych i monofilamentowych włókien poliglekapronowych, płaskiej o wymiarach 30 x 30 cm.

Pytanie 35: W przypadku zgody na którąkolwiek z w/w pozycji w pakiecie 13 prosimy o wydzielenie jej i utworzenie nowego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36: Czy zamawiający dopuści w Części nr 14: Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, nie przylegającą z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość 0,55 mm, porowatość max 1230 μm, gramatura średnia 108 g/m², z oznaczeniem strony implantacji, nie prasowana termicznie, nie pokryta silikonem, bez niebieskiej nici, w rozmiarze: - poz. nr 1- 20 x 25 cm lub 25 x 35 cm (specyfikacja wymaga 20 x 30 cm), - poz. nr 2- 14 x 18 cm lub 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 15 x 20 x 30 cm), - poz. nr 3- 30 x 30 cm (specyfikacja wymaga 30 x 40 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37: W przypadku zgody na którąkolwiek z ww. pozycji w pakiecie 16 prosimy o wydzielenie jej i utworzenie nowego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38: Czy zamawiający dopuści w Części nr 16 poz. nr 1, 2, 3, 4: Siatkę częściowo wchłaniającą, składającą się w 25 % z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, grubość nici 0,12 mm, porowatość średnia 1059 μm, porowatość max. 2030 μm, wytrzymałość 7,74 N/mm, z pojedynczym sterylnym opakowaniem w rozmiarach zgodnych z SWIZ?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39: Czy zamawiający dopuści w Części nr 16, poz. nr 1: Zwracamy się z prośbą o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40: Czy Zamawiający dopuści w Części nr 8 poz. 1 jednorazowe staplery skórne z 35 zszywkami o wymiarach 7,3 x 4,4mm, grubości 0,6mm z wysokiej jakości nierdzewnej stali chirurgicznej?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41: Czy Zamawiający dopuści w Części nr 8 poz.2 zaoferowanie zamiast wielorazowego ekstraktora zszywek skórnych, ekstraktor jednorazowego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42: Część 18 pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6,4mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43: Część 19, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6,2mm lub 7mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44: Poz.1-3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki lekkiej o gramaturze 34 g/m², grubości ok. 0,35 mm i wielkości porów min. 1,3 mm²?

Odpowiedź: Brak doprecyzowania, której części dotyczy pytanie. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45: Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści rozmiar 6x9 cm?

Odpowiedź: Brak doprecyzowania, której części dotyczy pytanie. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46: Poz. 1 : Czy Zamawiający dopuści rozmiar 6x11 cm?

Odpowiedź: Brak doprecyzowania, której części dotyczy pytanie. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47: Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści rozmiar 25x25 cm?

Odpowiedź: Brak doprecyzowania, której części dotyczy pytanie. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48: Poz.4-5: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki ultralekkiej o gramaturze 24 g/m², grubości ok. 0,36 mm i wielkości porów min. 6mm² (ok. 3x2mm)?

Odpowiedź: Brak doprecyzowania, której części dotyczy pytanie. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49: Poz.6: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie siatki o gramaturze 60-85 g/m², grubości ok. 0,47 mm (+/- 0,03) i wielkości porów ok. 0,92 mm (porowatość ok 65%)?

Odpowiedź: Brak doprecyzowania, której części dotyczy pytanie. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50: dot. umowy. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 51: dot. umowy. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź: Ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie realizował zamówienie zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Pytanie 52: dot. umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53: dot. umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. Prawo odstąpienia od umowy Zamawiającego opiera się na przepisie art. 145 ustawy PZP.

Pytanie 54: dot. umowy. Jakże konkretnie przypadki niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozwiązania umowy według § 11 ust. 2 punkt a) wzoru umowy? Aktualna treść § 11 ust. 2 punkt a) wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek rozwiązania umowy. Dlatego wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „...możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55: Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na: a) dodanie w §10 ust. 1 lit a) wzoru umowy (załącznik 5 do SIWZ) następujących słów „nie więcej jednak niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy łącznie”, b) dodanie w §10 ust. 1 lit b) wzoru umowy (załącznik 5 do SIWZ) następujących słów „nie więcej jednak niż 10% wartości brutto braków ilościowych lub towaru wadliwego łącznie”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisów p. a) i b) w ust. 1 § 10, tak, że otrzymają brzmienie: a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 i 3, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy; b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto wadliwego towaru. Zapisy zostaną ujęte w umowie zawieranej z wybranym Wykonawcą.

Pytanie 56: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 10 ust. 1: 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości: a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 i 3, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy; b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisów p. a) i b) w ust. 1 § 10, tak, że otrzymają brzmienie: a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 i 3, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy; b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto wadliwego towaru. Zapisy zostaną ujęte w umowie zawieranej z wybranym Wykonawcą.

Pytanie 58: dot. części 20: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici z igłą podwójną o długości 7,92mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeżeli tak, uprzejmie prosimy o informację, jaką ilość saszetek mamy zaoferować.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59: dot. części 22: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 20 cm, z igłą prostą o długości 16,15mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Jeżeli tak, uprzejmie prosimy o informację, jaką ilość saszetek mamy zaoferować.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60: Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu: „Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 8. Nie dotyczy to przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy, które nastąpią automatycznie z chwilą wejścia w życie stosownych przepisów prawa, bez potrzeby zmiany umowy.” Uzasadnienie: Zasadnym jest, aby zmiany wynagrodzenia, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy, następowały na zasadzie waloryzacji umownej, bez potrzeby aneksowania umowy. Uprości to współpracę pomiędzy stronami.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61: W przypadku uwzględnienia powyższego wniosku o zmianę § 3 ust. 2 wzoru umowy, zwracam się z prośbą o usunięcie § 8 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy oraz zmianę § 9 ust. 1 wzoru umowy poprzez usunięcie słów „z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 1” jako zapisów bezprzedmiotowych. Zwracam się z prośbą o zmianę § 4 ust. 2 wzoru umowy poprzez usunięcie zdania „Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.” oraz zmianę § 4 ust. 5 wzoru umowy poprzez usunięcie zdania „Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, z wyłączeniem dostawy w trybie pilnym.” Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu usunięcie sprzeczności w zapisach określających termin realizacji dostawy, która to sprzeczność mogłaby stanowić dla stron poważną uciążliwość i źródło nieporozumień na etapie wykonywania umowy. § 4 ust. 2 wzoru umowy stanowi na wstępie, że dostawa będzie realizowana „w terminie ... dni roboczych”. Oznacza to, że termin dostawy biegnie tylko w dni robocze, a dni wolnych od pracy nie wlicza się w ogóle w bieg tego terminu. W konsekwencji termin dostawy nie może również przypadać na jakikolwiek dzień wolny od pracy. A więc np. 3-dniowy termin zainicjowany w piątek upływa we wtorek. Postanowienie, że zdania „jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie” oznacza z kolei, że np. 3-dniowy termin zainicjowany w piątek upływa w poniedziałek, ponieważ termin biegnie zwyczajnie również w dni wolne, a jedynie jego ostatni dzień ulega przesunięciu. Mamy zatem w zapisach wzoru umowy sprzeczne postanowienia dotyczące obliczania terminu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wyżej wykreślenia w § 4 ust. 2 oraz § 4 ust. 5, co zostanie ujęte w umowie zawieranej z wybranym Wykonawcą. Zapis § 8 ust. 2 pkt 1 pozostaje bez zmian.

Pytanie 62: Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu: „W sytuacji konieczności realizacji zamówienia w trybie pilnym Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w możliwie jak najkrótszym czasie - Zamawiający ma na myśli najkrótszy czas potrzebny do transportu przedmiotu zamówienia między Wykonawcą a Zamawiającym, jednak nie dłuższy niż 24 godziny od złożenia zamówienia w dni robocze.”

Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować dostawy w terminie krótszym niż 24 godziny oraz nie prowadzi działalności w weekendy ani w dni wolne od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Proponowany zapis zostanie ujęty w umowie zawieranej z wybranym Wykonawcą.

Pytanie 63: Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy w brzmieniu: „wymiany towaru wadliwego jakościowo na towar wolny od wad – w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia wadliwego towaru Wykonawcy. Zamawiający przesyła reklamowany, wadliwy jakościowo towar na koszt Wykonawcy.” Uzasadnienie: Wykonawca nie może ustosunkować się co do zgłoszonej mu wady jakościowej, dopóki nie będzie mógł zbadać reklamowanego towaru.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64: Zwracam się z prośbą o usunięcie § 7 ust. 4 wzoru umowy. Uzasadnienie: Uzupelnienie braków ilościowych lub wymiana wadliwego towaru na towar wolny od wad nie stanowią w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług okoliczności umożliwiających wystawienie faktury korygującej.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65: Zwracam się z prośbą o zmianę § 7 ust. 7 wzoru umowy poprzez usunięcie słów „zobowiązuje się”. Uzasadnienie: Wykonawca nie może zobowiązać się, że zapłata jego należności dokonana zostanie bezpośrednio przez zamawiającego, ponieważ leży to poza sferą woli wykonawcy. Zgodnie z prawem zamawiający może udzielić podmiotowi trzeciemu zgody na spłacenie jego długu w celu wstąpienia w prawa wierzyciela. Prawo przewiduje również szereg przypadków, w których spełnienie świadczenia na rzecz innego podmiotu niż bezpośrednio na rzecz wykonawcy będzie skutkowało umorzeniem długu zamawiającego do wykonawcy, np. gdy świadczenie takie wyegzekwuje komornik na poczet zadłużenia wykonawcy u innego wierzyciela. Wykonawca nie może zatem podjąć zobowiązania opisanego w § 7 ust. 7, ponieważ leży ono poza sferą jego woli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie słów „zobowiązuję się” z § 7 ust. 7 wzoru umowy i uwzględni to w umowie zawieranej z wybranym Wykonawcą.

Pytanie 66: Zwracam się z prośbą o usunięcie § 9 ust. 5 wzoru umowy. Uzasadnienie: Zgodnie z prawem umowę o udzielenie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony, co oznacza, że umowa ta może być rozwiązana jedynie w razie jej nienależytego wykonywania przez drugą stronę lub w sytuacjach wprost określonych przepisami szczególnymi. Reorganizacja czy zmiana formy organizacyjnej zamawiającego nie stanowi takiej okoliczności i nie może uzasadniać rozwiązania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 67: Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości: a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 i 3, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto tej dostawy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości, b) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto braków ilościowych lub wartości netto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% tej wartości, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy.” Uzasadnienie: - Kara umowna powinna być naliczana jedynie w sytuacji zwłoki, a nie opóźnienia, ponieważ mianem „opóźnienia” prawo określa każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od wykonawcy, np. z działania siły wyższej, i nie jest zasadne karanie wykonawcy w takich okolicznościach; - Kara umowna powinna być naliczana od wartości netto zobowiązania, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia to wartość netto, a nie brutto, stanowi dla wykonawcy rzeczywisty ekwiwalent jego świadczenia; - Brak górnego limitu naliczania kar umownych może w teorii doprowadzić do ogromnej dysproporcji pomiędzy wysokością naliczonej kary umownej a poniesioną przez zamawiającego stratą. Jeśli za niezrealizowanie zamówienia w ogóle wykonawca zobowiązany jest zapłacić 10% jego wartości, to kara umowna za zwłokę w realizacji dostawy również nie powinna przekraczać tej wartości; - Zamawiający nie ma powodu do karania wykonawcy karą umowną w stawce 10% za „niezrealizowanie dostawy”, skoro zastrzegł już karę za zwłokę w realizacji dostawy i zgodnie z propozycją wykonawcy będzie mógł naliczyć ją właśnie do limitu 10%. Każde „niezrealizowanie dostawy” stanowi zwłokę w jej zrealizowaniu, zamawiający jest już zatem zabezpieczony karą umowną z tego tytułu; - Zasadne jest ukaranie wykonawcy karą umowną za odstąpienie od umowy jedynie w sytuacji, gdy odstąpienie to następuje z przyczyn zależnych od wykonawcy, a nie „z przyczyn niezależnych od zamawiającego”. Przyczyny „niezależne od zamawiającego” mogą być również niezależne od wykonawcy, np. działanie siły wyższej, niemożliwość świadczenia, i nie jest zasadne karanie wykonawcy w takiej sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisów p. a) i b) w ust. 1 § 10, tak, że otrzymają brzmienie: a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 i 3, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy; b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto wadliwego towaru. Zapisy zostaną ujęte w umowie zawieranej z wybranym Wykonawcą.

Pytanie 68: Zwracam się z prośbą o usunięcie § 10 ust. 4 wzoru umowy. Uzasadnienie: Zgodnie z prawem zakazane jest redagowanie postanowień umowy o zamówienie publiczne w taki sposób, że zakres lub wielkość zamówienia zależy w całości od zdarzeń przyszłych i niepewnych. Wykonawca musi mieć pewność, że zrealizuje zamówienie w określonym zakresie. Kwestionowany zapis nie daje wykonawcy takiej pewności, w związku z czym wymaga usunięcia.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 69: Czy Zamawiający w Części 3 dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, pleciony, powlekany, wykonana z kwasu poliglikolowego o efektywnym okresie podtrzymania tkanki 28–35 dni, 65% po 14 dniach oraz okresie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70: Czy Zamawiający w Części 3 pozycja 1 dopuści szew z igłą odwrótnie tnącą o długości 30mm, wykonaną są ze stopu stali najwyższej jakości, powszechnie stosowanej tylko w igłach kardiochirurgicznych – stop stali A300, igła powlekana silikonem; zastosowanie tego typu stali oraz dodatkowo powłoki silikonowej gwarantuje odpowiednią wytrzymałość na zginanie oraz ostrość igły po wielu wkłuciach? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71: Czy Zamawiający w Części 3 pozycja 22 dopuści szew z igłą okrągłą, bez katalogowego określenia podwójnie wzmocniona, wykonaną są ze stopu stali najwyższej jakości, powszechnie stosowanej tylko w igłach kardiochirurgicznych - stop stali A300, igła powlekana silikonem; zastosowanie tego typu stali oraz dodatkowo powłoki silikonowej gwarantuje odpowiednią wytrzymałość na zginanie i złamanie oraz ostrość igły po wielu wkłuciach, dodatkowo proponowana igła posiada dopasowaną średnicę igły do średnicy nici w stosunku 1:1, dzięki czemu wyeliminowany zostaje efekt niepożądanego krwawienia po przejściu igły przez tkankę, a powstały uraz tkanki jest zredukowany do minimum?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 72: Czy Zamawiający w Części 3 pozycja 23 dopuści szew z igłą okrągłą, bez katalogowego określenia gruba, wykonaną są ze stopu stali najwyższej jakości, powszechnie stosowanej tylko w igłach kardiochirurgicznych - stop stali A300, igła powlekana silikonem; zastosowanie tego typu stali oraz dodatkowo powłoki silikonowej gwarantuje odpowiednią wytrzymałość na zginanie i złamanie oraz ostrość igły po wielu wkłuciach, dodatkowo proponowana igła posiada dopasowaną średnicę igły do średnicy nici w stosunku 1:1, dzięki czemu wyeliminowany zostaje efekt niepożądanego krwawienia po przejściu igły przez tkankę, a powstały uraz tkanki jest zredukowany do minimum.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73: Czy Zamawiający w Części 3 pozycja 33 dopuści szew z igłą okrągłą o krzywiznie 5/8 koła, długość 27 mm, która może być zamiennie stosowana z „J” igłą w celu uchwycenia i zespolenia jednocześnie wielu warstw głębiej położonych tkanek? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 74: Czy Zamawiający w Części 3 pozycja 35 dopuści szew z igłą o długości: a) 40 mm, b) 48 mm. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75: Czy Zamawiający w Części 3 pozycja 37 dopuści szew dedykowany do zespoleń w obrębie narządów mięsnych o grubości nici USP2 z igłą tępą o długości 48mm, dodatkowo wzmocnionym (pogrubionym) oraz silikonowanym ciełe igły, aby zapobiec przecięciu i traumatyzacji delikatnych tkanek w organach typu nerka, wątroba, czy śledziona?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 76: Czy Zamawiający w Części 4 dopuści jednowłóknową, syntetyczną, nić wchłaniającą wykonaną z poliglekaprону 25 o efektywnym okresie podtrzymania tkankowego 21-28 dni, 55% podtrzymywania tkankowego w 7 dniu, czas wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77: Czy Zamawiający w Części 4 pozycja 3 dopuści szew z igłą kosmetyczną o długości 50mm oraz grubości nici USP 3/0?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 78: Czy Zamawiający w Części 5 dopuści jednowłóknową, syntetyczną, nić wchłaniającą wykonaną z polidwuoksanonu o okresie podtrzymania tkanki 60% - 28 dni, 0% po 70 dniach od implantacji i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79: Czy Zamawiający w Części 5 pozycja 1 dopuści igłę okrągłą z tnącym czubkiem? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 80: Czy Zamawiający w Części 5 pozycja 2 dopuści igłę o krzywiznie 3/8 koła?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ. Nie.

Pytanie 81: Czy Zamawiający w Części 5 pozycja 4, 6 dopuści igłę o długości 36mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 82: Czy Zamawiający w Części 5 pozycja 6, 9-13 dopuści igłę bez katalogowego określenia grubości, wykonaną z stopu stali najwyższej jakości, powszechnie stosowanej tylko w igłach kardiochirurgicznych – stop stali A300, igła powlekana silikonem; zastosowanie tego typu stali oraz dodatkowo powłoki silikonowej gwarantuje odpowiednią wytrzymałość na zginanie i złamanie oraz ostrość igły po wielu wkłuciach, dodatkowo proponowana igła posiada dopasowaną średnicę igły do średnicy nici w stosunku 1:1, dzięki czemu wyeliminowany zostaje efekt niepożądanego krwawienia po przejściu igły przez tkankę, a powstały uraz tkanki jest zredukowany do minimum?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 83: Czy Zamawiający w Części 5 pozycja 11 dopuści szew z igłą okrągłą: a) 40 mm, 1/2 koła, długość nici 70cm, grubość nici USP 1 lub b) 48 mm, 1/2 koła, długość nici 90cm, grubość nici USP 1?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84: Czy Zamawiający w Części 5 pozycja 14 dopuści szew z igłą o długości 40mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 85: Czy Zamawiający w Części 16 pozycja 2 dopuści siatkę w rozmiarze 10x15cm z możliwością docięcia dożądanego kształtu i rozmiaru, sterylne opakowanie wewnętrzne zaopatrzone w miarkę pozwalającą odmierzyć odpowiednią długość implantu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86: Czy Zamawiający w Części 3 pozycja 22 dopuści szew z igłą okrągłą wzmocnioną, bez katalogowego określenia podwójnie wzmocnioną, wykonaną z stopu stali najwyższej jakości, powszechnie stosowanej tylko w igłach kardiochirurgicznych – stop stali A300, igła powlekana silikonem; zastosowanie tego typu stali oraz dodatkowo powłoki silikonowej gwarantuje odpowiednią wytrzymałość na zginanie i złamanie oraz ostrość igły po wielu wkłuciach, dodatkowo proponowana igła posiada dopasowaną średnicę igły do średnicy nici w stosunku 1:1, dzięki czemu wyeliminowany zostaje efekt niepożądanego krwawienia po przejściu igły przez tkankę, a powstały uraz tkanki jest zredukowany do minimum?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 87: Czy Zamawiający w Części 3 pozycja 27 dopuści szew z igłą okrągłą, bez katalogowego określenia pogrubioną, wykonaną z stopu stali najwyższej jakości, powszechnie stosowanej tylko w igłach kardiochirurgicznych – stop stali A300, igła powlekana silikonem; zastosowanie tego typu stali oraz dodatkowo powłoki silikonowej gwarantuje odpowiednią wytrzymałość na zginanie i złamanie oraz ostrość igły po wielu wkłuciach, dodatkowo proponowana igła posiada dopasowaną średnicę igły do średnicy nici w stosunku 1:1, dzięki czemu wyeliminowany zostaje efekt niepożądanego krwawienia po przejściu igły przez tkankę, a powstały uraz tkanki jest zredukowany do minimum?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88: Czy Zamawiający w Części 4 pozycja 3 dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną o grubości nici USP 3/0? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89: Czy w Części nr 20 Zamawiający dopuści nici poliestrowe 5/0 nie powlekane, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90: Czy w Części nr Zamawiający dopuści nici 10/0 o długości 20cm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Pytanie nieprecyzyjne, brak nr Części i pozycji. Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

W załączeniu do niniejszych Wyjaśnień treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualną wersję Załączników do SIWZ, na których ma być złożona oferta. Aktualna wersja uwzględnia Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.09.br. oraz niniejsze wyjaśnienia. Wadium na Część Nr 12 (po zmianach) oraz na Część Nr 23 wynosi: dla Części Nr 12 – 100,- zł, dla Części Nr 23 – 230,- zł.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **19.10.2017** r., godz. **11.00**, termin otwarcia ofert: **19.10.2017** r., godz. **11.15**.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

.....
lek. med. ^{podpis} **Dariusz Kaczmarek**
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej