

Odpowiedzi do Zapytania Ofertowego
ZAKUP FOTELI GINEKOLOGICZNYCH – 2 SZT W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. „ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.” (zwane dalej ZO)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Tel. 34/ 367-31-04, nr faksu: 34/ 367-31-28,
Adres strony internetowej: www.szpitalparkitka.com.pl
NIP: 573-22-99-604

Osoba uprawniona do kontaktu: Jerzy Radkowski, tel. 34/ 367 31 20, kom. 726 140 084,
E-mail: jerzyradkowski@szpitalparkitka.com.pl
Godziny urzędowania: w dni powszechnie od 7.30-14.30

Czy Zamawiający dopuści:

1/Fotel wyposażony w 3 siłowniki elektromechaniczne i programator pozycji zabiegowych?

Odp. Zgodnie z zapisami konkursu.

Większa liczba siłowników pozwala na płynniejsze i bardziej komfortowe zmiany pozycji pacjentki, co jest szczególnie ważne podczas długotrwałych zabiegów. Ograniczona ilość siłowników wiąże się z koniecznością stosowania sterowania manualnego lub dokładania ręcznego segmentu wyposażenia.

2/ Fotel wyposażony w segment nożny dokładany ręcznie do siedziska do pozycji leża?

Odp. Zgodnie z zapisami konkursu.

Elektromechaniczny segment nożny umożliwia precyzyjne i płynne dostosowanie pozycji, co zwiększa komfort pacjentki podczas badania, zmniejsza obciążenie fizyczne dla personelu medycznego oraz zmniejsza ryzyko przenoszenia zanieczyszczeń i ułatwia utrzymanie higieny.

3/ Regulacja segmentu pleców 0-50° ($\pm 5^\circ$) elektromechaniczna uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodu sterującego?

Odp. Zgodnie z zapisami konkursu.

Regulacja do 80 stopni pozwala na bardziej precyzyjne dostosowanie pozycji pacjentki, co zwiększa jej komfort podczas badania lub zabiegu a lekarzowi daje lepszy dostęp, co może poprawić jakość i dokładność przeprowadzanych procedur.