

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

**Dotyczy: Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na bazie przyjętych w najem od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie pomieszczeń usytuowanych w obiekcie przy ul. PCK 7 w Częstochowie oraz przyjętego w dzierżawę sprzętu medycznego.**

Udzielający zamówienia udziela odpowiedzi na otrzymane pytanie:

**Pytanie 1: Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert konkursowych na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej wraz z najmem powierzchni i dzierżawą sprzętu medycznego do dnia 24.07.2014r. godz.10:00?**

Uzasadnienie Przyjmujący Zamówienie prosi o wydłużenie czasu składania ofert w trwającym postępowaniu konkursowym na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej wraz z najmem powierzchni i dzierżawą sprzętu medycznego z uwagi na absencję osób decyzyjnych w związku z okresem urlopowym, co wiąże się z możliwością podpisania Oferty, którą zamierza złożyć Przyjmujący Zamówienie

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia informuje iż wyraża zgodę na wydłużenie czasu składania ofert do dnia 23.07.2014r. do godz.10.00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

**Dotyczy: Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na bazie przyjętych w najem od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie pomieszczeń usytuowanych w obiekcie przy ul. PCK 7 w Częstochowie oraz przyjętego w dzierżawę sprzętu medycznego.**

Udzielający zamówienia udziela odpowiedzi na otrzymane pytanie:

**Pytanie 1: Dotyczy Regulaminu Konkursu Ofert – Przedmiot konkursu pkt. III**  
Przyjmujący Zamówienie prosi o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisu dotyczącego pozycji w wykazie badań dla modalności Rezonans Magnetyczny:

- MR: badanie dwóch odcinków kręgosłupa;
- MR: badanie dwóch odcinków anatomicznych\*) innych niż odcinki kręgosłupa

Udzielający Zamówienie nie sprecyzował czy badania te mają być bez środka kontrastowego czy z środkiem kontrastowym

Uzasadnienie Bez doprecyzowania powyższego zapisu Przyjmujący Zamówienie nie będzie mógł oszacować i ustalić cen dla powyższych świadczeń

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia informuje iż w obu przypadkach chodzi o badania bez środka kontrastowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

**Dotyczy: Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na bazie przyjętych w najem od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie pomieszczeń usytuowanych w obiekcie przy ul. PCK 7 w Częstochowie oraz przyjętego w dzierżawę sprzętu medycznego.**

Udzielający zamówienia udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

**Pytanie 1:** Dotyczy Regulaminu Konkursu Ofert – Przedmiot konkursu pkt. II

Przyjmujący Zamówienie prosi o sprecyzowanie jakiego rodzaju świadczenia powinien zabezpieczyć Przyjmujący Zamówienie dla pacjentów hospitalizowanych w Obiektach zlokalizowanych w:

a) ul. Bialska 104/118 oraz Al. Pokoju 44:

- W trybie planowym;
- W trybie dyżurowym;

b) ul. PCK 7 w trybie dyżurowym?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia informuje:

a) ul. Bialska 104/118 oraz Al. Pokoju 44 – zabezpieczenie świadczeń wyłącznie w przypadku awarii sprzętu usytuowanego na ul. Bialskiej 104/118.

- W trybie planowym: TK, MR, RTG,
- W trybie dyżurowym; : TK, MR, RTG.

b) ul. PCK 7 w trybie dyżurowym: : TK, MR, RTG.

**Pytanie 2:** Dotyczy Regulaminu Konkursu Ofert – Opis przedmiotu zamówienia pkt. III

Przyjmujący Zamówienie prosi o wyjaśnienia czy szacowany przez Udzielającego Zamówienie wolumen badań ujęty w Opisie przedmiotu zamówienia dotyczy jednego roku od podpisania Umowy, czy całego okresu obowiązywania Umowy?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia informuje, iż ilości badań ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia dotyczą całego okresu obowiązywania umowy.

**Pytanie 3:** Dotyczy Regulaminu Konkursu Ofert – Opis przedmiotu zamówienia pkt. III

Czy Udzielający Zamówienie dopuszcza możliwość przekazywania badań RTG na nośniku CD/DVD z systemu cyfrowego? Jeśli **TAK** to Przyjmujący Zamówienie prosi o wykreślenie z Opisu Przedmiotu zamówienia pozycji dotyczących dokumentacji zdjęciowej na kliszach.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia informuje, iż dopuszcza możliwość przekazywania badań RTG na nośniku CD/DVD z systemu cyfrowego.

**Pytanie 4:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §1 ust.1

Przyjmujący Zamówienie prosi o wyjaśnienie zapisu w **§1 ust. 1** Umowy ..... „*wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu badań tomografii komputerowej.*”

**Uzasadnienie:** Konkurs na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki dotyczy zarówno badań TK jak również badań MR oraz RTG, co nie została uwzględniono w §1 ust. 1 Umowy. W związku z powyższym czy zapis jest błędem edycyjnym czy świadczenia z zakresie MR i RTG będzie regulowała odrębna Umowa?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia informuje, iż w powyższym zapisie wystąpił błąd edycyjny. Konkurs na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki dotyczy badań TK, MR i RTG.

**Pytanie 5:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §1 ust.3

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisu w **§1 ust.3** Umowy o zapis: „*Przyjmujący Zamówienie wykonywać będzie powyższe świadczenia zdrowotne całodobowo przez 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem, że Centrum Diagnostyczne w trybie*

**planowym czynne jest w godzinach i dniach: od poniedziałku do piątku 8:00 – 18:00, natomiast pozostałe dni i godziny są uznawane za tryb dyżurowy. W trakcie dyżuru w Centrum Diagnostycznym obecny jest jedynie technik wykonujący badanie. Badania w trybie dyżurowym będą realizowane dla pacjentów w stanie zagrożenia życia”.**

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia rozszerzy zapis §1 ust.3 Umowy o zapis: „Przyjmujący Zamówienie wykonywać będzie powyższe świadczenia zdrowotne całodobowo przez 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem, że Centrum Diagnostyczne w trybie planowym czynne jest w godzinach i dniach: od poniedziałku do piątku 8:00 – 18:00, natomiast pozostałe dni i godziny są uznawane za tryb dyżurowy. W trakcie dyżuru w Centrum Diagnostycznym obecny jest jedynie technik wykonujący badanie. Badania w trybie dyżurowym będą realizowane dla pacjentów w stanie zagrożenia życia – zgodnie z wymogami NFZ”.

**Pytanie 6: Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §1**

Przyjmujący Zamówienie prosi o uzupełnienie **§ 1 o ust. 4** o brzmieniu:

**ust. 4 „W przypadku konieczności wykonania badań diagnostycznych w trybie dyżurowym TK, MR, RTG z podaniem środka kontrastowego zleczanych Pacjentom hospitalizowanym, Udzielający Zamówienie zapewnia odpowiednią opiekę medyczną (lekarz klinicysta, anestezjolog, pielęgniarka), adekwatną do stanu zdrowia Pacjenta przebywającego u Przyjmującego Zamówienie. Zespół medyczny Udzielającego Zamówienie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za pacjenta przebywającego u Przyjmującego Zamówienie i zapewnia opiekę nad nim w trakcie badania jak i po badaniu, w tym w razie potrzeby podania kontrastu. Szkolenie z zakresu obsługi strzykawki automatycznej dla pielęgniarek Udzielającego Zamówienie zostanie przeprowadzone na koszt Udzielającego Zamówienie.**

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia uzupełni **§ 1 o ust. 4** o brzmieniu:

ust. 4 „W przypadku konieczności wykonania badań diagnostycznych w trybie dyżurowym TK, MR, RTG z podaniem środka kontrastowego zleczanych Pacjentom hospitalizowanym, Udzielający Zamówienie zapewnia odpowiednią opiekę medyczną (lekarz klinicysta, anestezjolog, pielęgniarka), adekwatną do stanu zdrowia Pacjenta przebywającego u Przyjmującego Zamówienie. Zespół medyczny Udzielającego Zamówienie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za pacjenta przebywającego u Przyjmującego Zamówienie i zapewnia opiekę nad nim w trakcie badania jak i po badaniu, w tym w razie potrzeby podania kontrastu. Szkolenie z zakresu obsługi strzykawki automatycznej dla pielęgniarek Udzielającego Zamówienie zostanie przeprowadzone na koszt Przyjmującego Zamówienie”.

**Pytanie 7: Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §1**

Przyjmujący Zamówienie prosi o uzupełnienie **§ 1 o ust. 5** o brzmieniu:

**ust.5 „W sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia życia jakiejkolwiek osoby przebywającej na terenie Centrum Diagnostycznego Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do udzielenia takiej osobie niezwłocznie pomocy przez lekarza, anestezjologa i/lub zespół reanimacyjny Udzielającego Zamówienie. Przyjmujący Zamówienie będzie zgłaszał zaistnienie stanu zagrożenia życia pod numer telefonu .....**”.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia uzupełni § 1 o ust. 5 o brzmieniu:

ust.5 „W sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia życia jakiejkolwiek osoby przebywającej na terenie Centrum Diagnostycznego Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do udzielenia takiej osobie niezwłocznie pomocy przez lekarza, anestezjologa i/lub zespół reanimacyjny Udzielającego Zamówienie. Przyjmujący Zamówienie będzie zgłaszał zaistnienie stanu zagrożenia życia pod numer telefonu 34 325-26-11 w. 251”.

**Pytanie 8:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §2 ust. 2

Przyjmujący Zamówienie prosi o wyjaśnienie czy brak formalnego potwierdzenia, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy zwalnia Przyjmującego Zamówienie z obowiązku wykonania świadczenia zdrowotnych również w warunkach dyżurowych oraz u Pacjentów w stanie zagrożenia życia?

**Uzasadnienie:** Przyjmujący Zamówienie zwraca się z sugestią o wykreślenie powyższego ustępu z Umowy, ponieważ w przypadku badań CITO, nocnych, weekendowych czas potrzebny na uzyskanie podpisów w/w Dyrektorów i Kierowników może stanowić ryzyko dla życia i zdrowia pacjentów.

**Odpowiedź:** Wymóg formalnego potwierdzenia stanowi sposób kontrolowania zasadności badania. Jednak przypadki wyjątkowe związane z ratowaniem życia wymagają szczególnego traktowania.

**Pytanie 9:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §2 ust. 3

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę zapisu w §2 ust. 3 Umowy na „Skierowania z każdego miesiąca będą przechowywane przez Przyjmującego Zamówienie przez okres **pięciu lat**, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania”.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 Dz. U 2009 Nr 52 poz. 417 o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta art. 29 ust.1 pkt.3, Podmiot Lecznicy przechowują dokumentację medyczną (skierowanie, zlecenie) przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia zmienia zapis §2 ust. 3 Umowy na „Skierowania z każdego miesiąca będą przechowywane przez Przyjmującego Zamówienie przez okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania”.

**Pytanie 10:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §2 ust. 4

Przyjmujący Zamówienie prosi o wyjaśnienie jak brzmi zapis **§2 ust. 1 pkt. 6**, na który powołuje się Udzielający Zamówienie w **§2 ust. 4** Umowy, a którego treść nie jest zawarta w przedstawionym projekcie Umowy?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia informuje, iż w powyższym zapisie wystąpił błąd edycyjny. §2 ust. 4 przyjmuje brzmienie: „Wyniki badań wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy będą sporządzane w formie pisemnej oraz w formie elektronicznego nośnika danych (płyta CD) i dostarczane przez Przyjmującego zamówienie bezpośrednio do komórek organizacyjnych Udzielającego zamówienia, z których zostały wystawione skierowania, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wykonania badań przez Przyjmującego zamówienie.

**Pytanie 11:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §2 ust. 4

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę zapisu w **§2 ust. 4** na zapis o brzmieniu: „***Wyniki badań wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy będą sporządzane w formie pisemnej oraz w formie elektronicznego nośnika danych ( płyta CD ) i odbierane w Centrum Diagnostycznym w terminie nie dłuższym niż 3 dni przez osoby upoważnione Udzielającego Zamówienie, których wykaz stanowi załącznik nr ..... do niniejszej Umowy.***

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na zmianę zapisu §2 ust. 4.

**Pytanie 12:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §2 ust. 6

Przyjmujący Zamówienie prosi o usunięcie zapisu w **§2 ust. 6** Umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w całości.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia usuwa zapis §2 ust. 6 Umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w całości.

**Pytanie 13:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §3 ust. 3

Przyjmujący Zamówienie prosi o wykreślenie z **§3 ust. 3** Umowy zapisu o konieczności dołączania **skierowań**, o których mowa w §2 niniejszej Umowy oraz uzupełnienie **§3 ust. 3** o zapis: „.....” **Udzielający Zamówienie zobowiązuje się zweryfikować i potwierdzić zasadną część zestawienia (przedstawiony wykaz badań) w ciągu 7 dni od dostarczenia, w przeciwnym przypadku Udzielający Zamówienie w/w wykaz traktuje jako zaakceptowany w całości**”.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia usuwa z §3 ust. 3 Umowy zapis o konieczności dołączania skierowań, o których mowa w §2 niniejszej Umowy. Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na uzupełnienie §3 ust. 3 o zapis: „Udzielający Zamówienie zobowiązuje się zweryfikować i potwierdzić zasadną część zestawienia (przedstawiony wykaz badań) w ciągu 7 dni od dostarczenia, w przeciwnym przypadku Udzielający Zamówienie w/w wykaz traktuje jako zaakceptowany w całości”.

**Pytanie 14:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §3 ust. 10

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę zapisu w **§3 ust. 10** Umowy na zapis: „**W okresie trwania Umowy ceny za poszczególne Badania diagnostyczne mogą ulec zmianie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podawany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim w terminach rocznych od następnego miesiąca po dniu ogłoszenia**”.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia nie przewiduje zmiany ceny świadczonych usług z uwagi na treść art. 27 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej.

**Pytanie 15:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §4

Przyjmujący Zamówienie prosi o wyjaśnienie kto jest Podmiotem Tworzącym w stosunku do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z § 1 ust. 2 Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie nadanego uchwałą nr 245/229/IV/2013 Podmiotem Tworzącym jest Województwo Śląskie.

**Pytanie 16:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §6 ust. 2

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę zapisu w **§6 ust. 2** Umowy z ..... „świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem **niniejszego konkursu** .....” na zapis „świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem **niniejszej umowy** .....

**Uzasadnienie:** W opinii Przyjmującego Zamówienie nastąpił błąd edycyjny.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia zmienia zapis §6 ust. 2 Umowy z ..... „świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego konkursu .....” na zapis „świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy .....

**Pytanie 17:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne §7 ust. 2

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę zapisu w **§7 ust. 2** Umowy z „**Wybrany Oferent** .....” na „**Przyjmujący Zamówienie** .....

-

**Uzasadnienie:** W opinii Przyjmującego Zamówienie nastąpił błąd edycyjny.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia zmienia zapis §7 ust. 2 Umowy z „Wybrany Oferent .....” na „Przyjmujący Zamówienie .....

**Pytanie 18:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na uzupełnienie Umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne o załącznik do Umowy, który będzie przedstawiał szczegółową koncepcję udzielania świadczeń przez Przyjmującego Zamówienie?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia nie wyraża zgody na uzupełnienie Umowy o załącznik, który będzie przedstawiał szczegółową koncepcję udzielania świadczeń przez Przyjmującego Zamówienie?

**Pytanie 19:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Przyjmujący Zamówienie prosi o uzupełnienie Umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne o załącznik, który będzie przedstawiał „**Procedurę postępowania w**



**przypadku wystąpienia awarii aparatury w lokalizacji ul. Bialska 104/118” z informacjami:**

- Sposób przekazania informacji o awarii;
- Zasady zgłaszania pacjentów hospitalizowanych na świadczenia diagnostyczne.
- Transport Pacjenta do Pracowni.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia uzupełni Umowę o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne o załącznik, który będzie przedstawiał „**Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia awarii aparatury w lokalizacji ul. Bialska 104/118”** z informacjami:

- Sposób przekazania informacji o awarii;
- Zasady zgłaszania pacjentów hospitalizowanych na świadczenia diagnostyczne.
- Transport Pacjenta do Pracowni.

**Pytanie 20:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §1

Przyjmujący Zamówienie prosi o dodanie do Umowy w §1 zapisów o treści: „**Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do utrzymywania budynku, w którym znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem najmu, w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym Przyjmującemu Zamówienie niezakłócone i nieograniczone korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej umowie”.**

**Odpowiedź:** Zgoda. Udzielający Zamówienia rozszerza §1 o zapis:

„Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do utrzymywania budynku, w którym znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem najmu, w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym Przyjmującemu Zamówienie niezakłócone i nieograniczone korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszej umowie. Z wyłączeniem przypadków, w których zakłócenia i ograniczenia powstały w wyniku przeprowadzanych czynności budowlanych lub konserwacyjnych w substancji budynku.

**Pytanie 21:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §1

Przyjmujący Zamówienie prosi o dodanie do Umowy w §1 zapisów o treści: „**Udzielający Zamówienia zapewni Przyjmującemu Zamówienie niczym nieograniczony dostęp do pomieszczeń będących przedmiotem najmu przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy”.**

**Odpowiedź:** Zgoda.

**Pytanie 22:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §1

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmniejszenie powierzchni, która stanowi przedmiot najmu przeznaczony na prowadzenie działalności na całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie Diagnostyki Obrazowej (RTG).

**Uzasadnienie:** W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej Przyjmujący Zamówienie stwierdza brak konieczności i uzasadnienia najmu tak dużej powierzchni, która stanowi przedmiot najmu.

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zmniejszenie powierzchni, która stanowi przedmiot najmu pod warunkiem zachowania warunków higieniczno-sanitarnych, których wymaga przedmiotowe postępowanie oraz która nie będzie w żaden sposób wykorzystywana przez Przyjmującego Zamówienie. Po analizie stanu faktycznego Udzielający Zamówienia umożliwia rezygnację z pomieszczeń (załącznik Nr 1b):

3/3 – pracownia RTG - 38,60m<sup>2</sup>

3/28a – USG - 8,80m<sup>2</sup>

½ - holu - 19,40m<sup>2</sup>

3/14 – magazynek - 5,60m<sup>2</sup>

**Pytanie 23:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §1 ust. 5

Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę, aby zapis w §1 ust. 5 przyjął następujące brzmienie: **„Przedmiotem niniejszej umowy jest również dzierżawa ruchomości (zwane dalej „Sprzętem”), określonego szczegółowo w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy”.**

**Odpowiedź:** Zgoda.

**Pytanie 24:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §1 ust. 6

Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na zastąpienie w §1 ust. 6 zapisu: **„Przedmiot umowy dzierżawy, o którym mowa w ust.5” na „Sprzęt, o którym mowa w ust. 5”.**

**Odpowiedź:** Zgoda.

**Pytanie 25:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §1 ust. 6

Przyjmujący Zamówienie prosi o wyjaśnienie czy na podstawie Umowy o całodobowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie Diagnostyki Obrazowej (RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, Przyjmujący zamówienie będzie mógł wykorzystywać Sprzęt dla komercyjnego udzielania świadczeń?

**Odpowiedź:** Tak zgodnie z §1 ust. 4.

**Pytanie 26:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §2 ust. 3

Przyjmujący Zamówienie prosi o informację czy aparaty będące przedmiotem dzierżawy posiadają aktualne świadectwa bezpieczeństwa potwierdzające sprawność tych urządzeń. Prosimy o wskazanie daty, do kiedy obowiązują w/w świadectwa?

**Odpowiedź:** Aparat Apelem Baccara nie posiada aktualnego przeglądu, ostatni wpis w raporcie z dnia 13.03.14r „Urządzenie sprawne”

Aparat Siemens Siremobil ostatni przegląd wykonany w dniu 3.07.2014r. Nie wystawiono certyfikatu.

**Pytanie 27:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §2 ust. 4

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę zapisu w **§2 ust. 4**, na zapis: „Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest uruchomić wynajmowane pomieszczenia, o których mowa w §1 ust. 1a; 1b, po dostosowaniu wynajmowanych pomieszczeń i zainstalowaniu aparatury tj. w ciągu 90 dni od daty wydania przedmiotu najmu, o której mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem, że dostosowanie wynajmowanych pomieszczeń nie będzie wymagało uzyskania **pozwoleń na budowę**.

- z zachowaniem konieczności wykonania badań TK od momentu obowiązywania umowy i badań RTG od momentu **przystosowania** pomieszczeń §1 ust 1b.”

**Odpowiedź:** Zgoda. Z dopiskiem „W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę okres 90 dni zostanie przedłużony o czas konieczny do uzyskania pozwolenia.”

**Pytanie 28:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §3 ust. 4

Przyjmujący Zamówienie prosi o zastąpienie w §3 ust. 4 określenia „Wynajmującego” na „**Udzielającego Zamówienie**”.

**Uzasadnienie:** Spójność treści Umowy.

**Odpowiedź:** Zgoda.

**Pytanie 29:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §3 ust. 6

Przyjmujący Zamówienie prosi o doprecyzowanie o jakim rodzaju kosztów jest mowa w zapisie ..... „ lub zmiany kosztów ponoszonych przez Udzielającego Zamówienie”. Czy koszty te różnią się od cen mediów dostarczanych przez przedsiębiorstwa o których mowa w powyższym ust. ?

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia wyjaśnia, iż koszty energii elektrycznej, zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków wynikają bezpośrednio z ceny jednostkowej na fakturze, którymi Szpital jest obciążany przez dostawców mediów. Koszt centralnego ogrzewania oraz podgrzewanie wody jest natomiast sumą cen za dostarczone medium plus kosztu obsługi technicznej koniecznej do jego uzyskania.

**Pytanie 30:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §3 ust. 8

Przyjmujący Zamówienie prosi o informację czy w przypadku wyposażenia Pracowni RTG w nowy aparat RTG, Udzielający Zamówienia odstąpi od wymagania opłaty czynszu dzierżawnego za aparaty, których użytkowanie ze względów technicznych nie będzie możliwe?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wyraża zgodę.

**Pytanie 31:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §3 ust. 8

Przyjmujący Zamówienie prosi o informację czy w przypadku wyposażenia Pracowni RTG w nowy aparat RTG, Udzielający Zamówienie zdemontuje aparat RTG Apelem Baccara i zdejmie z ewidencji aparatów na swój koszt?

**Odpowiedź:** W przypadku decyzji przyjmującego zamówienie o zdjęciu z ewidencji aparatu, koszty demontażu pokryje przyjmujący zamówienie. U.Z. stwarza możliwość instalacji nowego aparatu w pomieszczeniu 3.3, w którym znajdował się wcześniej Tomograf Komputerowy. W przypadku podjęcia decyzji przez P.Z. o instalacji nowego aparatu w pomieszczeniu 3.3, aparat RTG Baccara pozostanie w dotychczasowej lokalizacji. Po uruchomieniu nowego aparatu w pomieszczeniu 3.3 warunki umowy w zakresie powierzchni i czynszu zostaną odpowiednio zmienione, w szczególności czynsz z tytułu najmu zostanie odpowiednio skorygowany w związku z zamianą tych pomieszczeń oraz czynsz za dzierżawę tego aparatu zostanie obniżony. Do czasu przystosowania nowego pomieszczenia pracowni RTG przyjmujący zamówienie będzie korzystał i wykonywał badania w pracowni RTG na aparacie Baccara.

**Pytanie 32:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §3 ust. 9

Przyjmujący Zamówienie prosi o wprowadzenie w §3 ust. 9 zapisu „**że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Przyjmującego Zamówienie**”.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wprowadzi w §3 ust. 9 zapis „że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Przyjmującego Zamówienie”.

**Pytanie 33:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §3 ust. 9

Przyjmujący Zamówienie prosi o wprowadzenie w §3 ust. 9 zapisu „**że warunkiem dotrzymania tych terminów jest otrzymanie przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowo wystawionej faktury VAT najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od ostatniego dnia miesiąca**”.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wprowadzi w §3 ust. 9 zapis „że warunkiem dotrzymania tych terminów jest otrzymanie przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowo wystawionej faktury VAT najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od ostatniego dnia miesiąca”.

**Pytanie 34:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §3 ust. 12

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisu w **§3 ust. 12** o zapis „*Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo potrącenia wierzytelności z tytułu niniejszej umowy w przypadku opóźnienia Przyjmującego Zamówienie w zapłacie opłat o 30 dni .....*”.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wprowadzi rozszerzenie zapisu w §3 ust. 12 o zapis „Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo potrącenia wierzytelności z tytułu niniejszej umowy w terminach, w których wierzytelności stają się wymagalne.

**Pytanie 35:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 1 pkt. d)

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie **§4 ust. 1 pkt. d)** na końcu zdania o zapis: „*Udzielający Zamówienia zobowiązuje się współpracować z Przyjmującym Zamówienie w celu umożliwienia Przyjmującemu Zamówienie uzyskanie wszelkich zgód niezbędnych do przeprowadzenia prac(o których mowa powyżej) oraz zobowiązuje się nie odmawiać zgód bez wyraźnej i uzasadnionej przyczyny, wynikającej z przepisów prawa.*”

**Odpowiedź:** Zgoda.

**Pytanie 36:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 1 ppkt. e

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie **§4 ust. 4 pkt. e)** na końcu zdania o zapis: „*w zakresie instalacji i powierzchni zleczanych i wykonywanych przez Przyjmującego Zamówienie*”.

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia rozszerza §4 ust. 1 pkt. e) o zapis:

„w zakresie instalacji i powierzchni wykonywanych i najmowanych przez Przyjmującego Zamówienie”.

**Pytanie 37:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 2

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie **§4 ust. 2** o zapis „..... w stanie nie pogorszony, ***jednakże Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania***”.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z art 675 § 1 w zw. z art. 680kc „po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszony; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

**Odpowiedź:** Zgoda.

**Pytanie 38:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 2

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie **§4 ust. 2** na końcu zdania o zapis ***z zastrzeżeniem ust. 4***”.

**Odpowiedź:** Zgoda. §4 ust. 2 nabiera brzmienia:

„Po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy najmu Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nie pogorszony, jednakże Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Ewentualne wykonane adaptacje Przyjmujący Zamówienie pozostawi bezpłatnie Udzielającemu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4.”

**Pytanie 39:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 3

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie **§4 ust. 3** na końcu zdania o zapis ***z zastrzeżeniem ust. 4***”.

**Odpowiedź:** Zgoda.

**Pytanie 40:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 4

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmienne kwoty brutto zawartej w **§4 ust. 4** z „**100.000zł**” na kwotę „**poniesionych, udokumentowanych nakładów inwestycyjnych**”.

**Uzasadnienie:** Kwota zaproponowana przez Przyjmującego Zamówienie wynika z szacunku kosztów i nakładów finansowych, jakie poniesie Przyjmujący Zamówienie.

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia zmienia zapis §4 ust. 4 na:

„W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy przed okresem 3 lat jej obowiązywania Udzielający Zamówienia zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych nakładów na dostosowanie przedmiotu najmu, do działalności objętej umową o których

mowa w §1, przy czym nakłady te będą pomniejszone o odpis amortyzacyjny, proporcjonalnie do czasu trwania umowy, a ich wartość początkowa nie będzie mogła przekroczyć kwoty brutto poniesionych, udokumentowanych nakładów inwestycyjnych na modernizację pomieszczeń, potwierdzonych kosztorysami wykonanych prac.”

**Pytanie 41:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 6 pkt. a)

Przyjmujący Zamówienie prosi o informację kiedy były wykonane ostatnie okresowe przeglądy techniczne dzierżawionych aparatów?

**Odpowiedź:** Ostatni przegląd Siremobil 3.07.2014r. , Ostatni przegląd Apelem Baccara 13-15.04.2010 w późniejszym okresie na bieżąco naprawiany co udokumentowano w raportach serwisowych. Ostatnia naprawa marzec 2014.

**Pytanie 42:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 6 pkt. f)

Przyjmujący Zamówienie prosi o informację kiedy były wykonane ostatnie testy specjalistyczne dzierżawionych aparatów?

**Odpowiedź:** Ostatni test specjalistyczny w aparacie Apelem Baccara wykonano w dniu 7.08.2013r, ostatni test specjalistyczny w aparacie Siremobil wykonano 7.08.2013 r.

**Pytanie 43:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 6 pkt. g)

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę zapisu w **§4 ust. 6 pkt. g)** na zapis: *„Po zakończeniu umowy **przedmiot dzierżawy** zostanie przekazany na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, po uprzednim przeglądzie stanu technicznego przez autoryzowane serwisy, a kosztem ewentualnych stwierdzonych usterek zostanie obciążony przyjmujący Zamówienie.”*

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienie wyraża zgodę na zmianę zapisu.

**Pytanie 44:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 6 pkt. i)

Przyjmujący Zamówienie prosi o udostępnienie wglądu w raporty serwisowe, w których zawarta jest szczegółowa informacja dotycząca stanu technicznego aparatu RTG Apelem Baccara.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienie wyraża zgodę na wgląd w raporty serwisowe w każdy dzień roboczy godzinach od 8:00 do 13:00 w Pracowni RTG, pokój techników.



**Pytanie 45:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 7

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie **§4 ust. 7** na końcu zdania o zapis: „**z zastrzeżeniem, że Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem jego prawidłowego używania**”.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienie wyraża zgodę na zmianę zapisu, jednakże sprzęt w chwili przekazania powinien być sprawny.

**Pytanie 46:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 8

Przyjmujący Zamówienie prosi o poprawę błędu edycyjnego w tekście **§4 ust. 8** z „zapis **§7**” na „zapis w ust. 7” oraz dodanie na końcu zdania ..... „§4 ust. 6 pkt. j „**w takim przypadku aparat RTG pozostaje własnością Przyjmującego Zamówienie**”.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienie wyraża zgodę.

**Pytanie 47:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 9

Czy poprzez przesłanie opisów Udzielający Zamówienie rozumie przesłanie danych z opisu w formacie HL7 do systemu AMMS Asseco?

**Odpowiedź:** Szczegóły techniczne integracji należy uzgodnić z firma ASSECO.

**Pytanie 48:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 9

Czy poprzez przesłanie danych obrazowych rozumiemy dostarczenie badań w formacie DICOM do systemu ArPACS Udzielającego Zamówienie?

**Odpowiedź:** TAK (Szczegóły techniczne integracji należy uzgodnić z firma ASSECO oraz Synektik).

**Pytanie 49:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 9

Dla każdego z systemów AMMS Przyjmujący Zamówienie prosi o wyspecyfikowanie wersji systemu, oraz informację, czy Udzielający Zamówienie posiada wdrożony moduł skierowań w systemie AMMS, dokumentację medyczną, oraz moduł integracji HL7 wraz z wersją systemu jakiej używa.

**Odpowiedź:** Szpital posiada umowę na podstawie której ASSECO ma obowiązek instalacji bieżących wersji oprogramowania przez 3 lata. Posiadamy moduły: skierowań w systemie AMMS, dokumentację medyczną. Firma ASSECO nie posiada osobnego modułu integracji HL7.

**Pytanie 50:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 9

Czy Udzielający Zamówienie posiada jedną instancję systemu AMMS obsługującą w zintegrowany sposób wszystkie ośrodki Udzielającego Zamówienie, czy więcej systemów?

**Odpowiedź:** TAK posiadamy jedną instancję.

**Pytanie 51:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 9

Przyjmujący Zamówienie prosi o podanie kontaktów do osoby kontaktowej z Asseco, opiekującej się kontraktem ze szpitalem i systemem AMMS.

**Odpowiedź:** Adam Michałek Dyrektor handlowy pionu opieki zdrowotnej ASSECO POLAND S.A. [Adam.michalek@asseco.pl](mailto:Adam.michalek@asseco.pl)

**Pytanie 52:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 9

Dla każdej instancji systemu arPACS firmy Synektik Przyjmujący Zamówienie prosimy o wyspecyfikowanie wersji systemu do której trzeba będzie dostarczyć badania diagnostyczne obrazowe.

**Odpowiedź:** Szpital posiada umowę na podstawie której ASSECO i jego podwykonawcy (Synektik) ma obowiązek instalacji bieżących wersji oprogramowania przez 3 lata. Szczegóły techniczne integracji należy uzgodnić z firma Synektik.

**Pytanie 53:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 9

Przyjmujący Zamówienie zwraca się z prośbą o przeniesienie zapisów o integracji systemów z umowy najmu do umowy o udzielaniu świadczeń zdrowotnych ponieważ zasady integracji systemów, są ściśle związane z wymaganiami dotyczącymi procesu świadczeń i powinny być doprecyzowywane w kontekście w/w umowy.

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 54:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 9

Przyjmujący Zamówienie prosi o podanie kontaktów do osoby kontaktowej z Synektik, opiekującej się kontraktem ze szpitalem i systemem AMMS.

**Odpowiedź:** Tomasz Kuczmański [tkuczmański@synektik.com.pl](mailto:tkuczmański@synektik.com.pl) .

**Pytanie 55:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 10

Czy przez wymianę danych Udzielający Zamówienie rozumie:

- odebranie skierowania na badania radiologiczne w formacie komunikatu HL7 obejmujący zakres informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- przesłanie opisu badania w formacie HL7 zawierającego informacje: zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Odpowiedź:** Szczegóły techniczne integracji należy uzgodnić z firmą Synektik oraz ASSECO. Udzielający Zamówienie zainteresowany jest efektem wymiany danych tj. posiadaniem w Szpitalnym systemie PACS pełnego badania ( obrazowego i opisu) oraz w systemie AMMS informacji umożliwiającej dostęp do tych badań i uwzględnieniem tych procedur w rozliczeniach z NFZ, a nie elementami składającymi się na proces wymiany.

**Pytanie 56:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 11

Przyjmujący Zamówienie Prosi o podanie miejsca gdzie fizycznie znajdują się systemy AMMS oraz ArPACS, z którymi będzie konieczna integracja.

**Odpowiedź:** Serwerownia znajduje się w Częstochowie ul. Bialska 104/118.

Dostęp do systemu jest w każdej lokalizacji należącej do Udzielającego Zamówienie.

**Pytanie 57:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 11

Przyjmujący Zamówienie prosi o wprowadzenie zapisu w **§4 ust. 11** o treści „**Przyjmujący Zamówienie ponosi koszty wykonania prac informatycznych w systemie AMMS i w systemie Przyjmującego związanych z przygotowaniem i uruchomieniem integracji systemów informatycznych**”.

**Odpowiedź:** Dział Informatyki jest przeciwny tym zmianom w umowie.

**Pytanie 58:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 11

Przyjmujący Zamówienie prosi o doprecyzowanie czy Udzielający Zamówienie oczekuje, że Przyjmujący Zamówienie zainstaluje na własny koszt łącza we wszystkich ośrodkach zlecających oraz będzie ponosił koszty ich eksploatacji w celu realizacji niniejszej umowy?

**Odpowiedź:** Tylko w obrębie dzierżawionych pomieszczeń oraz niezbędne do podłączenia do serwerów szpitala. Udzielający Zamówienie przewiduje centralne zlecenie badań przez system AMMS i odbiór przez system AMMS i ArPACS. Nie widzimy potrzeby budowania nowego łącza do każdego ośrodka zlecającego.

**Pytanie 59:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 11

Przyjmujący Zamówienie prosi o wykreślenie z **§4 ust. 11** stwierdzenia: „***jak również ponosi wszystkie koszty związane z połączeniem się ewentualnym, nowym systemem szpitalnym w zakresie opisanym w ust. 9, 10.***”

**Uzasadnienie:** Powyższe sformułowanie wymagań w ten sposób jest nieprecyzyjne i uniemożliwia Przyjmującemu Zamówienie jednoznaczną ocenę kosztów realizacji projektu, co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych - " **Art. 29. 1.** Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający jest zobowiązany utrzymać istniejący system przez 5 lat. Nie można przewidzieć czy po tym okresie system AMMS oraz ArPACS będą funkcjonować na rynku oraz będą spełniać wymagania Zamawiającego.

**Uzasadnienie:** Postępowanie nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Brak takiego sformułowania będzie w przyszłych przetargach (podlegających Prawu Zamówień Publicznych) na modernizację lub wymianę systemów faworyzował firmy ASSECO oraz Synektik co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

**Pytanie 60:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 12

Przyjmujący Zamówienie prosi o zmianę zapisu w **§4 ust. 12** na zapis o treści:  
***„Przyjmujący Zamówienie zapewni bezproblemowy dostęp pracownikom szpitala oraz osobom upoważnionym przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu do elementów infrastruktury technicznej (w szczególności rozdzielni elektrycznych) w przypadkach awarii, pożaru, bądź zagrożenia życia, w pozostałych przypadkach dostęp do infrastruktury będzie realizowany zgodnie z wytycznymi w § 4 ust. 1pkt. c).***

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia zmienia zapis §4 ust. 12 na:

„Przyjmujący Zamówienie zapewni bezproblemowy dostęp pracownikom szpitala oraz osobom upoważnionym przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu do elementów infrastruktury technicznej (w szczególności rozdzielni elektrycznych) w przypadkach awarii, pożaru, zagrożenia życia, bądź konieczności wstępu przez instytucje zewnętrzne (straż, pogotowie gazowe lub energetyczne), w pozostałych przypadkach dostęp do infrastruktury będzie realizowany zgodnie z wytycznymi w §4 ust. 1 pkt. c).

**Pytanie 61:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §4 ust. 14

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisu w **§4 ust. 14** na końcu zdania o zapis:  
***„z zastrzeżeniem ust. 4”.***

**Odpowiedź:** Zgoda.

**Pytanie 62:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §5 pkt. c)

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisu w **§5 pkt. c)** na końcu zdania o zapis: ***Udzielający Zamówienie zgadza się na zewnętrzne oznakowanie Pracowni Diagnostycznych. Szczegółowe warunki i zasady zostaną określone pomiędzy Stronami w terminie do 30 dni po zawarciu Umowy***”.

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia rozszerza zapisu w §5 pkt. c):

Udzielający Zamówienie zgadza się na zewnętrzne oznakowanie Pracowni Diagnostycznych, po wcześniejszej akceptacji jego formy i lokalizacji na terenie Szpitala. Szczegółowe warunki i zasady zostaną określone pomiędzy Stronami w terminie do 30 dni po zawarciu Umowy”.

**Pytanie 63:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §6

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisu w **§6** na końcu zdania o zapis: ***Udzielający Zamówienie jest zobowiązany poinformować Przyjmującego Zamówienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli w terminie nie krótszym niż na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem kontroli. Udzielający Zamówienia jest zobowiązany przeprowadzić kontrolę w sposób niezakłócający działalności Przyjmującego Zamówienie.***

**Odpowiedź:** Zgoda.

**Pytanie 64:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §7 ust. 2

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisu w **§7 ust. 2** na końcu zdania o zapis: ***„ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.”***

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia rozszerza zapisu w §7 ust.2:

„Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.”

**Pytanie 65:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §7 ust. 3 pkt. a)

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisu w **§7 ust. 3 pkt. a)** na końcu zdania o zapis: ***„po uprzednim pisemnym wezwaniu Przyjmującego Zamówienie i wyznaczeniu mu co najmniej 14-dniowego terminu, liczonego od doręczenia wezwania, do zapłaty zaległości oraz bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu”***.

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia rozszerza zapisu w §7 ust. 3 pkt. a):

„zalegania z należnym czynszem, jak również z opłatami eksploatacyjnymi za dwa kolejne okresy płatności, po uprzednim pisemnym wezwaniu Przyjmującego Zamówienie i wyznaczeniu mu co najmniej 14-dniowego terminu, liczonego od doręczenia wezwania, do zapłaty zaległości oraz bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu”.

**Pytanie 66:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu §7 ust. 3

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie zapisów w **§7 ust. 3** o zapis: **„W wypadkach określonych w §7 ust. 3 Udzielający Zamówienie może rozwiązać umowę wyłącznie po bezskutecznym upływie 21-dniowego terminu wyznaczonego Przyjmującemu Zamówienie na piśmie na usunięcie naruszeń”.**

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia dodaje zapisu w §7 ust. 3 pkt.:

„w wypadkach określonych w §7 ust. 3 pkt. b) Udzielający Zamówienie może rozwiązać umowę wyłącznie po bezskutecznym upływie 21-dniowego terminu wyznaczonego Przyjmującemu Zamówienie na piśmie na usunięcie naruszeń”.

**Pytanie 67:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie umowy o kolejny § z zapisami regulującymi możliwość rozwiązania umowy przez Przyjmującego Zamówienie o następującej treści: **„Przyjmujący zamówienie może rozwiązać niniejszą Umowę dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:**

**a) na skutek zawinionego działania lub zaniechania Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie zmuszony został do zaprzestania działalności w pomieszczeniach nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni;**  
**b) konstrukcja Budynku zagraża życiu i zdrowiu osób w nim przebywających i zostało to potwierdzone ostateczną decyzją administracyjną przez odpowiednie organy administracji.**

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia dodaje paragraf:

„Przyjmujący zamówienie może rozwiązać niniejszą Umowę dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) na skutek zawinionego działania lub zaniechania Udzielającego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie zmuszony został do zaprzestania działalności w pomieszczeniach nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 (trzydziestu) kolejnych dni;

b) konstrukcja Budynku zagraża życiu i zdrowiu osób w nim przebywających i zostało to potwierdzone ostateczną decyzją administracyjną przez odpowiednie organy administracji.”

**Pytanie 68:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie Umowy najmu o zapis: **„*Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego i pracowni tomografii komputerowej oraz pracowni RTG, łącza energetycznego o mocy min. 300 kW*”**.

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego i pracowni tomografii komputerowej oraz pracowni RTG, łącza energetycznego o mocy min. 300 kW w lokalnej rozdzielni przy obecnej pracowni TK i MR, w przypadku zapotrzebowania na moc przekraczającą możliwości przesyłu przez obecną instalację elektryczną, Przyjmujący Zamówienie poprowadzi na własny koszt nowe połączenia kablowe z ww. rozdzielni do dzierżawionych pomieszczeń. W przypadku wystąpienia Szpitala o zwiększenie przydziału mocy zamówionej wynikającej ze zwiększenia potrzeb Przyjmującego zamówienie, koszty stałe związane ze zwiększeniem przydziału mocą będzie ponosił Przyjmujący Zamówienie.

**Pytanie 69:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu

Przyjmujący Zamówienie prosi o rozszerzenie Umowy najmu o zapis: **„*Udzielający Zamówienie będzie wystawiać faktury za dany miesiąc nie wcześniej niż 15 (piętnastego) dnia kalendarzowego poprzedzającego miesiąca i doręczyć ją Przyjmującemu Zamówienie do 26 dnia kalendarzowego poprzedzającego miesiąc za który należy jest czynsz*”**.

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie 70:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu

Czy Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na prace remontowe (jeśli tak zamknięcie na czas ich trwania obszaru którego będą dotyczyły)?

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienia wyraża zgodę pod warunkiem zachowania ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

**Pytanie 71:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu

Czy jeśli zajdzie konieczność możliwe będzie uzyskanie dodatkowej mocy energetycznej do zasilenia aparatów diagnostycznych?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wyraża zgodę, pod warunkiem wyseparowania obwodów gniazdek i założenia licznika do rozliczania zużycia energii.

**Pytanie 72:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu

Czy będzie można wykorzystać istniejące w pracowniach przyłącza energetyczne?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienia wyraża zgodę, pod warunkiem wyseparowania obwodów gniazdek i założenia licznika do rozliczania zużycia energii.

**Pytanie 73:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu

Czy dostępna będzie dokumentacja techniczna (architektura, branże) dot. pomieszczeń w tym projekty osłon stałych?

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienie udostępni posiadane dokumenty konieczne Przyjmującemu Zamówienie do realizacji obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy, w tym dokumentację architektoniczną oraz projekty osłon stałych.

**Pytanie 74:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu

W przypadku wymiany aparatu RTG konieczne będzie wzmocnienie stropów dlatego też czy w takim przypadku Udzielający Zamówienie udostępni pomieszczenia poniżej?

**Odpowiedź:** Udzielający Zamówienie udostępni pomieszczenia konieczne do wykonania wzmocnień stropów pod warunkiem ich zwrotu w niepogorszonym stanie technicznym.

**Pytanie 75:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu

Czy będzie możliwość wydzielenia wynajętej przez Przyjmującego Zamówienie powierzchni od pozostałych powierzchni szpitalnych (wydzielenie poradni)

**Uzasadnienie:** Wymóg uwarunkowany m.in. odbiorami Sanepidu.

**Odpowiedź:** Tak, z wyjątkiem ciągów komunikacyjnych, które stanowią drogi ewakuacyjne. A w razie konieczności ich wydzielenia, Udzielający Zamówienia wymaga montażu drzwi o odpowiednich parametrach technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, iż korytarze wewnętrzne budynków mają być udostępnione na rzecz komunikacji szpitalnej.

**Pytanie 76:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert – Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu

W jakich godzinach będą mogły być wykonywane prace remontowe?

**Odpowiedź:** Prace remontowe mogą być wykonywane całodobowo. Wyjątkiem będą prace, w wyniku których emitowany będzie nadmierny hałas lub drgania, które to należało będzie uzgodnić z personelem Udzielający Zamówienie.

**Pytanie 77:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu – Środki trwałe



Czy aparat RTG ANALOGOWY Apelem/Baccara posiada ucyfrowienie pośrednie, oraz licencje niezbędne do uruchomienia worklist oraz transmisji obrazów DICOM? Jeśli aparat posiada system pośredniej radiologii cyfrowej czy system ten jest również przedmiotem dzierżawy?

**Odpowiedź:** Aparat nie posiada ucyfrowienia pośredniego, ucyfrowienie pośrednie wraz z transmisją obrazów DICOM możliwe jest za pomocą czytnika kaset Konika Minolta, która wchodzi w skład aparatu.

**Pytanie 78:** Dotyczy Załącznika nr 2 do Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu – Środki trwałe

Czy aparat RTG SIEMENS POLYMOBIL posiada ucyfrowienie pośrednie, oraz licencje niezbędne do uruchomienia worklist oraz transmisji obrazów DICOM?

**Odpowiedź:** Aparat nie posiada ucyfrowienia pośredniego, ucyfrowienie pośrednie wraz z transmisją obrazów DICOM możliwe jest za pomocą czytnika kaset Konika Minolta, która wchodzi w skład aparatu.

**Pytanie 79:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu – Wymagania dotyczące Tomografu Komputerowego

Przyjmujący Zamówienie zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w pkt 9. „**System UPS do podtrzymania stacji diagnostycznych oraz TK w przypadku utraty zasilania sieciowego**” na zapis: „**System UPS do podtrzymania stacji diagnostycznych oraz konsoli technika TK w przypadku utraty zasilania sieciowego**”.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienie wyraża zgodę na zmianę zapisu

**Pytanie 80:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu – Wymagania dotyczące aparatu RTG przyłóżkowego punkt 3 - Aparat w wersji cyfrowej DR

Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na rezygnację z tego wymogu?

**Uzasadnienie:** Wymóg ten znacząco podnosi koszt zakupu aparatu, natomiast funkcjonalność wyniku badań w formie cyfrowej zostanie spełniona zastosowaniem pośredniej radiografii cyfrowej.

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienie wyraża zgodę.

**Pytanie 81:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu – Wymagania dotyczące aparatu RTG przyłóżkowego punkt 13 - RTG przyłóżkowe wyposażone w DICOM 3.0 zawierający interfejs sieciowy

Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na rezygnację z tego wymogu?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienie wyraża zgodę.

**Pytanie 82:** Dotyczy Załącznika nr 3 do Umowa najmu pomieszczeń oraz dzierżawy sprzętu – Wymagania dotyczące aparatu RTG przyłóżkowego punkt 13 - Pełna integracja z istniejącym systemem informatycznym Szpitala i Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Czy Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na rezygnację z tego wymogu?

**Odpowiedź:** Udzielający zamówienie wyraża zgodę na rezygnację z wymogu z zastrzeżeniem możliwości przesyłania badań z aparatu poprzez system informatyczny. Wyniki badań mogą być dostępne w sieci.

Wszelkie uwagi i zmiany Umowy związane z postawionymi pytaniami zostaną uwzględnione przed podpisaniem Umowy z Przyjmującym Zamówienie.

