



Częstochowa, dnia 05-06-2024 r

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. Zapytania Ofertowego (zwane dalej ZO) pn.:

DOSTAWA ZESTAWÓW GRAWITACYJNYCH DO PODAŻY CYTOSTATYKÓW

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZO

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w **pozycji 2** mógłby doprecyzować, czy zestaw infuzyjny do grawitacyjnej podaży cytostatyków powinien być wyposażony w precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą – dla roztworów o różnych gęstościach (5-250ml/h dla 10% i 5-150ml/h dla 20%)?

Odpowiedź: Zamawiający w części nr 1 w pozycji 2 dopuszcza zaoferowanie zestawu infuzyjnego do grawitacyjnej podaży cytostatyków wyposażonego w precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą – dla roztworów o różnych gęstościach (5-250ml/h dla 10% i 5-150ml/h dla 20%) z zachowaniem pozostałych parametrów.

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W CZĘSTOCHOWIE
ŁUKASZ POŁATYŃSKI

.....
Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej