

Odpowiedzi do Zapytania Ofertowego

„ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB ODDZIAŁU KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.”

(zwane dalej ZO)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Tel. 34/ 367-31-04, nr faksu: 34/ 367-31-28,
Adres strony internetowej: www.szpitalparkitka.com.pl
NIP: 573-22-99-604

Osoba uprawniona do kontaktu: Jerzy Radkowski, tel. 34/ 367 31 20, kom. 726 140 084,
E-mail: jerzyradkowski@szpitalparkitka.com.pl
Godziny urzędowania: w dni powszechnie od 7.30-14.30

Dotyczy część 3 :

Dotyczy elektrokardiograf:

Pytanie nr 1:

W części nr 3 opis aparatu ekg wskazuje na aparat prod. firmy Aspel ze względu m.in. na konieczność współpracy z systemem Cardioteka. Dokładnie model AsCARD Grey v.07.205 spełnia opis poza jednym punktem. Firma Aspel już od dłuższego czasu nie ma w swoich aparatach papieru 210 mm tylko 112 mm. Taką odpowiedź dostaliśmy od producenta.

Nie ma obecnie na rynku aparatu ekg prod. Aspel z szerokością papieru 210 mm.

Czy Państwo możecie zrobić jakieś sprostowanie lub odpowiedzieć jeszcze na pytanie czy dopuścicie Państwo aparat z szerokością papieru 112 mm w rolce?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 :

1/Czy Zamawiający dopuszcza szerokość rolki papieru do EKG 112? Wymagana 210 już nie jest stosowana przez producentów EKG

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 :

2//Czy Zmawiający dopuszcza aparat EKG wyposażone w Zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem równoważnym tj. M.Base w celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym.

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.