

Częstochowa, dn. 29.04.2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8 / 036/ 1211 /11

Szanowni Państwo !

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na dostawę gwoździ śródszpikowych ,stabilizatorów biodrowych dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz doposażenie sprzętu artroskopowego Traktu Operacyjnego.

W odpowiedzi na zapytania (o poniższej treści) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie – Dotyczy Części 2

1.Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu ostrza do shavera tak aby większa ilość Oferentów mogła wziąć udział w przetargu ?.

Odpowiedź : NIE.

2. Czy Zamawiający może podać długość optyki oraz w jakim systemie ma ona pracować (STORZ / WOLF / OLYMPUS) ?.

Odpowiedź : Długość optyki 175 mm ; pracuje w systemie Storz.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dn. 02.05.2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8 / 036/ 1218 /11

Szanowni Państwo !

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na dostawę gwoździ śródszpikowych ,stabilizatorów biodrowych dla Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej oraz doposażenie sprzętu artroskopowego Traktu Operacyjnego.

W odpowiedzi na zapytanie (o poniższej treści) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wyjaśnia:

Zapytanie : Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Części 1 pozycje 1 i 2, oraz umożliwi składanie ofert wyłącznie na asortyment zawarty w w/w pozycjach? Nadmieniamy, że podział Części 1 dopuściłby do udziału w postępowaniu większą niż jeden liczbę wykonawców oraz umożliwiłby Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź : Nie.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek.med. Grzegorz Kupczak