

Cena za SIWZ – 20,00 zł brutto
Opłata pocztowa – 13,50 zł

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)**

**NA
DOSTAWĘ IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI**

Postępowanie o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

prowadzone w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

UWAGA:

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ NINIEJSZĄ SIWZ.

§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 367-36-74, faks: 034 367-36-74.
Adres strony internetowej: www.szpitalparkitka.com.pl.
Adres poczty elektronicznej: szp@data.pl.
NIP: 573-22-99-604

§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwaną dalej ustawą.

§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **DOSTAWA IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI .**

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

- 1) instrumentarium do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL i implantu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL,
- 2) płyty,
- 3) gwoździe śródszpikowe blokowane do stabilizacji złamań, biodrowy stabilizator dynamiczny DHS,
- 4) gwoździe śródszpikowe udowe, piszczelowe, ramienne, dynamiczny stabilizator biodrowy, gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych, gwóźdź ze stopu tytanu do zespołów kości długich u dzieci i kości kończyny górnej u dorosłych,
- 5) zestaw do stabilizacji złamań kości długich, drobnych oraz miednicy,
- 6) biomateriały do regeneracji chrząstki stawowej, łąkotki i kości,
- 7) płytki mini i płytki ze stopu tytanu blokowane kątowno do paliczków i artrodezy nadgarstka, płytki do zespołów dalszej nasady kości promieniowej,
- 8) zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana,
- 9) płytki do osteotomii,
- 10) płytki i kliny do osteotomii korekcyjnej piszczeli,
- 11) śruby kompresyjne,
- 12) implanty do zatoki stępu i endoprotezy stawu skokowego,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera [Załącznik Nr 2 do SIWZ](#). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części wymienionych w [Załączniku Nr 2 do SIWZ](#).

5. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Wykonawca zobowiązany jest oddać Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej, niezwłocznie po zawarciu umowy, asortyment określony w [Załączniku Nr 2](#).

7. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: [33.14.17.70-8](#).

§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Termin wykonania zamówienia wynosi [24 miesiące](#).

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru - **Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał).**

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru - **Załącznik Nr 4 do SIWZ (oryginał);**

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć w formie oryginału lub

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo **informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej** – (**Załącznik Nr 5 do SIWZ**).

Przez pojęcie „Grupa Kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę – zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 z 2007 r., poz. 331, z późn. zm.).

4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, wyszczególnionych w § 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki określone powyżej.

5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

6. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązań się do ich naprawienia.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w:

a) § 6 ust. 2 pkt. 2), 3), 4), 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) § 6 ust. 2 pkt. 5) i 7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.

2) Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 4 pkt. 2) stosuje się odpowiednio.

4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

8. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

9. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 i ust. 3 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust.2 pkt. 1), § 6 ust.3 oraz ust. 5 – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ww. zobowiązanie musi zostać załączone do oferty przetargowej w oryginale.

11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga się dołączenia do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1) Opisu przedmiotu zamówienia np.: opisy, foldery, prospekty, karty katalogowe dotyczące oferowanego asortymentu w języku polskim, potwierdzające spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zaznaczeniem której części i pozycji dotyczą.

W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

2) Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu zaoferowanego asortymentu do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (treść oświadczenia zawarta w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących Załącznik Nr 2 część 1 – 12 SIWZ).

3) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad (treść oświadczenia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ).

14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

1) Uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał).

2) Uzupełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (oryginał). Wykonawca wypełnia formularz wg wzoru, zamieszczając w ofercie tylko te części, na które składana jest oferta.

3) Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) – podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3. Dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonej oferty winny być przekazane Zamawiającemu także w formie pisemnej.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa. Dokumenty stanowiące uzupełnianie złożonej oferty winny być przekazane Zamawiającemu także w formie pisemnej.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, Dział Zamówień Publicznych, faks: (34) 367-36-74, e-mail: szp@data.pl.**

6. Przesyłanie korespondencji na inny adres, numer faksu lub poczty elektronicznej niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

7. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, informacji lub dokumentów.

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

- **p. Magdalena Szymała-Gaudzińska**, tel. 34/367-34-42, godz. 8.00-14.00,

w zakresie procedury przetargowej:

- **Bożena Klimas** - Dział Zamówień Publicznych, faks: 34 367 36 74 w godz. 07.00-14.35.

§ 8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego – www.szpitalparkitka.com.pl.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert – art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy. **Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.02.2015r.**

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, **Zamawiający może** udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania – art. 38 ust.1a ustawy. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. **Połowa terminu składania ofert upływa w dniu 26.02.2015 r.**

4. Pytania odnośnie zapisów treści SIWZ należy przysyłać **faxem** na numer **34 367 36 74** lub 34 367 37 53 **oraz w celu usprawnienia postępowania – pocztą elektroniczną (szp@data.pl).**

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz tym, którzy zgłoszą pisemny wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

§ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, **w wysokości:**

Część 1 -	700,00 zł
Część 2 -	50,00 zł
Część 3 -	830,00 zł
Część 4 -	2.030,00 zł
Część 5 -	7.400,00 zł
Część 6 -	350,00 zł
Część 7 -	750,00 zł
Część 8 -	500,00 zł

Część 9 – 450,00 zł
Część 10 – 400,00 zł
Część 11 – 700,00 zł
Część 12 - 460,00 zł

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1)** pieniądzu;
- 2)** poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3)** gwarancjach bankowych;
- 4)** gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5)** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **mBANK o/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004** z dopiskiem **Wadium – DOSTAWA IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI (DAZ.26.008.2015)**. Wadium uważa się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć wraz z ofertą (dokument nie złączony trwale z ofertą), a **kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” załączyć do oferty.**

5. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1)** odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2)** zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Wadium wniesione przez jednego ze współników Konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 11.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- 1.** Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 2.** Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
- 3.** Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 4.** Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonyj za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
- 5.** Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
- 6.** Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- 7.** Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
- 8.** Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 9.** W przypadku, gdy informacje zwarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 14.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- 10.** Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **jeżeli wykonawca**, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, **zastrzegł**, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Jeżeli Wykonawca dokonał zastrzeżenia części swojej oferty, winien on w takim przypadku udowodnić zamawiającemu zasadność swojego postępowania i w tym celu **załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia oferty**.
- 11.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 12.** Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 13.** W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
- 14.** Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis:

Oferta przetargowa:
DOSTAWA IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI
DAZ.26.008.2015
(nie otwierać przed dniem 2015 r. godz.)
wpisuje Wykonawca

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

15. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.

1) Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr”.

2) Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

§ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, przy ulicy Bialskiej 104/118, KANCELARIA - pokój 356, w terminie **do dnia 20.03.2015r. do godz. 10:00**

§ 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118, w Częstochowie, w pokoju 310, **w dniu 20.03.2015r. o godz. 10:15.**

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

2. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym **Załącznik Nr 2 do SIWZ**, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik do formularza oferty, według następujących zasad:

1) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę,

2) ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością **do dwóch miejsc po przecinku.**

3) brak wypełnienia i określenia ceny w formularzu asortymentowo-cenowym i druku formularza oferty spowoduje odrzucenie oferty,

4) upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych netto, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia;

3. Przy obliczeniu ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie

wyjaśnić, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 15. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Kryterium wyboru oferty dla części 1, 2, 6, 8

1) cena brutto - 90%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \times 90 \text{ pkt}$$

2) termin dostawy - 10%

Oferta z najkrótszym terminem dostawy spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najkrótszy termin dostawy}}{\text{termin dostawy oferty rozpatrywanej}} \times 10 \text{ pkt}$$

(nie krótszy niż 3 dni robocze i nie dłuższy niż 5 dni roboczych)

Ocena końcowa oferty to suma uzyskanych punktów w kryteriach cena i termin dostawy (realizacji). Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryteriów określonych w pkt. 1) i pkt. 2).

2. Kryterium wyboru oferty dla części 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12

1) cena brutto - 90%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \times 90 \text{ pkt}$$

2) termin uzupełnienia depozytu - 10%

Oferta z najkrótszym terminem uzupełnienia depozytu spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najkrótszy termin uzupełnienia depozytu}}{\text{termin uzupełnienia depozytu oferty rozpatrywanej}} \times 10 \text{ pkt}$$

(nie krótszy niż 18 godz. i nie dłuższy niż 48 godz.)

Ocena końcowa oferty to suma uzyskanych punktów w kryteriach cena i termin dostawy (realizacji). Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryteriów określonych w pkt. 1) i pkt. 2).

§ 16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.

2. O odrzuceniu ofert (-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści i informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej www.szpitalparkitka.com, oraz w swojej siedzibie na „Tablicy informacyjnej”.

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt.1 a uPzp.

5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zamawiający prześle umowę do podpisu Wykonawcy (za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy). Istnieje możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zapisem pkt. 6 formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

§ 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzw. Wykonawcy określone w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

§ 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której treść stanowi Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ.

§ 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” .

2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych,tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz, 964),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

§ 21. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Adresy poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego znajdują się w paragrafie 1 niniejszej specyfikacji.

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

3. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
10. zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

§ 22. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz Oferta

Załącznik Nr 2 - Formularze asortymentowo-cenowe dla Części od Nr 1 do Nr 12

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6, 7 - Umowa - wzór

Częstochowa, dnia 04.02.2015

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
pełna nazwa Wykonawcy

.....
adres siedziby Wykonawcy

REGON; NIP

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*

.....
oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel.; Nr faksu; e-mail

.....
adres do korespondencji

Nr tel.; Nr faksu; e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ
IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

Część Nr	Cena brutto /PLN/	słownie
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

2. Oferujemy

1) termin dostawy od dnia złożenia zamówienia dni roboczych dla asortymentu ujętego w części 1, 2, 6, 8 /*

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w pełnych dniach.
- Maksymalny termin realizacji dostawy to 5 dni roboczych, a minimalny to 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

2) termin uzupełnienia depozytu od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia godz./dni roboczych dla asortymentu ujętego w części 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 /*

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin uzupełnienia asortymentu w godzinach.
- Maksymalny termin uzupełnienia depozytu 48 godz./2 dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia, a minimalny to 18 godz./dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia.

3. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj.: sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest objęty terminem ważności/ przydatności do użycia/ gwarancją zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

5. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad.

6. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załączników Nr 6 i 7 do SIWZ),

a) przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/*

b) odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/*

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/*

c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska104/118, w Częstochowie)./*

***niepotrzebne skreślić**

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia *:

a) wykonanie

b) wykonanie

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia *.

* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

10. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami § 6 ust.7 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, w którym Firma ma siedzibę/*:

..... - str. oferty
..... - str. oferty
..... - str. oferty
..... - str. oferty
..... - str. oferty

11. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko

Adres:

Telefon fakse-mail

.....
miejsowość i data

.....
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

*** *wykreślić jeżeli nie dotyczy***

wypełnić w sposób czytelny wszystkie wskazane do tego miejsca lub wpisać: nie dotyczy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 1 UZUPEŁNIENIE INSTRUMENTARIUM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO ACL i IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO ACL

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Uzupełnienie instrumentarium do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL							
1.1	Grasper combo	szt	1					
1.2	Nożyczki artro	szt	1					
1.3	Manipulator węzła	szt	1					
1.4	Wiertło do kanału ACL Ø 7 mm	szt	1					
1.5	Wiertło do kanału ACL Ø 7,5 mm	szt	1					
1.6	Wiertło do kanału ACL Ø 8 mm	szt	1					
1.7	Wiertło do kanału ACL Ø 8,5 mm	szt	1					
1.8	Wiertło do kanału ACL Ø 9 mm	szt	1					
1.9	Rozwiertak mały do śrub stożkowych BioIntrafix	szt	1					
1.10	Drut z oczkiem	szt	5					
2.	Implant do rekonstrukcji więzadeł mocowanie piszczelowe za pomocą 4-kanałowej osłonki przeszczepu i śruby stożkowej w 3 rozmiarach, system niewchłaniany z PE i PEEK, zapewniający 360 st powierzchnię styku przeszczepu z kością fiksacji							
2.1	Osłonka 9mm x 30mm	szt	30					
2.2	Śruba 6mm-8mm x 30mm	szt	10					
2.3	Śruba 7mm-9mm x 30mm	szt	10					
2.4	Śruba 8mm-10mm x 30mm	szt	10					
3.	Mocowanie interferencyjne ACL w części udowej za pomocą 2-kanałowej osłonki przeszczepu w 3 rozmiarach i śruby w 4 rozmiarach, system jest niewchłaniany wykonany z PEEK, zapewniający rozdzielanie pęczków AM i PL przeszczepu w jednym tunelu, odtworzenie anatomicznego przyczepu, mocowanie maksymalnie blisko linii stawu, siła wyrwania 800N							
	Implanty sterylne w rozmiarach: 7 – 7,5 mm twardy 7 - 7,5	szt	20					

	8 - 8,5 mm twardy 8 - 8,5 mm 9 - 9,5 mm twardy 9 - 9,5							
4.	Kotwica GII z podwójną nicią Ortocord Rozmiary: średnica 2,4mm, długość 8,8mm, rozpiętość ramion – 7,8mm. Kotwica osadzona na jednorazowym oprowadzacz. Wprowadzacz posiadający „stop” – uskok zapewniający implantację na odpowiedniej głębokości. Wiertło o wymiarach 2,40mm x 14,2mm również posiada „stop” co nie pozwala na zbyt głębokie wiercenie	szt	10					
5.	Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym, za pomocą 2 biowchłaniających pinów o średnicy 2,7mm wykonanych z PLA, zapewniający 360 st. powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanianie 2-4 lata, siła mocowania ponad 600 N	szt	10					
6.	Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym, za pomocą 2 biowchłaniających lub niewchłaniających pinów o średnicy 3,3mm wykonanych z PLLA, lub PEEK, zapewniający 360 st. powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanianie 2-4 lata lub niewchłaniające, siła mocowania ponad 704 N. Umożliwia wykonanie rekonstrukcji ACL z dostępów Transtibia i Anteromedial	szt	10					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że:

- 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.
- 2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

** wykreślić jeżeli nie dotyczy*

2. Dostawy sukcesywne po złożeniu zamówienia faxowego przez upoważnionego pracownika Apteki Szpitalnej
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 2 PŁYTKI

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Płytki sterylna wykonana ze stopu tytanu zaopatrzona w pętle poliestrowe na stałe związane z płytką. Płytki w rozmiarach od 15 mm do 50 mm	szt	10					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że:

- 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.
- 2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

** **wykreślić jeżeli nie dotyczy***

2. Dostawy sukcesywne po złożeniu zamówienia faxowego przez upoważnionego pracownika Apteki Szpitalnej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
 miejscowość i data

.....
 pieczęć i podpis osób uprawnionych
 do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 3 GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE BLOKOWANE DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ, BIODROWY STABILIZATOR DYNAMICZNY DHS

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Gwóźdź śródszpikowy blokowany do stabilizacji złamań trzonu kości udowej Stalowy, trzy otwory w części dalszej. Rozmiary: 10-14mm – 1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: - Śruba ryglująca- 4 szt.- cena jedn. netto: - Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl	10					
2.	<p>Gwóźdź śródszpikowy blokowany do stabilizacji złamań trzonu kości piszczelowej Stalowy, po trzy otwory na śruby ryglujące w części dalszej i bliższej, w części bliższej ścięcie mające na celu ochronę więzadła właściwego rzepki. Rozmiary: 9-14mm – 1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: - Śruba ryglująca- 4 szt.- cena jedn. netto: - Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl	10					
3.	<p>Gwóźdź śródszpikowy blokowany rekonstrukcyjny do stabilizacji złamań bliższej nasady oraz złamań wielopoziomowych kości piszczelowej tytanowy w wersji długiej – kaniulowany, w wersji krótkiej – lity i kaniulowany; W części bliższej potrójnie-kątowno stabilne ryglowanie (otwory na śruby gwintowane), śruby podpierające „plateau” piszczeli poprowadzone rozbieżnie pod kątem 70 stopni. Otwór dynamiczny umożliwiający kompresję odciałów. W wersji krótszej, w części</p>							

	<p>dalszej dwa statyczne otwory ryglujące, w części dalszej wersji długiej – trzy otwory statyczne (dwa w płaszczyźnie czołowej oraz jeden w płaszczyźnie strzałkowej). Gwóźdź krótki średnicy 8-10mm, dł.200mm – w całości pokryty celownikiem. Gwóźdź długi średnicy 8-10mm, dł.240-420mm – w części dalszej ryglowany z ręki. Przedłużki 5-10mm umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa. 1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: - Śruba ryglująca- 5 szt.- cena jedn. netto: - Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto: - Zatyczka/ przedłużka- 1 szt.- cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl	10					
4.	<p>Gwóźdź śródszpikowy blokowany do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej, wprowadzany odkolanowo Gwóźdź tytanowy, lity z ostrym końcem, cztery otwory ryglujące w części dalszej, dwa w części bliższej. Rozmiary: 10,11, 12 do dł. 240mm pokryte celownikiem (możliwość zastosowania nakrętek poprawiających stabilizację w kości osteoporotycznej mocowanych na 2-ch śrubach części dalszej) – 1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: - Śruba ryglująca- 4 szt.- cena jedn. netto: - Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto: - gwintowana osłona- 2 szt.- cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl	2					
5.	<p>Gwóźdź śródszpikowy blokowany do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej Gwóźdź tytanowy lity, anatomiczny (prawy i lewy), prosty, w wersji długiej i krótkiej; w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących Rozmiary: dł. 150, 220, 250, 280 mm. Średnica części bliższej 10mm, dalszej 8mm przy 150mm oraz 7 mm przy pozostałych długościach. Wersja krótka całości pokryta celownikiem W części bliższej wkładka PEEK . –1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: - Śruba ryglująca-2 szt.- cena jedn. netto:</p>	kpl	4					

	<p>- Śruba mocująca-4 szt.- cena jedn. netto:</p> <p>- Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto:</p> <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>							
6.	<p>Gwoździe śródspikowe do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej</p> <p>Gwoździe tytanowy lity, z asymetrycznym końcem, wprowadzany odłokciowo i od głowy kości ramiennej, z zagięciem trzonowo nasadowym 4-stopnie. Możliwość kompresji. W części dalszej otwory ryglujące w dwóch płaszczyznach (AP i strzałkowej)</p> <p>Rozmiary: Śr. 7 i 8mm, dł. 180÷300 mm co 20.–</p> <p>1 komplet o składzie:</p> <p>- Gwoździe - 1 szt.- cena jedn. netto:</p> <p>- Śruba ryglująca - 4 szt.- cena jedn. netto:</p> <p>- Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto:</p> <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl	2					
7.	<p>Biodrowy stabilizator dynamiczny DHS.</p> <p>Płyty 135, 140, 145, 150 stopni; od 2 do 12 otworów. Śruby szyjkowe od 65 do 145mm co 5 mm</p> <p>–1 komplet o składzie:</p> <p>- płyta - 1 szt.- cena jedn. netto:</p> <p>- Śruba szyjkowa-1 szt.- cena jedn. netto:</p> <p>- Śruba zaślepiająca- 1 szt.- cena jedn. netto:</p> <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	Kpl.	15					
8.	<p>Gwoździe śródspikowe do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej,</p> <p>tytanowy, lity, w części bliższej pin derotacyjny (wkręcany do gwoźdźca) i śruba teleskopowa (składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej o zmiennej długości), w części dalszej dwa otwory ryglujące, jeden dynamiczny drugi statyczny (gwoździe o dł. 180 i 220mm) lub w wersji długiej – trzy otwory statyczne (umieszczone w płaszczyźnie czołowej).</p> <p>Rozmiary: długość 220mm (125,130,135 stopni – kąt szyjkowo-trzonowy) średnica 10, 12 mm; długość 180mm (130, 135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy) średnica 10, 12, 14 mm oraz gwoździe anatomiczne – długie (prawy, lewy) z 10 stopniową antetorsją oraz 125 i 130 stopniowymi kątami szyjkowo trzonowymi o długościach 26, 300, 340 380, 420, 460 mm o średnicy 10 mm –</p>	Kpl.	10					

	1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: - Śruba teleskopowa-1 szt.- cena jedn. netto: - pin derotacyjny 1 szt.- cena jedn. netto: - Śruba blokująca- 3 szt.- cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i>						
9.	Śrubopłytką dynamiczną do zespołów złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej tytanowa, poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płyta zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni 1 komplet o składzie: - płyta - 1 szt.- cena jedn. netto: - Śruba teleskopowa-4 szt.- cena jedn. netto: - Śruba ryglująca- 2 szt.- cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i>	Kpl.	5				
10.	Śrubopłytką śródszpikową do złamań nasady dalszej kości promieniowej Stop tytanu, uniwersalna dla strony prawej i lewej, wprowadzana z okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Poczwórnie unikortykalnie, wielopłaszczyznowo ryglowana w części dalszej i podwójnie biortykalnie ryglowana w części bliższej. Ryglowanie proksymalne w płaszczyźnie czołowej. 1 komplet o składzie: - płytką - 1 szt.- cena jedn. netto: - Śruba ryglująca- 6 szt.- cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i>	Kpl.	1				
RAZEM:						X	X

1. Oświadczamy, że:

- 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

** wykreślić jeżeli nie dotyczy*

2. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce. Dostawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 4 GWÓZDZIE ŚRÓDSZPIKOWE UDOWE, PISZCZELOWE, RAMINNE, DYNAMICZNY STABILIZATOR BIODROWY, GWÓZDŹ UDOWY BLOKOWANY REKONSTRUKCYJNY DO ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH, GWÓZDŹ ZE STOPU TYTANU DO ZESPOLEŃ KOŚCI DŁUGICH U DZIECI I KOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ U DOROSŁYCH

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Gwóźdź śródszpikowy udowy, stop tytanu, kaniulowany Możliwość implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. W części proksymalnej i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gwintem gwiazdkowym. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0 do 20mm Rozmiary: średnica od 9 – 15mm, długość od 300-480mm – 1 komplet o składzie: - Gwóźdź tytanowy – 1 szt - cena jedn. netto: - Śruba blokująca (ewentualna możliwość użycia śruby spiralnej) - 3 szt - cena jedn. netto: - Śruba zamykająca – 1 szt - cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl	2					
2.	<p>Komplet śruby spiralnej do gwoździa udowego. 1 komplet o składzie: - ostrze spiralne - 1 szt. - cena jedn. netto: - zaślepka do ostrza spiralnego – 1 szt. - cena jedn. netto:</p>	kpl	1					
3.	<p>Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, stop tytanu, kaniulowany. Możliwość zaopatrywania złamań w obrębie trzonu oraz w pobliżu przynasad piszczeli oraz możliwość blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto korowych o średnicy 5mm i dł. od 30 do 90mm. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane o długościach od 0 do 15mm Rozmiary: średnica od 8 do 13mm; długość od 255-465mm.</p>	kpl	10					

	<p>1 komplet o składzie: - gwóźdź - 1 szt. - cena jedn. netto: - zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto: - śruby blokujące 4 szt. - cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>							
4.	<p>Gwóźdź śródszpikowy ramienny stop tytanu, lity Możliwość kompresji, zespolenia statycznego i dynamicznego oraz zespolenia śrubą spiralno-nożową dla lepszego umocowania w kości osteoporotycznej ze stabilizacją kątową. Rozmiary: średnica 6,7mm, 7,5mm, 9,5mm długość od 190 do 325 ze skokiem co 10 lub 15 mm)</p> <p>1 komplet o składzie: - gwóźdź - 1 szt. - cena jedn. netto: - zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto: - Śruby blokujące - 3 szt. - cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl	5					
5.	<p>Komplet śruby spiralnej do gwoźdźcia ramiennego. 1 komplet o składzie: - ostrze spiralne - 1 szt. - cena jedn. netto: - zaślepka do ostrza spiralnego-- 1 szt. - cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl	2					
6.	<p>Gwóźdź śródszpikowy udowy, boczny, blokowany, stop tytanu, kaniulowany Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Promień ugięcia gwoźdźcia w projekcji AP-1m. Gwóźdź możliwością blokowania proksymalnego 120 st.antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do nogi prawej i lewej. Rozmiary: średnica od 9-16mm długość od 300 – 480mm ze skokiem co 20mm Śruby ryglujące samogwintujące o średnicy 5,0mm i 6,0mm – w zależności od średnicy gwoźdźcia i długości od 26mm do 100mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu 0, 5, 10 15, 20mm.–</p> <p>1 komplet o składzie: - gwóźdź tytanowy - 1 szt. - cena jedn. netto:</p>	kpl	15					

	<p>- zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto:</p> <p>- śruby ryglujące – szt.4- cena jedn. netto:</p> <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>							
7.	<p>Dynamiczny stabilizator biodrowy System płytkowy z gwintowaną śrubą do złamań bliższej nasady kości udowej. W części bliższej tuleja z otworem pod śrubę doszyjkową średnicy 12,5mm w długościach 50-145mm, z przeskokiem co 5mm,. Możliwość użycia śruby kompresyjnej do śrub doszyjkowych. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kombinowane pod śruby z gwintowaną stożkowo głową i śruby kompresyjne. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej im plantowej, bezpiecznej dla MRI. Kąt szyjkowy płyt od 130-150 stopni, od 2-20 otworów. 1 komplet o składzie: - płyta - 1 szt. - cena jedn. netto:</p> <p>- śruba doszyjkowa- 1 szt. - cena jedn. netto:</p> <p>- śruby kompresyjna - 1 szt. - cena jedn. netto:</p> <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl	15					
8.	<p>Śruby stop tytanu, do blokowania gwoździ śródspikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłaniające. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli o średnicy od 3,9 do 6mm. Śruby mają posiadać trzy średnice gwintu. Środkowy gwint przeznaczony jest do zablokowania w gwoździu (poprzez rozparcie biowchłaniającej tulejki w otworze blokującym gwoździa). Tulejki rozporowe biowchłaniające wykonane z polimeru pochodnego kwasu mlekowego. Średnica śrub 4, 5, 6mm . 1 komplet o składzie: - tuleja – 2 szt. - cena jedn. netto:</p> <p>- śruba blokowana- 2 szt. - cena jedn. netto:</p> <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl.	3					
9.	<p>Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przekreślonych – gwóźdź z możliwością stworzenia kompresji dwóch odłamów za pomocą śruby doszyjkowej przy użyciu odpowiednich narzędzi, 1 kpl. składający się z : - gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 60 (w przypadku gwoździ</p>							

	<p>długich krzywa ugięcia 1500mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary długości 170mm, 200mm, 240mm, 330mm, 340mm, 380mm, 420mm, o kątach CCD: 125°, 130°, 135° średnicach od 9mm do 12mm z przeskokami co 1mm - 1 szt. - cena jedn. netto:</p> <p>- śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym z zewnętrznym mechanizmem blokującym zapobiegającym rotacji głowy kości udowej, w długości od 80 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. 1mm - 1 szt. - cena jedn. netto:</p> <p>- zaślepka o przewyższeniu 0mm, 5mm, 10mm, 15mm - 1 szt. - cena jedn. netto:</p> <p>- śruba dystalna 4,9 mm długości od 26mm do 100mm z przeskokiem co 2 mm- - 1 szt. - cena jedn. netto:</p> <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl.	50						
10.	<p>Gwóźdź elastyczny stop tytanu, do zespołów kości długich u dzieci oraz kości kończyny górnej u dorosłych – spłaszczony koniec gwóźdźa wygięty po różnym kątem w zależności od średnicy gwóźdźa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej. Wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.im. strony wprowadzenia. Gwoździe w następujących rozmiarach:</p>								
10.1	Średnica 1,5mm, długość 300mm	szt.	20						
10.2	Średnica 2,0mm, długość 400mm	szt.	20						
10.3	Średnica 2,5mm, długość 300mm	szt.	20						
10.4	Średnica 3,0mm, długość 400mm	szt.	20						
10.5	Średnica 3,5mm, długość 300mm	szt.	20						
10.6	Średnica 4,0mm, długość 400mm	szt.	20						
10.7	Zaślepka do elastycznych gwóźdźi tytanowych, samotnąca, samogwintująca z gniazdem na gwóźdź i gładką zewnętrzną osłonką tkanek miękkich. Zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta metalowego	szt.	10						
RAZEM:									X

1. Oświadczamy, że:

- 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

** wykreślić jeżeli nie dotyczy*

2. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce. Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 5
ZESTAW DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH, DROBNYCH ORAZ MIEDNICY,

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Płyty małe i śruby kaniulowane							
1.1	Płytką LC-DCP ograniczonego kontaktu z okostną do zespołów kości promieniowej i łokciowej, pod śruby korowe o średnicy 3,5 mm, grubość płytki 4mm, 6-7 lub 8 otworowa w długościach od 77mm do 103mm, szerokość 11mm	szt	5					
1.2	Płyta prosta 3,5mm blokująco-kompresyjna, z ograniczonym kontaktem z okostną od 4 do 12 otworów, długość od 59 do 163mm, podwójnie otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wierzącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. Możliwość zastosowania śrub z gniazdem sześciokątnym jak i gwiazdkowym. Materiał – stal	szt	50					
1.3	Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem z okostną, od 5 do 20 otworów, długość od 70 do 286mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wierzącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm. Możliwość zastosowania śrub z gniazdem sześciokątnym jak i gwiazdkowym. Materiał – stal	szt	5					
1.4	Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej 3,5mm o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego	szt	10					

	<p>pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przysycie niemi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał – stal</p>						
1.5	<p>Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera.</p> <p>W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal.</p> <p>Różne rodzaje płyt :</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 116 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, 	szt	10				

	od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki - płyta rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej i przyśrodkowej , płyta uniwersalna, długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie, płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie							
1.6	Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm; 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty boczne o długości od 73mm do 229mm, ilość otworów na trzonie od 3 do 15, na głowie 5 otworów. Płyty tylnoboczne o długości od 77mm do 233mm, ilość otworów od 3 do 15, na głowie 8 otworów. Materiał – stal.	szt	30					
1.7	Płytko do dalszej nasady kości promieniowej 3,5mm płytko dynamizująco – kompresyjna, ograniczonego kontaktu pod śruby korowe 3,5mm, w kształcie litery T, prawo – kątna lub skośna, 3 do 6 otworowa w trzonku drugi otwór dynamizująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Płytki o długości od 50 do 78mm. Materiał – stal	szt	10					
1.8	Płyta piętowa 3,5mm pod śruby blokowane o średnicy 3,5mm, płytko elastyczna z możliwością docinania i doginania, o grubości 1,3mm, w długościach 69 i 76mm, prawe i lewe. Wymagany przymiar do płyty. Materiał – stal.	szt	5					
1.9	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej – zespolenie 2-płytkowe , płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do nasady dalszej kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przednio bocznej. Na trzonie płyty otwory	szt	12					

	<p>dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 2.4/2.7mm. Płyta tylna boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm; 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przysrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednio boczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał – stal.</p>							
1.10	<p>Płyta dłoniowa blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm , płyta dłoniowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płytce i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Płytki specjalistyczne wielopoziomowe z wyróżnionymi trzema strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa i łokciowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg, długość od 3 do 5 otworów w trzonie i 8 do 9 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał – stal.</p>	szt.	10					
1.11	<p>Płyta grzbietowa blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm – system 2-płytkowy , płytka grzbietowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco</p>							

	<p>– kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki.</p> <p>W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm.</p> <p>W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Płyty grzbietowa typu T, proste L, skośne L (prawe/lewe). Płyta prosta do kolumny bocznej kości promieniowej, długości od 46mm, od 3 do 4 otworów na trzonie, od 2 do 3 otworów w głowie płytki. Materiał – stal.</p>	szt.	2					
1.12	<p>Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej, płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2, 4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał – stal.</p>	szt	5					
1.13	Śruby blokujące Ø 2,7 mm (łeb LCP 2,4) materiał tytan	szt	20					
1.14	<p>Płytką X do osteotomii palucha koślawego, płytką tytanową w kształcie litery X, do osteotomii palucha koślawego, blokująco – kompresyjna, zaopatrzona w pojedyncze otwory nagwintowane. Śruby blokujące śr. 2,4/2,7mm; dł. 6-60mm; rozmiary: mała 18x12mm, średnia 24x14mm, duża 30x14mm. Materiał – stop tytanu.</p>	szt	5					

1.15	Płytką blokująco – kompresyjną typu Koniczynka , płyta 3,5mm blokująco – kompresyjna, ukształtowana z cienką nasadą, do złamań nasady kości piszczeli i bliższej kości ramienia pod śruby 3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wierzącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm 3,4,5,6 otworów w trzonie. Materiał stal	szt	1					
1.16	Płyta anatomiczna – rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej , płytką anatomiczną o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do bliższej nasady kości łokciowej (wyrastek łokciowy), na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płyty. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące /samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej przez płytę za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, dł. od 86mm do 216mm, ilość otworów od 2 do 12. Materiał – stal.	szt	2					
1.17	Płytką anatomiczną o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do nasady dalszej kości ramiennej przyśrodkowa. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby	szt	1					

	blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 80 mm do 184mm, ilość otworów od 7 do 15 na trzonie i 3 otwory w głowie płyty. Materiał – stal.							
1.18	Płytko hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrstek łokciowy) dalszej nasady kości strzałowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.3,5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62 mm, 3 otwory. Materiał – stal.	szt	1					
1.19	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych , płytko anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań poza stawowych. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużne otwory blokująco – kompresyjne umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta boczno – tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. Materiał – stal.	szt	2					

1.20	<p>Płyta anatomiczna do kłykci kości piszczelowej , płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5 oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5. Śruby blokowane w płycie lite, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm:</p> <ul style="list-style-type: none"> -płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 3,5; dł. od 81 do 237mm; od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stal -płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 3,5; dł. od 93 do 301mm; od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe, materiał – stal 	szt	5					
1.21	<p>Płytką anatomiczną do obojczyka dolno – przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka , płytką anatomiczną o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), w części trzonowej płytki. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – część boczna obojczyka z otworami gwintowanymi pod śruby 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z</p>	szt	2					

	gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty prawe/lewe, materiał – stal.							
1.22	Płytki hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokującą – kompresyjną do złamań w obrębie obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12,15 i 18mm Płyty prawe/lewe, materiał – stal.	szt	1					
1.23	Śruby blokujące o średnicy 2,4/2,7mm, samogwintujące i /lub samo wierzące, materiał – stal.	szt	280					
1.24	Śruby blokujące o średnicy 3,5mm, samogwintujące i/lub samo wierzące, materiał – stal.	szt	700					
1.25	Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wierzące z gwintem 16mm, w długości całkowitej od 30 do 130mm, materiał – stal.	szt	15					
1.26	Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wierzące z gwintem 32mm, w długości całkowitej od 30 do 130mm, materiał – stal.	szt	25					
1.27	Podkładka Ø13.0/6.6mm, materiał stal	szt	20					
1.28	Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wierzące z pełnym gwintem, w długości całkowitej od 20 do 130mm, materiał – stal.	szt	10					
1.29	Śruby kaniulowane średnica 3,0mm, samo wierzące, krótko i długo nagwintowane od 4 do 18mm długości gwintu, w długości całkowitej od 8 do 50mm, materiał – stal.	szt	12					

1.30	Śruby kaniulowane średnica 3,0mm, samo wierzące, krótko i długo nagwintowane od 6 do 22mm długości gwintu, w długości całkowitej od 14 do 50mm, materiał – stal.	szt	12					
1.31	Śruba kaniulowana o średnicy 1,5mm typu „Herbert”, (długość 8-20mm) częściowo nagwintowana, materiał – stal.	szt	4					
1.32	Śruba kaniulowana o średnicy 3,0mm typu „Herbert”, (długość 10-40mm) częściowo nagwintowana, materiał – stal.	szt	21					
1.33	Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm do miednicy, wygięta, materiał – stal.	szt	1					
1.34	Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm z niskim profilem, prosta, do miednicy, materiał – stal.	szt	1					
1.35	Płytko spojeniowa z otworami koaksjalnymi, stal nierdzewna	szt	1					
1.36	Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm z niskim profilem, wygięta, do miednicy, materiał – stal.	szt	1					
1.37	Płyta rekonstrukcyjna J3,5 z niskim profilem, prawa i lewa, do miednicy, materiał – stal.	szt	1					
1.38	Płyta blokująco – kompresyjna do usztywnienia stawu nadgarstka	szt	1					
1.39	Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi. Płytko dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2.4 mm-blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15° w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych 2.4/2.7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi.	szt	4					

	<p>Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyty dłoniowe anatomiczne specjalistyczne – płyty pozastawowe długość od 3 do 5 otworów na trzonie, od 4 do 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe - płytki dłoniowe specjalistyczne anatomiczne wiele poziomowe z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70 mm, prawe i lewe, materiał – stal/ stop tytanu. 							
1.40.	<p>Śruby blokujące z owalną gwintowaną głową 2.4/2.7mm – blokowane wielokątowymi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15° w każdym kierunku, materiał stal/stop tytanu</p>	szt	24					
1.41.	<p>Płytko o kształcie anatomicznym do korekcji palucha koślawego w obrębie stawu stępowo-śródstopnego. Płyta typu blokująco-kompresyjna z możliwością zmiennokątnego blokowania. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątnych z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątnych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny, przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi. Materiał: stop tytanu</p>	szt	24					
1.41.1	Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze krótkim o długości 39mm	szt.	1					
1.41.2	Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze długim o długości 43mm	szt.	1					
1.41.3	Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze T długości 48mm	szt	1					

1.41.4	Śruby blokujące z owalną gwintowaną głową 2.4/2.7mm – blokowane wielokątowni z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15 stopni w każdym kierunku, materiał: stop tytanu, długość 10-40mm	szt.	18					
1.41.5	Śruby korowe o średnicy 2,4 i 2,7mm z gniazdem gwiazdkowym, materiał: stop tytanu, dł. 10-40mm	szt.	10					
2	Płyty duże i stabilizatory							
2.1	<p>Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną , o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/blizszej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa).</p> <p>W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierny dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie śrub przez płytę</p> <p>-płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 156 do 316mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stop tytanu</p> <p>-płyty do bliźszej nasady kości piszczelowej boczne, długość od 140 do 300mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał- stal/stop tytanu</p>	szt	15					
2.2	Płytką podporowa w kształcie litery L 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna , prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wierzącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm; 5, 6 otworowe w nasadzie, o długościach od 101 do 117mm. Materiał – stal.	szt	8					
2.3	Płytką prosta 4,5/5,0mm szeroka blokująco – kompresyjna , od 6 do 16 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 116 do 296mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wierzącymi albo	szt	15					

	samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal.							
2.4	Płytko prosta 4,5/5,0mm wąsko blokująco - kompresyjna , od 4 do 10 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 80 do 188mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wierzącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal.	szt	4					
2.5	Płytko rekonstrukcyjna prosta 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna od 5 do 7 otworów, długość od 94 do 132mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wierzącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal.	szt	4					
2.6	Płytko podporowa w kształcie litery T 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna, prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wierzącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm; 5, 6 otworowe w nasadzie o długościach od 100 do 116mm. Materiał – stal.	szt	4					
2.7	System płytkowy do osteotomii w obrębie stawu kolanowego , z możliwością zastosowania wkrętów blokujących śr. 5,0mm samogwintujących i korowych śr. 4,5mm. Płyty zaopatrujące bliższą nasadę podudzia ze strony bocznej i przyśrodkowej, oraz dalszą nasadę uda od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyty pakowane sterylnie, materiał – stop tytanu. Zestaw o składzie: - płyta – 1 szt. - cena jedn. netto: - Śruba blokowana 5,0mm –8 szt.- cena jedn. netto: - Śruba korowa 4,5mm –1 szt.- cena jedn. netto: <i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i>	kpl	1					
2.8	Płytko do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, blokująco – kompresyjna, długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Płytko prawe i lewe, materiał – stal.	szt	10					
2.9	Płytko do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa, blokująco – kompresyjne, pod śruby 4,5/5,0mm, długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Płytko prawe i lewe, materiał – stal.	szt	2					

2.10	<p>Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej , o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem na krętarz większy i bez haka :</p> <p>-płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Materiał – stal.</p> <p>-Płyty do bliższej nasady kości udowej(bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. Materiał – stal.</p>	szt	3					
2.11	<p>Płytką podporowa w kształcie litery T 4.5/5.0mm , blokująco – kompresyjna, prawa i lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wierzącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm, 5, 6 otworowe w nasadzie, o długościach od 100 do 116mm. Materiał – stal.</p>	szt	3					
2.12	<p>Śruby blokowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samowierzące, długość 14-90mm, materiał – stal</p>	szt	300					
2.13	<p>Śruby blokowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wierzące, długość 18-85mm, materiał – stop tytanu.</p>	szt	100					
2.14	<p>Przeciwnakrętki do śrub blokowanych i blokowanych – kaniulowanych 5,0mm</p>	szt	4					
2.15	<p>Śruby konikalne kaniulowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wierzące, dł. 40-95 mm materiał – stal. Ilość – 4 sztuki</p>	szt	4					

2.16	Śruby blokowane kaniulowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wierzące, dł. 25-105 mm materiał – stal.	szt	4					
2.17	Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną . Płytką anatomiczną o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płytce lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7.3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych 5,0 umożliwiające kompresje międzykłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierny dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie śrub przez płytę -płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stop tytanu	szt	1					
2.18	Śruby blokowane dł. 20-145mm i kronikalne, kaniulowane o dł. 50-95mm i średnicy 7.3mm o pełnym lub częściowym gwincie, samogwintujące i/lub samo wierzące. Materiał-stal.	szt	6					
2.19	Płytki T i L wygięta anatomicznie, nisko profilowa, blokująco – kompresyjna. Wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). Płytki wyposażona w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Płytki z poprzeczką prostopadłą prostą i podgiętą, lewe i prawe. Długość głowy od 2 do	szt	7					

	3 otworów, trzon od 3 do 12 otworów – od 68 do 212mm. Materiał – stal.							
2.20	<p>Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6 mm i długości 200 lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm. Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym. Komplet składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pręt gwintowany o średnicy 6 mm sterylny.- 2 szt. - cena jedn. netto: - wiertło średnicy 6mm, długości 195mm, sterylne- 1 szt - cena jedn. netto: -podkładka zaokrąglona, średnicy 6mm,sterylna – 4 szt. - cena jedn. netto: -nakrętka zaokrąglona, średnica 6mm, sterylna- 4 szt.- cena jedn. netto: -nakrętka sześciokątna, średnica 6mm, sterylna – 4 szt. - cena jedn. netto: <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl	1					
2.21	<p>Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej - komplet , stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samo zatraskowe.</p> <p>Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 11mm.</p> <p>Komplet składa się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pręt z włókna węglowego Ø 11- szt.3- - cena jedn. netto: - zacisk kombinowany zatraskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego – szt.3 - cena jedn. netto: - zacisk zatraskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego – szt.4 - cena jedn. netto: - pręt łączący Ø 5, dł. 250mm, stal - szt.1- - cena jedn. netto: 	kpl	5					

	<p>- grotokręt Schanz Ø 6 D160/50 stal - szt.4 - cena jedn. netto:</p> <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>							
2.22.	<p>Stabilizator zewnętrzny do kończyny górnej – komplet, stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach) samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów, jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8mm.</p> <p>Komplet składa się z :</p> <p>- zacisk średni zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - szt.4 - cena jedn. netto:</p> <p>- zacisk kombinowany średni zatrzaskowy, samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego -szt. 2 - cena jedn. netto:</p> <p>- grotokręt Schanz Ø 4 D125/25 stal- szt.4 - cena jedn. netto:</p> <p>- pręt z włókna węglowego Ø 8 – szt. 3 - - cena jedn. netto:</p> <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl	5					
2.23	<p>Stabilizator zewnętrzny do miednicy - komplet , stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach) samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów, jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8mm.</p> <p>Komplet składa się z :</p> <p>- zacisk zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - szt.8 - cena jedn. netto:</p>	kpl	5					

	<p>- zacisk rurka-rurka samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego -szt. 2 - cena jedn. netto:</p> <p>- grotokręt Schanz Ø 5 D175/50 stal- szt.8 - cena jedn. netto:</p> <p>- pręt z włókna węglowego Ø 11 – szt. 4 - - cena jedn. netto:</p> <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>							
2.24	Śruby mocujące i grotokręty do stabilizatora kłamrowego do stabilizacji urazów obręczy biodrowej							
2.24.1	Kaniulowana śruba mocująca długość 190mm	szt	1					
2.24.2	Kaniulowana śruba mocująca długość 210mm	szt	1					
2.24.3	Grotokręt Schanz, samowierzący Ø 5 D175/60 materiał-stal	szt	5					
2.24.4	Grotokręt Schanz, samowierzący Ø 6 D150/60 materiał-stal	szt	5					
2.24.5	Grotokręt Schanz, samowierzący Ø 4 D100/30 materiał-stal	szt	5					
2.24.6	Grotokręt Schanza do stabilizatorów zewnętrznych o średnicy 4,0; 5,0; 6,0 materiał-stal	szt	60					
2.25	Zestaw do zespołań złamań trzonowych kości udowej i okołoprotezowej							
2.25.1	<p>Płyta wygięta szeroka o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długość od 12 do 18 otworów, od 229 do 336mm. Materiał – stal</p>	szt	7					

2.25.2	Kabel do wiązania z połączeniem obciskany średnica 1,7mm, materiał – stal.	szt	60					
2.25.3	Oczko do prowadzenia drutu, blokowane w płycie o gwincie blokowanym 5,0mm	szt.	20					
3.	<p>Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5 i 5.0mm.</p> <p>Płyta współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich obciążenia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm (5,0mm) i 1,5Nm (3,5mm). Kompletnie instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczytce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion.</p> <p>Płyta do wielopłaszczyznowej stabilizacji fragmentów kostnych w złamaniach okołoprotezowych, materiał – stal.</p>	szt	2					
3.1	Śruby mocujące płytkę do otworu nagwintowanego LCP	szt	2					
3.2	Śruby LCP o średnicy 5.0mm, samogwintujące i/lub samo wierzące, 14-90mm, materiał – stal.	szt	10					
3.3	Śruby blokowane dynamizacyjne o średnicy gwintu 3,7. Śruby samogwintujące, blokowane w płycie, zapewniające stabilne kątowne połączenie płyta/ śruba, posiadające zdolność dynamizacji poprzez ruchomy gwintowany kołnierz z trzpieniem, pozwalające na uzyskanie równomiernego docisku 3D kości korowej w złamaniach. Gniazdo gwiazdkowe. Materiał – specjalny stop kobaltowo-chromowo-molibdenowy umożliwiający stosowanie śruby w zespoleniach tytanowych i stalowych. Zakres dynamizacji – śruba 3,7 (0,2mm), w każdym kierunku. Długość 22-70mm.	szt	4					
3.4	Śruby blokowane dynamizacyjne o średnicy gwintu 5,0. Śruby samogwintujące, blokowane w płycie, zapewniające stabilne kątowne połączenie płyta/ śruba, posiadające zdolność dynamizacji poprzez ruchomy gwintowany kołnierz z trzpieniem, pozwalające na uzyskanie równomiernego docisku 3D kości korowej w złamaniach. Gniazdo typu Stardrive. Materiał – specjalny stop kobaltowo-chromowo-molibdenowy umożliwiający stosowanie śruby w	szt	4					

zespoleniach tytanowych i stalowych. Zakres dynamizacji – śruba 5,0 (0,35mm), w każdym kierunku. Długość 32-90mm.							
Razem:						X	X

1. Oświadczamy, że:

- 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.
- 2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

** wykreślić jeżeli nie dotyczy*

2. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce. Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsce i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 6 BIOMATERIAŁY DO REGENERACJI CHRZĄSTKI STAWOWEJ, ŁĄKOTKI I KOŚCI

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o następujących parametrach: - membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg; warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg; Wymiary 3,5cm x 3,5cm x 0,6cm	szt	1					
2.	Membrana dwuwarstwowa zbudowana z kolagenu końskiego w rozmiarze 5cm x 5cm x 0.4cm wraz z przymiarem z elastomeru	szt.	1					
3.	System do wykonywania mikroślamań w technologii typu „Nano” składający się z:							
3.1	Rączka wielorazowego użytku wraz z podważką	szt	1					
3.2	Drut nitynowy	szt	3					
4.	Piny węglowe o długości 12,5mm i średnicy 2,95mm do zaopatrywania ubytków w chrząstce stawowej zbudowane z włókien węglowych splecionych w warkocz	szt	10					
5.	Zestaw do pozyskania co najmniej 10 ml osocza bogato płytkowego z 54 ml krwi składający się z : - dwukomorowy pojemnik, antykoagulant dwukomorowy, pojemnik do separacji z ruchomym dyskiem, motylek do pobierania krwi, wacik nasączony alkoholem do przemywania, dwukomorowy pojemnik do separacji, wirówka	zestaw	5					
6.	Membrana kolagenowa do naprawiania, wzmacniania i substytucji struktur tkanki łącznej zapewniająca niezawodne pokrycie ubytku tkanki i stanowiąca rusztowanie dla procesu naprawczego komórek, które to rusztowanie zostanie zastąpione tkanką własną pacjenta w następujących rozmiarach:							
6.1	- 2 cm x 3 cm	szt	1					
6.2	- 3 cm x 4 cm	szt	2					

6.3	- 4 cm x 5 cm	szt	2				
RAZEM:					X		X

1. Oświadczamy, że:

- 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.
- 2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

** wykreślić jeżeli nie dotyczy*

4. Dostawy sukcesywne po złożeniu zamówienia faxy przez upoważnionego pracownika Apteki Szpitalnej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 7 PŁYTKI MINI I PŁYTKI TYTANOWE BLOKOWANE KĄTOWO DO PALICZKÓW I ARTRODEZY NADGARSTKA, PŁYTKI DO ZESPOLEŃ DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Implanty pod śruby 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3 mm nieblokowane							
1.1	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, w tym jednootworowe z dwoma haczykami do złamania awulsyjnego paliczka, proste 4- i 6-otworowe oraz w kształcie litery L	szt	1					
1.2.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 mm pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, w kształcie litery T-7 i 8-otworowa, Y-6-otworowe; prostokątne i trapezowate 4-otworowe oraz profil 1,0 mm ,titanowe: pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3mm w kształcie litery T-6 i 7-otworowe; Y-7-otworowe; prostokątne i trapezowate 4-otworowe; profil 1,3mm kompresyjne; proste 4,5 i 6 otworowe	szt.	1					
1.3.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, proste 16-otworowe; w kształcie litery T – 10 otworowe	szt	1					
1.4.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, proste i dwurzędowe naprzemienne 16-otworowe; profil 1,3mm kompresyjne, proste 8-otworowe; w kształcie litery T ; L-6-otworowe	szt.	1					
1.5.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, prostokątne, trapezowe i skośne 6 otworowe; profil 1,3mm kompresyjne; w kształcie litery L-10 otworowe; T-10 otworowe	szt	1					
1.6.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, trapezowe i skośne 8 otworowe;	szt.	2					

1.7.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, trapezowe 10 otworowe i 12 otworowe	szt.	1					
2.	Implanty pod śruby 1,2/1,5mm blokowane. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni							
2.1.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,8mm; pod śruby korowe 1,2/1,5mm, proste 4-otworowe, prostokątne 4 otworowe i skośne 6-otworowe;	szt	1					
2.2.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; pod śruby korowe 1,2/1,5mm, trapezoidalne skośne 8-otworowe; w kształcie litery T i z rotacją, trapezoidalne oraz do kości łódeczkowatej	szt.	1					
3.	Implanty pod śruby 2,0/2,3mm blokowane profil 1,0 oraz 1,3 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni							
3.1.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm proste 4 i 6-otworowe;	szt.	1					
3.2.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; w kształcie litery T,Y,L; prostokątne 4 otworowe oraz proste 5 otworowe;	szt	1					
3.3.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 6 otworowe; proste 6 i 8 otworowe; w kształcie litery T- 6,7,9 otworowe; prostokątne 4 otworowe	szt.	1					
3.4.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 6 i 8 otworowe w kształcie litery T-10 otworowe; L-10 otworowe	szt	1					
3.5.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 8 i 12 otworowe; dwubiegunowe 6-otworowe krótkie	szt.	2					

3.6.	Płyty ze stopu tytanu do zespożeń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 10 otworowe; dwubiegunowe 6 otworowe długie	szt	1					
4.	Płyty do głowy kości promieniowej oraz artrodezy nadgarstka. Płyty z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni							
4.1.	Płyty ze stopu tytanu do złamań w obrębie głowy kości promieniowej; pod śruby 2,0mm; profil 1,4mm,; anatomiczny kształt; 10-otworowa; obejmująca	szt	1					
4.2.	Płyty ze stopu tytanu do złamań w obrębie głowy kości promieniowej; pod śruby 2,0mm; profil 1,4mm,; anatomiczny kształt; 11-otworowa; podporowa	szt.	1					
4.3.	Płyta ze stopu tytanu do artrodezy nadgarstka; pod śruby 2,0/2,3mm; profil 1,4mm, 12 otworowa	szt	1					
4.4.	Śruby korowe; ze stopu tytanu, 1,2 mm, dł. 4-20mm, skok co 1 i 2 mm; głowa śruby z otworem promienistym	szt.	1					
4.5.	Śruby korowe; ze stopu tytanu, 1,5 mm, dł. 4-24mm, skok co 1 i 2 mm; głowa śruby z otworem promienistym	szt	40					
4.6.	Śruby ze stopu tytanu ,1,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 4-13mm, głowa śruby z otworem promienistym	szt.	20					
4.7.	Śruby korowe; ze stopu tytanu, średnica 2,0 mm, dł. 4-30mm, skok co 1 i 2 mm; Śruby korowe, tytanowe średnica 2,3 mm, dł. 5-34mm, skok co 1 i 2 mm; głowa śruby z otworem promienistym	szt	20					
4.8.	Śruby ze stopu tytanu, 2,0mm blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 6-30mm; głowa śruby z otworem promienistym	szt.	10					
5.	Implanty pod śruby 2,5 mm do dalszej nasady kości promieniowej oraz łokciowej. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni							
5.1.	Płyty do zespożeń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 9 otworowe, prawe/ lewe; z	szt	5					

	otworami pod druty Kirchnera							
5.2.	Płyty do zespożeń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 11 otworowe, prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera	szt.	1					
5.3.	Płyty do zespożeń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; wielokształtowe, wielootworowe w tym ramkowe, korekcyjne oraz z flapem na wyrostek rylcowaty; grzbietowe; prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera	szt	15					
5.4.	Płyty do zespożeń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,2mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 20 otworowe, prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera	szt.	1					
5.5.	Płyty do zespożeń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; grzbietowe; 18 i 20 otworowe, prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera	szt	1					
5.6.	Płyty do zespożeń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 7 i 10 otworowe, z otworami pod druty Kirchnera	szt.	1					
5.7.	Śruby ze stopu tytanu 2,5mm blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34mm; głowa śruby z otworem promienistym	szt	140					
5.8.	Śruby ze stopu tytanu 2,5mm , korowe długość 8-34mm; głowa śruby z otworem promienistym	szt.	40					
6.	Implanty pod śruby 2,8mm Implanty pod śruby 2,8 mm do złamań w obrębie kości stopy. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni							
6.1.	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; proste 4-otworowe	szt	1					
6.2.	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; proste 6-otworowe; w kształcie litery T-7 otworowe	szt.	1					
6.3.	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; proste 8-otworowe; w kształcie litery T-9 otworowe	szt	1					

6.4.	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; dwubiegunowe 6-otworowe; krótkie	szt.	1						
6.5.	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; dwubiegunowe 6-otworowe; długie	szt.	1						
6.6.	Płyty do zespożeń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; wielootworowe 11 i 12-otworowe	szt.	1						
6.7.	Śruby ze stopu tytanu, 2,8mm blokowane – trójpunktowy system blokowania z otworem promienistym, długość 8-45mm;	szt.	24						
6.8.	Śruby korowe 2,8mm, ze stopu tytanu, z otworem promienistym, długość 8-45mm;	szt.	20						
7.	Implanty pod śruby 3,5mm Implanty pod śruby 3,5 mm do złamań w obrębie kości pięty. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni								
7.1.	Płyty do kości piętowej, tytanowe, 12 i 13 otworowe; różnokształtne; grubość 2,0mm; płytki z otworami pod śruby 3,5 mm. Płyty kodowane kolorystycznie oznaczone numerami katalogowymi; prawe i lewe	szt.	1						
7.2.	Śruby ze stopu tytanu blokowane; bezgwintowa główka z otworem promienistym; umożliwiające trypunktowy system bezgwintowego blokowania, o średnicy 3,5mm i długości 16-60mm;	szt.	1						
7.3.	Śruby korowe, heksagonalne, ze stopu tytanu o średnicy 3,5mm i długości 16-60 mm, śruby z otworem promienistym,	szt.	10						
8.	Śruby kaniulowane typu Herberta								
8.1.	Śruby kaniulowane, kompresyjne, samo wierzące, ze stopu tytanu, średnica 2,2 oraz 3,0mm, dł. 10-40mm; z długim i krótkim gwintem; skok co 1 i 2 mm; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm	szt.	20						
8.2.	Druty Kirchnera 0,8 mm oraz 1,1 mm; dł. 10 cm a=10 szt	op	20						
Razem:							X		X

1. Oświadczamy, że:
 - 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.
 - 2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.
- * wykreślić jeżeli nie dotyczy*
2. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce. Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
 4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 8 ZESTAW DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH KOLANA

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytką z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłaniającej dł. min.50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź puszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców- fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. W zestawie drut wierzący. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo	szt	10					
2	System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach i kołkach rozporowych PEEKowych . Implant zbudowany z materiału PEEK-Optima. Implant z osłonką w rozmiarach od 7-10mm. Implant pakowany pojedynczo, sterylnie. W skład kompletu wchodzi osłonka i śruba.	szt	10					
3	Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłaniających. Sterylny	szt	10					
4	Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Sterylna	szt	24					
5	Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Nić typu #2FiberWire	szt	24					
6	Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłaniających	szt	10					
	Zestaw do szycia łąkotki all-inside Zestaw do szycia łąkotki, prowadnica pistoletowa z dwiema igłami	szt	10					

7	zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanianego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica wygięta o 15 st. W górę z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł. Sterylny						
8	Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu, Sterylny. Umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi, otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera: (z 10 ml krwi produkuje nie mniej niż 3ml koncentratu płytkowego) Instrumenty dodatkowe nieodpłatnie przekazane na czas używania zestawu w czasie trwania umowy: - wirówka - pojemniki na tuby separujące krew - przeciwwaga	szt	10				
9.	Implant niewchłaniający do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu.	szt	5				
10.	Kotwica tytanowa o średnicy 4,5mm oraz o średnicy 5,5mm i długości odpowiednio 15mm i 16mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2, wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny)	szt	10				
11.	Kotwica tytanowa o średnicy 5,5mm i długości 16mm z trzema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2, wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny)	szt	10				
12.	Kaniule do barku średnica 8,25mm, dł.7 cm	Szt.	10				
RAZEM:						X	X

1. Oświadczamy, że:

- 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.
- 2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

* **wykreślić jeżeli nie dotyczy**

6. Dostawy sukcesywne po złożeniu zamówienia faxowego przez upoważnionego pracownika Apteki Szpitalnej.
7. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 9 PŁYTKI DO OSTEOTOMII

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Niskoprofilowa płytko do osteotomii małych kości w obrębie stopy, W skład kompletu wchodzi: - Grubość płytki 0,5mm. Płytko czterootworowa dostępna w wersji z klinem w rozmiarach od 2-7mm co 0,5mm lub bez klina. Płytko w kształcie litery L w wersji prawej lub lewej – 1 szt- cena jedn. netto:</p> <p>- Śruba typu LPS z pełnym gwintem, o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm co 1 mm – 4 szt- cena jedn. netto:</p> <p><i>W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto</i></p>	kpl.	5					
2	Śruba typu LPS Śruba typu LPS z pełnym gwintem, o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm co 1 mm	szt.	20					
3	Śruba typu LPS kaniulowane Śruba typu LPS kaniulowana, o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm co 2 mm	szt.	20					
4	Implant ze stopu tytanu w kształcie stożka do stabilizacji – zablokowania stawu podskokowego. Implant dostępny w średnicach 7-12mm i dł. 12-16mm	szt.	10					
5	Płyta ze stopu tytanu do stabilizacji MTP, dostępna w wersji prostej i podgiętej w trzech długościach od 45-61mm. Dostępna w wersji lewa, prawa	szt	5					
6	Śruba ze stopu tytanu typu snap-off w dwóch grubościach 2 i 3mm i długościach od 13-19mm. Kodowane kolorami. Nie wymagają wcześniejszego nawiercania.	szt.	10					
7	Śruba ze stopu tytanu korowa nieblokowana o średnicy 3 i dł. 10-24mm do pył typu MTP i Lapidus.	szt.	20					
8	Śruba ze stopu tytanu blokowana o średnicy 3 mm i dł. 10-24mm do pył typu MTP i Lapidus.	szt.	35					

9	Śruba ze stopu tytanu kaniulowana 3mm, dostępna w długościach od 18mm – 40 mm	szt.	15					
10	Śruba ze stopu tytanu dociągowa 4mm i dł. 14-44mm	szt.	10					
11	Płyta ze stopu tytanu do stabilizacji typu Lapidus, o grubości 1,5mm w kształcie litery T. Miejsce na trzy śruby blokowane i jedną dociągową	szt.	5					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

** wykreślić jeżeli nie dotyczy*

Wykonawca dostarczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów na czas trwania umowy oraz depozyt w pełnej rozmiarówce.

Dostawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejscość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 10 PŁYTKI I KLINY DO OSTEOTOMII KOREKCYJNEJ PISZCZELI

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Biowchłaniające, osteokonducyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach (od 6mm do 15 mm)	szt.	10					
2.	Płytki do stabilizacji osteotomii, umożliwiające dostęp małowazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5mm, 4 blokowane otwory na śruby.	szt.	5					
3.	Śruby do blokowania płytki min. w 12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie	szt.	80					
4.	Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydłowego i hydroksyapatytu w postaci wchłanianych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 3,5 x 6 x 0,6cm	szt.	1					
5.	Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydłowego i hydroksyapatytu w postaci wchłanianych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 7 x 11 x 0,6cm	szt.	1					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że:

- 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.
- 2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

** wykreślić jeżeli nie dotyczy*

2. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce. Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 11 ŚRUBY KOMPRESYJNE

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samo wierzące, kaniulowane o średnicy 1,7mm i długościach od 6-15, w min. 9 długościach mm. Kaniulacja 0,7mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu.	szt	20					
2	Śruby kompresyjne do osteotomii Weila, długości od 11 do 14 mm, średnica 2 mm, samotnące, samo wierzące. Kształt łba konikalny przystosowane do śrubokręta hexagonalnego. Materiał – stop tytanu.	szt.	40					
3	Śruby kompresyjne, samotnące, samowierzące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 32mm. (min. 12 długości), kaniulacja 0,8mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu.	szt.	20					
4	Śruby kompresyjne, samotnące, samowierzące, kaniulowane o średnicy 3,0 mm i długościach od 10 do 32mm. (min. 12 długości), kaniulacja 0,8mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu.	szt.	40					
5	Śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 4,5mm i minimum 5 długościach od 40-60 mm. Materiał – stop tytanu.	szt	10					
6	Śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7,3mm i minimum 11 długościach od 50-100 mm. Materiał – stop tytanu.	szt.	10					
7	Płytki o grubości 1,3mm, wstępnie zagięte pod kątem 5°. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min. 5 otworów na śruby), w przynajmniej w 4 rozmiarach (40mm, 45mm, 50mm, 55mm), ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płyta zaopatrzona w ramię od strony paliczka, umożliwiające wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy. Materiał – stop tytanu.	szt	10					
8	Śruby samogwintujące o średnicy 2,7mm i długościach od 9mm do 40mm. Materiał – stop tytanu.	szt.	50					
9	Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopnopaliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopnopaliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno-	szt.	10					

paliczkowych w min. 4 rozmiarach. Proteza posiada wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych.							
RAZEM:					X		X

1. Oświadczamy, że:

- 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.
- 2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

** wykreślić jeżeli nie dotyczy*

2. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce. Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsce i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 12 IMPLANT DO ZATOKI STĘPU I ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO.

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Implant do zatoki stępu Tytanowy implant do zatoki stępu – płaskostopia o kształcie stożkowatym, dostępny w 6 rozmiarach od 7 do 12mm, z min. 2 otworami poprzecznymi do przerostu tkanki miękkiej dla średnicy 7 mm oraz minimum 5 otworami poprzecznymi do przerostu tkanki miękkiej dla średnicy 12 mm. Implanty powinny być sterylne, pakowane pojedynczo, opakowania kodowane kolorystycznie zgodnie z odpowiadającymi im przymiarami	kpl.	10					
2	Endoproteza stawu skokowego Anatomiczna, bezcementowa proteza stawu skokowego typu mobile Bering; element puszczelowy i skokowy typu Press-fit; element puszczelowy z otworami umożliwiającymi przerost kości; proteza 3 częściowa, w min. 4 rozmiarach każda część możliwość łączenia elementów różnych rozmiarów (min. 7 kombinacji); - 1 kpl składający się z: - element puszczelowy - 1 szt. - cena jedn. netto zł - element skokowy - 1 szt. - cena jedn. netto zł - wkład z polietylenu - 1 szt - cena jedn. netto zł UWAGA: <i>W przypadku podania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie w formularzu ich nazw i cen jednostkowych netto</i>	kpl.	3					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że:

- 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

** wykreślić jeżeli nie dotyczy*

2. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce. Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....
nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ
IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI

w imieniu:

.....
pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczam/-y, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
miejscowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

.....
nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI

w imieniu:

.....
pełna nazwa Wykonawcy

nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

.....
miejscowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

.....
nazwa i adres Wykonawcy

**INFORMACJA
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

**DOSTAWA
IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI**

w imieniu:

.....
pełna nazwa Wykonawcy

Informuję, że na dzień składania ofert:

1) **nie należą do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*

2) **należą do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

1.	
2.	
3.	
4.	
...	

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*** niepotrzebne skreślić.**

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

UMOWA NR DAZ.26.002015- wzór umowy
dla część 3, 4, 5, 7,9, 10,11, 12

zawarta w dniu **2015**r., w Częstochowie, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,S:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,
który reprezentuje:
Dyrektor -,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:.....,
KRS:....., REGON:, NIP:
którą reprezentuje:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zawarta została umowa następującej treści:

§1

- 1.** Przedmiotem umowy jest dostawa implantów metalowych do zespoleń kości obejmująca dostawę:
- 1)** gwoździ śródszpikowych blokowanych do stabilizacji złamań, biodrowych stabilizatorów dynamicznych DHS, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 3 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;
 - 2)** gwoździ śródszpikowych udowych, piszczelowych, ramniennych, dynamicznych stabilizatorów biodrowych, gwoździ udowych blokowanych rekonstrukcyjnych do złamań przekrętarsowych, gwoździ ze stopu tytanu do zespoleń kości długich u dzieci i kości kończyny górnej u dorosłych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 4 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;
 - 3)** zestawów do stabilizacji złamań kości długich, drobnych oraz miednicy, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 5 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;
 - 4)** płytek mini i płytek ze stopu tytanu blokowanych kątowno do paliczków i artredezy nadgarstka, płytek do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 7 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;
 - 5)** płytek do osteotomii, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 9 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;
 - 6)** płytek i klinów do osteotomii korekcyjnej piszczeli, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 10 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;
 - 7)** śrub kompresyjnych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 11 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;
 - 8)** implantów do zatoki stępu i endoprotez stawu skokowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 12 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;
- 2.** Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
- 3.** Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
- 4.** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części (jeśli występują).
- 5.** Wykonawca na czas trwania umowy zabezpiecza instrumentarium określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. od do
2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i on stanowi podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9 niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).
4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto..... PLN (słownie:.....) **brutto** **PLN** (słownie:

§4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w depozyt na Trakt Operacyjny za pośrednictwem Apteki Szpitalnej, niezwłocznie po zawarciu umowy, (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy) przedmiot umowy do wykorzystania wg bieżących potrzeb Traktu Operacyjnego określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający jako miejsce przechowywania depozytu wskazuje Trakt Operacyjny Zamawiającego w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118, 42-200 Częstochowa.
3. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za depozyt będzie Kierownik Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
4. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia asortymentowi znajdującemu się w depozycie właściwych warunków przechowania, w tym do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. W przypadku stwierdzenia, że asortyment nie ma zapewnionych warunków, o których mowa wyżej, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego jego odebrania z depozytu. Wykonawca ma prawo do kontroli asortymentu znajdującego się w depozycie oraz warunków, w jakich jest przechowywany.
5. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w depozycie. W przypadku stwierdzenia, że termin ważności asortymentu objętego depozytem upływa za mniej niż 30 dni, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2-ch dni roboczych na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji określonym w § 6 ust.1 pkt. 1).
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z asortymentu znajdującego się w depozycie dla potrzeb wykonywania udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych.
7. Asortyment znajdujący się w depozycie stanowi własność Wykonawcy, do czasu jego pobrania z depozytu celem udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi.
8. Przejęcie depozytu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:
9. Zamawiający zobowiązuje się używać asortyment począwszy od asortymentu o najkrótszym terminie przydatności do użycia/ważności/gwarancji w ramach danego asortymentu.
10. Po użyciu asortymentu upoważniony pracownik Traktu Operacyjnego Zamawiającego sporządza raporty/protokoły zużycia określające ilość i rodzaj asortymentu oraz jego właściwości (oznaczenie, rozmiar, numer seryjny) i przekazuje je do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.
11. Osoba określona w § 4 niniejszej umowy raporty zużycia prześle Wykonawcy.
12. Dostawa uzupełnionego asortymentu wraz z dokumentem przekazania (np.: protokół przekazania, dokument Wz), sporządzonym przez Wykonawcę nastąpi do magazynu Apteki Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku).

13. Raporty/protokoły, które Zamawiający prześle Wykonawcy, stanowiąc będą podstawę do wystawienia faktury i uzupełnienia wykorzystanego asortymentu nie później niż w ciągu godz./ dni roboczych od otrzymania raportu/protokołu zużycia.

14. Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy zdeponowany asortyment w stanie niepogorszonym.

§ 6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakkolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin użycia/ważności/gwarancji krótszy niż **12 miesięcy**, licząc od daty dostarczenia,

2) jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3) jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

4) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT,

5) uzupełnienie asortymentu zostało zrealizowane bez przesłania przez Zamawiającego raportu/protokołu zużycia, o którym mowa w § 5 ust. 10,

6) Wykonawca dostarczył uzupełniony asortyment poza godzinami i dniami określonymi w § 5 ust. 12.

7) Wykonawca dostarczył uzupełniony asortyment bez protokołu przekazania.

§ 7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w § 4 do:

1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

§ 8

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdy element przedmiotu zamówienia wyszczególniony w przesłanym Wykonawcy raporcie/protokole zużycia.

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości i asortymentu wyszczególnionego w przekazanych Wykonawcy raportach/protokołach zużycia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1).

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią raportu/protokołu zużycia przesłanego przez Zamawiającego Wykonawcy, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczeń objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

5. W razie dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 6 niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

2) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

- 3)** dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularz asortymentowo-cenowy),
 - 4)** dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto przedmiotu umowy,
 - 5)** dopuszcza się zmianę towaru na inny-synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy,
 - 6)** dopuszcza się przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi Załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy,
 - 7)** dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk przedmiotu świadczenia Wykonawcy, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,
 - 8)** dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,
 - 9)** dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia,
 - 10)** dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,
 - 11)** dopuszcza się odstępniem od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,
 - 12)** dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy, np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.
- 2.** Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2) niniejszego paragrafu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§10

Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebrane w uzgodnieniu z Zamawiającym – przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

§11

- 1.** W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:
 - a)** za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust.1, karę w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,
 - b)** za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust. 13, każdorazowo karę umowną w wysokości 2,0% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,
 - c)** za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,
 - d)** za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego raportem/protokołem zużycia – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części zamówienia, za odstępniem od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.
- 2.** Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.
- 3.** Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 4.** Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

§12

- 1.** Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.
- 2.** Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- 1) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależyście wykonuje umowę,
- 2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
- 3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,
3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

§13

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2).
2. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie i indziej nie sklasyfikowaną, jaki pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
8. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

§14

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

UMOWA NR DAZ.26.002015- wzór umowy dla część 1, 2, 6, 8

zawarta w dniu 2015r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, S:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:,

KRS:, REGON:, NIP:

którą reprezentuje:

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa implantów metalowych do zespołów kości obejmująca dostawę::

1) instrumentarium do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL i implantu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 1 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

2) płyt metalowych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 2 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

3) biomateriałów do regeneracji chrząstki stawowej, łątkotki i kości, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 6 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

zestawów do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych kolana, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 8 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zaofiarowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).

3. Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części (jeśli występują).

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres **24 miesiące**, od dnia jej zawarcia tj. do

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i one stanowią podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 8 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).

4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto: słownie:)
brutto PLN (słownie:

§4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego faksem przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia faksem, przez osobę wskazaną w ust. 3 niniejszego paragrafu. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu Apteki przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni robocze (tnz. od poniedziałku do piątku), z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

§5

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:
 - 1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia/ważności/gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia,
 - 2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
 - 3) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie informacji zawierającej dane producenta, właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki,
 - 4) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,
 - 5) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.
 - 6) dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1,
 - 7) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 4.
 - 8) Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT.

§6

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.
2. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osób wymienionych w § 4 ust. 3 do:
 - 1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,
 - 2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

§7

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część zrealizowanego zamówienia.
2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1).
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
5. W razie dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 5 niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym towarem.
7. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
 - 1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,
 - 2) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki

podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

3) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularz asortymentowo-cenowy),

4) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto przedmiotu umowy,

5) dopuszcza się zmianę towaru na inny - synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy,

6) dopuszcza się przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy,

7) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk przedmiotu świadczenia Wykonawcy, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

8) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

9) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia,

10) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,

11) dopuszcza się odstępniem od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

12) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy, np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§9

Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebrane w uzgodnieniu z Zamawiającym – przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki,

c) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,

d) za odstępniem od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

§11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

1) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależyćie wykonuje umowę,

- 2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
- 3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,
3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

§12

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 8, ust. 1 pkt 2).
2. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
8. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: