

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa  
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 29-07-2013r.

**Oznaczenie sprawy:**  
**W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/052/2052/13**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych ; odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów osmometr oraz na dzierżawę wirówki laboratoryjnej.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)**

W związku z art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy części Nr 3

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o poniższych parametrach i spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

- wyposażoną w wyświetlacz LED o znacznie lepszych parametrach użytkowych , niż LCD,
- o prędkości wirowania 500-6000 obr./min.,
- bez sygnalizacji przerwania zadanego programu - przy założeniu, że nie ma możliwości przerwania zadanego programu innej, jak tylko przez zatrzymanie wirówki.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. Najświętszej Maryi Panny**

**Jarosław Madowicz**