

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO – DEZYNFEKTORÓW ORAZ ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW

Znak sprawy: DAZ.26.025.2018

L.dz.: 901/18

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Część II – zapis pod pakietem – Prosimy o informacje kto będzie orzekał, że uszkodzenie myjni i endoskopów, powstało właśnie na skutek stosowania preparatów, które zostały zaoferowane?

Odpowiedź:

Serwis zewnętrzny.

Pytanie 2:

Część III pozycja 1 – Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w formie koncentratu do chemiczno- termicznego mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej. Preparat zawiera: 5- 15 %, niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, pozostałe składniki. Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Część III pozycja 2 – Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych przeznaczonego do dezynfekcji chemiczno-termicznej. Skład:aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, środki wspomagające rozpuszczalność, związki kompleksujące. Spektrum: B, F, TBC, V – 5 minut. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową. Wyrób medyczny, opakowanie 5L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Część III zapis pod pakietem – Prosimy o informacje kto będzie orzekał, że uszkodzenie myjni i endoskopów, a także szkody poniesione wobec pacjenta i personelu powstały właśnie na skutek stosowania preparatów, które zostały zaoferowane?

Odpowiedź:

Serwis wewnętrzny.

Pytanie 5

Część III zapis pod pakietem - Prosimy o wykreślenie zapisu „poniesie odpowiedzialność w czasie trwania umowy za mycie, dezynfekcje endoskopów” – taki zapis może spowodować, że każde uszkodzenie sprzętu przez personel może zostać przypisane środkom myjąco-dezynfekującym. Odpowiedzialność za mycie, dezynfekcje endoskopów ponosi personel danej pracowni

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie zmian treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 10.04.2018, godz. 10:00 termin otwarcia ofert: 10.04.2018 r., godz. 10:30

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Dariusz Kaczmar