

Cena za SIWZ – 20,00 zł brutto  
Opłata pocztowa – 13,50 zł

**Zamawiający:**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
42-200 Częstochowa, ul. Białska 104/118

**Znak sprawy: DAZ.26.001.2015**

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
zwana dalej (SIWZ)**

**NA  
DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH  
WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ ODCZYNNIKÓW,  
TESTÓW PASKOWYCH, KONTROLI, CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH  
DO ANALIZATORÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

Postępowanie o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

prowadzone w trybie  
**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**  
zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

**Zamawiający nie przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu aukcji elektronicznej.**

**UWAGA:**

**PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ NINIEJSZĄ SIWZ.**

### **§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,  
tel. 034 367-36-74, faks: 034 367-36-74.  
Adres strony internetowej: [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).  
Adres poczty elektronicznej: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl).  
NIP: 573-22-99-604

### **§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwaną dalej ustawą.

### **§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Część Nr 1 - odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Analitycznej przy ul. PCK 7 w Częstochowie,

Część Nr 2 - zestawów odczynników i materiałów eksploatacyjnych do rozdziału elektroforetycznego białek wraz z dzierżawą analizatora do elektroforezy białek dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie,

Część Nr 3 - testów paskowych, kontroli i części zużywalnych dla analizatora LabUReader f-my Allmed dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie,

Część Nr 4 - odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów hematologicznych (wiodący i pomocniczy) 6-DIFF i 5-DIFF dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie,

Część Nr 5 - odczynników i materiałów kontrolnych do analizatorów Osmometr 800 cl pracujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (1 szt.) przy ul. Bialskiej 104/118, 42-200 Częstochowie i przy ul. PCK 7 w Częstochowie (1 szt.),

Część Nr 6 - odczynników, materiałów zużywalnych oraz elementów wyposażenia dodatkowego niezbędnych do wykonywania szybkich badań kardiologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb SOR przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wraz z określeniem asortymentu i ilości zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ części od Nr 1 do Nr 6. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 6, 7 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone **w Załączniku Nr 2 do SIWZ od Nr 1 do Nr 6**. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot zamówienia.

4. Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.69.65.00-0.

5. Ilekroć w niniejszej SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.

Zaoferowany asortyment równoważny **w części Nr 3 i 5** musi być kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w formularzu asortymentowo-cenowym dla części Nr 3 i 5 w kolumnie 2 „Nazwa przedmiotu zamówienia” należy wpisać również nazwę produktu równoważnego.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

### **§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

1. Termin wykonania zamówienia wynosi **24 miesiące**.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

## **§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.**

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. dotyczące:

**1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (**Załącznik Nr 3 do SIWZ**).

**2) posiadania wiedzy i doświadczenia.**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (**Załącznik Nr 3 do SIWZ**).

**3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (**Załącznik Nr 3 do SIWZ**).

**4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (**Załącznik Nr 3 do SIWZ**).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:

**1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru - **Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał)**.

**2.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

**1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru - **Załącznik Nr 4 do SIWZ (oryginał)**;

**2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

**4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze współników.

**5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**

**3.** W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

**1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – (Załącznik Nr 5 do SIWZ).**

Przez pojęcie „Grupa Kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę – zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 z 2007 r., poz. 331, z późn. zm.).

**4.** Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, wyszczególnionych w § 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki określone powyżej.

**5.** Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

**6.** Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

**7.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

**1)** o których mowa w:

**a)** § 6 ust. 2 pkt. 2), 3), 4), 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

**b)** § 6 ust. 2 pkt. 5) i 7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.

**2)** Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**3)** Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 4 pkt. 2) stosuje się odpowiednio.

**4)** W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

**8.** Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

**9.** W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 i ust. 3 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust.2 pkt. 1), § 6 ust.3 oraz ust. 5 – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

**10.** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. **Ww. zobowiązanie musi zostać załączone do oferty przetargowej w oryginale.**

**11.** Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**12.** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

**13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga się dołączenia do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:**

**1)** Dokumenty i oświadczenia wymagane i opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ stanowiącym formularze asortymentowo-cenowe dla części od Nr 1 od 6. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

**14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:**

**1)** Uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał).

**2)** Uzupełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (oryginał). Wykonawca wypełnia formularz wg wzoru, zamieszczając w ofercie tylko te części, na które składana jest oferta.

**3)** Tabele z wymaganiami i parametrami technicznymi wymagane i opisane w Załączniku Nr 2 do SIWZ (oryginał). Wykonawca zamieszcza w ofercie tabele tylko dla części, na które składana jest oferta.

**4)** Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) – podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

## **§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

**1.** Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

**2.** W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3. Dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonej oferty winny być przekazane Zamawiającemu także w formie pisemnej.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa. Dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonej oferty winny być przekazane Zamawiającemu także w formie pisemnej.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, Dział Zamówień Publicznych, faks: (34) 367-36-74, e-mail: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl).**

6. Przesyłanie korespondencji na inny adres, numer faksu lub poczty elektronicznej niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

7. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, informacji lub dokumentów.

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

**w sprawach merytorycznych:**

Beata Kamińska – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, tel. 34 367 35 65, w godz. 7.00-14.30.

**w sprawach proceduralnych:**

Małgorzata Nowak - Dział Zamówień Publicznych Zamawiającego,

Tel./fax: 34 367 37 53, 34 367 36 74 w godz. 7.00-14.35.

**§ 8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:**

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego – [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy PZP - **pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.** Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy PZP - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, **Zamawiający może** udzielić wyjaśnień albo **pozostawić wniosek bez rozpoznania.** Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

3. Pytania odnośnie zapisów treści SIWZ należy przysyłać **faksem** na numer **34 367 36 74** lub 34 367 37 53 **oraz** w celu usprawnienia postępowania – pocztą elektroniczną ([szp@data.pl](mailto:szp@data.pl)).

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz tym, którzy zgłoszą pisemny wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.

4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

**§ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, **w wysokości: 6.630,00 zł.** Wysokość wadium na poszczególne części zamówienia:

Część Nr 1 - 600,00 zł	(słownie: sześćset złotych 00/100)
Część Nr 2 - 680,00 zł	(słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100)
Część Nr 3 - 380,00 zł	(słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100)
Część Nr 4 - 3.600,00 zł	(słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100)
Część Nr 5 - 20,00 zł	(słownie: dwadzieścia złotych 00/100)
Część Nr 6 - 1.350,00 zł	(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **mBANK o/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004** z dopiskiem **Wadium – DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ ODCZYNNIKÓW, TESTÓW PASKOWYCH, KONTROLI, CZĘŚCI ŻYWIWALNYCH DO ANALIZATORÓW BEDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO** (DAZ.26.001.2015). Wadium uważa się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć wraz z ofertą (dokument nie złączony trwale z ofertą), **a kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” załączyć do oferty.**

5. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

10. Wadium wniesione przez jednego ze współników Konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

#### **§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **§ 11.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonyj za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. W przypadku, gdy informacje zwarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 14.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **jeżeli wykonawca**, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, **zastrzegł**, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Jeżeli Wykonawca dokonał zastrzeżenia części swojej oferty, winien on w takim przypadku udowodnić zamawiającemu zasadność swojego postępowania i w tym celu **załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia oferty**.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
13. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
14. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis:

**Oferta przetargowa:**

**DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ  
ANALIZATORÓW ORAZ ODCZYNNIKÓW, TESTÓW PASKOWYCH, KONTROLI, CZĘŚCI  
ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO  
DAZ.26.001.2015**

**(nie otwierać przed dniem ... . 2015 r. godz. ... .)**

wpisuje Wykonawca

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.



## **15. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.**

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.

### **1) Zmiana złożonej oferty.**

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr .....”.

### **2) Wycofanie złożonej oferty.**

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

## **§ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, przy ulicy Bialskiej 104/118, KANCELARIA - pokój 356, w terminie **do dnia 24.02.2015r. do godz. 10:00**

## **§ 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118, w Częstochowie, w pokoju 310, **w dniu 24.02. 2015r. o godz. 10:15.**

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

## **§ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

2. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym **Załącznik Nr 2 do SIWZ**, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik do formularza oferty, według następujących zasad:

1) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę,

2) ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością **do dwóch miejsc po przecinku**,

3) brak wypełnienia i określenia ceny w formularzu asortymentowo-cenowym i druku formularza oferty spowoduje odrzucenie oferty,

4) upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych netto, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia;

3. Przy obliczeniu ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

4. Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## **§ 15. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:**

### **1. Kryterium wyboru oferty jest:**

#### **1) Kryterium cena brutto - 95%.**

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 95 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \times 95 \text{ pkt}$$

#### **2) Kryterium termin dostawy przedmiotu zamówienia - 5%**

Obliczany będzie według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najkrótszy deklarowany termin dostawy przedmiotu zamówienia spośród ofert nieodrzuconych}}{\text{badany deklarowany termin dostawy przedmiotu zamówienia spośród ofert nieodrzuconych}} \times 5 \text{ pkt}$$

(nie krótszy niż 3 dni robocze i nie dłuższy niż 5 dni roboczych)

(nie krótszy niż 3 dni robocze i nie dłuższy niż 5 dni roboczych)

Maksymalny termin realizacji dostawy określony we wzorach umowy § 4 ust. 1 to 5 dni roboczych, a minimalny 3 dni robocze. Wykonawca zobowiązany jest w pkt 2 Formularza oferty zaoferować termin wykonania zamówienia liczony w pełnych dniach. Oferta z najkrótszym terminem dostawy (jednak nie krótszym niż 3 dni roboczych) otrzyma 5 punktów dla kryterium termin dostawy, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie z wzorem przedstawionym powyżej. W przypadku zaoferowania terminu dostawy przedmiotu zamówienia krótszego niż 3 dni robocze, Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów.

2. Ocena końcowa oferty to suma uzyskanych punktów w kryteriach „Cena” i „Termin dostawy przedmiotu zamówienia”. Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryteriów określonych w ust 1, pkt 1) i 2).

## **§ 16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.

2. O odrzuceniu ofert (-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści i informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej [www.szpitalparkitka.com](http://www.szpitalparkitka.com). oraz w swojej siedzibie na „Tablicy informacyjnej”.

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt.1 a uPzp.

5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zamawiający prześle umowę do podpisu Wykonawcy (za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy). Istnieje możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zapisem pkt. 6 formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

#### **§ 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzw. Wykonawcy określone w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

#### **§ 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **§ 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.**

Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której treść stanowi **Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ.**

#### **§ 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” .

2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych,tj.:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz, 964),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

#### **§ 21. POZOSTAŁE INFORMACJE:**

1. Adresy poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego znajdują się w paragrafie 1 niniejszej specyfikacji.

2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

3. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 22. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:**

Załącznik Nr 1 - Formularz Oferta

Załącznik Nr 2 - Formularze asortymentowo-cenowe dla Części od Nr 1 do Nr 6

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6,7 - Umowa - wzór

Częstochowa, dnia 12.01.2015

**ZATWIERDZIŁ**  
**Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:**

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**  
**lek. med. Barbara Magnuszewska–Pankiewicz**

.....  
pieczęć adresowa Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTY**

Ja/My, niżej podpisany/-i\*:

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....  
pełna nazwa Wykonawcy

.....  
adres siedziby Wykonawcy

REGON .....; NIP .....

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/\* .....

.....  
oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/\*

Nr tel. ....; Nr faksu .....; e-mail .....

.....  
adres do korespondencji

Nr tel. ....; Nr faksu .....; e-mail .....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**DOSTAWĘ  
ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ  
ANALIZATORÓW ORAZ ODCZYNNIKÓW, TESTÓW PASKOWYCH, KONTROLI, CZĘŚCI  
ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

**1.** Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

Część Nr	Cena brutto /PLN/	słownie
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**2.** Termin dostawy przedmiotu zamówienia .....dni ( nie krótszy niż 3 dni robocze, nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia).

Uwaga: nie wypełnienie pola będzie oznaczało zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy .

**3.** Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj.: sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

**4.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest objęty terminem ważności/ przydatności do użycia/ gwarancją zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

5. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załączników Nr 6 i 7 do SIWZ),

a) przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/\*

b) odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/\*

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/\*

c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska104/118, w Częstochowie)./\*

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

**zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia \*:**

a) wykonanie .....

b) wykonanie .....

**nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia \*.**

\* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

9. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

10. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko .....

Adres: .....

Telefon ..... faks .....e-mail .....

.....  
miejsowość i data

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

**\* wykreślić jeżeli nie dotyczy**

**wypełnić w sposób czytelny wszystkie wskazane do tego miejsca lub wpisać: nie dotyczy**

.....  
 Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Część nr 1 – Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej na okres 24 miesięcy dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Analitycznej przy ul. PCK 7**

**Część Nr 1 Tabela 1- Odczynniki i materiały eksploatacyjne**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Liczba oznaczeń na 24 miesiące	Oferowana wielkość opakowania jednostkowego	j.m.	Ilość opakowań jednostkowych dla zabezpieczenia wymaganej liczby badań	Cena jednostkowa netto [w zł]	Wartość netto zł [w zł] [poz.8 x 9]	% VAT	Wartość brutto [w zł] [poz.10+11]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Odczynniki dla 8000 oznaczeń :</b>											
1.				<b>8000</b>							
2.											
3.											
4.											
itd.											
<b>kalibratory, materiały kontrolne , materiały eksploatacyjne, kapilary (kapilary 175 µl, 2,30x 100 mm, hep.Li ) oraz zatyczki do kapilar dla 8000 oznaczeń:</b>											
5.											
6.											
itd.											
<b>Razem tabela 1:</b>											

Deklarowana ilość oznaczeń: 8000 na 24 m-ce. Ilość oznaczeń obejmuje pomiary kontrolne.

Zamawiający deklaruje prowadzenie pomiarów kontrolnych codziennie na 1 poziomie zamiennie.

W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Zamawiającego błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę oferowanych ilości odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych, itp. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków na własny koszt.

**Część Nr 1 Tabela 2 - Dzierżawa analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa aparatu	Typ/model	Producent	j.m.	ilość	Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł	Czas dzierżawy w miesiącach	Wartość netto w zł [poz.7x8x9]	% VAT	Wartość brutto w zł [poz. 10+11]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Analizator do badań równowagi kwasowo-zasadowej				szt.	1		24			
<b>Razem tabela 2:</b>											

**Ogółem wartość dla części Nr 1 ( tabela 1 + tabela 2 ) :**

Wartość .....netto ( słownie : .....)

Wartość .....brutto ( słownie : ..... )

- 1. Oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1,2 oraz wymagania określone w tabeli 3 muszą być potwierdzone w załączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia** tj. np.: kartach katalogowych, materiałach informacyjnych, folderach, prospektach, ulotkach metodycznych, opisach. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.
- 2. Do oferty wymagane jest dołączenie** wszelkich wymaganych przez polskie prawo, aktualnych dokumentów na podstawie których, oferowany analizator do badań równowagi kwasowo-zasadowej dzierżawy jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.
- 3. Do oferty wymagane jest dołączenie** wypełnionej, zaakceptowanej i podpisanej przez Wykonawcę tabeli 3 w Części nr 1 tj. parametry, funkcje graniczne i wymagania dla analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej.
- 4.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy\*.
- 4.1.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie\*.



5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. ....jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy \*.

5.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. ....nie jest substancją niebezpieczną\*.

*\* **wykreślić jeżeli nie dotyczy***

**Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.**

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

**Część Nr 1 Tabela 3** – parametry, funkcje graniczne i wymagania dla analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Analitycznej

Lp.	Parametry i funkcje graniczne	Potwierdzenie spełnienia wymogów
1.	Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, nie używany, rok 2015.	
2.	Parametry mierzone: pH, pO <sub>2</sub> , pCO <sub>2</sub> , Na, K, Ca zjonizowany	
3.	Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary	
4.	Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim	
5.	Wszystkie elektrody bezobsługowe	
6.	Kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych	
7.	Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta	
8.	Wbudowana drukarka	
9.	Automatyczny program kontroli jakości	
10.	Odczynniki w zamkniętych, oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia	
11.	Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie 2 tabeli 3	
12.	Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni	
13.	Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli	
14.	Zabezpieczenie torów pomiarowych przed zatkaniami skrzepami	
15.	Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy.	
16.	Analizator wyposażony w UPS dający minimum 30 minut podtrzymania zasilania	
17.	Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy.	
18.	Bezpłatne przeglądy serwisowe co pół roku lub według zaleceń producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy.	
19.	Wykonawca zapewni sfinansowanie co najmniej 1x w kwartale ( 4x w roku) uczestnictwa w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań.	
20.	Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne oraz kapilary (kapilary 175 µl, 2,30x 100 mm, hep.Li) odpowiednio do deklarowanej ilości oznaczeń oraz zatyczki do kapilar.	
21.	Pełna bezpłatna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria uwzględnione w formularzu oferty.	
22.	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksymalnie 1 dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.	
23.	Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.	
24.	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim wraz z dostawą.	
25.	Wykonawca określi całkowity koszt kontraktu (odczynników, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych)	
26.	W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową.	

**cd. części nr 1**

27.	W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie	
28.	Założenie paszportu technicznego	

**Uwaga:** W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów” w punktach od **1** do **28** należy wpisać „Tak” oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie części Nr 1. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu określonego w tabeli 2 i 3 jak i odczynników określonych w tabeli 1.**

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli

.....  
 Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Część nr 2 - Dostawa zestawów odczynników i materiałów eksploatacyjnych do rozdziału elektroforetycznego białek wraz z dzierżawą analizatora do elektroforezy białek metodą kapilarną na okres 24 miesięcy dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej**

**Część Nr 2 Tabela 1 - Zestawy odczynników i materiałów eksploatacyjnych do rozdziału elektroforetycznego**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Liczba badań na 24 miesiące	Oferowana wielkość opakowania jednostkowego	j.m.	Ilość opakowań jednostkowych dla zabezpieczenia wymaganej liczby badań	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto zł [w zł] [poz.8 x 9]	% VAT	Wartość brutto [w zł] [poz.10+11]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Odczynniki do rozdziału elektroforetycznego białek konieczne do wykonania 3400 badań :</b>											
1.				<b>3400 badań</b>							
2.											
3.											
4.											
itd.											
<b>Materiały kontrolne/ kalibracyjne i inne materiały zużywalne konieczne do wykonania kalibracji/ kontroli jakości/ badań biegłości i badań pacjenta oraz odczytu i interpretacji wyniku końcowego oraz do konserwacji bieżącej i okresowej analizatora na 3400 badań:</b>											
5.											
6.											
itd.											
<b>Razem tabela 1:</b>											

**Część Nr 2 Tabela 2 - Dzierżawa automatycznego analizatora do rozdzielów i interpretacji elektroforegramów metodą- elektroforezy kapilarnej**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa aparatu	Typ/model	Producent	j.m.	ilość	Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł	Czas dzierżawy w miesiącach	Wartość netto w zł [poz.7x8x9]	% VAT	Wartość brutto w zł [poz. 10+11]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Automatyczny analizator do elektroforezy białek metodą kapilarną				szt.	1		24			
<b>Razem tabela 2:</b>											

**Ogółem wartość dla części nr 2 ( tabela 1 + tabela 2 ) :**

Wartość .....netto ( słownie : .....)

Wartość .....brutto ( słownie : ..... )

**1.** W formularzu asortymentowo - cenowym należy podać wszystkie odczynniki, materiały kontrolne/ kalibracyjne i inne materiały zużywalne konieczne do wykonania kalibracji/ kontroli jakości/ badań biegłości i badań pacjenta oraz odczytu i interpretacji wyniku końcowego oraz do konserwacji bieżącej i okresowej analizatora. W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Zamawiającego błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę oferowanych ilości odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych, itp. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków na własny koszt. Zaproponowana liczba badań obejmuje ilość badań kontrolnych.

**2. Oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1,2 oraz wymagania określone w tabeli 3 i 4 muszą być potwierdzone w załączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia** tj. np.: kartach katalogowych, materiałach informacyjnych, folderach, prospektach, ulotkach metodycznych, opisach. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

**3. Do oferty wymagane jest dołączenie** wszelkich wymaganych przez polskie prawo, aktualnych dokumentów na podstawie, których, oferowany analizator do elektroforezy białek metodą kapilarną jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

**4. Do oferty wymagane jest dołączenie** wypełnionej, zaakceptowanej i podpisanej przez Wykonawcę tabeli 3 w Części nr 2 tj. warunki graniczne dotyczące zestawów odczynników oraz tabeli nr 4 Warunki graniczne automatycznego analizatora do rozdzielów i interpretacji elektroforegramów metodą- elektroforezy kapilarnej.

5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą a w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy\*.

5.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie\*.

6. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy\*.

6.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... nie jest substancją niebezpieczną\*.

*\* wykreślić jeżeli nie dotyczy*

**Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.**

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

**Część Nr 2 Tabela 3 - Warunki graniczne dotyczące zestawów odczynników**

Lp.	<b>WARUNKI GRANICZNE</b>	Potwierdzenie spełnienia wymogów
1.	Zestawy odczynników do rozdziału elektroforetycznego białek muszą być wyposażone kompletnie w niezbędne odczynniki tj. kapilary, bufor oraz akcesoria niezbędne do wykonania Proteinogramu.	
2.	Zestawy do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy muszą pozwolić na uzyskanie typowych frakcji białkowych tj. albuminy, alfa-1-globuliny, alfa-2-globuliny, beta-1-globuliny, beta-2-globuliny, gamma-globuliny.	
3.	Wszystkie odczynniki do wykonania oznaczenia gotowe do użycia (w postaci ciekłej) bez dodatków substancji tj.: kwas octowy i alkohol.	
4.	Możliwość wykonania pojedynczego badania białka monoklonalnego.	

**Uwaga:**

W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów” w punktach od 1 do 4 należy wpisać „Tak” oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

**Część Nr 2 Tabela 4** - Warunki graniczne automatycznego analizatora do rozdzielania i interpretacji elektroforegramów metodą- elektroforezy kapilarnej

Nazwa aparatu .....

Producent: .....

Typ/model : .....

Rok produkcji .....

L.p.	WARUNKI GRANICZNE	Potwierdzenie spełnienia wymogów
1.	Analizator fabrycznie nowy, rok prod. 2015 w najnowszej wersji z ostatnio wprowadzonych na rynek analizatorów w Polsce wraz z drukarką z zapasowym tonerem wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS podtrzymujący pracę przez minimum 30 minut.	
2.	Wydajność analizatora min. 20 próbek/godz.	
3.	Możliwość stosowania w podajniku próbek pierwotnych	
4.	Minimalna objętość badanej próbki: 20 µl.	
5.	Możliwość dokładania nowych próbek surowicy podczas pracy aparatu (badania CITO)	
6.	Identyfikacja próbek przy użyciu kodów kreskowych	
7.	Detekcja próbek bez etapu barwienia - detekcja bezpośrednia, fotometr	
8.	Prezentacja wyników w postaci procentowej i w wartościach bezwzględnych dla każdej frakcji wraz z komentarzem	
9.	Graficzny zapis elektroforegramów	
10.	Wyodrębnienie i oznaczanie nietypowych frakcji	
11.	Możliwość dołączania do wykresu obrazu immunofiksacji wraz z raportem wyników oznaczenia ilościowego białek specyficznych	
12.	Statystyka - kontrola jakości (QC) i statystyka pomiarów, prezentacja na wykresach Levey-Jenningsa	
13.	Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy.	
14.	Możliwość oznaczenia przez analizator: białek moczu, PMR oraz białek monoklonalnych	
15.	Wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy serwisowe.	
16.	Należy zapewnić możliwość włączenia analizatora do międzynarodowej kontroli jakości badań, przynajmniej 2 razy w roku ( wliczone w cenę oferty).	
17.	Analizator wykonuje oznaczenie w 100% automatycznie od pobrania surowicy z próbki aż do wydania wyniku w postaci graficznej oraz wartości procentowych i stężeniowych poszczególnych frakcji	
18.	Zaoferowany analizator /wraz z całym zewnętrznym oprzyrządowaniem/ musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i przy zastosowaniu zaoferowanych testów, odczynników, surowic kontrolnych i materiałów zużywalnych. Wykonawca zapewnia możliwość wykonania wymienionych powyżej badań tak co do ich ilości jak i rodzaju przez okres 24 miesięcy.	
19.	Bezpłatne przeglądy serwisowe co pół roku lub według zaleceń producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy.	



**c.d. części Nr 2**

20.	Pełna bezpłatna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria uwzględnione w formularzu oferty.	
21.	W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczytnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową.	
22.	W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie	
23.	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.	
24.	Instrukcja obsługi analizatora języku polskim wraz z dostawą.	
25.	Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.	
26.	Założenie paszportu technicznego	

**Uwaga:** W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów” w punktach od **1** do **26** należy wpisać „Tak” oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie części nr 2. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu określonego w tabeli 2 i 4 jak i odczytników określonych w tabeli 1 i 3.**

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

.....  
 Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Część nr 3** – testy paskowe , kontrole i części zużywalne na okres 24 miesięcy do analizatora LabUReader firmy ALLMED będącego własnością Zamawiającego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł [poz.7x8]	% VAT	Wartość brutto w zł [poz. 9+10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Testy paskowe do badania fizyko-chemicznego moczu				szt.	50 000				
2.	Gumki transportowe ,1 op. = 2 sztuki				op.	14				
3.	Kontrole moczu płynne gotowe do użycia poziom I i II 1 op. = 6 fiolek( 3N+3P)				op.	8				
Razem :										

**1.** Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych testów paskowych, kontroli i pasków kalibracyjnych oraz materiałów zużywalnych ( gumek transportowych) z analizatorem LabUReader firmy ALLMED.

Na potwierdzenie wymogu określonego w pkt.1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń o poniższej treści\*:

- 1)** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia równoważny w pozycji od 1 do 3 jest kompatybilny z analizatorem LabUReader firmy ALLMED\*.
- 2)** Oświadczamy, że w przypadku awarii analizatora LabUReader firmy ALLMED na skutek stosowania przedmiotu zamówienia równoważnego pokryjemy wszelkie koszty związane z naprawą\*.

W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia równoważnego w poszczególnych pozycjach kolumny Nr 2 „nazwa przedmiotu zamówienia” należy dopisać również nazwę produktu równoważnego\*.

Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość, właściwość, wydajność dostarczonych produktów równoważnych niekorzystnie odbiega od jakości właściwości, wydajności zaoferowanego produktu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien oferowany produkt wymienić na produkt spełniający wymagania.

**2.** Warunki serwisu dla analizatora LabUReader firmy ALLMED będącego własnością Zamawiającego :

- 1)** Na czas trwania umowy Wykonawca na własny koszt zapewni pełny serwis techniczny uwzględniający koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych;
- 2)** Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku lub według zaleceń producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy;
- 3)** Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia;
- 4)** W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni roboczych, Wykonawca podstawia urządzenie zastępcze.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie części nr 3. Oferta musi zawierać pełen asortyment określony w tabeli formularza asortymentowo-cenowego.

4. Oferowany przedmiot zamówienia w tabeli formularza asortymentowo-cenowego musi być potwierdzony w załączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia tj. np.: kartach katalogowych, materiałach informacyjnych, folderach, prospektach, ulotkach metodycznych, opisach. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli poz. .... jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą a w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy\*.

5.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli poz. .... nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie\*.

6. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli poz. .... jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy\*.

6.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli poz. .... nie jest substancją niebezpieczną\*.

**\*wykreślić jeżeli nie dotyczy**

**Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.**

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

.....  
 Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Część nr 4 - Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów (wiodący i pomocniczy) hematologicznych 6-DIFF i 5-DIFF na okres 24 miesięcy dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej**

**Część Nr 4 Tabela 1 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Liczba badań na 24 miesiące	Oferowana wielkość opakowania jednostkowego	j.m.	Ilość opakowań jednostkowych dla zabezpieczenia wymaganej liczby badań	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł [poz.8x9]	% VAT	Wartość brutto w zł [poz. 10+11]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Odczynniki, materiały kontrolne/ kalibracyjne i inne materiały zużywalne konieczne do wykonywania 140 tys. ( w tym 50 tys. DIFF) badań na analizatorze hematologicznym 6-DIFF:</b>											
1.				<b>152 tys. (w tym 30 tys. DIFF)</b>							
2.											
3.											
itd.											
<b>Odczynniki, materiały kontrolne/ kalibracyjne i inne materiały zużywalne konieczne do wykonywania 54 tys. ( w tym 1200 RET) badań na analizatorze hematologicznym 5-DIFF:</b>											
4.				<b>43 tys. ( w tym 1800 RET)</b>							
5.											
6.											
itd.											
<b>Razem tabela 1:</b>											

**Część Nr 4 Tabela 2 - Dzierżawa 2 analizatorów (wiodący i pomocniczy) hematologicznych 6-DIFF i 5-DIFF**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa aparatu	Typ/model	Producent	j.m.	ilość	Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł	Czas dzierżawy w miesiącach	Wartość netto w zł [poz.7x8x9]	% VAT	Wartość brutto w zł [poz. 10+11]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Analizator hematologiczny wiodący 6-DIFF				szt.	1		24			
2.	Analizator hematologiczny pomocniczy 5-DIFF				szt.	1		24			
<b>Razem tabela 2:</b>											

**Ogółem wartość dla części nr 4 ( tabela 1 + tabela 2) :**

Wartość .....netto ( słownie : .....)

Wartość .....brutto ( słownie : ..... )

Liczbę fiolek materiału kontrolnego należy tak skalkulować, aby była zgodna z terminem ważności gwarantowanym przez producenta po pierwszym otwarciu w oryginalnej ulotce. Liczba badań podana w zamówieniu uwzględnia liczbę oznaczeń przeznaczonych na kontrolę.

Liczbę opakowań odczynników należy tak skalkulować, by zabezpieczyć ilość cykli wykorzystywanych przez analizator do tzw. cykli roboczych( płukań, napełnień itp.)

W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Zamawiającego błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę oferowanych ilości odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych, itp. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków na własny koszt.

**1. Oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1,2 oraz wymagania określone w tabeli 3 i 4 muszą być potwierdzone w załączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia** tj. np.: kartach katalogowych, materiałach informacyjnych, folderach, prospektach, ulotkach metodycznych, opisach. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

**2. Do oferty wymagane jest dołączenie** wszelkich wymaganych przez polskie prawo, aktualnych dokumentów na podstawie, których, oferowany analizator hematologiczny 6-DIFF i hematologiczny 5-DIFF jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

- 3. Do oferty wymagane jest dołączenie** wypełnionej, zaakceptowanej i podpisanej przez Wykonawcę w Części nr 4 tabeli 3 tj. tj. parametry, funkcje graniczne i wymagania dla analizatora hematologicznego 6-DIFF oraz tabeli nr 4 tj. parametry, funkcje graniczne i wymagania dla analizatora hematologicznego 5-DIFF.
- 4.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą a w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy\*.
- 4.1.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie\*.
- 5.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy\*.
- 5.1.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... nie jest substancją niebezpieczną\*.

**\*wykreślić jeżeli nie dotyczy**

**Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.**

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

**Część Nr 4 Tabela 3 - Dzierżawa analizatora hematologicznego 6-DIFF**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH**

Nazwa aparatu .....

Producent: .....

Typ/model : .....

Rok produkcji .....

Lp.	WARUNKI GRANICZNE	Potwierdzenie spełnienia wymagań
1.	Analizator fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2014 r. oznaczający w pełni automatycznie parametry CBC + 6 DIFF wraz z drukarką z zapasowym tonerem	
2.	Wydajność minimum 120 oznaczeń CBC+DIFF/godz. w trybie manualnym i automatycznym.	
3.	Możliwość wyboru pracy: CBC lub CBC/DIFF.	
4.	Zastosowana metoda pomiarowa do rutynowego rozdziału WBC optyczna.: fluorescencyjna cytometria przepływowa lub cytochemiczna.	
5.	Sposób podawania próbki – manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych, na co najmniej 100 probówek., możliwość oznaczania próbek kapilarnych w trybie manualnym.	
6.	Parametry bezpośrednio mierzone ( nie kalkulowane): HGB, MCV, RBC, WBC, PLT, MPV, RDW.	
7.	Automatyczne oznaczanie przez analizator komórek niedojrzałych: IG, wyrażone w # i %	
8.	Zakres liniowości dla oznaczanych parametrów wartości minimalne: RBC od 0,0 – 7 mln/ $\mu$ L PLT od 5,0 tys. – 3,0 mln/ $\mu$ L Hgb do 22 g/dL WBC od 0,02 – 400 tys./ $\mu$ L Wartości uzyskiwane bez wstępnego rozcieńczenia próbki pierwotnej	
9.	Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci, wieku pacjenta ( co najmniej 5)	
10.	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie .	
11.	Objętość próbki do analizy nie większa niż: -w systemie podawania manualnego 160 $\mu$ l , -w systemie podawania automatycznego 200 $\mu$ l, bez wstępnego rozcieńczenia próbki pierwotnej	
12.	Możliwość rutynowego (bez dodatkowego odczynnika i powtórek) oznaczania i zliczania płytek krwi o obj. większej niż 12 fL	
13.	Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. Należy podać koszt materiału kontrolnego (2 poziomy 1 raz dziennie) do codziennej kontroli.	
14.	Należy zapewnić możliwość włączenia analizatora do międzynarodowej kontroli jakości badań 2 x w roku (Labquality lub RIQAS) w zakresie równocześnie morfologii krwi oraz 5-częściowego różnicowania leukocytów ( wliczone w cenę oferty ).	
15.	Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy.	
16.	Analizator wyposażony w komputer klasy PC, z oprogramowaniem Windows, ekranem LCD min. 17"	
17.	Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres min. 0,5h	
18.	Pełna bezpłatna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria uwzględnione w formularzu oferty.	

**c.d. części nr 4**

19.	Bezpłatne przeglądy serwisowe co pół roku lub według zaleceń producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy	
20.	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksymalnie 1 dzień roboczy , naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia .	
21.	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim wraz z dostawą.	
22.	Wykonawca określi całkowity koszt kontraktu (odczynników, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych)	
23.	Dostawa , instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w obsłudze aparatu i interpretacji wyników na koszt Wykonawcy.	
24.	W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową.	
25.	W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie	
26.	Założenie paszportu technicznego	

**Uwaga:** W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów” w punktach od **1** do **26** należy wpisać „Tak” oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
W imieniu Wykonawcy



**Część Nr 4 Tabela 4 - Dzierżawa analizatora hematologicznego 5-DIFF**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH**

Nazwa aparatu .....

Producent: .....

Typ/model : .....

Rok produkcji .....

L.p.	WARUNKI GRANICZNE	Potwierdzenie spełnienia wymogów
1.	Analizator fabrycznie nowy, nie używany, rok produkcji 2014 wraz z drukarką z zapasowym tonerem	
2.	Wydajność minimum 100 oznaczeń/godz.	
3.	Metoda różnicująca WBC oparta na pomiarze optycznym: fluorescencyjna cytometria przepływowa lub cytochemiczna	
4.	Zakres liniowości dla oznaczanych parametrów (minimalne, bez wstępnego rozcieńczenia): WBC 0,02 - 400 tys/ $\mu$ l RBC 0,0 - 7 mln/ $\mu$ l PLT 5,0 tys. - 3 mln/ $\mu$ l HGB do 22,0 g/dl	
5.	Parametry wydawane na wyniku: WBC, 5 parametry rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, RET	
6.	Analizator powinien posiadać optyczną metodę pomiarową PLT.	
7.	Ocena hemoglobiny komórkowej w retikulocytach jako metoda rutynowa w każdej analizie RET. Możliwość oznaczania dodatkowo parametrów retikulocytarnych: określenie 3 frakcji dojrzałości retikulocytów oraz IRF	
8.	Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci, wieku pacjenta - co najmniej 5.	
9.	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie ( w tym NRBC, atypowe limfocyty)	
10.	Wystandaryzowany ( FDA) pomiar płynów z jam ciała, w tym płynu mózgowo-rdzeniowego bez konieczności używania dodatkowych odczynników.	
11.	Automatyczne oznaczania przez analizator komórek niedojrzałych: wyrażone w # i %	
12.	Sposób podawania próbki - manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych, na co najmniej 50 probówek.	
13.	Objętość próbki nie większa niż: -w systemie podawania manualnego 160 $\mu$ l , -w systemie podawania automatycznego 200 $\mu$ l, tryb kapilarny maksymalnie 100 $\mu$ l ( bez predylucji).	
14.	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej	
15.	Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączania komputera zewnętrznego) minimum 10000 wyników (dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku)	
16.	Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników.	
17.	Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących próbek np. dziennych, miesięcznych itd.	
18.	Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli. Należy podać koszt materiału kontrolnego( 2 poziomy 1 raz dziennie) do codziennej kontroli.	
19.	Należy zapewnić możliwość włączenia analizatora do międzynarodowej kontroli jakości badań 2 x w roku (Labquality lub RIQAS) w zakresie równocześnie morfologii krwi oraz 5-częściowego różnicowania leukocytów (wliczone w cenę oferty).	
20.	Analizator wyposażony w komputer klasy PC, z oprogramowaniem Windows, ekranem LCD min. 17"	

**c.d. części nr 4**

21.	Wszystkie odczynniki bezcyjankowe	
22.	Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy.	
23.	Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną, bezpłatną oceną jakości (dostarczanie cyklicznych raportów oceny jakości).	
24.	Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu paskowego , dyskietki, lub płyty CD	
25.	Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo)	
26.	Analizator przystosowany do pracy w systemie całodobowym, bez konieczności wykonywania codziennych procedur konserwacyjnych.	
27.	Wewnętrzny czytnik kodów paskowych w podajniku	
28.	Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres min. 0,5h	
29.	Wykonawca zapewni bezpłatny serwis producentki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy.	
30.	Wykonawca określi całkowity koszt kontraktu ( odczynników, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, etc. ) potrzebnych na dwa lata eksploatacji.	
31.	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 1 dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.	
32.	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim wraz z dostawą.	
33.	Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.	
34.	Wykonawca dostarczy stół pod analizator ( wliczone w cenę oferty).	
35.	Pełna bezpłatna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria uwzględnione w formularzu oferty.	
36.	Dostawa , instalacja, uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy.	
37.	W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni roboczych, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową.	
38.	W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie	
39.	Założenie paszportu technicznego	

**Uwaga:** W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów” w punktach od **1** do **39** należy wpisać „Tak” oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie części nr 4. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu określonego w tabeli 2,3,4 jak i odczynników określonych w tabeli 1.**

.....  
 Podpisy osób uprawnionych  
 do składania oświadczeń woli  
 w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

**Część nr 5 - Odczynniki i materiały kontrolne do 2 analizatorów Osmometr 800 cl będących własnością Zamawiającego pracujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Białskiej 104/118 i przy ul. PCK 7 na okres 24 miesięcy**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania jednostkowego	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł [poz.7x8]	% VAT	Wartość brutto w zł [poz. 9+10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Probówka Eppendorf do osmometru				op.	10				
2.	Mieszadełka do osmometru				szt.	6				
3.	Kontrolka 400 do osmometru				op.	10				
4.	Kontrolka 800 do osmometru				op.	10				
Razem:										

**1.** Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych odczynników i materiałów eksploatacyjnych z posiadanym przez Zamawiającego osmometrem firmy TRIDENT MED\*.

Na potwierdzenie wymogu określonego w pkt.1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń o poniższej treści\*:

**1)** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia równoważny w pozycji od 1 do 4 jest kompatybilny z analizatorami osmometr 800 cl firmy TRIDENT MED\*.

**2)** Oświadczamy, że w przypadku awarii analizatora osmometr 800 cl firmy TRIDENT MED na skutek stosowania przedmiotu zamówienia równoważnego pokryjemy wszelkie koszty związane z naprawą\*.

W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia równoważnego w poszczególnych pozycjach kolumny Nr 2 „nazwa przedmiotu zamówienia” należy dopisać również nazwę produktu równoważnego\*.

Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość, właściwość, wydajność dostarczonych produktów równoważnych niekorzystnie odbiega od jakości właściwości, wydajności zaoferowanego produktu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien oferowany produkt wymienić na produkt spełniający wymagania.

**2. Oferowany przedmiot zamówienia w tabeli formularza asortymentowo-cenowego musi być potwierdzony w załączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia** tj. np.: kartach katalogowych, materiałach informacyjnych, folderach, prospektach, ulotkach metodycznych, opisach. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

**3.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli poz. .... jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą a w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy\*.

**3.1.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli poz. .... nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie\*.

**4.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli poz. .... jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy\*.

**4.1.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli poz. .... nie jest substancją niebezpieczną\*.

***\* wykreślić jeżeli nie dotyczy***

**Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.**

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

.....  
 Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

**Formularz asortymentowo - cenowy**

**Część Nr 6 – dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz elementów wyposażenia dodatkowego niezbędnych do wykonywania szybkich laboratoryjnych badań kardiologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb SOR na okres 24 miesięcy**

**Część Nr 6 Tabela 1 - Odczynniki do wykonywania szybkich laboratoryjnych badań kardiologicznych dla potrzeb SOR na okres 24 miesięcy**

Lp.	Nazwa odczynnika	Ilość oznaczeń na 24 miesiące	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania jednostkowego	j.m.	Ilość opakowań jednostkowych dla zabezpieczenia wymaganej liczby badań	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł [poz.8x9]	% VAT	Wartość brutto w zł [poz. 10+11]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Troponina T	1000									
2.	CKMB mass	1000									
3.	D-Dimer	500									
4.	BNP lub NT-pro BNP	500									
<b>Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania ilości oznaczeń określonych w tabeli 1 poz. od 1 do 4</b>											
5		x									
itd		x									
<b>Razem tabela 1:</b>											

Wykonawca doliczy odczynniki dodatkowe, kalibratory i kontrole, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania liczby testów ujętych w części 5 pozycja od 1 do 4.

Pomiary kontrolne: 1 x w tygodniu na 2 poziomach dla wymienionych parametrów z wyjątkiem Troponiny.

Kontrola Troponiny 3 x w tygodniu na 2 poziomach.

W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Zamawiającego błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę oferowanych ilości odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych, itp. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków na własny koszt.

**Część Nr 6 Tabela 2-** Dzierżawa analizatora do wykonywania szybkich laboratoryjnych badań kardiologicznych dla potrzeb SOR na okres 24 miesięcy

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Nazwa aparatu	Typ/model	Producent	j.m.	ilość	Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł	Czas dzierżawy w miesiącach	Wartość netto w zł [poz.7x8x9]	% VAT	Wartość brutto w zł [poz. 10+11]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Analizator do wykonywania szybkich laboratoryjnych badań kardiologicznych				szt.	1		24			
<b>Razem tabela 2:</b>											

**Ogółem wartość dla części nr 6 ( tabela 1 + tabela 2) :**

Wartość .....netto ( słownie : .....)

Wartość .....brutto ( słownie : ..... )

**1. Oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1,2 oraz wymagania określone w tabeli 3 muszą być potwierdzone w załączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia** tj. np.: kartach katalogowych, materiałach informacyjnych, folderach, prospektach, ulotkach metodycznych, opisach. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

**2. Do oferty wymagane jest dołączenie** wszelkich wymaganych przez polskie prawo, aktualnych dokumentów na podstawie których, oferowany analizator do wykonywania szybkich laboratoryjnych badań kardiologicznych jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

**3. Do oferty wymagane jest dołączenie** wypełnionej, zaakceptowanej i podpisanej przez Wykonawcę tabeli 3 w Części nr 6 tj. parametry, funkcje graniczne i wymagania dla analizatora wykonywania szybkich laboratoryjnych badań kardiologicznych.

**4.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą oraz przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy\*.

**4.1.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. .... nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie\*.

**5.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. ....jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy \*.

**5.1.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1 poz. ....nie jest substancją niebezpieczną\*.

**\*wykreślić jeżeli nie dotyczy**

**Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.**

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

**część Nr 6 Tabela 3** - Dzierżawa analizatora do wykonywania szybkich laboratoryjnych badań kardiologicznych dla potrzeb SOR

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH**

Nazwa aparatu .....  
 Producent: .....  
 Typ/model : .....  
 Rok produkcji .....

Lp.	WARUNKI GRANICZNE	Potwierdzenie spełnienia wymogów
1.	Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, nie używany, rok 2014, w pełni przenośny, wyposażony w dotykowy ekran z graficznymi ikonami	
2.	Analizator wykonujący ilościowe oznaczenia: Troponiny T, D-Dimerów, NT proBNP lub BNP, CK-MB mass. Metoda immunochemiczna lub immunofluorescencyjna.	
3.	Możliwość wykonania badań z pełnej krwi żyłnej pobranej na heparynę sodową lub litową lub inny antykoagulant	
4.	Oznaczenie parametrów w czasie 8 - 12 minut w zależności od parametru	
5.	Zastosowanie jednorazowych testów paskowych, oddzielnie pakowanych lub odczynników w zamkniętych kasetach.	
6.	Testy paskowe gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z lodówki	
7.	Testy paskowe z polem potwierdzającym poprawność wykonania oznaczenia lub w przypadku kaset systemowe kontrole jakości procesu badania, odczynnika, temperatury wykonywane przy każdym pomiarze.	
8.	Zakres pomiarowy dla poszczególnych testów nie mniej niż : -Troponina T : 0,03 - 2,0 ng/ml, Mioglobina : 30- 700 ng/ml NT proBNT : 60 - 3000 pg/ml, D-Dimer : 100 - 4000 ng/ml CK-MB : 1,0- 40,0 ng/ml	
9.	Elektroniczny chip lub kod kodujący kalibrację w każdym opakowaniu testów	
10.	Mała objętość próbki -150 µl	
11.	Aparat ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych	
12.	Zasilanie sieciowe i bateryjne wystarczające na wykonanie minimum 10 pomiarów	
13.	Pamięć 500 wyników pacjentów z datą i czasem pomiaru, 200 kluczy kodujących (100 testów i 100 QC)	
14.	Instalacja dzierżawionego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i przekazanie do eksploatacji oraz demontaż sprzętu po upływie terminu umowy.	
15.	Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy.	
16.	Oferowany do dzierżawy analizator oraz odczynniki muszą pochodzić od tego samego Dostawcy.	
17.	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum jeden dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.	



**c.d. części nr 6**

18.	Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.	
19.	Wykonawca określi całkowity koszt kontraktu ( odczynników, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, etc. ) potrzebnych na dwa lata eksploatacji.	
20.	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim wraz z dostawą.	
21.	Pełna bezpłatna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria uwzględnione w formularzu oferty.	
22.	W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową.	
23.	W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie	
24.	Założenie paszportu technicznego	

**Uwaga:** W rubryce „potwierdzenie spełnienia wymogów” w punktach od **1** do **24** należy wpisać „Tak” oraz podać parametry oferowanego asortymentu. Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie części nr 6. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu określonego w tabeli 2 i 3 jak i odczynników określonych w tabeli 1.**

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

.....  
nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**  
**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

**NA DOSTAWĘ**  
**ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW**  
**ORAZ ODCZYNNIKÓW, TESTÓW PASKOWYCH, KONTROLI, CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO**  
**ANALIZATORÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

w imieniu:

.....  
pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczam/-y, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**UWAGA:**

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

.....  
nazwa i adres Wykonawcy

### **OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

**NA DOSTAWĘ  
ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW  
ORAZ ODCZYNNIKÓW, TESTÓW PASKOWYCH, KONTROLI, CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO  
ANALIZATORÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

w imieniu:

.....  
pełna nazwa Wykonawcy

nie podlegam/-y\* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

.....  
miejscowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić

**UWAGA:**

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

.....  
nazwa i adres Wykonawcy

**INFORMACJA  
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

**DOSTAWA  
ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW  
ORAZ ODCZYNNIKÓW, TESTÓW PASKOWYCH, KONTROLI, CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH DO  
ANALIZATORÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

w imieniu:

.....  
pełna nazwa Wykonawcy

Informuję, że na dzień składania ofert:

- 1) **nie należą do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)\*
- 2) **należą do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*

1.	
2.	
3.	
4.	
...	

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**\* niepotrzebne skreślić.**

*niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.*

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ**  
**Znak sprawy: DAZ.26.001.2015**

**UMOWA NR DAZ.26.001. .... .2015- wzór umowy**  
**dla część 1, 2, 4 i 6**

zawarta w dniu ..... 2015r., w Częstochowie, pomiędzy:

**Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,**

**ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, S:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,**  
który reprezentuje:

Dyrektor - .....,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą: .....,

KRS: ....., REGON: ....., NIP: .....

którą reprezentuje:

.....  
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zawarta została umowa następującej treści:

**§1**

**1.** Przedmiotem umowy jest dostawa:

**1)** odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Analitycznej przy ul. PCK 7 w Częstochowie, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 w SIWZ część Nr 1), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

**2)** zestawów odczynników i materiałów eksploatacyjnych do rozdziału elektroforetycznego białek wraz z dzierżawą analizatora do elektroforezy białek dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu sortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 w SIWZ część Nr 2), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,

**3)** odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 2 analizatorów hematologicznych (wiodący i pomocniczy) 6-DIFF i 5-DIFF dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu sortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 w SIWZ część Nr 4), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,

**4)** odczynników, materiałów zużywalnych oraz elementów wyposażenia dodatkowego niezbędnych do wykonywania szybkich badań kardiologicznych wraz z dzierżawą analizatora dla potrzeb SOR przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu sortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 w SIWZ część Nr 6), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

**2.** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

**§ 2**

**1.** Umowa obowiązuje od dnia ..... 2015r. przez okres 24 miesięcy,

**2.** Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

**§ 3**

**1.** Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

**2.** Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9.

**3.** Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: netto .....zł( słownie:.....), brutto ..... zł ( słownie:.....).

**§4**

**1.** Dostawy przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do..... dni roboczych (nie krótszym niż 3 dni robocze, nie dłuższy niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

**2.** Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku aktualizacji w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu używania.

- 3.** Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dla preparatów niebezpiecznych aktualne karty charakterystyk zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku modyfikacji w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne karty charakterystyk - jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu.
- 4.** Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy, wraz z informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu w formie ulotki w zależności od produktu , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 5.** Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z dostarczonymi świadectwami.
- 6.** W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Zamawiającego błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę oferowanych ilości odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych, itp. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków na własny koszt.
- 7.** Dostawy przedmiotu umowy loco magazyn Główny Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- 8.** Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
- 9. Terminy przydatności do użycia/ważności,**
  - 1)** dla odczynników, kalibratorów nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego- dotyczy części Nr 1,2,4,6;
  - 2)** dla materiałów kontrolnych:
    - a)** nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego – dotyczy części Nr 1,2,6,
    - b)** nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego – dotyczy części Nr 4 ;
  - 3)** dla materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego-dotyczy części Nr 1,2,4,6.
- 10.** Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu - tel.34/3673629, 34/3673323, 34/3673670.
- 11.** Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: ..... tel. ....
- 12.** Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość, właściwość, wydajność dostarczonych produktów równoważnych, niekorzystnie odbiega od jakości, właściwości, wydajności produktu zaoferowanego w ofercie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, winien wymienić produkt na spełniający wymagania Zamawiającego bez zmiany ceny.

## **§5**

- 1.** Wykonawca w ramach dzierżawy na swój koszt dostarczy, zainstaluje, uruchomi oraz gdy jest wymagane skalibruje:
  - 1)** [analizator do badań równowagi kwasowo-zasadowej w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej i Analitycznej przy ul. PCK 7](#) w terminie do 14 dni roboczych od daty obowiązywania niniejszej umowy-dotyczy części Nr 1 ,
  - 2)** [analizator do elektroforezy białek w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej 104/118](#) w terminie do 14 dni roboczych od daty obowiązywania niniejszej umowy-dotyczy części Nr 2,
  - 3)** [2 analizatory hematologiczne \(wiodący i pomocniczy\) 6-DIFF i 5-DIFF w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej 104/118](#) w terminie do 14 dni roboczych od daty obowiązywania niniejszej umowy-dotyczy części Nr 4,
  - 4)** [analizator do wykonywania szybkich laboratoryjnych badań kardiologicznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym](#) w terminie do 14 dni roboczych od daty obowiązywania niniejszej umowy-dotyczy części Nr 6.
- 2.** Wykonawca w ramach dzierżawy na własny koszt:
  - 1)** podłączy analizatory określone w ust. 1 niniejszego paragrafu (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) w terminie do 14 dni roboczych od daty obowiązywania niniejszej umowy,

- 2)** przeprowadzi szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi analizatora. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
- 3.** Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do użytkowania i pobierania pożytków z analizatorów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu zwanego dalej urządzeniem w terminie do 14 dni roboczych od daty obowiązywania niniejszej umowy.
- 4.** Przekazanie przez Wykonawcę urządzenia nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z instrukcją obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji sporządzoną w języku polskim i załączeniem paszportów technicznych.
- 5.** Wykonawca w ramach wartości brutto określonej w § 3 zapewni dla dzierżawionego urządzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu:
- a)** pełną bezpłatną gwarancję techniczną przez cały okres trwania umowy uwzględniającą koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria uwzględnione w formularzu oferty,
- b)** bezpłatne przeglądy serwisowe raz na lub według zaleceń producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy,
- c)** czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 1 dzień roboczy, naprawa urządzenia max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia.
- d)** w przypadku naprawy przekraczającej 2 dni roboczych, Wykonawca podstawia urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczytnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową,
- e)** w przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy, analizator podlega wymianie na nowy.
- 7.** Przyjęcie do używania urządzenia po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej lub osoba przez niego wyznaczona (część Nr 1,2,4), Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub osoba przez niego wyznaczona (część Nr 6) na podstawie pisemnego protokołu/raportu serwisowego/karty pracy.
- 8.** Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.
- 9.** Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.
- 10.** Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać analizatora/innego urządzenia do użytkowania osobom trzecim ani ich poddzierżawiać.
- 11.** Wykonawca ma prawo do kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.
- 12.** Zamawiający po zakończeniu Umowy zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy urządzenia i sprzęt w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Przekazanie urządzenia nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.
- 13.** Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany do usunięcia danych osobowych pacjentów z dzierżawionych analizatorów, co zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem.

#### **§6**

- 1.** Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:
- 1)** jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia/ważności inny niż wymieniony w §4 ust.8 umowy,
- 2)** jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
- 3)** dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust.1,
- 4)** Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w § 4 ust.7,
- 5)** Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT.

#### **§7**

- 1.** Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
- 2.** W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do :
- 1)** wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni roboczych licząc od dnia przesłania reklamacji faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),
- 2)** uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).

#### **§8**

- 1.** Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

**2.** Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

**3.** W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy i czynsz dzierżawny Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

**4.** W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 7 ust. 2 pkt.1),2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

**5.** Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

**6.** Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

**7.** Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**8.** W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

**9.** W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

**10.** Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

**11.** Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

## **§9**

**1.** Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

**1)** dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,  
**2)** dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

**3)** dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie rodzaj przedmiotu zamówienia lub zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia - czyli taki, który nie wpłynie na pogorszenie jakości uzyskiwanych badań, w przypadku gdy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto umowy,



- 4)** przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, w zakresie dostaw odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy,
  - 5)** dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, numeru seryjnego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,
  - 6)** dopuszczalna jest wymiana/uzupełnienie elementów składowych urządzenia w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,
  - 7)** dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,
  - 8)** skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykorzystania przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości brutto,
  - 9)** dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy. W takim przypadku dopuszczalne jest również przedłużenie okresu dzierżawy, przy czym zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie z niezrealizowanej wartości brutto umowy w zakresie dostaw zgodnie z tabelą 1 w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
  - 10)** dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,
  - 11)** dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.
- 2.** Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2). Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian .Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.
  - 3.** Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebrane w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

#### **§10**

- 1.** W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:
  - 1)** za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,
  - 2)** za opóźnienie w realizacji dostawy /instalacji/kalibracji/przekazania/podłączenia do sieci szpitala/szkolenia w terminach określonych w § 5 ust.1,2,3 karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,
  - 3)** za opóźnienie w wykonaniu obowiązku ,o którym mowa w § 5 ust. 5 lit.c) umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za każdy dzień opóźnienia w reakcji na zgłoszoną awarię w wysokości 0,2% wartości brutto umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w naprawie analizatora w wysokości 0,2% wartości brutto umowy.
  - 4)** za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 pkt. 1),2) – karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,
  - 5)** za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części umowy,
  - 6)** za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.
- 2.** Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.
- 3.** W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

#### **§11**

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

## **§12**

**1.** Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

**a)** gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależyście wykonuje umowę,

**b)** otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

**c)** wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

**2.** W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych

## **§13**

**1.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

**2.** Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt. 2).

**3.** Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**4.** Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

**UMOWA NR DAZ.26.001. .... 2015- wzór umowy**  
**dla części Nr 3 i 5**

zawarta w dniu ..... 2015r., w Częstochowie, pomiędzy:  
**Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,**  
**ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,**  
KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,  
który reprezentuje:  
Dyrektor - .....,  
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”  
a firmą:.....,  
KRS:....., REGON: ....., NIP: .....  
którą reprezentuje:

.....  
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zawarta została umowa następującej treści:

**§1**

**1.** Przedmiotem umowy jest dostawa:

**1)** testów paskowych, kontroli i części zużywalnych do analizatora LabUReader firmy ALLMED będącego własnością Zamawiającego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 w SIWZ część 3), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,

**2)** Odczynników i materiałów kontrolnych do 2 analizatorów Osmometr 800 cl będących własnością Zamawiającego pracujących w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej 104/118 i przy ul. PCK 7 Laboratoryjnej w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 w SIWZ część 5), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,

**2.** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

**§ 2**

**1.** Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy,

**2.** Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

**§ 3**

**1.** Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

**2.** Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9.

**3.** Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: netto .....zł( słownie:.....), brutto ..... zł ( słownie:.....).

**§4**

**1.** Dostawy przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do..... dni roboczych (nie krótszym niż 3 dni robocze, nie dłuższy niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

**2.** Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku aktualizacji w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu używania.

**3.** Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dla preparatów niebezpiecznych aktualne karty charakterystyk zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku modyfikacji w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne karty charakterystyk - jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy, wraz z informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu w formie ulotki w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny z dostarczonymi świadectwami.
6. Dostawy przedmiotu umowy loco magazyn Główny Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu - tel.34/367 36 29,34/ 367 33 23,34/ 367 36 70.
9. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest : .....tel..... .

#### **§5**

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:
  - 1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności inny niż wymieniony w §7 umowy,
  - 2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
  - 3) dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust.1,
  - 4) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w § 4 ust.6,
  - 5) Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT.

#### **§6**

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad.
2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do :
  - 1) wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni roboczych licząc od dnia przesłania reklamacji faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),
  - 2) uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji faksem lub drogą elektroniczną (e-mail).

#### **§7**

1. Termin przydatności do użycia/ważności:
  - 1) dla **testów paskowych, kontroli** (część Nr 3); dla **Odczynników i materiałów kontrolnych** (część Nr 5) nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,
  - 2) dla **części zużywalnych** (część Nr 3) nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.
3. Warunki serwisu dla analizatora LabUReader firmy ALLMED będącego własnością Zamawiającego – dotyczy części Nr 3 :

- a) Na czas trwania umowy Wykonawca na własny koszt zapewni pełny serwis techniczny uwzględniający koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych;
- b) Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku lub według zaleceń producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy;
- c) Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia;
- d) W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni roboczych, Wykonawca podstawia urządzenie zastępcze.

#### **§8**

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.
  2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych netto zawartych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem stawki VAT.
  3. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

**4.** W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

**5.** W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 6 ust. 2 pkt.1),pkt.2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

**6.** Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

**7.** Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

**8.** Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**9.** W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

**10.** W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 8, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

**11.** Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 7 i 8 niniejszego paragrafu.

**12.** Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

## **§9**

**1.** Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

**1)** dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

**2)** dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

**3)** dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie przedmiot zamówienia lub na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia – czyli taki, który nie wpłynie na pogorszenie jakości uzyskiwanych badań, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto przedmiotu umowy,

**4)** przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy,

**5)** dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,

- 6)** dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,
- 7)** skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykorzystania przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości,
- 8)** dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy,
- 9)** dopuszcza się odstępniem od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,
- 10)** dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.
- 2.** Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2). Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.
- 3.** Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebrane w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

### **§10**

- 1.** W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:
- 1)** za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,
- 2)** za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 pkt. 1),2) – karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,
- 3)** za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części umowy,
- 4)** za odstępniem od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.
- 2.** Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.
- 3.** W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

### **§11**

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

### **§12**

- 1.** Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:
- a)** gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależyte wykonuje umowę,
- b)** otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
- c)** wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.
- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.
- 2.** W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

### **§13**

- 1.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
- 2.** Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt. 2).
- 3.** Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
- 4.** Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**