

Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
**NA DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH
I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI**
oznaczenie sprawy DAZ.26.018.2015
L.dz.605/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Dotyczy Części Nr 21

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści zestawy do nakłucia t. promieniowej:

- koszulka wykonana z radiocieniującego Pebax, średnica 4-7 F, długość 5,75 lub 11 cm
- miniprowadnik w zestawie: wykonany ze stali nierdzewnej lub nitinolu, długość 45 cm, średnica 0,018", końcówka prosta
- metalowa igła 0,8x51 mm, dostępna igła 0,9x7 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części Nr 22

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetworniki amerykańskiego producenta (dawny Abbot) z biuretą wyposażoną w szpikulec z jednym otworem i bez osobnego portu do testowania – przetwornik jest wstępnie fabrycznie wykalibrowany i nie wymaga dodatkowych testów ani kalibracji. Szpikulec z trzema otworami nie ma żadnego wpływu na odpowietrzanie linii. Oferowane przez naszą firmę przetworniki gwarantują bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację zakłóceń rezonansowych oraz wszystkich pęcherzyków powietrza dzięki idealnie dobranym średnicom każdego elementu zestawu (linii i kraników). Pozostałe parametry spełniane zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Części Nr 2

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części nr 2 stentów dowieńcowych pokrywanych, uwalniających pochodną sirolimusu Biolimus A9 z platformy stalowej 316L, w dostępnych średnicach: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00mm oraz długościach: 8, 11 14, 18, 24, 28, 33, 36mm, o ciśnieniu nominalnym 6 atm, profil stentu 0.045"? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W przypadku zaferowania asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego Wykonawca winien to zaznaczyć w odpowiednim formularzu asortymentowo-cenowym swojej oferty.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz