

Częstochowa, dn. 17.04.2015r.

Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
[NA DOSTAWĘ IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH](#)
oznaczenie sprawy DAZ.26.023.2015

L.dz.1035/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Dotyczy Części Nr 6

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w części nr 6, pkt. 5, 6, 8 nie popełnił omyłki i czy te komponenty nie powinny być kompatybilne z endoprotezą z punktu 3?

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w Części Nr 6, pkt. 5, 6, 8.

W załączeniu aktualnie obowiązujący formularz asortymentowo-cenowy dla Części Nr 6.

Dotyczy Części Nr 17, poz. 5

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści cement kostny średniej lepkości z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu; opakowanie 1 x 40g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy części nr 17, poz. 6

Pytanie nr 3: Czy zamawiający dopuści Mieszalnik próżniowy do cementu pojedynczy o objętościach 1x40g, 1x80g, 1x120g zawierający:

- mieszalnik/strzykawka i dyszę o 2 długościach ;
- uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu;
- wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części Nr 6 poz. 2

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami do części nr 6 poz. 2, na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego Wykonawca winien to zaznaczyć w odpowiednim formularzu asortymentowo-cenowym swojej oferty.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Jarosław Drobniowski

.....
Pieczęć Wykonawcy

ZĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – aktualnie obowiązujący

Część Nr 6 - ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza całkowita, cementowa stawu kolanowego dostępna w dwóch opcjach: - endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; - endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiająca przeprowadzenie poprzez implant gwoźdźcia wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; 1 kpl. o składzie:	kpl	40					
1.1	Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego	szt	1					
1.2	Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego	szt	1					
1.3	Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego)	szt	1					

2.	<p>Endoproteza całkowita, bezcementowa stawu kolanowego dostępna w dwóch opcjach:</p> <p>- endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką;</p> <p>- endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiająca przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką;</p> <p>1 kpl. o składzie:</p>	kpl	5					
2.1	Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo,	szt	1					
2.2	Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo,	szt	1					
2.3	Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego)	szt	1					
3.	Endoprotezy cementowe, półzwiązane 1 kpl o składzie:	kpl	5					
3.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 5 rozmiarach z możliwością dołączenia trzpieni i podkładek.	szt	1					
3.2	Komponent piszczelowy przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. mobile tiring) lub wkładki mocowanej na	szt	1					

	stałe. Minimum w 5 rozmiarach							
3.3	Wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana zatraskowo na obwodzie tacy puszczelowej i dodatkowo śrubą lub ruchoma (typu mobile Bering)	szt	1					
4.	Endoproteza stawu rzepekowo – udowego 1 kpl o składzie:	kpl	1					
4.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 3 rozmiarach	szt	1					
4.2	Komponent rzepekowy	szt	1					
5.	Trzpienie minimum w 3 długościach, kompatybilne z systemem z pkt 3 – rodzaje:							
5.1	Trzpienie udowe	szt	5					
5.2	Trzpienie puszczelowe	szt	5					
6.	Podkładki udowe (przednie i tylne) i puszczelowe minimum w 2 grubościach, kompatybilne z systemem w pkt. 3	szt	5					
7.	Skrzydółko pod puszczel	szt	5					
8.	Adaptor offsetowy , kompatybilny z pkt.3	szt	5					
9	Komponent rzepekowy polietylenowy, z polietylenu typu crosslink, mocowany z zastosowaniem cementu kostnego lub doszywany do kości. Implanty kompatybilne z systemami z pkt 1,2,3	szt	4					
10.	Gąbka tytanowa do uzupełnienia ubytków puszczelowych dostępna w rozmiarach: 25mm – XS, S, M, oraz 40mm – XS, S, M i L.	szt	2					
11.	Endoprotezy cementowe, połowicze o składzie 1 kpl:	kpl	10					
11.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 4 rozmiarach	szt	1					
11.2	Komponent puszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 6 rozmiarach	szt	1					
11.3	Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw. typ mobile Bearing) z komponentem puszczelowym w minimum 7 grubościach	szt	1					

12.	Endoprotezy bezcementowe, połowicze o składzie 1 kpl:	kpl	2					
12.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy bezcementowy w minimum 4 rozmiarach	szt	1					
12.2	Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent piszczelowy bezcementowy w minimum 6 rozmiarach							
12.3	Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach	szt	1					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2 w ilości 110 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsce i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy