

Częstochowa, dn. 10.12.2015r.

Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
**ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ:
ULTRASONOGRAFU OKULISTYCZNEGO
I APARATU DO HEMODIALIZY
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**
oznaczenie sprawy DAZ.26.122.15

L.dz. 4033/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Dotyczy: Załącznika Nr 5 część 2 do SIWZ – „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SIWZ (parametry techniczne) aparatu do hemodializy 1 szt. dla potrzeb Stacji Dializ”

Pytanie nr 1: dot. pkt. 5

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić aparat z ciągłym przepływowym pomiarem ultrafiltracji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 2: dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści regulowany przepływ dializatu 300-700ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 3: dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści regulację przepływu pompy krwi: 20 do 500 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 4: dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści aparat z indywidualnym systemem blokowania kół, pozwalającym na dowolne ustawienie aparatu przy stanowisku dializacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W przypadku zaferowania sprzętu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego Wykonawca winien to zaznaczyć w odpowiednim formularzu Załącznika Nr 5 – „Zestawienie parametrów technicznych”.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 14.12.2015 r. termin składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz