

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa  
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 28-10-2016r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego:  
**DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ  
Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW I URZĄDZEŃ ORAZ TESTÓW, ODCZYNNIKÓW  
AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW ŻYWIELNYCH DO ANALIZATORÓW BĘDĄCYCH  
WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

Znak sprawy: DAZ.26.087.2016

L.dz. 2775/16

### **Wyjaśnienia Nr 3 treści SIWZ**

W związku z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

**I.** Zamawiający dodaje do treści tabeli 1 formularza asortymentowo-cenowego dla części Nr 7 w Załączniku Nr 2 do SIWZ poz. 29 – Electrode ISE Potassium, poz. 30 – Electrode ISE Sodium, poz. 31- Electrode ISE Chlor.

**II.** Ponadto Zamawiający, dokonuje sprostowania odpowiedzi na Pytanie 13 pkt. 1 udzielonej w dniu 26.10.2016r. pismem L.dz. 2732/2016 „Wyjaśnienia Nr 2 treści SIWZ.”

Jest:

Pytanie 13 do Zadania nr 5:

**1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora immunochemicznego o wydajności 170 ozn./ godz., czyli o wydajności odpowiedniej i wystarczającej do wykonania deklarowanej przez Zamawiającego dziennej ilości oznaczeń w czasie ok. 1,5 godziny

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Powinno być:**

Pytanie 13 do Zadania nr 5:

**1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora immunochemicznego o wydajności 170 ozn./ godz., czyli o wydajności odpowiedniej i wystarczającej do wykonania deklarowanej przez Zamawiającego dziennej ilości oznaczeń w czasie ok. 1,5 godziny

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Pozostałe odpowiedzi udzielone w dniu 26.10.2016 pismem L.dz. 2732/2016 pozostają bez zmian.

**Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.**

**Zamawiający w załączeniu przedstawia aktualnie obowiązujący Formularz asortymentowo-cenowy dla części Nr 7 w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na nowym druku.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsza zmiana i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: **15-11-2016r. do godz. 11:00.**

Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: **15-11-2016r. o godz. 11:15.**

Stosownie do art. 38 ust.2 uPzp wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przesyła tylko tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Pozostali Wykonawcy winni zapoznać się z treścią wyjaśnień do SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

*lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz*

.....  
Podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
Oznaczenie sprawy: **DAZ.26.087.2016**  
**Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.087.....2016**  
....., dnia.....

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Część Nr 7** - Odczynniki i części zużywalne do analizatora biochemicznego COBAS INTEGRA 800 dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK 7 wraz z dzierżawą analizatora zastępczego na okres 24 miesięcy

**Część nr 7 Tabela 1-** Odczynniki i części zużywalne do analizatora biochemicznego COBAS INTEGRA 800 dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK 7

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [w zł]	Wartość netto zł [w zł] [poz.7x8]	Stawka podatku VAT [w %]	Wartość brutto [w zł] [poz.9+ 10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. ENZYMY</b>										
1.	ALP2S IFCC 200 Gen.2 op.= 200 ozn.				op.	8				
2.	ALTL 500 op. = 500 ozn.				op.	38				
3.	ASTL 500 op. = 500 ozn.				op.	36				
4.	AMYL 2 300 op. = 300 ozn.				op.	12				
5.	CKL 200 op. = 200 ozn.				op.	18				
6.	CK - MBL 100 op. = 100 ozn.				op.	14				
7.	GGT2 400 op. = 400 ozn.				op.	14				
8.	LDHL op. = 300 ozn.				op.	6				
9.	LIPC 200 op.= 200 ozn.				op.	6				
<b>II. SUBSTRATY</b>										
10.	CA 300 op.= 300 ozn.				op.	12				
11.	ALB2 300 op. = 300 ozn.				op.	10				
12.	BILT 3 250 (DPD)				op.	18				
13.	BIL Direct Gen.2 350 op.= 350 ozn.				op.	4				
14.	CHOL 2 400 op. = 400 ozn.				op.	18				
15.	HDL-C3 200 op.= 200 ozn.				op.	30				
16.	CREJ2 700 ( kreatynina Jaffe ) op. = 700 ozn.				op.	50				
17.	SGLUC3 800 op. = 800 ozn.				op.	40				

18.	IRON2 200 op. = 200 ozn.				op.	16					
19.	MG 175 op. = 175 ozn.				op.	12					
20.	PHOS2 250 op.= 250 ozn.				op.	6					
21.	TP Gen.2 op.= 300 ozn.				op.	12					
22.	TPUC 3 150 Gen.3 op. = 150 ozn.				op.	4					
23.	TRIGL 250 op. = 250 ozn.				op.	26					
24.	UA2 400 op.= 400 ozn.				op.	6					
25.	UREAL 500 op. = 500 ozn.				op.	26					
<b>III. BIAŁKA SPECYFICZNE</b>											
26.	AT3 100 op. = 100 ozn.				op.	6					
27.	CRP LX 300 op. =300 ozn.				op.	106					
<b>IV. INNE</b>											
28.	ETOH 100 Gen 2. op. = 100 ozn.				op.	16					
29.	ELECTRODE ISE POTASSIUM				szt.	2					
30.	ELECTRODE ISE SODIUM				szt.	1					
31.	ELECTRODE ISE CHLOR				szt.	1					
<b>Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania ilości oznaczeń określonych w tabeli 1 poz. od 1 do 31/należy uwzględnić części zużywalne do aparatu zastępczego/</b>											
32.											
itd.											
								Razem :			

**Część Nr 7 Tabela 2 - Dzierżawa analizatora zastępczego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK 7**

Lp.	Nazwa przedmiotu dzierżawy	Nazwa aparatu	Typ/model	Producent	j.m.	ilość	Kwota netto [w zł] za jeden miesiąc dzierżawy	Czas dzierżawy w miesiącach	Wartość netto [w zł] [poz.7x8x9]	Stawka podatku VAT [w %]	Wartość brutto [w zł] [poz. 10+11]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Analizator biochemiczny zastępczy				szt.	1		24			
								Razem:			

Wykonawca na czas trwania umowy zapewni dla analizatora COBAS INTEGRA 800 pracującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK 7:

- 1) pełny serwis techniczny uwzględniający koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych,
- 2) przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku lub według zaleceń producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy;
- 3) Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia;
- 4) W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze, Wykonawca zapewni na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze kompatybilne z odczytnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową.

**Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.**

Ogółem wartość dla części Nr 7 (tabela 1 + tabela 2):

Wartość netto w zł .....

Wartość brutto w zł .....

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy