

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 16-02-2015r.

Znak sprawy: DAZ.26.010.2015

L.dz. 245/15

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań scyntygraficznych dla pracowni izotopowej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity, Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/ na poniższe pytania:

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ, część nr 4

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 145 fiolek? Nanocoll pakowany jest po 5 fiolek w opakowaniu. W celu uzyskania przez Zamawiającego liczby fiolek 144 należy zaoferować 29 opakowań po 5 fiolek, co daje 145 fiolek.

Pragniemy dodać, że jesteśmy obecnie jedynym dostawcą nanokoloиду ludzkiej albuminy na terenie Polski. Oferowany przez nas Nanocoll jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski i nie wymaga importu docelowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg 144 fiolek nie precyzując konfekcjonowania (tj. ilości fiolek w opakowaniu).

Pytanie 2: W par. 4 ust.8 – prosimy o zmianę tego ustępu w sposób następujący:

„Dostawy na koszt Zamawiającego i ryzyko Wykonawcy (Część Nr 1 i Nr 2 w SIWZ) oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy (Nr 3,4,5 w SIWZ).”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3: W par. 6 ust.2 w pkt. 1 - prosimy o zmianę tego punktu w sposób następujący:

„wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni roboczych dla produktów z Części Nr 3, 4, 5 od daty uznania reklamacji oraz dla produktów z Części Nr 1, 2 z najbliższej produkcji po dacie uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4: W par. 8 ust.3 – prosimy o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5: W par. 8 ust.5 – prosimy o dodanie na końcu pierwszego zdania „ wyłącznie dla opóźnień wynoszących 60 dni ponad ustalony w umowie termin płatności.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6: Dot. Części Nr 4 – Czy Zamawiający dopuszcza zestawy do limfoscyntygrafii Nanocis w opak. po 5 fiolek sprowadzanych w ramach importu docelowego? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie ilości fiolek po przeliczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zmienia termin składania ofert. Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **23-02-2015 do godz. 10:00.** Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień: **23-02-2015 r. o godz. 10:15.**

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Barbara Magnuszewska–Pankiewicz