

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa  
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia ...06.-10-2016r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:  
**DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ  
Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW I URZĄDZEŃ ORAZ TESTÓW, ODCZYNNIKÓW  
AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORÓW BĘDĄCYCH  
WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

Znak sprawy: DAZ.26.087.2016  
L.dz. 2527.../16

### Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

#### **Pytanie 1: Część nr 8 - Tabela nr 1 pozycja nr 25 HbA1c 3400**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie

- pozycja nr 25 HbA<sub>1c</sub> 3 400 ozn
- oraz kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do HbA<sub>1c</sub>
- Dzierżawa analizatora do HbA<sub>1c</sub>

do odrębnego pakietu, i tym samym umożliwienie złożenia ofert w Postępowaniu szerokiemu i konkurencyjnemu gronu wykonawców?

Oferujemy wykonanie oznaczenia z próbki krwi pełnej (bez konieczności przygotowywania hemolizatów), Zwracamy uwagę, że znacząca ilość badań HbA<sub>1c</sub> wykonywanych w Państwa Placówce, uzasadniałaby wprowadzenie techniki badań opartej na wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC), uznanej na świecie za metodę referencyjną. HPLC oferowana przez nas jest wykonywana w standardzie pełnej automatyzacji, jest badaniem niezwykle dokładnym, bardzo szybkim, pozbawionym konieczności wykonywania wstępnych hemolizatów, a tym samym zapewnia uniknięcie błędów wynikających z przygotowawczych czynności manualnych. HPLC którą chcielibyśmy Państwu zaoferować charakteryzuje znacznie szersza niż w met. turbidymetrycznych liniowość oznaczeń, lepsze zakresy pomiarowe, najlepsza precyzja oznaczenia – nieosiągalna w metodach biochemicznych ( CV% wg IFCC <0,5% , CV% wg NGSP <2,0% ), oraz zapewnia uniknięcie wpływu na wynik badania, m.in. takich interferencji jak wysokie stężenia HbF ,labilne postacie HbA<sub>1c</sub>, hiperlipidemia, obecność we krwi nieprawidłowych hemoglobin,( np. karbamylowanych lub acetylowanych ). Zwracamy uwagę, że w odniesieniu do pewnych kombinacji testów przeprowadzanych jednocześnie z HbA<sub>1c</sub> na analizatorach biochemicznych lub platformach immuno-biochemicznych producenci zalecają (dla uniknięcia efektu kontaminacji i osiągnięcia prawidłowego wykonania badań ) - stosowanie specjalnych , dodatkowych cykli mycia. Z tego względu wprowadzenie techniki HPLC może być dla Zamawiającego korzyścią jakościową i ekonomicznie uzasadnioną zarówno pod względem kosztów jak i czasu analiz. Analizator ma wewnętrzny system kontroli jakości , czas wykonania oznaczenia wynosi 1,6 minuty analizator byłby włączony w sieć LIS i zostałaby zabezpieczony UPS (co jest przez Państwa wymagane w war granicznych). Ponadto nasze materiały kontrolne pozwalają na wykonanie kontroli na 2 poziomach , celem zwiększenia dokładności .

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie zmian w treści umowy, w wysokości wadium oraz w opisie zamówienia .

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2:**Dotyczy Części Nr 2 - Tabela 3 – pkt.2 parametrów granicznych analizatora hematologicznego (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ).

Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora hematologicznego 5 - DIFF o wydajności 50 oznaczeń/godz.?

**Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.**

Ponadto Zamawiający informuje, że umieszczony na pierwszej stronie SIWZ wykaz załączników otrzymuje nowe brzmienie:

#### **ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:**

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
- Załącznik Nr 2 - Formularze asortymentowo-cenowe
- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o dokumentach
- Załącznik Nr 4 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik Nr 5,6,7,8,9,10 - Umowa wzór
- Załącznik Nr 11 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-wzór

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl). Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **03.11.2016r.** termin składania i otwarcia ofert.

Stosownie do art. 38 ust.2 uPzp wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przesyła tylko tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Pozostali Wykonawcy winni zapoznać się z treścią wyjaśnień do SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

*lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz*

.....  
Podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej