

Częstochowa, dn. 17 .07 .2014 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

**WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie:

**PEŁNEJ OPIEKI SERWISOWEJ AKCELERATORÓW  
LINIOWYCH, SYMULATORA, mHDRa  
i OPROGRAMOWANIA, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  
NA WYPOSAŻENIU ZAKŁADU RADIOTERAPII**

**Znak sprawy:** DAZ.26.050.2014

L.dz. 1426 /14

**WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

**Pytanie 1: Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia – Część 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach przedmiotu niniejszego postępowania nie obejmuje pełną opieką serwisową systemu Mosaiq, będącego niezbędnym elementem pracy przyśpieszacza?

Z technicznego punktu widzenia jakakolwiek niesprawność systemu Mosaiq sterującego działaniem akceleratorów Elekta powoduje niemożność wykorzystania któregośkolwiek akceleratora dla celów terapeutycznych. Zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia minimalnego czasu użytkowania dla przyśpieszacza/czy w ramach niniejszego postępowania nie zapewni możliwości wykorzystania urządzeń dla celów terapeutycznych w przypadku sytuacji j.w.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na objęcie pełną opieką serwisową systemu Mosaiq.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **18.08.2014 r.** termin składania ofert.

ZATWIERDZIŁ:

**DYREKTOR**

**WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**

**BARBARA MAGNUSZEWSKA - PANKIEWICZ**