

Częstochowa, dn. 21.05.2015r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę:
Opakowań i testów oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów dezynfekcji termicznej i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej.

DAZ.26.038.2015
Ldz. 1387 /15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1 – Dotyczy -Części 2

Czy w Części 2 postępowania Zamawiający wyrazi zgodę na rękawy nawijane papierem na zewnątrz o następujących rozmiarach:

Poz. 19- 380 x 200 mb ?

Poz. 20- 380 lub 420 x 200 mb ?

Poz. 23- 380 x 8,0 x 100 mb ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2- Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych, gdzie cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej i nie będzie umieszczana, jako jednostkowa cena na fakturze podczas realizacji umowy.

Pytanie 3 – Dotyczy -Części 6 poz. 1

Część 6 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści etykiety z sześcioma miejscami informacyjnymi, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 – Dotyczy -Części 8 poz. 1

Część 8 pozycja 1: Czy Zamawiający zechce odstąpić od przedstawienia próbki i wyrazi zgodę na załączenie ulotki informacyjnej zawierającej obraz oferowanej etykiety?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od przedstawienia próbki i wyraża zgodę na załączenie ulotki informacyjnej zawierającej obraz oferowanej etykiety.

Pytanie 5 – Dotyczy -Części 15 poz. 3

Część 15 pozycja 3: Czy Zamawiający zechce odstąpić od przedstawienia próbki i wyrazi zgodę na załączenie ulotki informacyjnej zawierającej obraz oferowanej metryczki?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od przedstawienia próbki i wyraża zgodę na załączenie ulotki informacyjnej zawierającej obraz oferowanej metryczki.

Pytanie 6 – Dotyczy -Części 15 poz. 3

Część 15 pozycja 3: Prosimy o podanie przybliżonych wymiarów i materiału, z jakiego ma być wykonana metryczka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 – Dotyczy -Części 14 poz. 5

Część 14 pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści zestaw profesjonalnych czterech szczotek do czyszczenia komory sterylizatora tj. szczotki o wymiarach ok. 14 x 23cm i długości 91cm, szczotki o wymiarach ok. 15 x 12cm i dł. 76cm, szczotki o średnicy ok. 3,5cm i dł. 71cm oraz szczotki o średnicy 5cm i dł. 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 – Dotyczy -Części 14 poz. 2

Część 14 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości 61cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szczotkę o długości 61cm z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 9 – Dotyczy -Części 14 poz. 4

Część 14 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości 65cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szczotkę o długości 65cm z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 10 – Dotyczy -§ 10 pkt. 1a projektu umowy

Zapis §10 pkt. 1a projektu umowy: Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar za zwłokę w dostawie na 0,5% wartości brutto **niedostarczonego w terminie towaru** za każdy dzień? Uzasadnione jest aby kara umowna za zwłokę w dostawie była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11- Dotyczy -Części 6 – Poz. 2 : Czy Zamawiający dopuści koperty zgodne z wymaganiami SIWZ posiadające 12 miejsc tzn. przeznaczone do dokumentacji 12-stu cykli sterylizacyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12-- Dotyczy -Części 7- Pozycja 2,3,4,5 : Czy Zamawiający potwierdza, że opisana w SIWZ niezależna organizacja, w myśl Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§6.1.2), powinna być podmiotem uprawnionym do kontroli jakości potwierdzającym, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, jakim jest np. jednostka notyfikowana?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w poz. 5 zaistniała omyłka pisarska, polegająca na tym, że Zamawiający omyłko zamieścił zapis o treści:

„ wymagane potwierdzenie zgodności przez niezależną organizację”.

Wobec powyższego Zamawiający wykreśla zapis o w/w treści. W załączeniu zmieniony formularz asortymentowo-cenowy Części 7.

Za powyższą omyłkę przepraszamy.

Pytanie 13- Dotyczy -Części 11- Pozycja 2-7 : Czy ze względu na odpowiednią jakość zaofiarowanych opakowań zamawiający wymaga rękawów o gramaturze nie mniejszej niż 70g/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14-Dotyczy Części 7, pozycja nr 4:

Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie testów kl.6 przeznaczonych tylko do procesów typu „Flash” tj. kalibrowanych na parametry 134°C/3,5min?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w poz. 4 zaistniała omyłka pisarska, polegająca na tym, że Zamawiający omyłkowo zamieścił zapis o treści:

„ 121 o C/15 min” .

Wobec powyższego Zamawiający wykreśla zapis o w/w treści. W załączeniu zmieniony formularz asortymentowo-cenowy Części 7.

Za powyższą omyłkę przepraszamy.

Pytanie 15-Dotyczy Części 7, pozycja nr 4:

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o dopuszczenie dwóch rodzajów testów kalibrowanych na: -134°C/3,5min oraz

-121°C/15min. oraz 134°C/5,3min.? Zamawiający będzie posiadał możliwość zamawiania dowolnej ilości poszczególnych testów w zależności od zapotrzebowania.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią jak w pytaniu 14.

Pytanie 16-Dotyczy Części 7, pozycja nr 5:

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia zgodności z normą ISO 11140-4 przez niezależną organizację z uwagi na to, iż;

- stawianie przez Zamawiającego takiego wymogu narusza przepis art. 30. ust. 1. i 4., ustawy Prawo zamówień publicznych, które w swej części między innymi zobowiązuje Zamawiającego do opisywania przedmiotu zamówienia z

zachowaniem Polskich Norm, stąd w tym przypadku Zamawiający obowiązany jest formułować swe wymogi w zgodzie z normą ISO 11140, która w całej swej treści nie przewiduje w żadnym przypadku wymogu certyfikowania wyrobów niemedyceńskich przez niezależne jednostki,
- takie postępowanie Zamawiającego uniemożliwia potencjalnym Wykonawcom złożenia ofert cenowo niższych nawet do kilkudziesięciu procent, co skutkuje zawyżoną wartością zadania.
Wobec powyższego, czy Zamawiający miast wymaganego potwierdzenia dopuści złożenie dokumentów o których mowa w § 6. ust.3., Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) tj. poświadczenia zgodności oferowanych wyrobów z wymaganymi normami wydanego przez producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią jaki w pytaniu 12.

Pytanie 17-Dotyczy Części 9, pozycja nr 3 i 4:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18- Dotyczy- Części 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19 –Dotyczy Części 2 poz. 11-23

Prosimy o dopuszczenie rękawów papierowo foliowych do sterylizacji posiadających 7-warstwową folię. Jedyny producent oferujący rękawy o 9 warstwowej folii, zwiększając w przeciągu ostatnich 10 lat liczbę warstw z 7 do 9 nie zmienił żadnego parametru technicznego (m.in. wytrzymałości na rozdarcie, wydłużenie do zerwania). Wynika to wprost z porównania dokumentacji technicznych. Powyższe świadczy, iż producent ten w związku ze zwiększeniem ilości warstw folii nie zaoferował żadnych korzyści technicznych czy jakościowych dla odbiorcy końcowego (szpitala).Umieszczanie wymogu co do tak dużej ilości warstw folii, które nie przekłada się na jakość produktu, sugeruje wyłącznie chęć wskazania na konkretnego i zarazem jedynego producenta o takich parametrach. Formułowanie tak restrykcyjnych wymogów eliminuje z niniejszego zadania innych Wykonawców, co jest niezgodne z art. 7 art. 29 i art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych a tym samym pozbawia Zamawiającego możliwości prawidłowego dokonania wyboru spośród innych ofert. Ponadto, w niniejszym opisie takie zestawienie przez Zamawiającego cech produktowych wskazuje na produkt konkretnego wytwórcy tj. firmy WIPAK OY. Konstruowanie zatem opisu przedmiotu zamówienia według katalogu jednego producenta ogranicza konkurencyjność postępowania, bowiem umożliwia udział w postępowaniu wyłącznie oferentom produktów WIPAK OY, natomiast eliminuje z niniejszego postępowania innych Wykonawców nie związanych biznesowo z firmą WIPAK OY, co stoi w sprzeczności z postanowieniami art.: 7, 29, 30 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20 –Dotyczy Części 2 poz. 11-23

Prosimy o dopuszczenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji nawiniętych na rolkę papierem na zewnątrz. Sposób nawinięcia rękawa nie daje żadnych korzyści z punktu widzenia technicznego jak i higienicznego gdyż w trakcie użytkowania kontakt z otoczeniem w tym samym zakresie doznają obydwie strony rękawa. Obowiązujące normy i literatura fachowa w żadnej mierze nie wskazują by sposób nawinięcia rękawa na rolkę miał jakikolwiek wpływ na względy higieniczne czy tym bardziej techniczne, bądź użytkowe. Ponadto powyższy sposób nawinięcia rękawa na rolkę jednoznacznie wskazuje na jedynego na rynku polskim producenta, co stwarza zagrożenie naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21 –Dotyczy Części 2 – poz. 11-24 (opakowania do sterylizacji)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 11-24) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22 –Dotyczy Części 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe złożone z folii pięciowarstwowej (nie licząc warstwy kleju), o grubości 52µm?

Wymóg co do tak dużej ilości warstw folii – 8 warstw nie licząc warstwy kleju, nie przekłada się na jakość produktu, folia nadal ma grubość 52 µm. Żądany parametr sugeruje wyłącznie chęć wskazania na konkretnego i zarazem jedynego producenta dysponującego produktem o takim parametrze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23 –Dotyczy Części 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o wytrzymałości na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż **7,2 kN/m zamiast 7,3 kN/m** oraz w kierunku poprzecznym nie mniej niż **3,8 kN/m zamiast 4 kN/m**? Proponowane wartości nieznacznie odbiegają od wymagań Zamawiającego oraz spełniają wymagania normy PN EN 868-3 pkt. 4.4.15.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24 –Dotyczy Części 2

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe oznakowane były znakiem CE zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) tj. jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli a nie bezpośrednio na zgrzewie rękawa?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25 –Dotyczy Części 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadające nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania na papierze pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26 –Dotyczy Części 2

Poz. 21 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 100mmx40mmx100mb w miejsce rękawa 100mmx50mmx100mb?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27 –Dotyczy Części 2

Poz. 22 - Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 200mmx50mmx100mb w miejsce rękawa 200mmx55mmx100mb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 200mmx50mmx100mb.

Pytanie 28 –Dotyczy Części 2

Część 2, poz. 1-10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru sterylizacyjnego o zawartości siarczanów równej 0,034%, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania równej 0,72 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie w kierunku poprzecznym równej 0,42 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania równej 1,85 kN/m, a w kierunku poprzecznym równej 1,35 kN/m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 2, poz. 11-23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych wykonanych z papieru o gramaturze 60g oraz folii siedmiowarstwowej (w tym warstwa kleju), posiadające wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania opakowania umieszczony z przodu poza zgrzewem fabrycznym, rękawy o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania równej 6,40 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie w kierunku poprzecznym równej 3,40 kN/m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 2, poz. 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 2, poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego w rozmiarze 120mm x 200mb?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 2, poz. 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego w rozmiarze 380mm x 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 2, poz. 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego w rozmiarze 10mm x 40mm x 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Część 2, poz. 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego w rozmiarze 200mm x 50mm x 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego w rozmiarze 200mm x 50mm x 100mm

Część 2, poz. 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego w rozmiarze 380mm x 800mm x 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29 –Dotyczy -Części 4 oraz Części 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru sterylizacyjnego o zawartości siarczanów równej 0,034%, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania równej 0,72 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie w kierunku poprzecznym równej 0,42 kN/m, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania równej 1,85 kN/m, a w kierunku poprzecznym równej 1,35 kN/m, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30 –Dotyczy -Części 11, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa Tyvek o szerokości 350mm lub 420mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31 –Dotyczy- Wzoru umowy:

1.Czy Zamawiający zgadza się aby w zdaniu pierwszym w § 7 ust. 5 wzoru umowy zostały dodane słowa „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie dotychczasowej treści § 8 ust. 4 wzoru umowy może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 8 ust. 4 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana na podstawie np. art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2.Zważywszy na treść § 9 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie, stosownie do potrzeb, których nie można określić procentowo.

3.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy został dodany punkt 16) o następującej (lub podobnej) treści: „dopuszcza się podwyższenie lub obniżenie cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP

walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie punktu o powyższej treści nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia/rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32 –Dotyczy Części 11 poz. 7

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Części 11 pozycja 7 rękawa Tyvek o szerokości 42 cm. ? Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33 –Dotyczy- Wzoru umowy:

1. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5 ust. 1 pkt 7) wzoru umowy na następujące:
„Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy”.

Odpowiedź: § 5 ust.1 pkt 7 wzoru umowy otrzymuje brzmienie

Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy.

2. Z uwagi na planowaną zmianę stawki VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”

Odpowiedź: Do § 8 ust 1. pkt 3 dodaje się treść :

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy”

Ponadto Zamawiający anuluje treść § 12 omyłkowo wprowadzoną do wzoru umowy .

W związku z powyższym zmiana ulega numeracja § : jest § 13 – winno być § 12

Jest § 14 – winno być § 13

Stosownie do art. 38 ust.2 uPzp wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający wyśle tylko tym Wykonawcom , którzy wykupili SIWZ. Pozostali Wykonawcy winni zapoznać się z ich treścią zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego.

W załączeniu:

1) formularz asortymentowo-cenowy dla Części 7

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Jarosław Drobnikowski

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 7 Wskaźniki do procesu sterylizacji parowej.

CPV 33124130-5

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu.		16000	szt.				
	Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych 121° C/20 min. i 134° C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 samoprzylepny, stosowany z przyrządem PCD. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.							
2	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu.		67000	Szt.				
	Wskaźnik do sterylizacji parowej 121° C/20 min. i 134° C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.							
3	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu.		47400	Szt.				
	Wskaźnik do sterylizacji parowej 121° C/20 min. i 134° C/7 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.							

4	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu.	Wskaźnik do sterylizacji parowej 134 ° C/ 3,5 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	Szt.	1000				
5	Jednorazowy pakiet typu Bowie – Dick.	Nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie - Dick'a - 134° C - 3,5 min., wg ISO 11140-4 . Test kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	Szt.	1700				
Razem:							XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zamawiający wymaga próbek dla poz. 1,2, 3, 4, 5 po 1 sztuce.

.....
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy