

Częstochowa, dn. 08.02.2016r.

Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

**DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH
I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI
I SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO**
oznaczenie sprawy DAZ.26.007.16

L.dz. 315/16

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Dotyczy Części Nr 9

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe o długości systemu doprowadzającego 140 cm, oraz o ciśnieniu RBP 14atm? Pozostałe parametry bez zmian. W chwili obecnej zapisy znacznie ograniczają możliwość startu innym oferentom. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na jakość pracy a pozwoli na start większej liczbie firm, co za tym idzie uzyskanie lepszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części Nr 10

Pytanie nr 2: Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe o długości 10mm do 30mm, oraz o ciśnieniu nominalnym 6atm? Pozostałe parametry bez zmian. W chwili obecnej zapisy znacznie ograniczają możliwość startu innym oferentom. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na jakość pracy a pozwoli na start większej liczbie firm, co za tym idzie uzyskanie lepszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części Nr 11

Pytanie nr 3: Czy zamawiający dopuści cewniki balonowe o długości systemu doprowadzającego 140 cm, oraz o długościach 8, 10, 15, 18 mm? Pozostałe parametry bez zmian. W chwili obecnej zapisy znacznie ograniczają możliwość startu innym oferentom. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na jakość pracy a pozwoli na start większej liczbie firm, co za tym idzie uzyskanie lepszej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części Nr 9

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o zakresie średnic od 1,5mm do 4,0mm oraz długości czubka 3,0mm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części Nr 12

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści cewnik o podatności poniżej 1% przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części Nr 20

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści cewnik bez krzywizny BLK z pozostałymi parametrami bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części Nr 25

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści cewnik aspiracyjny z markerem widocznym w skopii tylko na dystalnym końcu cewnika?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części Nr 31

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści balon do kontrapulsacji o średnicy 7F, kompatybilnym z wkłuciem dostarczanym w zestawie?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części Nr 33

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści pętlę do usuwania ciał obcych ze złotymi elementami widocznymi w skopii, zamiast markerów platynowych?"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Części Nr 29

Pytanie 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie cewników do kontr pulsacji wewnątrzaoortalnej w rozmiarze 7,5 Fr, 30ml i 40 ml, kompatybilnych w rozmiarze z 2 sztukami introduktorów dotętnicznych znajdujących się standardowo w każdym opakowaniu z cewnikiem, każdy cewnik do kontrapulsacji posiada specjalną konstrukcję szafu, inną niż co-lumen, gwarantującą minimalizację oporu przepływu helu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy SIWZ i projektu umowy

Pytanie 11: Prosimy Zamawiającego o zmianę §8 ust. 4 (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz §7 ust. 4 (Załącznik nr 8 do SIWZ) wzoru umowy w następujący sposób: „W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczającego 45 dni kalendarzowych. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12: Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. a) oraz b) (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz § 9 ust. 1 pkt. a) (Załącznik nr 8 do SIWZ) do 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13: Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. c) (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz § 9 ust. 1 pkt. b) (Załącznik nr 8 do SIWZ) do 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14: Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §10 ust. 1 pkt. d) (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz §9 ust. 1 pkt. c) (Załącznik nr 8 do SIWZ) gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia. W przypadku zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem, Zamawiający może naliczyć karę za zwłokę do czasu poprawnego zrealizowania świadczenia. Ponadto, kara określona w tym punkcie jest rażąco wysoka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15: Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 4 (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz §9 ust. 4 (Załącznik nr 8 do SIWZ) wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16: Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §12 ust. 2 (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz §11 ust. 2 (Załącznik nr 8 do SIWZ) wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności

zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17: Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy §12 ust. 3-6 (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz §11 ust. 3-6 (Załącznik nr 8 do SIWZ).

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współzycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §5 ust. 5 załącznika nr 7 na: „Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w depozycie. W przypadku stwierdzenia, że termin ważności asortymentu objętego depozytem upływa za mniej niż 6 miesięcy, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do jego wymiany w ciągu 3 dni roboczych, na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji określonym w §6 ust. 1 pkt. 1). W przypadku braku zawiadomienia Zamawiający zobowiązuje się do zużycia w/w asortymentu.”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19: Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §7 ust. 2) pkt. 2) załącznika nr 7 oraz §6 ust. 2 pkt. 2) załącznika nr 8 poprzez wydłużenie terminu przewidzianego na wymianę towaru wadliwego jakościowo do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20: Zwracamy się z prośbą o dodanie do §9 ust. 1 pkt. 2) załącznika nr 7 oraz §8 ust. 1 pkt. 2) załącznika nr 8 zastrzeżenia o treści: „w takim przypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”.

Odpowiedź: §9 ust. 1 pkt. 2) załącznika nr 7 oraz §8 ust. 1 pkt. 2) załącznika nr 8 otrzymuje brzmienie: „dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy, w takim przypadku zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy zawieranej z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Pytanie 21: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z §10 ust. 2 załącznika nr 7 oraz §9 ust. 2 załącznika nr 8 słów: „przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części Nr 27

Pytanie 22: Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części nr 27 załącznika nr 2 do siwz stentgraftów wieńcowych o następujących parametrach:

- kompatybilne z przewodnikiem 0.014”
- dostępne długości: 16, 18, 21, 24mm
- dostępne średnice: 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5mm
- profil karbowania stentu 1.2mm dla śr. 3.0mm
- duża siła radialna
- możliwość doprężenia: 3,32mm dla śr. 3mm / 4.46mm dla śr. 4mm / 5.37mm dla śr. 5mm
- kompatybilny z koszulką wprowadzającą 5F (dla wszystkich średnic)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Części Nr 33

Pytanie 23: Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części nr 33 załącznika nr 2 do siwz pętli do usuwania ciał obcych z krwioobiegu o dostępnych średnicach: 5, 10, 15, 20, 30mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy projektu umowy

Pytanie 24: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 10 ust. 1

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust.1, karę w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy**

b) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust. 13 pkt.1), każdorazowo karę umowną w wysokości 2,0% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy**

c) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto brakującego/ wadliwego towaru**

d) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 13 pkt.2) – karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotowej faktury za każdy dzień opóźnienia w jej wystawieniu, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części przedmiotu umowy, której dotyczy opóźniona faktura**

e) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego raportem/protokołem zużycia – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części zamówienia,

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 25: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 7 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

Odpowiedź: § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy zawieranej z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego Wykonawca winien to zaznaczyć w odpowiednim formularzu asortymentowo-cenowym swojej oferty.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 29.02.2016 r. termin składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Barbara Magnuszewska-Ponkiewicz