



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa
Dział Zamówień Publicznych
tel., fax +48 34 367 36 74,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 29.10.2012 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Białska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA

**1) DOPOSAŻENIA LINII TERAPEUTYCZNEJ
W ZAKRESIE MODERNIZACJI SYSTEMU WERYFIKACJI
I ZARZĄDZANIA ORAZ SYSTEMU DYSTRYBUCJI OBRAZÓW.
2) SYSTEMU DOZYMETRYCZNEGO DO WERYFIKACJI ROZKŁADU
DAWKI PLANÓW LECZENIA DLA TECHNIK DYNAMICZNYCH
TYPU VMAT, IMRT WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM
SRZĘTOWYM ORAZ OPROGRAMOWANIEM**

W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/**094**/3155/12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców wniesione w przedmiotowym postępowaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1: Dotyczy zapisu Załącznik nr 2, FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - punkt 6

Wnosimy o modyfikację poprzez przyjęcie brzmienia:

„Modernizowany system obrazowy posiada panel pomocy w języku polskim lub języku angielskim”.

Realizacja przedmiotu postępowania odbywa się na rzecz profesjonalnego Użytkownika a język angielski jest powszechnie stosowany i zrozumiały w zakresie wymaganym opisanym parametrem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Dotyczy zapisu Załącznik nr 2, FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - punkt 8

Wnosimy o wykreślenie punktu w całości – parametr nie znajduje zastosowania w praktycznym wykorzystaniu w codziennej pracy Użytkownika w Ośrodku Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Dotyczy zapisu Załącznik nr 2, FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - punkt 10

Wnosimy o wykreślenie punktu w całości – parametr nie znajduje zastosowania w praktycznym wykorzystaniu w codziennej pracy Użytkownika w Ośrodku Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Dotyczy zapisu Załącznik nr 2, FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - punkt 11

Wnosimy o wykreślenie punktu w całości – parametr nie znajduje zastosowania w praktycznym wykorzystaniu w codziennej pracy Użytkownika w Ośrodku Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Dotyczy zapisu Załącznik nr 2, FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - punkt 14

Wnosimy o wykreślenie punktu w całości. Jedynie autoryzowany serwis Producenta ma uprawnienia do ingerencji w system po wystąpieniu błędu krytycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: Dotyczy zapisu Załącznik nr 2, FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - punkt 17

Wnosimy o modyfikację poprzez przyjęcie brzmienia:

„Jednoznaczna identyfikacja planów leczenia przechowywanych w systemie PACS.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: Dotyczy zapisu Załącznik nr 2, FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - punkt 28

Wnosimy o modyfikację poprzez przyjęcie brzmienia:

„Odpowiednia rozdzielczość przestrzenna detekcji – matryca posiada co najmniej 1020 detektorów”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Dotyczy zapisu Załącznik nr 2 pkt 42 oraz Załącznik nr 5 § 9 ust. 6.

Wnosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i wykreślenie z zapisów słów: „i pogwarancyjnym”.

Przedmiotem postępowania **jest dostawa i sprawowanie opieki w okresie gwarancji** a nie sprawowanie opieki w okresie pogwarancyjnym. Żądanie zobowiązania w tym zakresie od Wykonawcy nie jest uprawnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9: Dotyczy zapisu Załącznik nr 2 pkt 42 oraz Załącznik nr 5 § 9 ust. 6

Wnosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i ujednoczenie zapisów w Załączniku nr 5 zgodnie z Załącznikiem nr 2 poprzez przyjęcie brzmienia:

„6. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii lub wymiany elementu (podzespołu) w okresie gwarancyjnym w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, od czasu zgłoszenia awarii przez upoważnionego pracownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, a usunięcie awarii w terminie max. 5 dni roboczych (dopuszcza się możliwość zgłaszania pisemnego, telefonicznego, faksem, e-mailem).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Dotyczy zapisu Załącznik nr 2 pkt 48 oraz Załącznik nr 5 § 5 ust. 5)

Wnosimy o ujednoczenie wymogu Zamawiającego w zakresie ilości osób które Wykonawca ma przeszkolić „poprzez udział w kursach w zakresie wdrażanej technologii jak również uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez instytucje mające uprawnienia w zakresie radioterapii”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeprowadzenia 7szkoleń dla 6 osób.

Pytanie 11. Dotyczy zapisu Załącznik nr 5 § 8 ust. 5.

Wnosimy o uściślenie poprzez przyjęcie brzmienia:

„5. Za datę wykonania przedmiotu umowy Strony uznają datę podpisania przez obie Strony „Protokołu funkcjonalności i zintegrowania z pozostałą aparaturą Zakładu Radioterapii” oraz przeprowadzenie szkoleń wdrożeniowych personelu technicznego w miejscu instalacji”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12: Dotyczy zapisów SIWZ oraz Załącznika nr 2

W odwołaniu do zapisów art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r nr 113, poz. 759, z późn.zm.) oraz zgodnie z zapisami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679) prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie materiałów potwierdzających zaoferowane parametry graniczne (ulotki, katalogi, foldery) oraz instrukcji używania dla wyrobów będących przedmiotem postępowania, w formie oryginalnych dokumentów producenta w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

Realizacja przedmiotu postępowania odbywa się na rzecz profesjonalnego użytkownika.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienie stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 12.11.2012r. godz.10.00 termin składania ofert.

**ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO
IM. NMP
W CZĘSTOCHOWIE
LEK. MED. KAZIMIERZ PANKIEWICZ**