

Częstochowa, dn. 28.11.2016r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: DAZ.26.111.2016
dot. przetargu nieograniczonego: DOSTAWA SZKIEŁEK PODSTAWOWYCH DLA ZAKŁADU ANATOMII
PATOLOGICZNEJ
L.dz. 2947/16

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytania do umowy:

1. §10, ust. 1.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. kar umownych z „w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy” na „w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do SIWZ:

2. Część 1, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby szkiełka charakteryzowały się podwyższoną adhezyjnością, podwyższoną przeziernością szkła, gdzie zawartość $Fe_2O_3 \leq 0,03\%$, które produkowane są w technologii zapewniającej permanentne naładowanie dodatnim ładunkiem elektrycznym, co zapewnia wiązanie świeżych i zamrożonych skrawków tkanek czy preparatów cytologicznych? Właściwości szkiełek pozwalają na uniknięcie niebieskiego, czerwonego lub brązowego zabarwienia tła podczas barwienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szkiełka o w/w cechach.

3. Część 1, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby opakowania szkiełek nie posiadały pochłaniacz wilgoci oraz nie były przekładane bibułkami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **02.12.2016 r.** termin składania i otwarcia ofert.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

.....
podpis Kierownika Zamawiającego