

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa  
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 18-11-2013r.

**Oznaczenie sprawy:**  
**W.Sz.S./DAZ/2411/P-8/073/3126/13**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, podłoży bakteriologicznych, testów do aparatów będących własnością Zamawiającego wraz z dzierżawą aparatów, drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów Osmometr, testów ureazowych, wymazówek plastikowych sterylnych oraz na dzierżawę wirówek laboratoryjnych

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)**

W związku z art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 907, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1:dot. Części 9 – pipety Pasteura**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pipety Pasteura o poj. 3,5 ml z podziałką od 0,5 – 3 ml co 0,5; długości 155 mm, sterylnej pakowanej pojedynczo a następnie w worki po 42 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2:dot. Części 11 – dzierżawa wirówek (tabela 2 – opis przedmiotu zamówienia)**

1. pkt. 6 tabeli - prosimy o dopuszczenie wirówki z możliwością wyboru prędkości obrotowej lub RCF co 50/100/500 rpm;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

2. pkt. 7 tabeli - prosimy o dopuszczenie wirówki, która posiada wyświetlacz LED (cyfrowy) parametrów prędkości i czasu wirowania;

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

3. pkt. 10 tabeli – prosimy o dopuszczenie wirówki z wirnikiem horyzontalnym na 24 próbki typu próżniowy system pobierania krwi o wymiarach 15-17 x 80-100 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3: dot. Części 13 – wymazówki plastikowe**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wymazówki aluminiowej o dł. 145 mm i wacikiem wiskozowym w próbówce o wym. 12/155 mm (śred./dł).

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ .

**Pytanie 4: dot. Umowa § 4 ust. 6**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu: „Dostawy przedmiotu umowy .....na koszt i ryzyko Wykonawcy” na zapis: „Dostawy przedmiotu umowy ..... na koszt i ryzyko Wykonawcy przy czym wartość zamówienia jednostkowego musi być większa niż 150,00 zł netto”.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5: dotyczy części nr 6**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w pozycje 1-4 stanowiły wyroby medyczne klasy II a czy I?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 plastikowe aplikator?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3, 1op. a' 50szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze po 50 szt. w opakowaniu, z zachowaniem wymaganej ilości.

4. Czy Zamawiający wymaga w poz. 2 i 3 wymazówki zapakowane w opakowanie zbiorcze (50szt) wykonane z folii aluminiowej wypełnione azotem. Pojedyncze wymazówki pakowane sterylnie w opakowaniu foliowym ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga w pozycji 2 i 3 sterylnie pakowanych pojedynczo wymazówek, a następnie pakowanych w zbiorcze opakowania. Zamawiający dopuszcza w poz. 3 opakowania zbiorcze po 50 szt. w opakowaniu, z zachowaniem wymaganej ilości.

**Pytanie 6: dot. część nr 7 poz. 6**

Czy Zamawiający wymaga wraz z ofertą certyfikat kalibracji lub katalog/ulotka producenta potwierdzający jakość oferowanych ez?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 7: dot. część nr 9**

Czy Zamawiający wymaga pipety Pasteura sterylne radiacyjne czy dopuszcza inne rodzaje sterylizacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ .

**Dotyczy części Nr 1 i Nr 2**

**Pytanie 8:** Czy w części 1, w tabeli nr 4, w punkcie 13 Zamawiający dopuści złożenie oferty na aparat używany nie starszy niż 2007r., sprawny technicznie, objęty gwarancją i bezpłatnym serwisem, ze względu na możliwość obniżenia kosztów oraz odpowiednio zmieni zapisy w SIWZ, w tym w projekcie umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9:** Czy w części 1, w tabeli nr 1, w punkcie 28 Zamawiający dopuści podłoże pakowane po 10 sztuk i zaoferowanie 4 takich opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10 :** Czy w części 1 Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczonego pod tabelą nr 1 w punkcie 2.1), dotyczącego aparatu miniAPI, ponieważ wykonawca nie świadczy już serwisu tego sprzętu?

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu umieszczonego pod tabelą nr 1 w punkcie 2.1), dotyczącego aparatu mini API. W konsekwencji § 5 ust. 5 pkt. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

*„5. Wykonawca w ramach wartości brutto określonej w § 3 zapewni dla aparatów: Bact Alert 240, mini VIDAS ,VIDAS będących własnością Zamawiającego oraz dla aparatów dzierżawionych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.*

*1) pełną techniczną gwarancję przez okres trwania umowy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych z wykonaniem bezpłatnych przeglądów serwisowych raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujących wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy”*

**Pytanie 11:** W zamian za brak serwisu aparatu miniAPI czy Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie programu do odczytu testów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ulotki, metodyki, opisy, instrukcje dotyczące oferowanych odczynników i aparatów zostały dołączone do oferty osobno zbindowane podpisane tylko na pierwszej stronie, lub w wersji elektronicznej, np. na płycie CD?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 13:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby aktualne dokumenty dopuszczające zaoferowany asortyment do obrotu i używania na terenie RP (Deklaracje Zgodności CE) oraz Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zostały dostarczone wraz z podpisaną umową?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie Kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie elektronicznej, np. na płycie CD?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 15:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z następującymi terminami ważności:

Dla Części nr 1:

- a) Podłoża mikrobiologiczne z krwią – min. 4-5 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego?
- b) Podłoża mikrobiologiczne bez krwi – min. 5-8 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego?
- c) Testy lateksowe i testy do identyfikacji biochemicznej z odczynnikami dodatkowymi – min. 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego (za wyjątkiem poz. 67 – min. 8 tygodni)?
- d) Dla Części nr 2 – testy Vidas: min. 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe terminy ważności. W konsekwencji Załączniku Nr 6 do SIWZ (wzorzec umowy) w § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

*„ 7. Terminy przydatności do użycia:*

- 1) podłoża mikrobiologiczne z krwią minimum 4-5 tygodni od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego ,*
- 2) podłoża mikrobiologiczne bez krwi minimum 5-8 tygodni od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,*
- 3) testy lateksowe i testy do identyfikacji biochemicznej z odczynnikami dodatkowymi minimum 4-7 miesięcy, za wyjątkiem poz. 67 ( tabela 1 część Nr 1) min. 8 tygodni, od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego ,*
- 4) testy Vidas minimum 4-7 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego”.*

**Pytanie 16:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu oferty tylko tych części, na które Wykonawca składa ofertę?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pozostawienie w formularzu oferty tylko tych części, na które Wykonawca składa ofertę.

**Dotyczy umowy dla części Nr 1 i 2:**

**Pytanie 17:** §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

*„Dostawy odczynników wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego – Kierownika Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów.”?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższą modyfikację postanowienia umownego w Załączniku Nr 6 do SIWZ § 4 ust. 1 w zakresie części Nr 1 i 2.

**Pytanie 18:** 10. §5 ust 1 pkt. 1 i 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 21 dni?  
*Uzasadnienie: analizator musi być sprowadzony z zagranicy, skomplikowane procedury celne nie pozwalają na sprowadzenie aparatu w krótszym terminie.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji w Załączniku Nr 6 do SIWZ §5 ust 1 pkt. 1 i 2 i ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 5 ust. 1 - Wykonawca w ramach dzierżawy na swój koszt dostarczy, zainstaluje oraz skalibruje:

- 1) aparat kompatybilny z aparatem Bact Alert 240 w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy - dotyczy części Nr 1,
  - 2) analizator backup kompatybilny z aparatami mini VIDAS i VIDAS w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy - dotyczy części Nr 2,
2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do użytkowania i pobierania pożytków z analizatorów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu zwanych dalej urządzeniami w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

**Pytanie 19:** §5 ust. 5 pkt. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego w celu naprawy urządzenia do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę w części Nr 1 i 2. W konsekwencji w Załączniku Nr 6 do SIWZ §5 ust. 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

*„czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny, naprawa urządzenia max. do 3 dni roboczych”*

**Pytanie 20:** §5 ust. 5 pkt. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w brzmieniu:  
*„w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni robocze, Wykonawca podstawia urządzenie zastępcze?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę w części Nr 1 i 2. W konsekwencji w Załączniku Nr 6 do SIWZ §5 ust. 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

*„w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni, Wykonawca podstawia urządzenie zastępcze”.*

**Pytanie 21:** §7 ust. 3 pkt. 1 i 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 22:** §7 ust. 3 pkt. 1 i 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 4 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę w części Nr 1 i 2. W Konsekwencji w Załączniku Nr 6 do SIWZ (wzorce umowy) w §7 ust. 3 pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

*„3. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do :*

*1) wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie czterech dni roboczych licząc od dnia przesłania reklamacji faksem lub drogą elektroniczną (e-mail),*

*2) uzupełnienia braków ilościowych w terminie czterech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji faksem lub drogą elektroniczną (e-mail)”.*

**Pytanie 23:** §8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia ust. 3?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 24:** §8 ust. 3 – Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 3, czy wyraża zgodę na modyfikację brzmienia na: *„W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego do 90 dni ponad termin płatności określony niniejszą umową, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.”*

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 490 kodeksu cywilnego w umowach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych zasadą jest, że każda ze stron zobowiązujących się do świadczenia, czyni to z przeświadczeniem otrzymania ekwiwalentu świadczenia od kontrahenta. W myśl ww. art. gdy spełnienie tego świadczenia przez drugą Stronę staje się wątpliwe (np. notoryczne zaleganie z płatnością faktur VAT), Strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu, gdy drugi kontrahent spełni świadczenie wzajemne. Obecne brzmienie §8 ust. 4 - nie daje Wykonawcy realnych narzędzi prawnych w celu wyegzekwowania spełnienia świadczenia pieniężnego ze Strony Zamawiającego, poza naliczaniem odsetek ustawowych i rozpoczęciem postępowania sądowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 25:** §9 ust. 1 pkt. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w następujący sposób: *„dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności cen jednostkowych netto; w takiej sytuacji zmienia się stawka podatku VAT oraz cena jednostkowa brutto. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów je regulujących. Powyższa zmiana nie jest zmianą umowną i nie wymaga od Stron konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający usuwa zapis §9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy( Załącznik Nr 6 do SIWZ). W miejsce usuniętego zapisu wprowadza nowy zapis o brzmieniu: *„dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy”.*

**Pytanie 26:** §9 ust. 1 pkt. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: *„dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji § 9 ust. 1 pkt. 10 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

*„dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego.*

*W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy."*

**Pytanie 27:** §10 ust. 1 pkt. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki,”?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 28:** §10 ust. 1 pkt. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 29:** §10 ust. 1 pkt. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na sformułowanie postanowienia umownego w następujący sposób: „za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt.2) umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za każdą godzinę opóźnienia w reakcji na zgłoszoną awarię w wysokości 0,1% wartości umownej dzierżawy brutto oraz za każdy dzień opóźnienia w naprawie analizatora w wysokości 0,1% wartości umownej dzierżawy brutto. ”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 30:** §10 ust. 1 pkt. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 31:** §10 ust. 1 pkt. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia pkt 5? Uzasadnienie: W przypadku niedostarczenia części towaru w terminie określonym w umowie – za część, której zwłoka dotyczy naliczana jest kara zgodnie z §10 ust. 1 pkt. 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 32:** §10 ust. 1 pkt. 5 – Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 5, czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji w brzmieniu: „za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części dostawy. W sytuacji chwilowego braku towaru w magazynie Wykonawcy dopuszcza się podzielenie dostawy na części. W takim przypadku Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych zgodnie z postanowieniem niniejszego pkt. ”?

Uzasadnienie: Oferowany towar jest sprowadzany z zagranicy. Może się zdarzyć, że w momencie złożenia zamówienia towar będzie chwilowo niedostępny w magazynie. W dobrze widzianym interesie Stron umowy oraz pacjenta jest otrzymanie towaru w jak najkrótszym czasie. W przypadku, gdy część towaru zostanie dostarczona z opóźnieniem ponad termin wskazany w umowie – wówczas Zamawiający będzie naliczał karę umowną zgodnie z §10 ust. 1 pkt. 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 33:** Dotyczy części 1, tabeli nr 4, punktu 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu do 21 dni roboczych jeśli zgodnie z zapisami SIWZ konieczne będzie dostarczenie fabrycznie nowego aparatu, co wiąże się z koniecznością sprowadzenia go od producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 34:** Dotyczy: część 1, tabela nr 4 pkt 20 oraz część 2, tabela nr 3 pkt 20 i §5 ust. 4 umowy dla części nr 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu szkolenia do 14 dni od momentu instalacji aparatów?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę w części Nr 1 i 2 na wydłużenie terminu szkolenia. W konsekwencji § 5 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawca na własny koszt przeprowadzi szkolenie obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego analizatora, personelu medycznego i technicznego wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie w terminie do 14 dni roboczych od daty instalacji aparatów potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu”.*

**Pytanie 35:** Dotyczy Części 1, Tabela 4, punkt 12: W związku z wyposażeniem aparatu w graficzną wersję oprogramowania, co powoduje komunikację z użytkownikiem w formie graficznej tzn. ikon, schematów itp., czy Zamawiający dopuści system, który posiada proste, graficzne menu, a ewentualne wskazówki w języku polskim są zawarte w polskiej instrukcji obsługi?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 36:** Dotyczy Części 1, Tabela 4, punkt 17 oraz Części 2, Tabela 3, punkt 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do maksimum 48h od zgłoszenia (w dni robocze)?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 37:** Dotyczy części nr 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 odczynnika z –miesięcznym terminem ważności?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. W konsekwencji § 7 wzoru umowy Załącznika Nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

*Termin przydatności do użycia/ważności :*

1) dla surowic diagnostycznych, odczynników, testów nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,

2) dla kwasu boronowego nie krótszy niż 1 miesiąc od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,

3) dla drobnego sprzętu laboratoryjnego i próbek nie krótszy niż 18 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,

4) dla testów ureazowych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 podłoża o następującym składzie:

Skład w g/l wody destylowanej:

Wyciąg mózgowo-sercowy.....17,5 g

Hydrolizat żelatynowy.....10,0 g

Glukoza.....2,0 g

Chlorek sodu.....5,0 g

Fosforan disodu.....2,5 g

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części Nr 4.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 podłoża o następującym składzie:

Skład w g/l wody destylowanej:

Hydrolizat z kazeiny.....17,0 g

Hydrolizat sojowy.....3,0 g

Chlorek sodu.....5,0 g

Wodorofosforan potasu.....2,5 g

Glukoza.....2,5 g

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części nr 4.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu dostawy z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części Nr 4.

**Pytanie 39:** Dotyczy części nr 5

1. Czy Zamawiający poprzez zapis: „kontrola jakości wbudowana w kasetce” rozumie linię kontrolną C, która wskazuje na prawidłowe wykonanie testu?

**Odpowiedź:** Kontrola jakości (C) jest wbudowana w kasetkę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu dostawy z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części Nr 5.

**Pytanie 40:** Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie dot. projektu umowy dla części 8 i 9.

Czy Zamawiający dopuści wykonania zamówienia w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia ze względu na konieczność sprowadzenia oferowanych odczynników z zagranicy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części Nr 8 i 9.

**Pytanie 41:** dot. wzoru umowy:

Ze względu na możliwość ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy przetargowej, prosimy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmiany cen brutto produktów będących przedmiotem umowy od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego wysokość stawki VAT.

Zaznaczamy jednocześnie, że w takim przypadku cena netto produktów będących przedmiotem umowy nie uległaby zmianie.

W związku z tym proponujemy wprowadzenie następującego zapisu do umowy:

1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
  - a) Zmiany stawki podatku VAT, przy czym w przypadku wzrostu stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
  - b) Zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz.
2. Zmiany wymienione w ust. 1 a następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT następować będzie z mocy samej umowy po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego (bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy).

**Odpowiedź:** Zamawiający usuwa zapis §9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy( Załącznik Nr 7 do SIWZ). W miejsce usuniętego zapisu wprowadza nowy zapis o brzmieniu: „*dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy*”.

**Pytanie 42:** dot. formularza asortymentowo-cenowego dla części 9.

Czy Zamawiający dopuści produkt sterylny, pakowany pojedynczo – 500 szt w opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 43: CZĘŚĆ NR 6 – pałeczki wymazowe i drewniane aplikatory**

a) Czy w pozycji 2 oraz 4 Zamawiający wymaga wymazówek w próbówce 13x165mm, co zapewnia optymalne zanurzenie wacika w podłożu transportowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

b) Czy w pozycji 2 Zamawiający wymaga wymazówek z instrukcją pobrania na opakowaniu w języku polskim, pakowanych indywidualnie?

**Odpowiedź:** Zamawiający w poz. 2 nie wymaga do każdej pakowanej indywidualnie wymazówki instrukcji pobrania.

c) Czy w pozycji 2 Zamawiający oczekuje wymazówek z etykietą do opisu próbki na każdej próbówce w języku polskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

d) Czy w pozycji 2 Zamawiający oczekuje przedłożenia wraz z ofertą dokumentu wykazującego zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów, w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania? Dokument ten potwierdzi wysoką jakość oferowanego podłoża.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

e) Czy w pozycji nr 2 oraz 3 Zamawiający wymaga wymazówek klasy IIa?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 44: CZĘŚĆ NR 7 – próbówki, korki do probówek, szkiełka, końcówki do pipet, pipety, ezy bakterilologiczne?**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie innych wielkości opakowań z możliwością przeliczenia ilości opakowań i zaokrąglenia do pełnego opakowania w formularzu cenowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem wymaganej ilości.

**Pytanie 45: CZĘŚĆ NR 13 – wymazówki plastikowe sterylne**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie innych wielkości opakowań z możliwością przeliczenia ilości opakowań i zaokrąglenia do pełnego opakowania w formularzu cenowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem wymaganej ilości.

**Pytanie 46:** Dotyczy Części nr 6.

Co należy wpisać w kolumnie nr 8 gdy oferowana wielkość opakowania - kolumna nr 6 jest inna niż w kolumnie nr 3 [ wymagania] ?

**Odpowiedź:** Zamawiający w części Nr 6 w poz. 3 dopuścił op. zbiorcze po 50 szt., w tym przypadku w kolumnie 8 należy wpisać 40 opakowań ,zachowując wymaganą ilość sztuk pałeczek.

**Pytanie 47:** Czy Zamawiający dopuści w części nr 6 pkt. nr 1 pałeczki wymazowe drewniane z główką z tworzywa sztucznego jako aplikator?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, za wyjątkiem pianki lub gąbki.

**Pytanie 48:** Czy Zamawiający dopuści w części nr 12 do niniejszego postępowania testy ureazowe "suche", będące ulepszoną wersją testów mokrych ?

Uzasadnienie: Testy suche są testami nowszej generacji eliminującymi wady testów mokrych takich jak: występowanie wyników fałszywie dodatnich spowodowanych przez krew, żółć, niewłaściwą jakość płynów oraz występowanie tzw. "blushing effect". Testy suche są też łatwiejsze w odczycie i interpretacji wyniku badania.

Są powszechnie stosowane w Polsce i na całym świecie od wielu lat.

Tzw. suche testy ureazowe powstały jako odpowiedź na uwagi i zastrzeżenia w stosunku do testów mokrych polskiego środowiska lekarzy gastroenterologów podczas kolejnych Warszawskich Spotkań Gastroenterologicznych czy Zjazdów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i są ich ulepszoną wersją.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza testy ureazowe suche.

**Zamawiający do niniejszych WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ (1), w załączeniu przedstawia aktualnie obowiązujące:**

- 1) formularze asortymentowo-cenowe w Załączniku Nr 1 do SIWZ dla części Nr 1, Nr 2 i Nr 6, uwzględniające wprowadzone zmiany,
- 2) formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ, uwzględniający wprowadzone zmiany.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert umożliwiając Wykonawcom wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **27-11-2013 godz. 10:00**. Termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na dzień: **27-11-2013 r. godz. 10:15**.

ZATWIERDZIŁ:

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. Najświętszej Maryi Panny**

**Jarosław Madowicz**



**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ**Znak sprawy: **P-8/073/13**

....., dnia.....

.....  
Pieczęć WykonawcyFormularz asortymentowo – cenowy

**Część Nr 1- odczynniki, podłoża bakteriologiczne, testy biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów, paski antybiogramowe (brackepoint) do aparatów mini API, Bact Alert 240 (aparat do posiewów krwi innych płynów ustrojowych), zapewniające kompatybilność testów i procedur w mikrobiologicznej diagnostyce manualnej wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego z aparatem Bact-Alert 240 dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres 24 miesięcy**

Tabela 1 - odczynniki, podłoża bakteriologiczne, testy biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów, paski antybiogramowe (brackepoint) do aparatów mini API, Bact Alert 240 (aparat do posiewów krwi innych płynów ustrojowych) oraz do aparatu dzierżawionego kompatybilnego z aparatem Bact Alert 240

Lp.	Nazwa asortymentu	Wymagania	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Brucella Blood Agar	20 PLT				OP	10				
2.	Chromid Vre	20PLT				OP	2				
3.	Columbia Agar + 5% KR.Bar	100 PLT				OP	160				
4.	Salmonella Shigella Agar	20 PLT				OP	140				
5.	Macconkey Ag.+Cris. Violet	100PLT				OP	130				
6.	D- Cocosel Agar	20PLT				OP	160				
7.	Mueller Hinton 2 Agar Pł. 90mm	20 PLT				OP	20				
8.	Mueller Hinton 2 Ag+ 5% Sh.Bl.	20 PLT				OP	50				
9.	Mueller Hinton 2 Ag.20 Pł.145	20 PLT				OP	10				
10.	Campyloset Agar	20 PLT				OP	6				
11.	Schaedler Agar + 5% Sh.Bl.	20 PLT				OP	170				
12.	Gardnerella Agar	20 PLT				OP	100				
13.	Yersinia Cin Agar	20 PLT				OP	70				
14.	Chromid Strepto B	20 PLT				OP	100				
15.	Chromid Salmonella/Hektoen	20 PLT				OP	20				
16.	Chromid MRSA	20 PLT				OP	20				
17.	Chromid ESBL	20 PLT				OP	6				
18.	Haemophilus Chocolate Agar	20 PLT				OP	100				
19.	Chrom Can do iden. C.krusei, C.glabrata, C.tropicalis, C.albicans	20 PLT				OP	30				

20.	Chocolate Agar +Polyv.+VCAT	20 PLT				OP	12				
21.	Chromid SM	20 PLT				OP	150				
22.	Sabouraud Gen. Chlor.2 Ag.	100PLT				OP	45				
23.	Mannitol Salt 2 Agar	20 PLT				OP	350				
24.	Chromid CPS Agar	20 PLT				OP	70				
25.	MH Ag+5% Kr.Końska + NAD	20 PLT				OP	50				
26.	Chromid Carba Agar	20 PLT				OP	5				
27.	Chromid CPS/Columbia CNA	20 PLT				OP	15				
28.	MH+kloksacylina 250ug/ml	20 PLT				OP	2				
29.	BHI Agar	20 PLT				OP	4				
30.	Count - Tact	20 PLT				OP	6				
31.	Sab.Chloram.Act 2 Agar	20 PROB.				OP	80				
32.	Sabouraud Chlor. 2 Agar	20 PROB.				OP	40				
33.	Selenite F Broth	20 PROB.				OP	100				
34.	Genbox Anaer	10 SZT				OP	40				
35.	Genbag Microaer	20 SZT				OP	5				
36.	Genbag Anaer	20 SZT				OP	40				
37.	Anaer Indicator	50 SZT				OP	20				
38.	Color Gram 2 - R1	2l				OP	4				
39.	Color Gram 2- R2	2l				OP	4				
40.	Color Gram 2 - R3	2l				OP	8				
41.	Color Gram 2 - R4	2l				OP	4				
42.	ATB Fungus 3	25 SZT				OP	4				
43.	ATB ANA EU	10 SZT				OP	10				
44.	ATB STREP EU	25 SZT				OP	6				
45.	ID 32C	25 SZT				OP	5				
46.	RAPID ID 32 A	25 SZT				OP	4				
47.	RAPID ID 32 STREPT	25 SZT				OP	3				
48.	API LISTERIA	10 SZT				OP	4				
49.	API NH	10 SZT				OP	4				
50.	API CORYNE	12 SZT				OP	4				
51.	ID 32 E	25 SZT				OP	4				
52.	ID 32 STAPH	25 SZT				OP	2				
53.	MINERAL OIL	125 ml				OP	5				
54.	JAMES	2 SZT				OP	15				
55.	FB	2 SZT				OP	8				

56.	VP A + VP B	1+1 SZT				OP	2				
57.	ZYM B	2 SZT				OP	1				
58.	ZYM A	2 SZT				OP	1				
59.	NIN	2 SZT				OP	1				
60.	PYZ	2 SZT				OP	1				
61.	NIT1+NIT2	2+2 SZT				OP	1				
62.	Unsensitised Tubes	2000 SZT				OP	1				
63.	Test immunochromatograficzny do identyfikacji obecności Rota - Adeno- wirusów w kale	20 SZT				OP	100				
64.	Test do identyfikacji Influenza A+B z materiału dróg oddechowych nosogardzieli, nosa, chromatograficzny	10 SZT				OP	25				
65.	Optochin Test	2x30 Kr.				OP	20				
66.	Test aglutynacyjny lateksowy do identyfikacji szczepów S.aureus- wykrycie czynnika clumping factor, białko A, grupowo specyficzny antygen powierzchniowy.	250 Test.				OP	36				
67.	Test lateksowy do identyfikacji Ag. N.meningitidis/E.coli K1,H.influenzae B,S.pneumoniae,S gr.B,N.meningitidis A,C,Y/W 135 bezp. W PMR i surowicy.	25 OZN.				OP	4				
68.	Test aglutynacji na mikrocząsteczkach polisterynowych do oznaczania gr.paciorkowców beta hem.A B C D F G	50 OZN				OP	10				
69.	Test aglutynacyjny lateksowy do ident.szczepów S.pneumoniae z hodowli	50 OZN				OP	2				
70.	Test do identyfikacji i lekowrażliwości metod mikrohodowli M.hominis U.urealyticum.	25 SZT				OP	4				
71.	Osocze królicze do wykrycia obecności koagulazy u S.aureus	3,5ml				OP	4				
72.	Cefinase ( krażki do wykrycia penicyliny)	50 Kr				OP	15				
73.	Oxidase Test	50x0,75ml				OP	4				
74.	Bact/Alert FA (Plastic)	100 BUT				OP	20				
75.	Bact/Alert FA Plus	100 BUT				OP	20				

76.	Bact/Alert FN Plus	100 BUT				OP	30				
77.	Bact/Alert FN (Plastic)	100 BUT				OP	10				
78.	Bact/Alert PF (Plastic)	100 BUT				OP	10				
79.	Bact/Alert PF Plus	100 BUT				OP	20				
Razem tabela 1 :											

**1. Uwaga !** Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest zaferowanie odczynników, podłoża bakteriologicznego, testów biochemicznych do identyfikacji drobnoustrojów, pasków antybiogramowych (brackepoint) umożliwiających wykonanie badań na aparatach mini API, Bact Alert 240 i uzyskanie wiarygodnych wyników badań. W przypadku zaferowania oferty równoważnej wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu w tabeli 1 formularza asortymentowo cenowego dla części Nr 1 tj. po 1 opakowaniu z każdej pozycji od 1 do 79, celem przetestowania w urzędzeniu pod względem kompatybilności z aparatami mini API, Bact Alert 240 oraz pod względem wiarygodności uzyskanych wyników badań.

W przypadku zaferowania produktów równoważnych w poszczególnych pozycjach kolumny 2 „Nazwa asortymentu” należy wpisać również nazwę produktu równoważnego.

Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość, właściwość, wydajność dostarczonych produktów równoważnych niekorzystnie odbiega od jakości właściwości, wydajności zaferowanego produktu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien oferowany produkt wymienić na produkt spełniający wymagania.

**2.** Wykonawca zapewni dla aparatu Bact Alert 240 będącego własnością Zamawiającego:

- 1)** pełną techniczną gwarancję przez okres trwania umowy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych z wykonaniem bezpłatnych przeglądów serwisowych raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujących wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy,
- 2)** czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 24 godziny, naprawa urządzenia max. do 3 dni roboczych,
- 3)** w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni, Wykonawca podstawia urządzenie zastępcze,
- 4)** w przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy.

Tabela 2 - dzierżawa aparatu kompatybilnego z aparatem Bact-Alert 240 dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Lp	Nazwa przedmiotu dzierżawy	Nazwa aparatu	Typ/model	Producent	j.m.	ilość	Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł	Czas dzierżawy w miesiącach	Wartość netto w zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Aparat kompatybilny z aparatem Bact-Alert 240				szt.	1		24			
Razem tabela 2:											

Dzierżawiony aparat musi być kompatybilny z aparatem Bact-Alert 240 będącym własnością Zamawiającego oraz musi zapewnić wykonanie badań na podłożach bakteriologicznych określonych w tabeli 1 formularza asortymentowo-cenowego dla części Nr 1, pozycja od 74 do 79.

Ogółem wartość dla części Nr 1 ( tabela 1 + tabela 2) :

Wartość .....netto ( słownie : .....)

Wartość .....brutto ( słownie : .....)

.....  
 Podpisy osób uprawnionych  
 do składania oświadczeń woli  
 w imieniu Wykonawcy

Tabela 3- wymagania dotyczące podłoży

<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻY DO HODOWLI KRWI I INNYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH</b>			
<b>1</b>	Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych.	Tak/podać	
<b>2</b>	Podłoża kompletne - bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi.	Tak/podać	
<b>3</b>	Dostępne podłoża dla dorosłych tlenowe i beztlenowe oraz dla dzieci.	Tak/podać	
<b>4</b>	Dostępne podłoża do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych.	Tak/podać	
<b>5</b>	Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii.	Tak/podać	
<b>6</b>	Możliwość hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu	Tak/podać	
<b>7</b>	Butelki z podłożami z materiału odpornego na uszkodzenie mechaniczne, zapobiegającego wyciekowi materiału zakaźnego, lekkie (ciężar razem z podłożem poniżej 100g), nadające się do stosowania w poczcie pneumatycznej.	Tak/podać	
<b>8</b>	Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie jednoznacznej zmiany zabarwienia czujnika.	Tak/podać	

Tabela 4 - parametry wymagane dla aparatu kompatybilnego z aparatem Bact-Alert 240

<b>PARAMETRY WYMAGANE</b>			
<b>1</b>	Pojemność aparatu od 220 – 250 prób	Tak/ podać	
<b>2</b>	Sygnalizacja próbek dodatnich: dźwięk, sygnał świetlny, zapis graficzny	Tak/ podać	
<b>3</b>	System utrzymujący stałą temperaturę min 35° C	Tak/ podać	
<b>4</b>	Hodowla w jednej próbce bakterii oraz grzybów	Tak/ podać	
<b>5</b>	Detekcja wzrostu drobnoustrojów metodą kolorymetryczną	Tak/ podać	
<b>6</b>	Możliwość preinkubacji pobranych prób w czasie dłuższym niż 24 godziny oraz możliwość automatycznej detekcji prób dodatnich, w których wzrost rozpoczął się poza aparatem	Tak/ podać	
<b>7</b>	Wyposażony w UPS	Tak/ podać	
<b>8</b>	Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika a nie przez analizator. Możliwość wyłączenia pojedynczych cel pomiarowych w przypadku awarii.	Tak/ podać	
<b>9</b>	Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym obsługującym laboratorium	Tak/ podać	
<b>10</b>	Aparat kompatybilny z posiadanym systemem BactAlert3D (backup)	Tak/ podać	
<b>11</b>	Komputer wewnętrzny z oprogramowaniem w wersji graficznej – rejestracja , wprowadzanie prób , podgląd prób , tworzenie zestawień oraz ich wydruk ,podgląd wykresu próby w trakcie inkubacji i wzrostu	Tak/ podać	
<b>12</b>	Obsługa oparta o proste menu ze wskazówkami dla użytkownika w j. polskim	Tak/ podać	
<b>13</b>	Aparat fabrycznie nowy	TAK/podać	
<b>14</b>	Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy	Tak/ podać	
<b>15</b>	Pełna techniczna gwarancja przez okres trwania umowy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych.	Tak/ podać	
<b>16</b>	Bezpłatne przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy	Tak/ podać	
<b>17</b>	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze), naprawa analizatora max. do 3 dni roboczych.	Tak/ podać	
<b>18</b>	W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni, Wykonawca podstawia urządzenie zastępcze.	Tak/ podać	
<b>19</b>	W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie.	Tak/ podać	
<b>20</b>	Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie do 14 dni roboczych od daty instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.	Tak/ podać	
<b>21</b>	Założenie paszportu technicznego	Tak/ podać	

.....  
 Podpisy osób uprawnionych  
 do składania oświadczeń woli  
 w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

**Część Nr 2- testy do aparatów mini VIDAS,VIDAS – metoda immunofluoroenzymatyczna wraz z dzierżawą aparatu becap-u kompatybilnego z posiadanymi aparatami mini VIDAS i VIDAS dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres 24 miesięcy**

Tabela 1 - testy do aparatów mini VIDAS,VIDAS – metoda immunofluoroenzymatyczna oraz do dzierżawionego aparatu becap-u kompatybilnego z posiadanymi aparatami mini VIDAS i VIDAS

Lp.	Nazwa asortymentu	Wymagania	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	VIDAS HIV DUO QUICK	60OZN				OP	35				
2.	VIDAS TOXO IgM	60OZN				OP	18				
3.	VIDAS TOXO IgG	60OZN				OP	22				
4.	VIDAS CMV IgG	60OZN				OP	15				
5.	VIDAS CMV IgM	30OZN				OP	25				
6.	VIDAS RUB IgM	30OZN				OP	18				
7.	VIDAS RUB IgG	60 OZN				OP	8				
8.	VIDAS TOXO IgG AVIDITY	30 OZN				OP	6				
9.	VIDAS CMV IgG AVIDITY	30 OZN				OP	4				
10.	VIDAS EBNA IGG	30 OZN				OP	22				
11.	VIDAS EBV VCA/EA IGG	30 OZN				OP	22				
12.	VIDAS EBV VCA IGM	30 OZN				OP	25				
13.	VIDAS ANTI - HBs QUICK	60 OZN				OP	25				
14.	VIDAS Hbe/ANTI Hbe	30 OZN				OP	18				
15.	VIDAS HAV IgM	30 OZN				OP	4				
16.	VIDAS ANTI - HAV TOTAL	30 OZN				OP	6				
17.	VIDAS ANTI - HBc TOTAL II	60 OZN				OP	20				
18.	VIDAS HBS Ag ULTRA	60 OZN				OP	290				
19.	VIDAS HBS Ag CONFIRM.	30 OZN				OP	2				
20.	VIDAS ANTI HBC IgM II	30 OZN				OP	4				
21.	VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN	60 OZN				OP	60				
22.	VIDAS ANTI - HCV	60 OZN				OP	190				

23.	VIDAS HIV P24 II	30 OZN				OP	1				
24.	Papier termoczuły do VIDAS	1 SZT				OP	4				
Razem tabela 1:											

**1. Uwaga !** Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest zaferowanie testów umożliwiających wykonanie badań na aparatach mini VIDAS i VIDAS i uzyskanie wiarygodnych wyników badań. W przypadku zaferowania oferty równoważnej wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą próbki oferowanego asortymentu w tabeli 1 formularza asortymentowo cenowego dla części Nr 2 tj. po 1 opakowaniu z każdej pozycji od 1 do 24, celem przetestowania w urządzeniu pod względem kompatybilności z aparatami mini VIDAS i VIDAS oraz pod względem wiarygodności uzyskanych wyników badań.

W przypadku zaferowania produktów równoważnych w poszczególnych pozycjach kolumny 2 „Nazwa asortymentu” należy wpisać również nazwę produktu równoważnego. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość, właściwość, wydajność dostarczonych produktów równoważnych niekorzystnie odbiega od jakości właściwości, wydajności zaferowanego produktu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien oferowany produkt wymienić na produkt spełniający wymagania.

**2.** Wykonawca zapewni dla aparatów:, mini VIDAS ,VIDAS będących własnością Zamawiającego:

**1)** pełną techniczną gwarancję przez okres trwania umowy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych z wykonaniem bezpłatnych przeglądów serwisowych raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujących wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy

**2)** czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) w dni robocze max. 24 godziny, naprawa urządzenia max. do 3 dni roboczych.

**3)** w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni , Wykonawca podstawia urządzenie zastępcze,

**4)** w przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy , element podlega wymianie na nowy.

Tabela 2 - dzierżawa aparatu beackap-u kompatybilnego z posiadanymi aparatami mini VIDAS i VIDAS dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

Lp	Nazwa przedmiotu dzierżawy	Nazwa aparatu	Typ/model	Producent	j.m.	ilość	Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł	Czas dzierżawy w miesiącach	Wartość netto w zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Aparat beackap kompatybilny z posiadanymi aparatami mini VIDAS i VIDAS				szt.	1		24			
Razem tabela 2:											

Dzierżawiony aparat musi być kompatybilny z aparatami mini VIDAS i VIDAS będącymi własnością Zamawiającego oraz musi zapewnić wykonanie ilości oznaczeń określonych w tabeli 1 formularza asortymentowo-cenowego dla części Nr 2, pozycja od 1 do 24.

Ogółem wartość dla części Nr 2 ( tabela 1 + tabela 2) :

Wartość .....netto ( słownie : .....)

Wartość .....brutto ( słownie : .....)

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

Tabela 3-Wymagania dla aparatu kompatybilnego z aparatami mini VIDAS i VIDAS

<b>Parametry wymagane</b>			
<b>1</b>	Wieloparametrowy analizator immunologiczny	Tak/ podać	
<b>2</b>	Aparat bezigłowy	Tak/ podać	
<b>3</b>	Stała gotowość do pracy	Tak/ podać	
<b>4</b>	Kalibracja w formie kodu kreskowego	Tak/ podać	
<b>5</b>	Brak kontaminacji	Tak/ podać	
<b>6</b>	Odczynniki gotowe do użycia	Tak/ podać	
<b>7</b>	Barkodowe identyfikowanie odczynników	Tak/ podać	
<b>8</b>	Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń i serii	Tak/ podać	
<b>9</b>	Zewnętrzny UPS	Tak/ podać	
<b>10</b>	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak/ podać	
<b>11</b>	Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami i kalibratorami	Tak/ podać	
<b>12</b>	Metoda enzymoimmunofluorescencyjna	Tak/ podać	
<b>13</b>	Aparat fabrycznie nowy	Tak/ podać	
<b>14</b>	Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy	Tak/ podać	
<b>15</b>	Pełna techniczna gwarancja przez okres trwania umowy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych.	Tak/ podać	
<b>16</b>	Bezpłatne przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy	Tak/ podać	
<b>17</b>	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 24 h od zgłoszenia (w dni robocze), naprawa analizatora max. do 3 dni roboczych.	Tak/ podać	
<b>18</b>	W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni, Wykonawca podstawia urządzenie zastępcze.	Tak/ podać	
<b>19</b>	W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie.	Tak/ podać	
<b>20</b>	Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie do 14 dni roboczych od daty instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym.	Tak/ podać	
<b>21</b>	Założenie paszportu technicznego	Tak/ podać	

.....  
 Podpisy osób uprawnionych  
 do składania oświadczeń woli  
 w imieniu Wykonawcy



**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ**Znak sprawy: **P-8/073/13**

....., dnia.....

.....  
Pieczęć Wykonawcy**Formularz asortymentowo – cenowy**

Część Nr 6 - pałeczki wymazowe i drewniane aplikatory dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres 14 miesięcy

Lp.	Nazwa asortymentu	Wymagania	Numer katalogowy (jeżeli posiada)	Producent + nazwa handlowa	Oferowana wielkość opakowania	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto zł	% VAT	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Drewniany sterylny aplikator, bez dodatkowej próbówki	Op. zbiorcze po 100 szt				OP	235				
2.	Pałeczka plastikowa z końcówką z tworzywa w systemie AMIES bez węgla w próbówce, sterylnie pakowana pojedynczo, a następnie w zbiorcze opakowania	Op. zbiorcze po 50szt				OP	470				
3.	Pałeczka z aluminiowego drutu z cienką końcówką w systemie AMIES bez węgla, sterylnie pakowana pojedynczo, a następnie w zbiorcze opakowania	Op. zbiorcze po 100szt				OP	20				
4.	Pałeczka plastikowa sterylna w próbówce bez podłoża transportowego	Op. zbiorcze po 100szt				OP	30				
<b>Razem:</b>											

**Do oferty należy dołączyć** certyfikaty ISO oraz certyfikat sterylności dla wyrobów medycznych sterylnych......  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

....., dnia .....

**OFERTA**

Pełna nazwa Wykonawcy: .....

Adres siedziby: .....

Województwo: .....

NIP: ..... , REGON: .....

Nr telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym:.....

Adres e-mail Wykonawcy:.....

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:.....

Nr telefonu.....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  
**na dostawę odczynników, podłoży bakteriologicznych, testów do aparatów będących własnością Zamawiającego wraz z dzierżawą aparatów; drobnego sprzętu laboratoryjnego; odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów-Osmometr, testów ureazowych, wymazówek plastikowych sterylnych oraz na dzierżawę wirówek dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie według Załącznika Nr 1 do SIWZ.**

- 1.** Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po cenie:

Część Nr 1 .....zł brutto	Słownie:.....
Część Nr 2 .....zł brutto	Słownie:.....
Część Nr 3 .....zł brutto	Słownie:.....
Część Nr 4 .....zł brutto	Słownie:.....
Część Nr 5 .....zł brutto	Słownie:.....
Część Nr 6 .....zł brutto	Słownie:.....

Część Nr 7 .....zł brutto	Słownie:.....
Część Nr 8 .....zł brutto	Słownie:.....
Część Nr 9 .....zł brutto	Słownie:.....
Część Nr 10 .....zł brutto	Słownie:.....
Część Nr 11 .....zł brutto	Słownie:.....
Część Nr 12 .....zł brutto	Słownie:.....
Część Nr 13 .....zł brutto	Słownie:.....

## **2. Termin realizacji zamówienia:**

- 1)** dostawy od daty zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy, przy czym realizacja następować będzie według potrzeb Zamawiającego, w terminie ..... dni roboczych (maximum 3 dni robocze) dotyczy- części Nr 1,2,3,4,10,11 \*,
  - 2)** dostawy od daty zawarcia przez okres 12 miesięcy, przy czym realizacja następować będzie według potrzeb Zamawiającego, w terminie .....dni roboczych (maximum 3 dni robocze)- dotyczy części Nr 5,12,13\*,
  - 3)** dostawy od daty zawarcia przez okres 14 miesięcy, przy czym realizacja następować będzie według potrzeb Zamawiającego, w terminie .....dni roboczych (maximum 3 dni robocze)-dotyczy części Nr 6,7,8,9 \*,
  - 4)** dostawa ,instalacja oraz kalibracja aparatów w terminie ..... dni roboczych (maximum do 21 dni) od daty zawarcia umowy – dotyczy części Nr 1 i 2 \*,
  - 5)** dostawa ,instalacja oraz kalibracja wirówek w terminie ..... dni roboczych (maximum do 14 dni) od daty zawarcia umowy dotyczy części Nr 11 \*.
- \* właściwe uzupełnić, niewłaściwe skreślić lub wpisać nie dotyczy w zależności od oferowanego asortymentu

## **3. Terminy przydatności do użycia/ważności :**

- 1)** podłoża mikrobiologiczne z krwią ..... tygodni (minimum 4-5 tygodni ) od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego \*,
  - 2)** podłoża mikrobiologiczne bez krwi ..... (min. 5-8 tygodni) od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego \*,
  - 3)** testy lateksowe i testy do identyfikacji biochemicznej z odczynnikami dodatkowymi ..... miesięcy (min. 4-7 miesięcy) za wyjątkiem poz. 67 ( tabela 1 część Nr 1) ..... tygodni(min. 8 tygodni), od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego \*,
  - 4)** testy Vidas .....miesiący (min. 4-7 miesięcy) od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,
  - 5)** kwas boronowy ..... miesięcy (nie krótszy niż 1 miesiąc) od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego \*,
  - 6)** drobny sprzęt laboratoryjny i próbówki.....miesiący (nie krótszy niż 18 miesięcy) od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego \*,
  - 7)** testy ureazowe ..... miesięcy(minimum 12 miesięcy) od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego \*.
- \* właściwe uzupełnić, niewłaściwe skreślić lub wpisać nie dotyczy w zależności od oferowanego asortymentu

**4. Termin płatności:** przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

**5. Oświadczam/-y\***, że oferowany asortyment:

- w części Nr 1 (tabela 1) poz. ....,
- w części Nr 2 (tabela 1) poz. ....,
- w części Nr 3 poz. ....,
- w części Nr 4 poz. ....,
- w części Nr 5 poz. ....,
- w części Nr 6 poz. ....,
- w części Nr 7 poz. ....,
- w części Nr 8 poz. ....,
- w części Nr 9 poz. ....,
- w części Nr 10 poz. ....,
- w części Nr 12 poz. ....,
- w części Nr 13 poz. ....,

posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy\* - **oświadczenie dotyczy wyrobów medycznych.**

**Oświadczam/-y\***, że oferowany asortyment:

- w części Nr 1 (tabela 1) poz. ....,
- w części Nr 2 (tabela 1) poz. ....,
- w części Nr 3 poz. ....,
- w części Nr 4 poz. ....,
- w części Nr 5 poz. ....,
- w części Nr 6 poz. ....,
- w części Nr 7 poz. ....,
- w części Nr 8 poz. ....,
- w części Nr 9 poz. ....,
- w części Nr 10 poz. ....,
- w części Nr 12 poz. ....,
- w części Nr 13 poz. ....,

nie jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie\* - **jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu**

\* właściwe uzupełnić, niewłaściwe skreślić lub wpisać nie dotyczy w zależności od oferowanych wyrobów

**6. Oświadczam/-y\***, że oferowany asortyment:

- w części Nr 1 (tabela 1) poz. ....,
- w części Nr 2 (tabela 1) poz. ....,
- w części Nr 3 poz. ....,
- w części Nr 4 poz. ....,
- w części Nr 5 poz. ....,
- w części Nr 10 poz. ....,

jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy\*

**Oświadczam/-y\***, że oferowany asortyment:

- w części Nr 1 (tabela 1) poz. ....,
- w części Nr 2 (tabela 1) poz. ....,
- w części Nr 3 poz. ....,
- w części Nr 4 poz. ....,
- w części Nr 5 poz. ....,
- w części Nr 10 poz. ....,

nie jest substancją niebezpieczną i nie wymagana jest karta charakterystyk\*

\* właściwe uzupełnić, niewłaściwe skreślić lub wpisać nie dotyczy w zależności od oferowanego asortymentu

**7.** Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

**8.** Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

**9.** Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

**10.** Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w jednej z okoliczności, wyznaczonej poniżej:

**a)** przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/\*\*

**b)** odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/\*\*

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/\*\*

**c)** w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska 104/118, w Częstochowie)\*\*.

**11.** Oświadczam/-y\*\*, że w toku aukcji elektronicznej oferty będą podpisywane podpisem elektronicznym należącym do osoby, która posiada lub będzie posiadać w dniu aukcji stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji firmy.

**12.** Wskazuję/-my\*\* dane niezbędne do aukcji elektronicznej:

**1)** adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie oraz poufny identyfikator, komplet login-hasło, umożliwiający zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP

**2)** imię i nazwisko oraz tel. osoby/-ów upoważnionej/-ch do otrzymania poufnego identyfikatora i odpowiedzialnej/-ych za jego poufność.

..... tel. ....

..... tel. ....

Załącznikami do niniejszej oferty są:

.....

.....

.....

Oferta wraz załącznikami zawiera..... ponumerowanych i parafowanych stron.

.....  
Podpisy osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

\* właściwe uzupełnić, niewłaściwe skreślić lub wpisać nie dotyczy w zależności od oferowanego asortymentu

\*\* niewłaściwe/niepotrzebne skreślić