

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO
(procedura otwarta)**

Nazwa zadania: dostawa, sprzętu do elektrostymulacji dla Oddziału Kardiologii oraz cewników balonowych i zestawów angioplastycznych dla Pracowni Hemodynamiki

kod CPV: 33.15.82.10-7 ; 33.11.17.30-7

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: **ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie**

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail: szp@data.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 - 2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 - 2.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226,poz.1817).
 - 2.3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224, poz.1796).
 - 2.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224, poz. 1795).
 - 2.5. Kodeks cywilny.
 - 2.6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153, poz.1503 z późn.zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: **33.15.82.10-7 33.11.17.30-7**

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, sprzętu do elektrostymulacji (stymulatory SSIR i DDDR z elektrodami endokawitarnymi, śrubokręty dynamometryczne z do stymulatorów, łączniki i rozgałęźniki unipolarne, dla Oddziału Kardiologii oraz cewników balonowych uwalniających lek antymiototyczny i zestawów angioplastycznych do bifurkacji dla Pracowni Hemodynamiki

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych wg Zał. Nr 2 część 1 do 8

V. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o, których w art. 67 ust.1 pkt.6 PZP.

VI. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

IX. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 m-cy od dnia zawarcia umowy

X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1 Pzp, i którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1.1. **posiadania uprawnień** do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży:

- koncesję, zezwolenia lub licencję w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie;

1.2. **dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi** do wykonania zamówienia tj.

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca przedłoży:

- **oświadczenie**, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ;

1.3. **sytuacji ekonomicznej i finansowej** tj.

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku , jeżeli wykonawca przedłoży :

- **Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (nie mniejszą niż 70% wartości brutto złożonej oferty); wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.**

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust. 2 b

ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
 - 1) **oświadczenia** o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 – treść oświadczenia zawarta w Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 - 2) **koncesję, zezwolenia lub licencję** w zakresie prowadzenia działalności usługowej. W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 - 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania Załącznik Nr 3 do SIWZ.;
/§ 1 ust. 1 pkt. 4 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817)/
 - 4) **Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej**, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, (na kwotę nie mniejszą niż 70% wartości brutto złożonej oferty); wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
/§ 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Prezesa Rasy Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia o, których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP lub zdolnościach finansowych innych podmiotów o, których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 a).
4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 5, dotyczącej tych podmiotów.
5. Jeżeli, z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art.26 ust.2 c).
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 24 ust. 2 pkt. 4).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
 - 1) **oświadczenia** o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ;
/§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/
 - 2) **aktualnego odpisu z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
/§ 2 ust. 1 pt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 roku Nr 226, Poz. 1817)/
 - 3) **aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- 4) **aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
/§ 2 ust. 1 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/
- 5) **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
/§ 2 ust.1 pkt. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817).
- 6) **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
/§ 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą [spełnia - nie spełnia], w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8. **Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
9. **Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 składa:
- 1) pkt. 2- 4 i 6 – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 - 2) pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP.
 - 3) Dokumenty, o których mowa w punkcie 1) litera a i c oraz punkcie 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 1 litera b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 - 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

10. W celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- 1) Wypełniony formularz asortymentowo - stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ,
- 2) Firmowe materiały informacyjne (opis) zawierające parametry techniczno - eksploatacyjne i specyfikację produktu. Dokumenty w języku obcym powinny posiadać tłumaczenie.
- 3) Oświadczenia, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ;
- 4) Oświadczenia, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ;
- 5) Wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów, na podstawie których, oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 /Dz. U. Nr 107 poz. 679./ oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie /Deklarację Zgodności, Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych/. Załącznik nr 4 /§ 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009 r. Nr 226, Poz. 1817)/

11. **W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców**, każdy ze współników musi złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale 10 ust. 7 pkt. 1) – 6) SIWZ. **W przypadku składania kopii tych dokumentów kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez współników.** Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

12. Pozostałe wymagania

- 1) Dostawy asortymentu stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego, w terminie maksimum 5 dni roboczych od telefonicznego lub faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dostawy wraz z fakturą loco magazyn Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów Zamawiającego.
- 2) Zabezpieczenie w ramach umowy szkolenia personelu medycznego i instrumentariuszek dotyczące używania sprzętu - tematyka związana z asortymentem i procedurami oferowanymi przez Wykonawcę
- 3) Czas gwarancji – minimum 12 miesięcy od daty dostawy
- 4) Płatność: przelewem po dostawie, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faxem.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.
3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.
4. W przypadku złożenia wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ lub kopii Zamawiający wymaga przesłania treści tych wyjaśnień, e-mailem na adres: **szp@data.pl** w celu ułatwienia Zamawiającemu wykonania czynności wymaganych ustawą „PZP”.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

6. Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj. P-8/ 027 /11 oraz dopiskiem "**Przetarg nieograniczony - Sprzęt do elektrostymulacji i wyroby do angioplastyki**". Nie otwierać przed 04.05.2011 r. godz. 10:15

XII. Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- p. Bożena Klimas tel.34 367 37 53 fax: 34/367 32 51
- sprawy zintegrowanego systemu zarządzania mgr inż. Artur Piekacz tel. 34 367-34-52

XIII. Termin związania ofertą: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 1 do SIWZ** lub na nim.
2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.
3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
4. Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.
5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).
6. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem.
7. Zaleca się aby do oferty składanej przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)".
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa.
9. Do oferty Wykonawca winien załączyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia wymienione w pkt XI niniejszej specyfikacji.
10. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest zobowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.
11. W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.
12. Wszelkie błędy w zapisach oferty winny być poprawione przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:
 - Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian w złożonej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "**ZMIANA OFERTY**".
 - Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane powiadomienie, należy opatrzyć napisem "**WYCOFANIE OFERTY**".

14. W procedurze udzielenia zamówienia uwzględnione zostaną oferty dostarczone w wyznaczonym terminie, spełniające warunki ustawy prawo zamówień publicznych, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.
15. W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: "**TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAC**". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 PZP.

XV. Określenie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:
„OFERTA – PRZETARG NIEOGRANICZONY SPRZĘT DO ELEKTROSTYMULACJI i WYROBY DO ANGIOPLASTYKI Nie otwierać przed 04.05.2011 r. godz. 10:15”
2. W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7.30 do 14.30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia **04.05.2011 roku do godz. 10:00**
4. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 04.05.2011 roku o godzinie 10:15** Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP, ul. Bialska 104/118; 42-200 Częstochowa; pawilon D; II piętro, pokój 310A,

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Przez cenę oferty zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3. Łączną cenę brutto zamówienia należy obliczyć wg wzoru:
Cena jednostkowa netto + stawka VAT x ilość = wartość brutto
4. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu druga cyfra nie ulega zmianie, natomiast jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.
5. Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póź. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.
6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XVII. Kryteria oceny ofert:

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego. Przy ocenie ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) dla części 1 i 2

Wartość brutto oferty **70%**

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość punktów -100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Wartość brutto} = \frac{\text{najniższa wartość brutto}}{\text{wartość brutto badanej oferty}} \times 100$$

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 70%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium wartość brutto oferty.

Jakość 30%

Ocena w w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie punktów za parametry techniczne uwidocznione w Załączniku nr 2 część 1 i 2 SIWZ.. Suma punktów uzyskana w ww. kryterium, od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę kryterium – 30%.

Jeżeli żadna z ofert nie uzyska maksymalnej ilości punktów określonej w Załączniku nr 2 część 1 i 2 do SIWZ to oferta która najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt a pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Jakość} = \frac{\text{oferta badana}}{\text{oferta najkorzystniejsza}} \times 100$$

Suma punktów uzyskana w ww. kryterium, pomnożona przez wagę kryterium – 30%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty kryterium jakość.

2) dla części 3, 4, 5

Wartość brutto oferty 100%

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość punktów -100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Wartość brutto} = \frac{\text{najniższa wartość brutto}}{\text{wartość brutto badanej oferty}} \times 100$$

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium wartość brutto oferty.

3) dla części 6 i 7

Wartość brutto oferty 70%

Oferta o najniższej wartości otrzyma maksymalną ilość punktów -100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Wartość brutto} = \frac{\text{najniższa wartość brutto}}{\text{wartość brutto badanej oferty}} \times 100$$

Suma punktów uzyskana od osób oceniających ofertę zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 70%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium wartość brutto oferty.

Jakość 30%

Ocena w w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie oceny dostarczonych próbek. Każdy z członków komisji przyzna określoną ilość punktów 1-100. Suma punktów zostanie przemnożona przez wagę tego kryterium. – 30% . Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa w kryterium jakość.

Jeżeli żadna z ofert nie uzyska maksymalnej ilości punktów określonej w Załączniku nr 2 część 6 i 7 do SIWZ to oferta która najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt a pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

$$\text{Jakość} = \frac{\text{oferta badana}}{\text{oferta najkorzystniejsza}} \times 100$$

Suma punktów uzyskana w ww. kryterium, pomnożona przez wagę kryterium – 30%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty kryterium jakość.

2.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w kryterium określonym w ust. 1, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

XVIII. Informacje dotyczące rozliczenia:

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone są w walucie PLN.

XIX. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

część 1	- 2.100,00 zł	część 5	- 100,00 zł
część 2	- 4.200,00 zł	część 6	- 1.800,00 zł
część 3	- 45,00 zł	część 7	- 2.250,00 zł
część 4	- 60,00 zł		

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądu;
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004** z dopiskiem „**Wadium, Przetarg, nr sprawy P-8/ 027 /11**”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 - W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć w kancelarii siedziby Zamawiającego, pok. 356, II p. Paw. D, a kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę załączyć do oferty.
 - Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
 - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPzp.
 - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
 - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
 - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XX. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. Zawarcie umowy:

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie wcześniej niż 10 dni od dnia przekazania informacji (faxem) o wyborze oferty na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – **Załącznik nr 5** do niniejszej specyfikacji.

2. Termin podpisania umowy Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przesłanie umów na adres Wykonawcy. Przesłanie na wniosek Wykonawcy umowy do podpisu nie zmienia terminu jej zawarcia.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w ust.1, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
4. Termin podpisania umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
5. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
6. Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy, dostarczyć osobie odpowiedzialnej za przygotowanie umowy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem przygotowania umowy.

XXII. Wzór umowy – Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- 1 Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy uPzp.
- 2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.
- 3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- 4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- 1.wzór oferty (załącznik nr 1)
- 2.przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2)
- 3.wzór oświadczenia (załącznik Nr 3)
- 4.wykaz dopuszczeń (załącznik nr 4)
- 5.wzór umowy (załącznik nr 5)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im.Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Kazimierz Pankiewicz

Częstochowa, dnia 01.04.2011 r.

.....
pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
pełna nazwa Wykonawcy

.....
adres siedziby Wykonawcy

Nr tel.; Nr faksu; e-mail

REGON; NIP

.....
adres do korespondencji

Nr tel.; Nr faksu; e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

**NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO ELEKTROSTYMULACJI DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGII ORAZ
CEWNIKÓW BALONOWYCH I ZESTAWÓW ANGIOPLASTYCZNYCH DLA PRACOWNI
HEMODYNAMIKI**

składam/-y* niniejszą ofertę zgodnie z SIWZ oraz zasadami określonymi w Prawie Zamówień Publicznych.

1. Oferuję/my* realizację zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia jak w SIWZ	Nazwa i typ	J.m	Ilość	Cena Jedn. netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto

2. Oferujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia : 12 m-cy od dnia zawarcia umowy

3. Dostawy asortymentu stosownie do bieżących potrzeb zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od telefonicznego lub faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dostawy wraz z fakturą loco magazyn Sekcja Zaopatrzenia i Magazynów Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie w ramach umowy szkolenia personelu zamawiającego dotyczące używania sprzętu - tematyka związana z asortymentem i procedurami oferowanymi przez Wykonawcę

5. Czas gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy

6. Płatność: przelewem po dostawie, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Oświadczamy, że oferowany asortyment, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
8. Oświadczam, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP których wykaz został dołączony do oferty, natomiast dokumenty zostaną dostarczone na każde żądanie zamawiającego.
9. Oświadczamy, że parametry oferowanego sprzętu są zgodne z określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.
11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia opisującą przedmiot zamówienia.
12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy wraz z protokołem koordynacyjnym dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala został przez nas zaakceptowany. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Wadium w kwocie zł zostało wniesione dnia w formie:

 Zwrot wadium prosimy dokonać na konto:.....
 Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.
15. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
 - wykonanie
 - wykonanie
16. Oświadczamy, że na prowadzenie naszej działalności (niepotrzebne skreślić):
 - nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja
 - jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja i została ona dołączona do oferty
17. Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.....
 Pieczęć podpis osób wskazanych w dokumencie
 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
 lub posiadających pełnomocnictwo

**Część 1 - Stymulatory jednojamowe SSIR wraz z elektrodą endokawitarną (do wyboru)
100 kompletów**

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru	Maksymalna wartość pkt.
1	TRYB PRACY	SSI(R)	TAK	
2	ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY	CO NAJMNIJ 40/MIN DO 170/MIN	TAK	
3	KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI	CO NAJWYŻEJ 6/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMINALNEJ DO 120/MIN , W POZOSTAŁYM ZAKRESIE CO NAJWYŻEJ 10/MIN	TAK	
4	MIN. AMPLITUDA IMPULSU	CO NAJWYŻEJ 0,5V	TAK	
5	MAX.AMPLITUDA IMPULSU	CO NAJMNIJ 7,5V	TAK	
6	KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ	CO NAJWYŻEJ 0,5V		10 PKT
7	KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ	CO NAJWYŻEJ 2,5V	TAK	
8	MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU	CO NAJWYŻEJ 0,25ms	TAK	
9	MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU	CO NAJMNIJ 1,0ms	TAK	
10	NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP.	0,4ms -0,5ms	TAK	
11	MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS.	CO NAJWYŻEJ 0,5mV	TAK	
12	MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS.	CO NAJMNIJ 4,0mV	TAK	
13	MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY	CO NAJWYŻEJ 1,0mV	TAK	
14	MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY	CO NAJMNIJ 7,5mV	TAK	
15	OKRES REFRAKCJI	CO NAJMNIJ OD 250ms DO 400ms	TAK	
16	SPOSOBY STYMULACJI	UNIPOLARNY,BIPOLARNY	TAK	
17	DETEKCJA	UNIPOLARNA,BIPOLARNA	TAK	
18	ŁĄCZE ELEKTRODY	IS-1	TAK	
19	NOMINALNY CZAS PRACY	CO NAJMNIJ 84 MIESIĄCE	TAK	
20	MAKSYMALNA WAGA	CO NAJWYŻEJ 25 GRAM	TAK	
21	THRESHOLD TEST	WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO	TAK	
22	KONTROLA STYMULATORA	IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA	TAK	
23	HISTEREZA RYTMU	TRYBY , ILOŚĆ TRYBÓW	TAK , OPISAĆ	20 PKT

24	KONTROLA STYMULATORA	POMIAR IMPEDANCJI ELEKTRODY	TAK	
25	KONTROLA STYMULATORA	POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOTNOŚCI STYM.	TAK	
26	PROGRAM NOCNY	STATYCZNY / FIZJOLOGICZNY	OPISAĆ	FIZJOLOGICZNY – 20 PKT STATYCZNY 0 PKT
27	FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU	PARAMETRY AMPLITUDOWE , CZĘSTOŚĆ PRÓBKOWANIA		10 PKT
28	ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA	BIERNA CO NAJMNIJ 2 TYPY	TAK	
29	ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA	CZYNNA CO NAJMNIJ 2 TYPY	TAK	
30	ELEKTRODA KOMOROWA	BIERNACO NAJMNIJ 2 TYPY	TAK	
31	ELEKTRODA KOMOROWA	CZYNNACO NAJMNIJ 2 TYPY	TAK	
32	POLARYZACJA ELEKTROD	BIPOLARNE		
33	KOŃCÓWKA ELEKTRODY	UWALNIAJĄCA STERYD		
34	MONITOROWANIE IMPEDANCJI ELEKTRODY			10 PKT
35	MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZANIA POLARNOŚCI ELEKTRODY W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA ZAKRESU IMPEDANCJI			10 PKT
36	DŁUGOŚĆ IEGM		OPISAĆ	PROPORCJONALNIE - 10 PKT
37	ELEKTRODY AKTYWNE (WKRETKI)	WIDOCZNY RTG ZNACZNIK KOŃCÓWKI ELEKTRODY (STOPY)	TAK	
38	INTELIĞENTNE ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
39	ALGORYTM UNIKANIA STYMULACJI KOMOROWEJ		OPISAĆ	TAK – 5PKT NIE – 0 PKT

Część 2 - Stymulatory dwujamowe DDDR wraz z kompletem elektrod endokawitarnych (do wyboru) – 150 kompletów

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru	Maksymalna wartość pkt.
1	TRYB PRACY	DDD(R),DDI(R),DVI(R),VDD(R), VVI(R),AAI(R)	TAK	
2	ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY	CO NAJMNIJ OD 40/MIN DO 170/MIN	TAK	
3	KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI	<= 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMINALNEJ DO 120/MIN , W POZOSTAŁYM ZAKRESIE <=10/MIN	TAK	

4	MIN. AMPLITUDA IMPULSU	CO NAJWYŻEJ 0,5V	TAK	
5	MAX.AMPLITUDA IMPULSU	CO NAJMNIEJ 7,5V	TAK	
6	KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ	CO NAJWYŻEJ 0,5V	TAK	
7	KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ	CO NAJWYŻEJ 2,5V	TAK	
8	MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU	CO NAJWYŻEJ 0,25ms	TAK	
9	MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU	CO NAJMNIEJ 1,0ms	TAK	
10	NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP.	0,4ms -0,5ms	TAK	
11	MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS.	CO NAJWYŻEJ 0,5mV	TAK	5 PKT
12	MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS.	CO NAJMNIEJ 4,0mV	TAK	
13	MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY	CO NAJWYŻEJ 1,0mV	TAK	
14	MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY	CO NAJMNIEJ 7,5mV	TAK	
15	OKRES REFRAKCJI	DLA PRZEDSIONKA CO NAJMNIEJ OD 200ms DO 500ms DLA KOMORY CO NAJMNIEJ OD 170ms DO 400ms	TAK	
16	SPOSOBY STYMULACJI PRZEDS. I KOM.	UNIPOLARNY,BIPOLARNY	TAK	
17	DETEKCJA PRZEDS.I KOM.	UNIPOLARNA,BIPOLARNA	TAK	
18	ŁĄCZE ELEKTRODY	IS-1	TAK	
19	NOMINALNY CZAS PRACY	CO NAJMNIEJ 75 MIE-SIĘCY	TAK	
20	MAKSYMALNA WAGA (G)	CO NAJWYŻEJ 30	TAK	
21	THRESHOLD TEST	WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO	TAK	
22	KONTROLA STYMULATORA	IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA	TAK	
23	KONTROLA STYMULATORA	POMIAR IMPEDANCJI ELEKTROD	TAK	
24	KONTROLA STYMULATORA	POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOTNOŚCI STYM	TAK	
25	PROGRAM NOCNY	STATYCZNY , FIZJOLOGICZNY	TAK , OPISAĆ	FIZJOLOGI- CZNY – 5 PKT STATYCZNY – 0 PKT
26	FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU STYMULACJI	PARAMETRY AMPLITUDOWE , CZĘSTOŚĆ PRÓBKOWANIA	TAK	10 PKT

27	REGULACJA ODSTĘPU A.-V.	PEŁNA , ZARÓWNO STATYCZNEGO JAK I DYNAMICZNEGO	TAK	
28	ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE I KOMOROWE	CO NAJMNIJ PO 3 TYPY BIERNYCH I PO 2 TYPY CZYN-NYCH DO WYBORU	TAK	
29	KOŃCÓWKA ELEKTROD	UWALNIAJĄCA STERYD	TAK	
30	ZAPOBIEGANIE TACHYKARDII STYMULATOROWEJ I PRZEDSIONKOWE	MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWA	TAK , OPISAĆ	PROPORCJONALNIE - 10 PKT
31	REGULACJA MAX. CZĘSTOŚCI ZAPOROWEJ	CO NAJMNIJ OD 120/MIN DO 160/MIN	TAK	
32	HISTEREZA RYTMU	- W OBU KANAŁACH STYMULATORA - WARTOŚĆ MIN.CO NAJWYŻEJ 40/MIN	TAK	
33	RODZAJE HISTEREZ RYTMU		TAK , OPISAĆ	10 PKT
34	DYNAMIKA PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI RATE RESPONSIVE	CO NAJMNIJ 3 ZAKRESY	TAK	
35	CZUJNIK RATE	RODZAJ-WYMIENIĆ		
36	HISTEREZA AV – TYPY I ZAKRES	ALGORYTM PRE-FERUJĄCY WŁA-SNE PRZEWODZENIE A-V		10 PKT
37	DŁUGOŚĆ IEGM		TAK	PROPORCJONALNIE - 10 PKT
38	AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE POLARNOŚCI W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA ZAKRESU IMPEDANCJI		OPISAĆ	TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT
39	ALGORYTMY ZAPOBIEGAJĄCE MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW		OPISAĆ	5 PKT
40	MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA WERSJI O MAŁYM ROZMIARZE	WAGA CO NAJWYŻEJ 20 G	OPISAĆ	5 PKT
41	MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA WERSJI O WYDŁUŻONEJ ŻYWIOTNOŚCI	CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH CO NAJMNIJ 144 MIESIĄCE	OPISAĆ	5 PKT
42	AKTYWNE ELEKTRODY (WKRETKI)	WIDOCZNY POD RTG ZNACZNIK KOŃCÓWKI ELEKTRODY (STOPY)	TAK	
43	ALGORYTM UNIKANIA STYMULACJI KOMOROWEJ		OPISAĆ	TAK-10 PKT NIE-0 PKT
44	INTELIAGENTNE ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ		OPISAĆ	TAK-10 PKT NIE – 0 PKT

Część 3 - Śrubokręty dynamometryczne z kluczem sześciokątnym M2 do stymulatorów – 40 sztuk

Część 4 - Łączniki unipolarne – 10 sztuk

Część 5 - Rozgałęźniki unipolarne do elektrod -10 sztuk

Część 6 – Cewniki balonowe uwalniające lek antymiototyczny - 100 szt

Cewniki balonowe o następujących parametrach:

1. trzon wykonany z polamidu, materiał balonu – mieszanka poliamidowa
2. *wymagane*: powlekany lekiem antymiototycznym-paklitakselem, umieszczonym na powierzchni balonu w postaci czystej (bez nośnika), w stężeniu co najmniej 2µg na mm² powierzchni balonu
3. *wymagane*: 3-zakładkowe składanie balonu zapobiega efektowi „wymywania” leku aktywnego w trakcie przechodzenia przez naczynie
4. długość użytkowa cewnika 140 cm
5. *wymagane*: dobra widoczność w skopii – dwa markery na końcach
6. *wymagane*: profil wejścia nie więcej niż 0,017”
7. *wymagane*: ciśnienie nominalne nie więcej niż 6 atm., RBP nie mniej niż 14 atm
8. *wymagane*: dostępne średnice od 2,0 mm do 4,0 mm; długości od 10 mm do 40 mm
9. *wymagane*: posiadają Certyfikat Europejski do leczenia restenozy w stencie oraz zmian w małych naczyniach

Uwaga:

- 1) dla oceny jakości Zamawiający wymaga dostarczenia próbki oferowanych cewników balonowych
- 2) dla zapewnienia dostępności zróżnicowanych rozmiarów w trakcie zabiegów konieczne jest stworzenie puli cewników na terenie Pracowni Hemodynamiki

Część 7 – Zestawy angioplastyczne do bifurkacji – 50 szt

Zestawy do wykonywania zabiegów angioplastyki bifurkacji tętnic wieńcowych, składające się z:

1. Stent do bifurkacji o następujących parametrach:
 - a) *wymagane*: zbudowany ze stali 316L
 - b) *wymagane*: pokrywany biodegradowalnym polimerem
 - c) *wymagane*: uwalniający czynnik antymiototyczny – paklitaksel
 - d) *wymagane*: budowa dwuczęściowa:
 - proksymalnie średnica większa, dystalnie średnica mniejsza, ze strefą przejściową o bardzo szerokim świetle oczka w miejscu odejścia bocznic
 - e) *wymagane*: zamontowany fabrycznie na balonie, również o budowie dwuczęściowej, ze zróżnicowanym wymiarem proksymalnym i dystalnym
 - f) *wymagane*: oferowane długości 15 mm i 18 mm
 - g) *wymagane*: oferowane średnice od 2,5 mm do 4,25 mm
 - h) *wymagane*: kompatybilny z jednym przewodnikiem 0,014"
2. Balon do bifurkacji o następujących parametrach:
 - a) *wymagane*: typu semi-compliant
 - b) *wymagane*: taperowany, o budowie dwuczęściowej, z szerszą częścią proksymalną i węższą częścią dystalną, co pozwala na wierniejsze dopasowanie się do bifurkacji
 - c) *wymagane*: oferowane długości 10 mm i 15 mm
 - d) *wymagane*: oferowane średnice od 2,5 mm do 4,25 mm

Uwaga: dla oceny jakości Zamawiający wymaga dostarczenia próbki oferowanych zestawów angioplastycznych

.....
Pieczęć firmowa Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: przetargu nieograniczonego sprzętu do elektrostymulacji dla Oddziału Kardiologii oraz cewników balonowych i zestawów angioplastycznych dla Pracowni Hemodynamiki

- a) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 - posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- b) Oświadczam, iż brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (dotyczy osób fizycznych):

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

- c) oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

.....
podpis upoważnionego (-ych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy

WYKAZ DOPUSZCZEŃ OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do elektrostymulacji dla Oddziału Kardiologii oraz cewników balonowych i zestawów angioplastycznych dla Pracowni Hemodynamiki

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/y, wykaz wszelkich wymaganych przez polskie prawo dokumentów, na podstawie których, oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

Lp.	Nr pakietu i poz. której dotyczy	Nazwa asortymentu	Nr katalog.	Nazwa jednostki dopuszczającej	Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np. wpis, CE itp.)	Nr dokumentu

....., dnia.....

.....
podpis upoważnionego (-ych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy

WZÓR UMOWY Nr W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ / 11

W dniu 2011 r., w Częstochowie,
pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS: 0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,
który reprezentuje:

Dyrektor -
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą:
REGON:, NIP:,
którą reprezentuje:

.....
zwaną dalej WYKONAWCĄ,

wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r nr 113 poz. 759/, zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu do elektrostymulacji (stymulatory SSIR i DDDR z elektrodami endokawitarnymi, śrubokręty dynamometryczne z do stymulatorów, łączniki i rozgałęźniki unipolarne, dla Oddziału Kardiologii oraz cewników balonowych i zestawów angioplastycznych dla Pracowni Hemodynamiki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załącznik Nr 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że asortyment objęty niniejszą umową posiadają dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy i zostaną dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.

§2

Umowa zostaje zawarta na okres: 12 m-cy od daty zawarcia.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Ceny przedmiotu zamówienia zawarte w załączonych formularzach asortymentowo-cenowych ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 6.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia w kwocie brutto (słownie:)

§4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do 5-ciu dni roboczych licząc od dnia telefonicznego lub faksowego złożenia tego zamówienia, przez osobę wskazaną w ust. 3.
3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:
4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

- a) jakkolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin gwarancji krótszy niż miesięcy, licząc od dnia dostarczenia,
- b) jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
- c) jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,
- d) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT,
- e) dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1, 2, 3.
- 5.** Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.
- 6.** W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w ust. 3 do:
- a) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia tych braków,
- b) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia tych wad.
- 6.** Umowa będzie wykonywana zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku Nr 3 niniejszej umowy
- 10.** W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego i technicznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych na następujących zasadach:
- a) Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem asortymentu, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.
- b) Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.
- c) Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu..
- d) Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.
- e) Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę
- f) Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.
- g) Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:
- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,
 - datę i miejsce ich przeprowadzenia,
 - imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,
 - imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,
 - czas trwania poszczególnych szkoleń.

§5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.
2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych brutto zawartych w formularzu asortymentowo- cenowym załączonym do niniejszej umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po dostawie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
5. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 k.c., a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Organu Założycielskiego Zamawiającego.
6. Ponadto bez zgody Organu Założycielskiego Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 k.c., ani jakiegokolwiek innej umowy zmieniającej Stronę stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.
7. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT.
8. W okresie trwania umowy – na każdej wystawionej fakturze – Wykonawca umieści numer niniejszej umowy.
9. Zapis o zakazie cesji, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w fakturach.
10. Faktura niezgodna z postanowieniami § 5 ust. 2, 7, 8 i 9 niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej na podstawie i wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku (...) - Dz. U. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.

§6

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) Zmiany korzystne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

b) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,

2) Zmiany niekorzystne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalne jest zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

b) inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy.

3) Zmiany neutralne dla Zamawiającego:

a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

b) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości szt/kpl przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

c) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości,

d) dopuszczalna jest zmiana na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim przy zachowaniu wartości przedmiotu umowy.

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§7

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w §4 ust. 6 – karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki,

c) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Wykonawcy noty odsetkowej obejmującej naliczoną karę umowną.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.


2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania	
	ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala	Nr edycji: 1 Strona 23 z 24

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
 - 2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.
 - 2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.
 - 2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
 - 2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.
 - 2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.
 - 2.6. Właściwej gospodarki odpadami:
 - Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
 - Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 - usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,
 - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 - 2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
 - 2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.
 - 2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
 - 2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
 - bez wycieków oleju,
 - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

2.12. Utrzymanie porządku w obszarze swojej działalności.

2.13. Uporządkowanie terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

**Oświadczam, że przyjmuję zasady
ustalone w niniejszym protokole.**

Wykonawca:

Zlecający:

Przedstawiciel Wykonawcy:		Przedstawiciel Szpitala:	Pełnomocnik Dyrektora ds.ZSZ – mgr inż. Artur Piekacz tel. 34/367-34-52
Data:		Data:	
Podpis		Podpis	