

Częstochowa, dn. 13.07.2012 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

dostawa : Staplerów jednorazowego użytku oraz zestawu rur jednorazowych z zastawką do respiratora Bennett Companion 2801

W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/051/ 1592 /12

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców wniesione w przedmiotowym postępowaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępni się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na stronie internetowej Zamawiającego.

Zapytanie 1 - Dotyczy załącznika nr 1 – staplery:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego asortymentu w całym pakiecie na dostawę staplerów:

- a) w pozycji 1 staplerów o średnicy 21, 25, 28, 31 lub 34mm, z łamanym kowadłkiem po oddaniu strzału w średnicach 25, 28, 31 oraz 34mm dla zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie lub ładunków do wielorazowego staplera okrężnego prostego, będących najtańszym rozwiązaniem i występujących w rozmiarze 25mm, 28mm, 31mm
- b) w pozycji 2 staplerów liniowych jednorazowego użytku, z automatycznym dociskiem tkanki (nie wymagającym ingerencji ze strony operatora), z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm (dla tkanki normalnej) lub 4,8mm (dla tkanki grubej) i długości linii szwów 45mm, dedykowanych do zabiegów kolorektalnych. Zszywki tytanowe wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego na całej długości dla prawidłowego zamykania w zmienionych chorobowo tkankach.
- c) w pozycji 3 dla staplera liniowego o dł. 45mm ładunków do tkanki normalnej (o wysokości 3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) oraz do tkanki grubej (o wysokości 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) pakowanych po 6 sztuk w opakowaniu. Zszywki tytanowe wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego na całej długości dla prawidłowego zamykania w zmienionych chorobowo tkankach.
- d) w pozycji 4 staplera tnąco-szyjącego o długości linii szwów 80mm posiadającego nóż w ładunku (przy każdym przeładowaniu staplera – nowy nóż stanowiący część ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu (dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej). Zszywki tytanowe wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego na całej długości dla prawidłowego zamykania w zmienionych chorobowo tkankach.
- e) w pozycji 5 ładunków z nożem do staplera tnąco-szyjącego o długości linii szwów 80mm posiadających 4 rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu (dla tkanki grubej) lub 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej) pakowanych po 6 sztuk w opakowaniu. Zszywki tytanowe wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego na całej długości dla prawidłowego zamykania w zmienionych chorobowo tkankach.

- f) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pozycji 4 „Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu)”, zamawiający ma na myśli konieczność zaoferowania w pozycji 4 zestawu staplera wraz z ładunkiem (pakowane razem lub osobno).
- g) w pozycji 6 staplerów liniowych jednorazowego użytku, z automatycznym dociskiem tkanki (nie wymagającym ingerencji ze strony operatora), z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 2,5mm (dla tkanki naczyniowej) lub 3,5mm (dla tkanki normalnej) lub 4,8mm (dla tkanki grubej) i długości linii szwów 30mm. Zszywki tytanowe wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego na całej długości dla prawidłowego zamykania w zmienionych chorobowo tkankach.
- h) w pozycji 7 staplerów liniowych jednorazowego użytku, z automatycznym dociskiem tkanki (nie wymagającym ingerencji ze strony operatora), z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm (dla tkanki normalnej) lub 4,8mm (dla tkanki grubej) i długości linii szwów 60mm. Zszywki tytanowe wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego na całej długości dla prawidłowego zamykania w zmienionych chorobowo tkankach.
- i) w pozycji 8 ładunków do staplera liniowego jednorazowego użytku 30mm, z automatycznym dociskiem tkanki (nie wymagającym ingerencji ze strony operatora), z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 2,5mm (dla tkanki naczyniowej) lub 3,5mm (dla tkanki normalnej) lub 4,8mm (dla tkanki grubej) pakowanych po 6 sztuk w opakowaniu. Zszywki tytanowe wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego na całej długości dla prawidłowego zamykania w zmienionych chorobowo tkankach.
- j) w pozycji 9 ładunków do staplera liniowego jednorazowego użytku 60mm, z automatycznym dociskiem tkanki (nie wymagającym ingerencji ze strony operatora), z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm (dla tkanki normalnej) lub 4,8mm (dla tkanki grubej) pakowanych po 6 sztuk w opakowaniu. Zszywki tytanowe wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego na całej długości dla prawidłowego zamykania w zmienionych chorobowo tkankach.

Odpowiedź: Dopuszczamy następujący asortyment w całym pakiecie na dostawę staplerów równocześnie wyjaśniając, że w pozycji 4 załącznika mamy na myśli sam **stapler bez ładunku** stąd w poz. 5 przedmiotem zamówienia jest ładunek do ww staplera.

Zapytanie 2

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od korzystania z aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź : NIE.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zmiany wartości brutto umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. Cena netto pozostanie bez zmian. Brak jest podstaw by zmiana stawki VAT miała wpływać na cenę towaru przed opodatkowaniem.

Odpowiedź: Brak zgody.

3. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy towaru do 4 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczającego 45 dni kalendarzowych.

Odpowiedź : NIE.

5. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §7 ust. 5 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź: NIE.

6. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy §7 ust. 6.

Odpowiedź: NIE.

7. Prosimy Zamawiającego o obniżenie kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt a) oraz b) do 0,2% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: NIE.

8. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §10 ust. 1 pkt c) gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia. W przypadku zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem, Zamawiający może naliczyć karę za zwłokę do czasu poprawnego zrealizowania świadczenia. Ponadto, kara określona w tym punkcie jest rażąco wysoka.

Odpowiedź: NIE.

9. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z §10 ust. 2 wzoru umowy części zdania zaczynającej się od słów „przy czym Zamawiającemu przysługuje...”.

Odpowiedź: NIE.

10. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez zamawiającego całości umowy, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy.

Odpowiedź: NIE.

ZAPYTANIE 3

Paragraf 5 ust. 1 pkt. 6

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź: NIE. Po poprawieniu omyłki pisarskiej § 5 ust.1 pkt.6 otrzymuje brzmienie. „ **Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 4** „

Paragraf 6 ust. 2, pkt. 2

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia tych wad.

Odpowiedź: TAK.

Paragraf 7 ust. 4

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

Odpowiedź: TAK.

Paragraf 8 ust. 1, pkt. 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności cen netto

Odpowiedź: NIE.

Paragraf 9 ust. 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Zmiany w umowie wymagają zgody Zamawiającego, za wyjątkiem zmian cen urzędowych i stawki VAT.

Odpowiedź: NIE.

Paragraf 10 ust. 1 a, b, d

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5 ust. 5, każdorazowo

karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę – 10% zawsze od

niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: NIE.

Paragraf 10 ust. 1 c

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź: NIE

Paragraf 10 ust. 2

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie z umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony

Odpowiedź: NIE.

Paragraf 4 ust. 5

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 4 ust. 5 zapisu:

„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: NIE.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ust.6 u Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. zmienia termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień **24.07.2012 r. godz. 10:00.**

Nowy termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na dzień **24.07.2012 r. godz. 10:15.**

Zatwierdził :

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek med. Kazimierz Pankiewicz

