

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.:

ZAKUP STERYLIZATORA PAROWEGO DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.

Znak sprawy: DAZ.26.073.2015

L.dz. 2226 /15

WYJAŚNIENIA nr 1 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ, parametry techniczne sterylizatora, pkt. 16

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem elektronicznego systemu testu Bowie & Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczonym wraz z urządzeniem jednolitym oprogramowaniem archiwizacyjnym, a jedynie ocenie podlega, czy jest wbudowany czy zewnętrzny system testu B&D?

Odpowiedź: Ocenie podlega czy system testu B&D jest wbudowany lub nie.

Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ, parametry techniczne sterylizatora, pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ekranem dotykowym o przekątnej 8,2"?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ, parametry techniczne sterylizatora, pkt. 26

Czy Zamawiający wymaga skanera kodów kreskowych przewodowego czy bezprzewodowego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wybór rodzaju skanera wykonawcy.

Dot. Załącznik nr 8, wzór umowy, Par. 6 pkt. 5

Prosimy o ujednoczenie zapisów par. 6 pkt. 5 z pkt. 47 Parametrów technicznych, tj. na zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw tego podzespołu niewynikających z winy Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający ujednocza zapis w załączniku nr 8 pkt.47 ze wzorem umowy par.6 pkt.5 na zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw tego podzespołu niewynikających z winy Zamawiającego.”

W/w zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Dot. Załącznik nr 8, wzór umowy, Par. 7 pkt. 1

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego.

Uzasadnienie: sterylizatory parowe są urządzeniami stacjonarnymi, wbudowanymi w konstrukcję budynku, podlegającymi Urzędowi Dozoru Technicznego, ponadto są wykonywane w specjalnej konfiguracji wymaganej przez Zamawiającego, zatem nie ma możliwości dostarczenia urządzenia o takich samych parametrach w ciągu 20 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę do wzoru umowy par.7pkt.1:

Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 7 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni roboczych do podstawienia urządzenia zastępczego pozwalającego wykonać proces sterylizacji na poziomie urządzenia uszkodzonego lub zorganizowanie procesu sterylizacji materiałów szpitala w innym ośrodku na koszt wykonawcy w sposób zapewniający płynność pracy Centralnej Sterylizacji.

W/w zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

6. Dot. pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o konstrukcji instalacji parowej (wytwornica pary, płaszcz, komora) oraz przebiegu procesu sterylizacji eliminującego wpływ ewentualnych gazów niekondensowalnych z wody zasilającej wytwornicę pary na proces sterylizacji, bez potrzeby dodatkowych przestarzałych systemów odgazowania wody ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

7. Dot. pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadające uszczelkę drzwiową wypełnianą sprężonym powietrzem, która nie wymaga okresowego czyszczenia ani smarowania o żywotności dużo większej niż uszczelka wypychana parą wodną? Urządzenie jest wyposażone w system detekcji przecieku powietrza do komory sterylizatora.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

8. Dot. pkt. 16.

Czy Zamawiający pod pojęciem „jednolity” ma na myśli oprogramowanie i sterylizator tego samego producenta ?

Odpowiedź: „Jednolite” oznacza oprogramowanie systemu Bowie & Dick oraz oprogramowanie archiwizacji, spójne, współdziałające ze sobą.

9. Dot. pkt. 16.

Czy w przypadku braku konieczności smarowania uszczelki drzwi sterylizatora Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby Wykonawca nie oferował pojemnika ze smarem do uszczelki?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

10. Dot. pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści sygnalizację działania elementów wykonawczych na obudowach tych elementów oraz na obudowie sterownika urządzenia ?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

11. Dot. pkt. 36.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wysokości 1950 mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

12. Dot. pkt. 38.

Czy Zamawiający zrezygnuje z oceny jakościowej punktu 38 ? Punkt 38 w załączniku nr 5 do SIWZ w podwójny sposób preferuje producenta posiadanych obecnie przez Zamawiającego sterylizatorów.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

13. Czy zamawiający dopuści autoklaw z pneumatycznym napędem drzwi?

Wymaganie konkretnych rozwiązań technologicznych powoduje ograniczenie konkurencji. Proponowane rozwiązanie pozwala na uzyskanie tej samej funkcji w inny równie efektywny sposób

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

14. Czy zamawiający w Centralnej Sterylizatorni posiada instalację sprężonego powietrza która może być wykorzystana do sterylizatora?

Odpowiedź: tak

15. Czy zamawiający dopuści sterylizator o przekątnej 7 cali.

Z punktu widzenia Użytkownika i poprawności procesu sterylizacji wielkość ekranu nie ma wpływu na poprawne działanie sterelizatora. Wymaganie konkretnych rozwiązań technologicznych powoduje ograniczenie konkurencji. Proponowane rozwiązanie pozwala na uzyskanie tej samej funkcji w inny równie efektywny sposób.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

16. Czy zamawiający dopuści autoklaw, który wyświetla listę wszystkich podzespołów w trybie serwisowym urządzenia? Autoklaw wyposażony w listę podzespołów jest dużo bardziej czytelny, nie wymusza na użytkowniku znajomości oznaczeń danego podzespołu. Rozwiązanie to jak umożliwia podgląd pracy podzespołów w czasie rzeczywistym, w trakcie trwania procesu, możliwość kontroli podzespołów (włączyć/wyłączyć itp.) Jest to rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1) §6 ust.7 pkt.1) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie, o treści jak niżej:

- 7. „W celu potwierdzenia wymagań opisanych w ust. 6 pkt. 1) Wykonawca winien załączyć do oferty:*
- 1) Karty katalogowe lub foldery producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnianie parametrów technicznych zawartych w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. ”*
 - 2) W załączniku Nr 8 do SIWZ – wzór umowy, § 16 otrzymuje numer § 17,
 - 3) W załączniku Nr 8 do SIWZ – wzór umowy wprowadza się § 16 o treści:
„Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala stanowi Załącznik do niniejszej umowy.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyznacza nowy termin składania ofert na dzień **20.08.2015 r. na godz. 10.00**. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. **10.30** w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 310. Miejsce składania ofert, określone w § 12 SIWZ pozostaje bez zmian.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 38 ust.2 uPzp wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przesyła tylko tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ na ich wniossek. Pozostali Wykonawcy winni zapoznać się z treścią wyjaśnień do SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

W załączeniu:

Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala -
Załącznik do umowy.


ZATWIERDZIŁ:

Z upoważnienia Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP
w Częstochowie

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. JAROSŁAW DROBNIKOWSKI

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania	
	ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala	Nr edycji: 1

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
 - 2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.
 - 2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.
 - 2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
 - 2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.
 - 2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.
 - 2.6. Właściwej gospodarki odpadami:
 - Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
 - Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 - usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,
 - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 - 2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
 - 2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.
 - 2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
 - 2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
 - bez wycieków oleju,
 - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.
 - 2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
 - 2.12. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
 - 2.13. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.
5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.
6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:

Zlecający:

Przedstawiciel Wykonawcy:		Przedstawiciel Szpitala:	
Data		Data	
Podpis		Podpis	