

Cena za SIWZ – 20,00 zł brutto
Oplata pocztowa – 13,50 zł

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/030/13

Częstochowa, dnia 24 kwietnia 2013 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (**SIWZ**)

NA DOSTAWĘ
WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA
PRACOWNI HEMODYNAMIKI I PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII

w trybie
przetargu nieograniczonego

o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12.10. 2012 r.
o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1271)

Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

UWAGA:
PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ

§ 1. ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. 034 367-36-74
faks: 034 367-36-74
adres strony internetowej: www.szpitalparkitka.com.pl.
e-mail: szp@data.pl
NIP: 573-22-99-604

§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.), z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271), zwaną dalej „Ustawą PZP”.
2. Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki (część 1 do 28) i Pracowni Elektrofizjologii (część 29 do 32).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 32 części:
 - 1) Część Nr 1 - Stenty dowięcowe (DES) do cienkich naczyń.
 - 2) Część Nr 2 - Stenty dowięcowe powlekane (DES) do długich zwężeń.
 - 3) Część Nr 3 - Stenty dowięcowe powlekane (DES) do krętych naczyń.
 - 4) Część Nr 4 - Stenty dowięcowe do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych.
 - 5) Część Nr 5 - Stenty dowięcowe do krętych naczyń.
 - 6) Część Nr 6 - Cewniki balonowe do predylatacji.
 - 7) Część Nr 7 - Cewniki balonowe do zmian prostych.
 - 8) Część Nr 8 - Cewniki balonowe do doprężania stentów i zmian twardych.
 - 9) Część Nr 9 - Cewniki balonowe nacinająco-pozycjonujące.
 - 10) Część Nr 10 - Prowadniki angioplastyczne do udrożeń.
 - 11) Część Nr 11 - Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania.
 - 12) Część Nr 12 - Cewniki prowadzące.
 - 13) Część Nr 13 - Cewniki diagnostyczne.
 - 14) Część Nr 14 - Zestawy obłożeniowe.
 - 15) Część Nr 15 - Akcesoria do zabiegów koronarografii i angioplastyki.
 - 16) Część Nr 16 - Zestawy angioplastyczne do bifurkacji.
 - 17) Część Nr 17 - Zestawy promieniowe.
 - 18) Część Nr 18 - Linie do pomiaru ciśnienia.
 - 19) Część Nr 19 - System do aspiracji skrzeplin.
 - 20) Część Nr 20 - Kuwety do pomiaru ACT.
 - 21) Część Nr 21 - Mikrocewnik do zmian złożonych.
 - 22) Część Nr 22 - Zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS).
 - 23) Część Nr 23 - System do protekcji przeciw mikroembolizacji.
 - 24) Część Nr 24 - Stentgrafty wieńcowe.
 - 25) Część Nr 25 - Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny.
 - 26) Część Nr 26 - Cewniki balonowe do kontrapulsacji.
 - 27) Część Nr 27 - Stenty samorozprężalne.
 - 28) Część Nr 28 - Stenty ułatwiające gojenie.
 - 29) Część Nr 29 – Cewniki ablacyjne RF.
 - 30) Część Nr 30 – Elektrody diagnostyczne 4 polowe.
 - 31) Część Nr 31 – Kable do elektrod ablacyjnych.
 - 32) Część Nr 32 – Kable do elektrod diagnostycznych.
3. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego

zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem medycznym.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną część (32 części) należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia **Załącznik Nr 2 część 1 do 32 SIWZ**. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w **Załączniku Nr 6 do SIWZ**. (wzór umowy)
6. Przedmiot zamówienia określa kod CPV: 33.11.17.30-7; 33.12.30.00-8.

§ 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego – Kierownika Apteki lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
 - 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 4 do SIWZ).
 - 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 4 do SIWZ).
 - 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 4 do SIWZ).
 - 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Załącznik Nr 4 do SIWZ).
2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o żądane zapisem SIWZ oświadczenia i dokumenty, złożone przez Wykonawcę. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawartej w SIWZ Wykonawca spełnia na termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:

- 1) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**, (wzór [Załącznik Nr 4 do SIWZ](#)).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
 - 1) **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**. (wzór [Załącznik Nr 5 do SIWZ](#)).
 - 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 3) **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 4) **Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
 - 5) **Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 6) **Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 7) **Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć:
 - 1) **Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zawartą w formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

„Grupa Kapitałowa” – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę – zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 z 2007 r., poz. 331, z późn. zm.).
 - 2) Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), składając odrębne oferty, są zobowiązani wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w niniejszym postępowaniu.
4. **Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w § 6 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszej specyfikacji:**
 - 1) Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 1) oraz ust. 3 pkt. 1), 2) winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 2 pkt.

- 2),3),4),5),6),7) winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
- 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. **Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, zamiast dokumentów:
- 1) o których mowa w § 6 ust. 2:
 - a) § 6 ust. 2 pkt. 2), 3), 4), 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
 - b) § 6 ust. 2 pkt. 5) i 7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.
 - 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 pkt. 2) stosuje się odpowiednio.
 - 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. **Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7. **W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców** (tzw. Konsorcjum) **lub przez spółkę cywilną**, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 i ust. 3 niniejszej specyfikacji [lub w § 6 ust. 2 pkt. 1), § 6 ust. 3 oraz ust. 5 – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej].
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków dotyczących odpowiednio współników konsorcjum powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez współników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie.
9. **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiającego wymaga:**
 - 1) Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz że Wykonawca przedłoży te dokumenty wraz z pierwszą dostawą, a także na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert - treść oświadczenia znajduje się w formularzu oferty, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 - 2) Foldery marketnigowe publikowane przez producenta, opisy, prospekty, karty katalogowe potwierdzające opisane przez Zamawiającego parametry techniczne oferowanego asortymentu, z zaznaczeniem której części i pozycji dotyczą. W przypadku materiałów obcojęzycznym należy dołączyć opis w j. polskim.
10. **Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:**
 - 1) Wypełniony formularz oferty stanowiący **Załącznik Nr 1 do SIWZ**.
 - 2) **Załącznik Nr 2 do SIWZ** dla części od 1 do 32. Dla części od 1 do 28 należy dokonać uzupełnienia w kolumnie „opis parametrów / cech oferowanych”. Wykonawca zamieszcza te części na które składana jest oferta.
 - 3) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy stanowiący **Załącznik Nr 3 (część 1 – 32) do SIWZ**. Wykonawca zamieszcza te części na które składana jest oferta.
 - 4) Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) – podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
4. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
5. Dokumenty stanowiące uzupełniane złożonej oferty winny być przekazane Zamawiającemu także w formie pisemnej.
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
faks: (34) 367-36-74; poczta elektroniczna: szp@data.pl**
8. Przesyłanie korespondencji na inny adres lub numer faksu niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
9. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, informacji lub dokumentów.

10. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Ewa Włodarczyk – tel. 34/367-32-91,

Jacek Gabryel – tel. 34/367-36-90 (część 1 do 28).

Sławomir Foremny – tel. 34/367-36-90 (część 29 do 32).

w zakresie procedury przetargowej:

Bożena Klimas - Dział Zamówień Publicznych Zamawiającego

tel. i faks: 034 367-36-74. godz. 7.00-14.35.

§ 8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **6 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25 kwietnia 2013 r.**
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. **Połowa terminu składania ofert upływa w dniu 08.05 2013 r.**
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, oraz tym którzy zgłoszą pisemny wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.

§ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. **Zamawiający wymaga złożenia wadium:**

- 1) Część Nr 1 – 1.450,00zł
- 2) Część Nr 2 - 4.600,00zł
- 3) Część Nr 3 - 1.550,00zł
- 4) Część Nr 4 - 780,00zł
- 5) Część Nr 5 - 1.150,00zł
- 6) Część Nr 6 - 1.340,00zł
- 7) Część Nr 7 - 870,00zł
- 8) Część Nr 8 - 2.420,00zł
- 9) Część Nr 9 - 750,00zł
- 10) Część Nr 10 – 1.000,00zł
- 11) Część Nr 11 - 1.170,00zł
- 12) Część Nr 12 - 1.900,00zł
- 13) Część Nr 13 - 800,00zł
- 14) Część Nr 14 - 1.400,00zł
- 15) Część Nr 15 - 1.460,00zł
- 16) Część Nr 16 - 2.300,00zł
- 17) Część Nr 17 - 130,00zł
- 18) Część Nr 18 - 60,00zł
- 19) Część Nr 19 - 670,00zł
- 20) Część Nr 20 - 30,00zł
- 21) Część Nr 21 - 350,00zł
- 22) Część Nr 22 - 670,00zł

- 23) Część Nr 23 - 225,00zł
- 24) Część Nr 24 - 140,00zł
- 25) Część Nr 25 - 1.000,00zł
- 26) Część Nr 26 - 640,00zł
- 27) Część Nr 27 - 780,00zł
- 28) Część Nr 28 - 690,00zł
- 29) Część Nr 29 - 950,00zł
- 30) Część Nr 30 - 520,00zł
- 31) Część Nr 31 - 40,00zł
- 32) część Nr 32 - 60,00zł

2. Wadium w innej formie niż pieniądź należy złożyć w formie oryginału w pokoju 356 – w kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, a kserokopię (-e) potwierdzoną (-e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty.
3. Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
4. **Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.**
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto:
BRE Bank Oddział w Częstochowie
nr rachunku: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.
6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
7. **Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia do Zamawiającego.**
8. **Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:**
 - 1) być wystawione na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,
 - 2) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta/poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 - 3) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych tj. nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).
10. Wadium w całości winno znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upłynięciem terminu do składania ofert.
11. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13. **Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.**

§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Ustala się, że składający ofertą pozostaje nią związany przez **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca wskaże Zamawiającemu umocowanie do złożenia oferty, np. w przypadku spółki cywilnej może to być umowa spółki cywilnej, a jeżeli z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
5. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwo podlegać będzie uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy.
6. Wszelkie uzupełnienia, wyjaśnienia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
10. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
11. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystać z wzorów (formularz oferty, oświadczeń, formularzy asortymentowo-cenowych) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 14.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
15. Wykonawca wskaże w ofercie, na którą część zamówienia składa ofertę.
16. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
17. **Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Wykonawcy, oraz napis:**

„Postępowanie Nr P-8/030/13. Oferta na dostawę wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii – Część

Proszę nie otwierać przed dniem 2013 r. godz.” , (wpisuje Wykonawca).

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
20. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

§ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, przy ulicy Bialskiej 104/118 KANCELARIA - pokój 356, w terminie **do dnia 21.05. 2013 r. do godz. 10:00.**
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania.

§ 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 21.05.2013 r. o godz. 10.15** w Dziale Zamówień Publicznych (pokój 310) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118, w Częstochowie
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Opis sposobu obliczania ceny został podany w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 3 część 1 - 32 do SIWZ.
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla

- prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
3. Podstawą do ustalenia ceny oferty jest pełny zakres zamówienia, określony w Załączniku Nr 3 dla części 1 do 32.
 4. Przedstawione w Załączniku Nr 3 część 1 do 32 SIWZ – „Formularz asortymentowo-cenowy” przez Wykonawcę ceny jednostkowe, będą podstawą do wyliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
 5. Przy obliczeniu ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
 6. Cena oferty winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie oraz obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
 7. Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
 8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 15. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFER:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:

1) dla części 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28 do 32.

Kryterium „cena” – 100%, oceniane będzie jak poniżej:

$$X = (C \text{ min} : C_o) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min – najniższa cena ze złożonych ofert

C_o – cena ocenianej oferty

100 – stały współczynnik

X – wartość punktowa ocenianego kryterium

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) dla części: 1 - 9, 11 – 13, 19, 21, 25 – 27.

Kryterium „cena” - 80%, oceniane będzie jak poniżej:

$$X = (C \text{ min} : C_o) \times 80 \text{ pkt}$$

gdzie:

C min – najniższa cena ze złożonych ofert

C_o – cena ocenianej oferty

X – wartość punktowa ocenianego kryterium

Kryterium „jakość” - 20%, oceniane jak poniżej:

$$Y = (J : J \text{ max}) \times 20 \text{ pkt}$$

gdzie:

J – ilość punktów ocenianej oferty

J max – największa ilość uzyskanych punktów

Y – wartość punktowa ocenianego kryterium

Ocena w w/w kryterium będzie prowadzona na podstawie punktów za parametry techniczne uwidocznione w Załączniku nr 1 część: 1 - 9, 11 – 13, 19, 21, 25 – 27.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą liczbę punktów przyznanych w ramach ww. kryteriów.

§ 16. AUKCJA ELEKTRONICZNA:

1. Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium ceny.
2. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postępień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktacja będzie przeliczana do 8 miejsca po przecinku. Oferta w toku aukcji jest składana w wartości brutto podobnie jak w fazie przed aukcją. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia aukcji „poprawioną” w wyniku udziału w aukcji ofertę - formularz asortymentowo-cenowy (z cenami jednostkowymi), jako skan w formacie PDF oraz w formacie xls, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - na adres: szp@data.pl. Cena oferty musi być taka sama jak ostateczna cena zaproponowana w aukcji. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się podanie do kilku miejsc po przecinku jedynie ceny jednostkowej. Zmiany w formularzu asortymentowo-cenowym/ofercie mogą dotyczyć jedynie cen „poprawianych” w wyniku udziału w aukcji. Niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Warunki przeprowadzania aukcji zostaną przekazane w zaproszeniu zgodnie z art. 91 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:
 - 1) Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP (www.soldea.pl).
 - 2) Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji.
 - 3) Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.
 - 4) Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora. W toku rejestracji Wykonawca testuje posiadany podpis elektroniczny.
 - 5) Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające, między innymi, poufne identyfikatory, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego: drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w oświadczeniu rejestracyjnym).
 - 6) Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń, Wykonawcy potwierdzą Zamawiającemu niezwłocznie faksem na numer: (34) 367-37-53 lub adresem e-mail: szp@data.pl, bez względu na decyzję o udziale w aukcji.
5. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z platformą EPP.
 - a) komputer klasy PC, system operacyjny: Windows 2000/XP/VISTA/7,
 - b) stabilny dostęp do internetu bez pośrednictwa serwera Proxy,
 - c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.5 lub wyższy, FireFox, Google Chrome,
 - d) zainstalowany program Java (bezpłatny,
 - e) bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
 - f) wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące ww. warunków Wykonawca znajdzie na stronie www.soldea.pl w dziale „Platforma przetargowa” oraz w instrukcjach postępowania udostępnianych wraz z zaproszeniem do elektronicznego składania ofert.
6. UWAGA:

Dla Wykonawców nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego. **POSIADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ BEZPIECZNEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO JEST WARUNKIEM KONIECZNYM UDZIAŁU W AUKCJI.** Czas potrzebny do nabycia bezpiecznego podpisu elektronicznego waha się w granicach 3-5 dni.
7. Informacji i pomocy w zdobyciu wymaganego podpisu może udzielić Operator, który będzie administrował aukcją.
8. Adres strony na której będzie prowadzona aukcja: <http://www.soldea.pl> .

§ 17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.
2. O odrzuceniu ofert (-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści i informację, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej www.szpitalparkitka.com oraz w swojej siedzibie na „Tablicy informacyjnej”.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem.
5. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

§ 18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzw. Wykonawcy określonego w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

§ 19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi [Załącznik Nr 6 do SIWZ](#).

§ 21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” .
2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. :
 - a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 232);
 - a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

§ 22. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adresy poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego znajdują się w paragrafie 1 niniejszej specyfikacji.

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 23. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Zał. Nr 1 – Formularz oferty – do wypełnienia przez Wykonawców.

Zał. Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

Zał. Nr 3 - Formularze asortymentowo-cenowe (Część 1 - 32)– do wypełnienia przez Wykonawców.

Zał. Nr 4 – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - do wypełnienia przez Wykonawców.

Zał. Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – do wypełnienia przez Wykonawców.

Zał. Nr 6 - Wzór umowy.

Częstochowa, dnia 24 kwietnia 2013 r.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Krzysztof Kłós

.....
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
Adres*:
REGON*:
NIP*:
.....
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym*
.....
numer faksu wraz z numerem kierunkowym*
.....
adres e-mail Wykonawcy*

FORMULARZ OFERTY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa
ul. Bialska 104/118

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii.

1. Składam/-y** niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*.
2. Oferuję/-my** realizację zamówienia za cenę:

Część Nr	Cena brutto /PLN/	słownie
1		
2		
3		
4		
5		
6		

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

3. **Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności** – zgodne ze wzorem umowy.
4. Oferuję/-my** asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Dokumenty przedłożymy wraz z pierwszą dostawą, a także na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert.
5. Oświadczam/-y**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
6. Oświadczam/-y**, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Oświadczam/-y**, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Wadium zostało wniesione w dniu w formie -dla części w kwocie zł (słownie:)
- dla części w kwocie zł (słownie:)
 - dla części w kwocie zł (słownie:)
 - dla części w kwocie zł (słownie:)
 - dla części w kwocie zł (słownie:)
 - dla części w kwocie zł (słownie:)
 - dla części w kwocie zł (słownie:)
 - dla części w kwocie zł (słownie:)
 - dla części w kwocie zł (słownie:)
 - dla części w kwocie zł (słownie:)
 - dla części w kwocie zł (słownie:)
 - dla części w kwocie zł (słownie:)

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

9. Oświadczam/-y**, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

10. Oświadczam/-y**, że:
- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5./**
 - należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5. W załączeniu przedstawiamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn. zm./**

11. Oświadczam/-y**, że w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy:
- 1) przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym obejmującym koszty przesyłki/**
 - 2) odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy/**
 - 3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Białska 104/118, Częstochowa)/ **

12. Podwykonawcom zamierzam/y** powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
- a) wykonanie
 - b) wykonanie

13. WRAZ Z OFERTĄ składam/-y** następujące oświadczenia i dokumenty:
- - str. oferty
 - - str. oferty
 - - str. oferty
 - - str. oferty
 - - str. oferty
 - - str. oferty
 - - str. oferty
 - - str. oferty
 - - str. oferty
 - - str. oferty

.....	-	str. oferty
.....	-	str. oferty
.....	-	str. oferty
.....	-	str. oferty
.....	-	str. oferty
.....	-	str. oferty
.....	-	str. oferty
.....	-	str. oferty
.....	-	str. oferty

14. Wskazuję/-my dane niezbędne do aukcji elektronicznej (proszę wypełnić czytelnie):**

1) Adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie oraz poufny identyfikator, komplet login- hasło, umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP.

.....

2) Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej do otrzymania poufnego identyfikatora i odpowiedzialnej za jego poufność.

.....

Nr telefonu:

3) Oświadczam/-y**, że w toku aukcji elektronicznej oferty będą podpisywane podpisem elektronicznym należącym do osoby, która posiada lub będzie posiadać w dniu aukcji stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji firmy.

.....
Miejscowość i data

.....
*Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
 do reprezentowania Wykonawcy*

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* w przypadku oferty wspólnej należy wskazać również pełnomocnika Wykonawcy.

** niepotrzebne skreśli.

Część Nr 1 - Stenty dowieńcowe (DES) do cienkich naczyń - 80 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Stenty dowieńcowe o następujących parametrach		
Stent stalowy, wykonany ze stopu 316L, typu slotted tube		
Uwalniający lek antymitotyczny z niedegradowanego polimeru		
Substancja aktywna-paklitaksel, zawartość minimum 1 µg/mm ²	Parametr konieczny	
Minimalny wymagany przedział średnic: 2,5-4,0 mm		
Minimalny wymagany przedział długości: 8-32 mm dla wszystkich przedziałów średnic		
Polimer termostabilny do min. 160°C		
Ciśnienie nominalne nie mniej niż 10 atm		
Ciśnienie RBP nie mniej niż 14 atm dla średnic 2,5-3,5 mm		
Profil wejścia nie więcej niż 0,017"	Parametr konieczny	
Shaft proksymalny nie więcej niż 1,8 F, dystalny nie więcej niż 2,5 F	100 punktów, brak 10 punktów	
Kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 6 F		

Część Nr 2 - Stenty dowieńcowe powlekane (DES) do długich zwężeń – 280 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Stenty dowieńcowe pokrywane, uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym:		
Uwalniany lek: sirolimus lub paklitaksel - do wyboru	Parametr konieczny	
Pokrywany biodegradowalnym polimerem	Parametr konieczny	
Platforma stentu kobaltowo -chromowa lub stalowa- do wyboru	Parametr konieczny	
Rozmiary stentu: średnica od 2.00;2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4,25; 4,50;4,75; 5,0 mm, długość od 8 do 40 mm	Wymagane wszystkie rozmiary-parametr konieczny	
Wymagane ciśnienie nominalne min: 8 atm, RBP nie mniej niż 14 atm		
Profil stentu 3,0 mm mniejszy lub równy 0,034" (0,038" dla stentu na platformie stalowej)	100 punktów, brak 10 punktów	

Część Nr 3 - Stenty dowieńcowe powlekane (DES) do krętych naczyń – 90 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Stenty dowieńcowe pokrywane, uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym		
Uwalniany lek: sirolimus	Parametr konieczny	
Pokrywany biodegradowalnym polimerem	Parametr konieczny	
Platforma stentu kobaltowo -chromowa	Parametr konieczny	
Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą gojenie naczyń	Parametr konieczny	
Wymagane ciśnienie nominalne nie mniej niż 8 atm, RBP nie mniej niż 16 atm		
Profil stentu 3,0 mm mniejszy lub równy 0,039"	100 punktów, brak 10 punktów	
Skracalność stentu po rozprężeniu nie przekracza 0%	Parametr konieczny	

Część Nr 4 - Stenty dowieńcowe do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych – 190 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Stenty dowieńcowe o następujących parametrach:		
Stent stalowy, stal 316L	Parametr konieczny	
Ciśnienie RBP nie mniej niż 14 atm		
Ciśnienie nominalne nie mniej niż 8 atm		
Min. wymagany przedział długości stentów od 8 do 40 mm	Wymagane skrajne rozmiary- parametr	
Min. wymagany przedział średnic nominalnych stentów od 2.00 do 5,0 mm, co 0,25 mm w całym zakresie średnic	Wymagane wszystkie rozmiary- parametr konieczny	
Profil przejścia $\leq 0,036''$ dla stentu o średnicy 3,0 mm	100 punktów, brak 10 punktów	

Część Nr 5 - Stenty dowieńcowe do krętych naczyń - 190 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Stenty dowieńcowe ze stopu kobaltowo-chromowego, o następujących parametrach		
Montowane fabrycznie na balonie typu "semi compliant"		
Typ monorail (rapid exchange)		
Typ "slotted tube" , wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego L-605,	Parametr konieczny	
Nie ferromagnetyczne (bezpieczne w MRI),		
Siła radialna - powyżej 24 PSI		
Skrócenie stentu nie więcej niż 0 %,		
Profil przejścia: nie więcej niż $0,037''$ dla stentu 3.0,	Parametr konieczny	
Grubość siatki stentu nie więcej niż $0,0024''$ dla stentu 3.0 mm	Parametr konieczny	
Proximal shaft nie więcej niż 2,0 F, distal shaft nie więcej niż 2,6 i 2,8 F		
Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F(dla wszystkich rozmiarów)		
Oferowane różne średnice: co najmniej od 2,0 mm do 5,0 mm oraz długości: od min. 9 mm do co najmniej 40mm (dla stentu)	Parametr konieczny	
Dobra widoczność we fluoroskopii (posiada znaczniki)		
Ciśnienie nominalne nie mniej niż 9 atm, RBP nie mniej niż 16 atm (dla stentów 2,0-4,0 mm)		
Posiada rejestrację do bezpośredniego stentowania		
Specjalne pokrycie pasywne, zmniejszające wykrzepianie krwi na powierzchni stentu i przyspieszające gojenie naczyń	100 punktów, brak 10 punktów	

Część Nr 6 - Cewniki balonowe do predylatacji – 450 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Cewnik balonowy o następujących parametrach:		
Balon typu semi-compliant		
System doprowadzający typu monorail		
Długość systemu doprowadzającego minimum 135 cm		
Dostępny zakres średnic: od minimalnie 1,25 mm do 4.0 mm	Parametr konieczny	
Dostępny zakres długości: od minimalnie 10 mm do 30 mm	Parametr konieczny	
Profil wejścia balonu nie więcej niż $0,016''$, z długością czubka minimum 4,5 mm	50 punktów, brak 10 punktów	
Średnica zwiniętego balonu poniżej $0,026''$ (dla balonu 4,0 mm)	50 punktów, brak 10 punktów	
Kompatybilny z cewnikiem 5 F		
Shaft proxymalny nie więcej niż 1,9 F		

Część Nr 7 - Cewniki balonowe do zmian prostych – 400 szt

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Cewniki balonowe o następujących parametrach:		
Średnice od 1,25 mm do 4,0 mm, przyrost co 0,25 mm w całym zakresie średnic, długości od 10 mm do 40 mm	Wymagane wszystkie rozmiary-parametr konieczny	
Nominalne ciśnienie inflacji nie mniej niż 8 atm, RBP nie mniej niż 14 atm		
Średnica przejścia „crossing profile” nie więcej niż 0,025” dla balonu 3,0	Parametr konieczny	
Profil wejścia nie więcej niż 0,017” dla balonu 3,0 mm	100 punktów, brak 10 punktów	
Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5,0F dla wszystkich rozmiarów		
Proximal shaft nie więcej niż 1,8F; dystal shaft nie więcej niż 2,5F		
Krótki czas deflacji dla balonu 3,5 i 4,0 mm- nie więcej niż 3 sek		
Pokrycie hydrofilne	Parametr konieczny	

Część Nr 8 - Cewniki balonowe do doprężania stentów i zmian twardych – 800 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Cewniki balonowe o następujących parametrach:		
Typu non-compliant	Parametr konieczny	
Ciśnienie nominalne nie mniej niż 10 atm	50 punktów, brak 10 punktów	
Ciśnienie RBP nie mniej niż 20 atm (dla balonu 2,0-4,0 mm), i 18 atm (dla balonu 4,5-5,0 mm średnicy)	Parametr konieczny	
Minimalny wzrost średnicy balonu przy wzroście ciśnienia inflacji od nominalnego do RBP	Parametr konieczny	
Oferowane średnice balonu 2,25-5 mm, długości balonu 6; 10; 15; 20 mm		
Długość użytkowa 145 cm		
Średnica shaftu proksymalnego 2,0F; dystalnego 2,6F		
Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F		
Profil wejścia nie więcej niż 0,016"	50 punktów, brak 10 punktów	
Dostępne balony OTW semicompliant z trwałym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 90 cm, długość shaftu 135 - 148 cm, profil wejścia nie więcej niż 0,016"	Parametr konieczny	

Część Nr 9 - Cewniki balonowe nacinająco- pozycjonujące – 50 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Cewniki balonowe do poszerzania zwężeń naczyń wieńcowych, o następujących parametrach:		
Balon semi-compliant		
System tnąco-pozycjonujący umieszczony na balonie, składający się z 3 spiralnych ostrzy, wykonanych z nitinolu, wspomagających działanie rozprężające balonu	Parametr konieczny	
Profil przejścia nie więcej niż 2,7F (0,034")	50 punktów, brak 10 punktów	
Ciśnienie nominalne co najmniej 8 atm		
Ciśnienie RBP co najmniej 20 atm (dla balonu 2,0-2,5 mm); 18 atm (dla balonu 3,0 mm); 16 atm (dla balonu 3,5 mm)	50 punktów, brak 10 punktów	
Markery platynowo-irydowe na końcach balonu, bardzo dobrze widoczne w skopii		
Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F		
Oferowane średnice 2,0-3,5 mm, co 0,5 mm		
Oferowane długości 10, 15 i 20 mm		

Część Nr 10 - Prowadniki angioplastyczne do udrożeń – 575 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach:		
Średnica 0,014"		
Długość nie mniej niż 190 cm, dostępne prowadniki o długości 300 cm		
Wykonane ze stali i innych stopów metali (np.: nitynolowych)		
Doskonale widoczna końcówka prowadnika		
Końcówka typu „J” i prosta		
Szeroki wybór prowadników o różnym stopniu sztywności i twardości końcówki(co najmniej 15 typów, w tym co najmniej 7 typów dedykowanych do CTO)	Parametr konieczny	
Dostępne pokrycie hydrofobowe i hydrofilne	Parametr konieczny	
Konstrukcja prowadnika zapewniająca ciągłość i bezpieczeństwo zabiegu		

Część Nr 11 - Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania – 575 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach:		
Średnica 0,014"		
Oferowane długości 180 cm; przedłużenie o długości co najmniej 150 cm		
Pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm	Parametr konieczny	
Nitinolowy rdzeń w części dystalnej prowadnika, stalowy w części proksymalnej	50 punktów, brak 10 punktów	
Końcówka prosta		
Typ ze wzmocnionym stałym pokryciem hydrofilnym (np. typu hypercoat)		
Typ ze wzmocnionym stałym pokryciem hydrofilnym (np. typu hypercoat)	Parametr konieczny	
Co najmniej dwa stopnie sztywności	50 punktów, brak 10 punktów	

Część Nr 12 - Cewniki prowadzące – 1000 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Cewniki prowadzące o następujących parametrach:		
Duża średnica wewnętrzna, nie mniej niż: 0,059 dla 5F; 0,071" dla 6F; 0,081" dla 7F	Parametr konieczny	
Oferowane średnice: 5F, 6F, 7F		
Metalowe zbrojenie zachowujące niezmiennie światło wewnątrz na całej długości cewnika	50 punktów, brak 10 punktów	
Miękka atraumatyczna końcówka oraz marker widoczny w skopii,		
Stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres trwania zabiegu		
Odporność na skręcanie i załamania		
Dobra pamięć kształtu		
Dobra manewrowalność		
Wysoka trwałość cewnika		
Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych –w każdej średnicy, w tym z dojścia promieniowego- Ikari Right, Ikari Left, Tiger II	50 punktów, brak 10 punktów	
Cewnik 5 F o długości 120 cm z prostą końcówką typu floppy na dystalnych 12 cm, do techniki "mother in child" (5 F in 6 F)	Parametr konieczny	

Część Nr 13 - Cewniki diagnostyczne – 3300 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Cewniki do koronarografii o następujących parametrach: Rozmiar od 4 do 6 F		
Konstrukcja zapewniająca dobre manewrowanie i obrót 1:1		
Średnica wewnętrzna co najmniej 0,050" dla 5 F i 0,057" dla 6 F	Parametr konieczny	
Długość minimum 100 cm, dla Pigtail minimum 110 cm, dostępne długości 130 cm dla Judkins Right	Parametr konieczny	
Pokrycie wewnętrzne cewnika gwarantujące duże przepływy	50 punktów, brak 10 punktów	
Miękka, atraumatyczna końcówka		
Zbrojona ścianka, odporna na załamania i zagięcia	50 punktów, brak 10 punktów	
Duży wybór kształtów i krzywizn (Judkins, Amplatz, Coronary Bypass, IMA, Pigtail; w różnych rozmiarach, w tym JL 6,0 i JR 6,0)		
Dobra widoczność radiologiczna w skopii		

Część Nr 14 - Zestawy obłożeniowe – 1300 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
<p>A. Zestaw do koronarografii (1050 szt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chusta angiograficzna 244 x 350 cm z otworami, przezroczysta krawędź z obu stron o szerokości 58 cm, z warstwą wysokoabsorbującą 122x154 cm, z trzema otworami o średnicy 12 cm (dostęp udowy i promieniowy)-1 sztuka - fartuch chirurgiczny – 2 sztuki (L, XL) - plastikowa miska 500 ml - 1 sztuka - igła angiologiczna, 18G – 1 sztuka - pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumka 85x90 cm – 1 sztuka - strzykawka Omnifix Luer Lock 20 ml – 1 sztuka - rampa 3-kranikowa typu OFF, 35 bar - dreny ciśnieniowe 1,5x2,7mm - 20cm i 150 cm - przewodnik diagnostyczny J3, 0,035"/0,89mm, 175 cm - system oszczędzający środek kontrastowy, 15 cm - gąbka z plastikowym uchwytem - skalpel jednorazowy z osłonką - igła Sterican 21G, 0,8x50mm – 1 sztuka - strzykawka zwykła Luer - 10 ml - 1 sztuka - kompres absorbujący 20x40cm – 1 sztuka - gaziki 75x75mm – 20 sztuk - kleszczyki plastikowe - serweta absorbująca 40x60 cm (1 szt.) - serweta na stół trójwarstwowa 90x150cm (1 szt.) - rękawiczki białe o rozmiarach 37x57 cm, 2 szt. <p>B. Zestawy obłożeniowe do zabiegów implantacji kardiostymulatorów, o następującym składzie (150 szt.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chusta kardiologiczna 218x330cm - 1szt <ul style="list-style-type: none"> - Dwa otwory o średnicy 12 cm - Włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą 120x80 cm 2. Fartuchy chirurgiczne – 2szt. <ul style="list-style-type: none"> - Rozmiarach L , XL 	Wymagany podany skład- parametr konieczny	

<p>3. Plastikowa miska – 500ml. – 1szt. 4. Strzykawki 20ml. – 2szt. 5. Igły Sterican 0,7x50mm – 1szt. + 0,8x50mm - 1szt. 6. Skalpel jednorazowy z osłonką - 1szt. 7. Gąbka z plastikowym uchwytem- 2 szt. 8. Gaziki 7,5x7,5 cm - 30szt. 9. Chusta do zawinięcia 140x150cm 10. Serweta absorbująca 40x60 cm 11. Kompres Molinea 40x60 cm 12. Ręczniki- 2 szt. 13. Folia przyklepna przezroczysta 38x25 cm 14. Opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia powierzchniowego: gaza impregnowana kaolinem mineralnym</p> <p>C. Zestaw sprzętu do implantacji elektrod czasowych (100 szt.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serweta angiograficzna 218x 330 cm, z przezroczystą krawędzią z prawej strony o szerokości 70 cm, z dwoma otworami o średnicy 12 cm - 1 szt. - Fartuch XL- 1 szt. - Gąbka z plastikowym uchwytem do przygotowania pola operacyjnego- 2 szt. - Skalpel jednorazowy z osłonką- 1 szt. - Miseczka 500 ml- 1 szt. - Gaziki 7,5x7,5 cm- 20 szt. - Kompres Molinea 40x60 cm- 1 szt. - Ręczniki- 2 szt. - Chusta do zawinięcia zestawu 150x160 cm- 1 szt. - Kleszczyki plastikowe- 1 szt. - Pokrowiec plastikowy z gumką 90x90 cm (osłona na lampę rtg) - 1 szt. 		
---	--	--

Część Nr 15 - Akcesoria do zabiegów koronarografii i angioplastyki.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
<p>A. Introducery do wkłuc naczyńiowych z igłą w zestawie- 1500 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Średnice od 4 F do 13 F - Dostępność średnic co 0,5 F w przedziale od 5 F do 7 F - Długość 11 cm i 23 cm - Zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory - Zatrzask utrzymujący rozszerzacz w koszulce w trakcie zakładania - Ramię boczne z kranikiem - Wysoka odporność na zagięcia i załamania - Zachowuje niezmiennie światło na całej swojej długości - Gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy przewodnikiem a rozszerzaczem oraz pomiędzy rozszerzaczem a koszulką - Atraumatyczna końcówka - Igła prosta, ostro zakończona, kompatybilna z przewodnikiem 0,038" <p>B. Zestaw do drenażu worka osierdziowego- 30 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cewnik z 6 otworami bocznymi - Rozmiar cewnika od 7 F do 9 F - Igła prosta 18 G, długość 7 cm - Prowadnik 0,038", typ J, długość 48 cm - Strzykawka 10 ml w zestawie <p>C. Przedłużacze wysokociśnieniowe- 100 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonany z przezroczystego materiału - Zbrojony - Elastyczny i miękki - Długość minimum 100 cm 	<p>Wymagany podany skład- parametr konieczny</p>	

<ul style="list-style-type: none"> - Światło wewnętrzne minimum 1,7 mm - Ciśnienie minimum 1000 psi <p>D. Konektory typu Y- 600 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typ pojedynczy- 95% partii zamawianego towaru - Światło wewnętrzne zastawki 9 F - Ruchoma końcówka „męska” - Wykonany z przezroczystego materiału - Możliwość użycia 2 przewodników-typ podwójny-5% partii zamawianego towaru <p>E. Torquery- 300 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dostosowany do przewodników od 0, 014” do 0,038” - Zakręcany mechanizm montażu na przewodniku - Luminescencyjny - Powierzchnia chropowata <p>F. Igła do wprowadzania przewodnika angioplastycznego, 900 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - tępo zakończona, - długość 7 cm - kompatybilna z przewodnikami 0,014” <p>G. Inflatory- strzykawki ciśnieniowe z manometrem- 900 szt.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksymalne ciśnienie do 30 atm. - Skala manometru 0-30 atm. - Strzykawka o pojemności 30 ml - Dren o długości co najmniej 25 cm, z ruchomą `męską` końcówką - Precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie - Budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji - Posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją - Przełącznik mechanizmu `szybka- wolna inflacja` z blokadą, umieszczony w rękojeści - Ergonomiczna rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze - Tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu. - Czytelna tarcza manometru –skala ciśnienia co 0, 5 atm. do 1 atm. - Wykonana z przezroczystego materiału <p>H. Przewodniki diagnostyczne długie - 200 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość co najmniej 250 cm - średnica 0,035” - pokrycie hydrofilne 		
--	--	--

Część Nr 16 - Zestawy angioplastyczne do bifurkacji – 50 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
<p>Zestawy do wykonywania zabiegów angioplastyki bifurkacji tętnic wieńcowych, składające się z:</p> <p>1. Stent do bifurkacji o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zbudowany ze stali 316L - Pokrywany biodegradowalnym polimerem - Uwalniający czynnik antymitotyczny- paklitaksel - Budowa dwuczęściowa: proksymalnie średnica większa, dystalnie średnica mniejsza, ze strefą przejściową o bardzo szerokim świetle oczka w miejscu odejścia - Zamontowany fabrycznie na balonie, również o budowie dwuczęściowej, ze zróżnicowanym wymiarem proksymalnym i dystalnym 		

<ul style="list-style-type: none"> - Oferowane długości 15mm i 18mm - Oferowane średnice od 2,5mm do 4,25mm - Kompatybilny z jednym przewodnikiem 0,014" <p>2. Balon do bifurkacji o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Typu semi-compliant - Taperowany, o budowie dwuczęściowej, z szerszą częścią proksymalną i węższą częścią dystalną, co pozwala na wierniejsze dopasowanie się do bifurkacji - Oferowane długości 10mm i 15mm - Oferowane średnice od 2,5mm do 4,25mm 		
---	--	--

Część Nr 17 - Zestawy promieniowe – 200 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
<p>Zestawy do nakłucia t. promieniowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszulka wykonana z ETFE, średnica 4-7 F, długość 7 lub 10 cm - miniprowadnik w zestawie: wykonany ze stali nierdzewnej, długość 45 cm, średnica 0,018", końcówka prosta - metalowa igła 0,7x38 mm, dostępna igła 0,9x51 mm pokryta plastikową, przezroczystą kaniulą z podłużnym rowkiem, ułatwiającym nakłuciu (np. typu Surflo Flash) - cewnik diagnostyczny - jedna krzywizna do lewej i prawej tętnicy wieńcowej, np.: typu Tiger I, Tiger II, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, BLK 4.0; dwuwarstwowa ściana poliuretanowa, od wewnątrz utwardzona nylonem, zbrojony podwójnym opłotem stalowym, o średnicy 4, 5 i 6 F, z dobrym przepływem kontrastu- minimalnie 15 ml/sek dla cewnika 4F przy odporności na wysokie ciśnienia podania do minimalnie 1200 psi 	Wymagany podany skład- parametr konieczny	

Część Nr 18 - Linie do pomiaru ciśnienia – 250 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Zestawy do ciągłego monitorowania ciśnienia metodą „krwawa”:		
Przetwornik do pomiaru ciśnienia-typ pojedynczy		
Częstotliwość własna przetwornika ≥ 200 Hz	Parametr konieczny	
Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem		
Zestaw wyposażony w minimum 2 kraniki trójdrożne		
Linie kodowane kolorystycznie		
System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo		
Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne)		
Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu pomiarowego		
Kabel do przetworników, pojedynczy, kompatybilny z monitorami Philips		
Płytki wraz z klamrą do mocowania przetworników		

Część Nr 19 - System do aspiracji skrzeplin – 80 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Zestaw do aspiracji skrzeplin wewnątrznaczyniowych w trakcie zabiegów PCI:		
Cewnik do użycia w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych		

Cewnik typu monorail, końcówka typu luer-lock	Parametr konieczny	
Marker na dystalnym końcu cewnika, marker głębokości o długości 10 cm, umieszczony 90 cm od końca dystalnego	50 punktów, brak 10 punktów	
System kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F i 7 F (dostępne 2 rodzaje średnic)	Parametr konieczny	
Średnica zewnętrzna cewnika nie więcej niż 4,2 F (dla 6 F) i 4,8 F (dla 7 F)		
Średnica aspiracyjna nie mniej niż 1,0 mm dla cewnika kompatybilnego z 6 F, światło ssące co najmniej 0,7 mm ² dla 6 F	50 punktów, brak 10 punktów	
Profil wejścia nie więcej niż 0,019"	Parametr konieczny	

Część Nr 20 - Kuwety do pomiaru ACT - 225 szt.(5 opakowań po 45 szt.)

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Płytki laboratoryjne do oznaczania krzepnięcia (ACT- activated clotting time): Jednorazowego użytku		
Zastosowanie z aparatem Hemochron	Parametr konieczny	
Możliwość wykonania testu przy łóżku pacjenta		

Część Nr 21 - Mikrocewnik do zmian złożonych - 20 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Mikrocewnik do zmian złożonych o następujących parametrach:		
Kompatybilny z przewodnikiem 0,014"	Parametr konieczny	
Zbrojony stalowym oplotem		
Pokrycie hydrofilne na całej długości za wyjątkiem proksymalnych 60 cm	50 punktów, brak 10 punktów	
Duże światło, temperowane, średnica zewnętrzna cewnika nie więcej niż 1,8 F, średnica wewnętrzna co najmniej 0,018" (dla końca roboczego)	Parametr konieczny	
Miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka (dystalne 13 cm) z małym profilem wejścia- nie więcej niż 1,8 F	50 punktów, brak 10 punktów	
Marker na końcówce poprawiający widoczność w skopii		
Dostępne długości 130 i 150 cm		

Część Nr 22 - Zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS) - 20 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Zestaw diagnostyczny składający się z: 1.Sondy mechaniczne do ultrasonograficznego obrazowania wnętrza naczynia, o następujących parametrach: - Kompatybilne z systemem iLab	Wymagany podany skład- parametr konieczny	

<ul style="list-style-type: none"> - Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F - Dostosowane do przewodników 0,014' - Częstotliwość sondy 40 MHz - Profil natarcia nie więcej niż 1,7F - Długość robocza sondy minimalnie 130 cm 		
2.System do automatycznego pull-backu (tzw.: „sanki”)		

Część Nr 23 - System do protekcji przeciw mikroembolizacji - 10 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
System do protekcji przeciw mikroembolizacji:		
Udokumentowane zastosowanie- do poszerzania zdegenerowanych pomostów aortalno- wieńcowych lub w świeżym zawale m. sercowego	Parametr konieczny	
Typ rapid exchange		
Profil przejścia nie więcej niż 3,2F	Parametr konieczny	
Filtr zbudowany z siateczki nitinolowej		
Rozmiar filtra od 3,0 do 7,0 mm	Parametr konieczny	
Długość użytkowa 190 i 320 cm		
Kompatybilny ze standardowym przewodnikiem angioplastycznym 0,014"		
Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F		
Dobrze widoczny w skopii		

Część Nr 24 - Stentgrafty wieńcowe - 5 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Stentgraft wieńcowy, do zabezpieczenia perforacji wikłających zabiegi angioplastyki- na ratunek życia, o następujących parametrach		
Wykonany w technice „sandwich”, przekładany PTFE	Parametr konieczny	
Wykonany ze stali 316L (stent), graft –PTFE		
Pokryty substancją hydrofilną w części dystalnej oraz TIP		
Grubość ściany 0.3mm		
Kompatybilny z przewodnikiem 0.014"		
Profil końcówki (tip-u): nie więcej niż 0.018"	Parametr konieczny	
Markery znaczące pozycję graftu		
Dostępne średnice: 3,0 mm do 5,0 mm		
Dostępne długości w mm 9,12, dla średnicy 3,0;3,5;4,0 mm i 16,19,26 mm od 3,0 do 5.0mm średnicy		
Dla średnic 3,0-4,0 mm: wymiary szafu- 2,0-2,7F profil 0.059"; cewnik prowadzący 6F		
Dla średnic 4,5-5.0mm: wymiary szafu- 2,0-3,0F, profil 0.064"; cewnik prowadzący 7F		
RBP nie mniej niż 16 atm		

Część Nr 25 - Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny - 30 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny:		
Cewnik balonowy typu semi-compliant		
Lek: paclitaxel		
Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia w postaci mikrokrystalicznej		
Dawka leku: nie mniej niż 3 µg/mm ²	50 punktów brak 10 punktów	
Konstrukcja cewnika: hypotube		
Materiał balonu: SCP (polimer semi krystaliczny)		
Dostępne długości: od 10 do 30 mm.		
Dostępne średnice: od 2,0 do 4,0 mm		
Crossing profile: nie więcej niż 0,026" dla balonu 3.0 mm	50 punktów brak 10 punktów	
Ciśnienie nominalne nie mniej niż 7 atm		
Ciśnienie RBP nie mniej niż 13 atm.		
Shaft proksymalny – nie więcej niż 2.0F, shaft dystalny nie więcej niż 2.5F		
Fabryczne zabezpieczenie balonu przed ścieraniem się leku, podczas wprowadzania przez introducer		
Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F		

Część Nr 26 - Cewniki balonowe do kontrapulsacji - 30 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Cewniki balonowe do wspomaganie krążenia metodą kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej:		
Wypełniane helem poprzez pompę sterowaną komputerowo		
Balon wykonany z materiałów nietrombogennych i apirogennych, bez dodatków lateksu		
Różne objętości-rozmiary cewnika balonowego w zależności od wielkości aorty pacjenta (w przeliczeniu na wzrost)		
Specjalna konstrukcja co-lumen cewnika, minimalizująca opory przepływu helu	Parametr konieczny	
Przedłużacz zawarty w zestawie do podłączenia cewnika z urządzeniem oraz zestaw do wkłucia dotętniczego z koszulką		
Średnica zewnętrzna balonu kompatybilna z wkłuciem 7.5 F, dostarczany w zestawie	Parametr konieczny	
Duża wytrzymałość mechaniczna balonu		
Możliwość wprowadzania cewnika przezskórnie bez koszulki naczyniowej	100 punktów brak 10 punktów	

Część Nr 27 - Stenty samorozprężalne - 20 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Stenty samorozprężalne do użycia w tętnicach wieńcowych i graftach aortalno-wieńcowych o następujących parametrach:		
Stent nitinolowy	Parametr konieczny	
Samopozycjonujący		
Występuje w długościach 17, 22 i 27 mm		
Dostępne średnice: 2,5-3,0 ; 3,0-3,5 ; 3,5-4,5 mm		
Pokryty polimerem uwalniającym Paklitaksel	Parametr konieczny	
Możliwość rozłączania oczek w celu lepszego dostępu do gałęzi bocznych	100 punktów brak 10 punktów	

Część Nr 28 - Stenty ułatwiające gojenie - 20 szt.

Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje)	Punktacja/Ocena	Opis parametrów / cech oferowanych
Stenty z przyspieszonym procesem endotelializacji (pacjenci onkologiczni, przed zabiegami operacyjnymi) o następujących parametrach:		
Stent kobaltowo-chromowy, montowany na balonie, typ rapid exchange		
Pokrywany przeciwciałami anti-CD34, przyspieszającymi proces endotelializacji wewnątrznaczyniowej	Parametr konieczny	
Oferowane średnice 2,5-4,0 mm, długości 9-33 mm		
Możliwość rozszerzenia oczka stentu do 4,5 mm średnicy (dla wszystkich średnic stentu)		
Profil przejścia dla stentu o średnicy 3,0 mm- 0,038"		
Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F		

Część Nr 29 – Cewniki ablacyjne RF - 30 szt.

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru
1	ILOŚĆ PÓŁ CEWNIKA	4	TAK
2	ŚREDNICA CEWNIKA	7F	TAK
3	DŁUGOŚĆ AKTYWNEJ CZĘŚCI CEWNIKA (CZĘŚCI ŚRÓDNACZYNIOWEJ)	CO NAJMNIEJ 110CM	TAK
4	STEROWANIE	JEDNOKIERUNKOWE , JEDNOPLASZCZYZNOWE	TAK
5	MOŻLIWE ZAGIĘCIE CEWNIKA	CO NAJMNIEJ 250 STOPNI	TAK
6	KRZYWIZNY CEWNIKÓW	CO NAJMNIEJ 4 WIELKOŚCI DO WYBORU	TAK
7	ZASIĘG BOCZNY RÓŻNYCH KRZYWIZN CEWNIKÓW	CO NAJMNIEJ 50 MM	TAK
8	DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI	4 MM	TAK
9	WYPOSAŻENIE KOŃCÓWKI	TERMOPARA	TAK
10	POZYCJA DŹWIGNI CEWNIKA	Z AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ PO ZWOLNIENIU NACISKU	TAK
11	PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA BIEGUNÓW	CO NAJMNIEJ 2,5W/CM·°K	TAK

Część Nr 30 – Elektrody diagnostyczne

1. Elektrody diagnostyczne 4-polowe – szt. 30

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru
1	LICZBA BIEGUNÓW	4	TAK
2	ŚREDNICA	5F LUB 6F DO WYBORU	TAK
3	ZAKRES DŁUGOŚCI CZĘŚCI ŚRÓDNACZYNIOWEJ	CO NAJMNIJ 80 CM-110 CM	TAK
4	IŁOŚĆ KRZYWIZN DO WYBORU	CO NAJMNIJ 5	TAK
5	WYMAGANE KRZYWIZNY	JOSEPHSON COURNAND DAMATO	TAK
6	KOŃCÓWKA CEWNIKA	MIEKKA	TAK
7	SZEROKOŚĆ BIEGUNÓW	1MM-2MM	TAK
8	ELEKTRODY Z WYPUKŁYMI PIERŚCIENIAMI	DOSTĘPNOŚĆ	TAK
9	RÓŻNE ODLEGŁOŚCI BIEGUNÓW DO WYBORU		TAK

2. Elektrody diagnostyczne 10-polowe o stałej krzywiznie – szt. 15

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru
1	LICZBA BIEGUNÓW	10	TAK
2	ŚREDNICA	5F LUB 6F DO WYBORU	TAK
3	ZAKRES CZĘŚCI ŚRÓDNACZYNIOWEJ	CO NAJMNIJ 80CM-110CM	TAK
4	RODZAJE KRZYWIZN KOŃCÓWKI CEWNIKA	CO NAJMNIJ 2	TAK
5	SZEROKOŚĆ BIEGUNÓW	1MM-2MM	TAK
6	ELEKTRODY Z WYPUKŁYMI PIERŚCIENIAMI	DOSTĘPNOŚĆ	TAK
7	ODLEGŁOŚCI BIEGUNÓW	DO WYBORU	TAK

3. Elektrody diagnostyczne 10-polowe o zmiennej krzywiznie – szt. 15

	Opis parametru	Pożądana wartość	Dopełnienie parametru
1	LICZBA BIEGUNÓW	10	TAK
2	ŚREDNICA	6F LUB 7F	TAK
3	ZAKRES CZĘŚCI ŚRÓDNACZYNIOWEJ	CO NAJMNIJ 80CM-110CM	TAK
4	SZEROKOŚĆ BIEGUNÓW	1MM-2MM	TAK
5	ODLEGŁOŚCI BIEGUNÓW	DO WYBORU	TAK

Część Nr 31 – Kable do elektrod ablacyjnych kompatybilne z generatorem Stocker – szt.10

Część Nr 32 – Kable do elektrod diagnostycznych

1. Kable do elektrody diagnostycznej 4-polowej – szt. 10
2. Kable do elektrody diagnostycznej 10-polowej – szt. 10

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**Część Nr 1 - Stenty dowieńcowe (DES) do cienkich naczyń – 80 szt.**

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	Stenty dowieńcowe (DES) do cienkich naczyń .	80					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 2 - Stenty dowieńcowe powlekane (DES) do długich zwężeń – 280 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	stenty dowieńcowe powlekane (DES) do długich zwężeń	280					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 3 - Stenty dowieńcowe powlekane (DES) do krętych naczyń – 90 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stenty dowieńcowe powlekane (DES) do krętych naczyń	90					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 4 - Stenty dowieńcowe do zwapniałych zwiężeń i zmian ostialnych – 190 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanyymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stenty dowieńcowe do zwapniałych zwiężeń i zmian ostialnych	190					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 5 - Stenty dowieńcowe do krętych naczyń – 190 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stenty dowieńcowe do krętych naczyń	190					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**Część Nr 6 - Cewniki balonowe do predylatacji – 450 szt.**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cewniki balonowe do predylatacji	450					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 7 - Cewniki balonowe do zmian prostych – 400 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cewniki balonowe do zmian prostych	400					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 8 - Cewniki balonowe do doprężania stentów i zmian twardych – 800 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cewniki balonowe do doprężania stentów i zmian twardych	800					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 9 - Cewniki balonowe nacinająco- pozycjonujące – 50 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cewniki balonowe nacinająco- pozycjonujące	50					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 10 - Prowadniki angioplastyczne do udrożnień – 575 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prowadniki angioplastyczne do udrożnień	575					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 11 - Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania – 575 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania	575					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 12 - Cewniki prowadzące – 1000 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanyymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cewniki prowadzące	1000					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 13 - Cewniki diagnostyczne – 3300 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cewniki diagnostyczne	3300					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 14 - Zestawy obłożeniowe -1300 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zestaw do koronarografii	1050					
2	Zestaw obłożeniowy do zabiegów implantacji kardiostymulatorów	150					
3	Zestaw sprzętu do implantacji elektrod czasowych	100					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczeńc imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 15 - Akcesoria do zabiegów koronarografii i angioplastyki.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Introducery	1500					
2	Zestawy do drenażu worka osierdziowego	30					
	Skład zestawu:						
	1. Cewnik z 6 otworami bocznymi, rozmiar cewnika od 7 F do 9 F						
	2. Igła prosta 18 G, długość 7 cm						
	3. Prowadnik 0,038", typ J, długość 48 cm						
	4. Strzykawka 10 ml						
3	Przedłużacze wysokociśnieniowe	100					
4	Konektory typu Y	600					
5	Torquery	300					
6	Igła do wprowadzania prowadnika angioplastycznego	900					
7	Inflatory- strzykawki ciśnieniowe z manometrem	900					
8	Prowadniki diagnostyczne długie -	200					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

Uwaga:

Wymagana jest cena kompletnego zestawu.

W przypadku, gdy Wykonawca w wystawianej fakturze będzie wyszczególniał ceny poszczególnych elementów zestawu zobowiązany jest podać ceny jednostkowe elementów w niniejszym formularzu.

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**Część Nr 16 - Zestawy angioplastyczne do bifurkacji – 50 szt.**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zestawy angioplastyczne do bifurkacji	50					
	Skład zestawu:						
	1. Stent do bifurkacji	1					
	2. Balon do bifurkacji	1					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

Uwaga:

Wymagana jest cena kompletnego zestawu.

W przypadku, gdy Wykonawca w wystawianej fakturze będzie wyszczególniał ceny poszczególnych elementów zestawu zobowiązany jest podać ceny jednostkowe elementów w niniejszym formularzu.

.....
miejsce i data.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**Część Nr 17 - Zestawy promieniowe – 200 szt**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanyymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zestawy promieniowe	200					
	Skład zestawu:						
	1. Koszulka wykonana						
	2. Metalowa igła						
	3. Cewnik diagnostyczny						
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

Uwaga:

Wymagana jest cena kompletnego zestawu.

W przypadku, gdy Wykonawca w wystawianej fakturze będzie wyszczególniał ceny poszczególnych elementów zestawu zobowiązany jest podać ceny jednostkowe elementów w niniejszym formularzu.

.....
miejsce i data.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 18 - Linie do pomiaru ciśnienia – 250 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Linie do pomiaru ciśnienia	250					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 19 - System do aspiracji skrzeplin – 80 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	System do aspiracji skrzeplin	80					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczeń imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 20 - Kuwety do pomiaru ACT – 225 szt. (5 op. po 45 szt.)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanyymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kuwety do pomiaru ACT	225					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 21 - Mikrocewnik do zmian złożonych – 20 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mikrocewnik do zmian złożonych	20					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**Część Nr 22 - Zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS) – 20 szt.**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanyymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS)	20					
	<u>Skład zestawu:</u>						
	1.Sondy mechaniczne do ultrasonograficznego obrazowania wnętrza naczynia						
	2.System do automatycznego pull-backu (tzw.: „sanki”)						
Ogółem:					xxx		xxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

Uwaga:

Wymagana jest cena kompletnego zestawu.

W przypadku, gdy Wykonawca w wystawianej fakturze będzie wyszczególniał ceny poszczególnych elementów zestawu zobowiązany jest podać ceny jednostkowe elementów w niniejszym formularzu.

.....
miejsce i data.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 23 - System do protekcji przeciw mikroembolizacji – 10 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	System do protekcji przeciw mikroembolizacji	10					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 24 - Stentgrafty wieńcowe – 5 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stentgrafty wieńcowe	5					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 25 - Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny – 30 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny	30					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 26 - Cewniki balonowe do kontrapulsacji – 30 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cewniki balonowe do kontrapulsacji	30					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczeń imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 27 - Stenty samorozprężalne – 20 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stenty samorozprężalne	20					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 28 - Stenty ułatwiające gojenie – 20 szt.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) poz. 3x4	% VAT	Wartość brutto(zł) poz. (5+6)	Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stenty ułatwiające gojenie	20					
Ogółem:					xxx		xxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 29 - Cewniki ablacyjne RF – 30 szt.

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Potwierdzenie parametrów- nr str. oferty	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cewniki ablacyjne RF		szt	30					
Ogółem:							xxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 30 – Elektrody diagnostyczne

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Potwierdzenie parametrów- nr str oferty	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Elektrody diagnostyczne 4-polowe		szt	30					
2.	Elektrody diagnostyczne 10-polowe o stałej krzywiźnie		szt	15					
3.	Elektrody diagnostyczne 10-polowe o zmiennej krzywiźnie		szt	15					
Ogółem:							xxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 31 – Kable do elektrod ablacyjnych

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Potwierdzenie parametrów- nr str. oferty	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
1.	Kable do elektrod ablacyjnych kompatybilne z generatorem Stocker		szt	10					
Ogółem:							xxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 32 – Kable do elektrod diagnostycznych

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Potwierdzenie parametrów- nr str. oferty	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10
1.	Kable do elektrody diagnostycznej 4-polowej		szt	10					
2.	Kable do elektrody diagnostycznej 10-polowej		szt	10					
Ogółem:							xxxxx		xxxxxxxxxxxxxxxx

Wartość netto słownie: zł

Wartość brutto słownie: zł

.....
miejsce i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759, z późn. zm., z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. spełniamy warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
Miejscowość i data

.....
*Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

UWAGA:

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz. 759, z późn. zm.) z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1271).

.....
Miejscowość i data

.....
*Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy*

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

UMOWA NR P-8/...../13 – wzór umowy

zawarta w dniu 2013 roku w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
z siedzibą: 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118, NIP: 573-22-99-604, zwanym dalej
„Zamawiającym”, który reprezentuje:

..... – **Dyrektor Szpitala**

a firmą z siedzibą
NIP:, KRS, zwaną dalej „Wykonawcą”,
którą reprezentują:

.....,
.....
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wyrobów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że zaferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
3. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku aktualizacji w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części (jeśli występują).

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od dnia jej zawarcia do 2014 r.
2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i on stanowi podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 8 niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).
4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę **brutto** PLN (słownie:).

§4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego faksem przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 3. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia faksem, przez osobę wskazaną w ust. 3. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu apteki Zamawiającego przy ul. Białskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku).
5. W sytuacji konieczności wykonania zamówienia w trybie pilnym (na ratunek) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia.

§5

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:
 - 1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia,
 - 2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,
 - 3) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,
 - 4) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.
 - 5) dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1,
 - 6) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 4, 5.
 - 7) Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT.

§6

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.
2. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w § 4 ust. 3 do:
 - 1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia tych braków,
 - 2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia tych wad.

§7

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część zrealizowanego zamówienia.
2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z pomnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1).
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
5. W razie dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 5 niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym towarem.
7. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
 - 1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,
 - 2) dopuszcza się zmianę stawki VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności cen brutto,
 - 3) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularz asortymentowo-cenowy),
 - 4) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto przedmiotu umowy,
 - 5) dopuszcza się zmianę towaru na inny-synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy,
 - 6) dopuszcza się przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi Załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy,
 - 7) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk przedmiotu świadczenia Wykonawcy, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,
 - 8) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,
 - 9) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia,
 - 10) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,
 - 11) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,
 - 12) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy, np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.
2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§9

1. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w depozyt do Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii za pośrednictwem Apteki Szpitalnej, niezwłocznie po zawarciu umowy, (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy):
 - asortyment ujęty w części 1,2,3,4,5,16 SIWZ w ilości po 30 szt.,
 - asortyment ujęty w części 6,7 SIWZ w ilości po 50 szt.,
 - asortyment ujęty w części 8 SIWZ w ilości 60 szt.,
 - asortyment ujęty w części 9 SIWZ w ilości 9 szt.,
 - asortyment ujęty w części 10,11 SIWZ w ilości po 100 szt.,
 - asortyment ujęty w części 12 SIWZ w ilości 60 szt.,
 - asortyment ujęty w części 14 SIWZ w ilości: 60 szt. zestawów do koronarografii; 10 szt. zestawów do elektrod czasowych; 10 szt. zestawów do implantacji stymulatorów,
 - asortyment ujęty w części 15 SIWZ – 60 szt. inflatorów wysokociśnieniowych,
 - asortyment ujęty w części 17 SIWZ w ilości 30 szt.,
 - asortyment ujęty w części 19 SIWZ w ilości 15 szt.,
 - asortyment ujęty w części 21,22 SIWZ w ilości po 3 szt.,
 - asortyment ujęty w części 23 SIWZ w ilości 2 szt.,
 - asortyment ujęty w części 24 SIWZ w ilości 2 szt.,
 - asortyment ujęty w części 25 SIWZ w ilości 10 szt.,

- asortyment ujęty w części 26 SIWZ w ilości 3 szt.,
 - asortyment ujęty w części 27,28 SIWZ w ilości po 6 szt.,
 - asortyment ujęty w części 29 SIWZ w ilości 30 szt;
 - asortyment ujęty w części 30 SIWZ – poz. 1 w ilości 30 szt, poz. 2 i 3 po 15 szt.;
 - asortyment ujęty w części 31 SIWZ – poz. 1 w ilości 10 szt.;
 - asortyment ujęty w części 32 SIWZ – poz. 1 i 2 po 10 szt,
- do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni Hemodynamiki (asortyment ujęty w części 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 do 28 SIWZ) i Pracowni Elektrofizjologii (asortyment ujęty w części 29-32 SIWZ)
2. Zamawiający jako miejsce przechowywania depozytu wskazuje:
 - 1) Pracownię Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie dla asortyment ujęty w części 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 do 28 SIWZ,
 - 2) Pracownię Elektrofizjologii dla asortymentu ujętego w części 29-32 SIWZ.
 3. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za depozyt będzie Kierownik Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia asortymentowi znajdującemu się w depozycie właściwych warunków przechowania, w tym do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. W przypadku stwierdzenia, że asortyment nie ma zapewnionych warunków, o których mowa wyżej, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego jego odebrania z depozytu. Wykonawca ma prawo do kontroli asortymentu znajdującego się w depozycie oraz warunków, w jakich jest przechowywany.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w depozycie. W przypadku stwierdzenia, że termin ważności asortymentu objętego depozytem produktu upływa za mniej niż 30 dni, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2-ch dni na identyczny z terminem ważności określonym w § 5 ust. 1 pkt. 1).
 6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z asortymentu znajdującego się w depozycie dla potrzeb wykonywania udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych.
 7. Asortyment znajdujący się w depozycie stanowi własność Wykonawcy, do czasu jego pobrania z depozytu celem założenia pacjentowi.
 8. Przejęcie depozytu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:
 9. Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy zdeponowany asortyment w stanie niepogorszonym.
 10. Wypełnione raporty zużycia upoważniony pracownik Pracowni Hemodynamiki i pracownik Pracowni Elektrofizjologii przekaze do apteki szpitalnej.
 11. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które Zamawiający przekaze, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego asortymentu nie później niż w ciągu 48 godzin od daty otrzymania protokołu/raportu.

§10

Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebranie w uzgodnieniu z Zamawiającym – przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

§11

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:
 - a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 5, każdorazowo karę umowną w wysokości 1,0 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości

- 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki,
- d) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,
 - e) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.
2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.
 3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

§12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:
 - 1) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależyście wykonuje umowę,
 - 2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
 - 3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,
3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

§13

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

§14

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonej datą – pod rygorem ich nieważności.
2. Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego


- obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 6. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
 8. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania	
	ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala	Nr edycji: 1 Strona 1

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
 - 2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.
 - 2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.
 - 2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
 - 2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.
 - 2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.
 - 2.6. Właściwej gospodarki odpadami:
 - prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
 - gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 - usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,
 - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 - 2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
 - 2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.
 - 2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
 - 2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
 - bez wycieków oleju,
 - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.
 - 2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
 - 2.12. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
 - 2.13. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.
5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.
6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.