

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa  
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 17-02-2014r.

**Oznaczenie sprawy:**  
**W.Sz.S./DAZ/26/P-8/008/418/14**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę montaż i uruchomienie myjni do basenów.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)**

W związku z art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) (stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego:**

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający wymaga dostawy wraz z urządzeniem 5 szt kaczek męskich czy żeńskich?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści do oceny kaczki bez zamknięcia? Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3:** Prosimy o podanie wielkości misek jakich dostawy oczekuje Zamawiający wraz z urządzeniem.

**Odpowiedź:** Wymiary misek: średnica 30-35 cm.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz urządzeniem stelażu do mycia wiader 20 litrowych, jeśli konstrukcja komory nie wymaga stosowania tego typu stelażu?

**Odpowiedź:** Tak, pod warunkiem stabilności wiadra w myjni co umożliwia prawidłowe przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz urządzeniem uchwytu do automatycznego opróżniania worków na mocz? Worki na mocz jako odpady medyczne powinny być utylizowane poprzez spalanie, a nie myte w myjniach dezynfektorach. Wymaganie dostawy tego typu oprzyrządowania promuje jednego z producentów urządzeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Dotyczy parametrów technicznych myjni:**

**Pytanie 6:** Ad. 7 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu mocowania w komorze uchwytów do mycia wiader 20l jeśli konstrukcja komory umożliwia mycie wiader bez stosowania specjalnego uchwytu?

**Odpowiedź:** Tak, pod warunkiem stabilności wiadra w myjni co umożliwia prawidłowe przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji.

**Pytanie 7:** Ad. 11 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia urządzenia w dyszę teleskopowo-rotacyjną? Jest to autorskie rozwiązanie firmy Meiko i wprowadzenie takiego zapisu umożliwi oferowanie tylko i wyłącznie produktów tej firmy co stanowi ograniczanie konkurencji. Oferowana przez nas myjnia wyposażona jest w dwie dysze wachlarzowo-rotacyjne, które zapewniają dokładniejsze mycie wewnątrz naczyń niż dysza teleskopowa.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8:** Ad. 14 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia urządzenia w bezprzewodowy system zapisu i rejestracji wyników na PC? Rozwiązanie takie jest niepotrzebnym wydatkiem ponieważ żaden szpital w Polsce nie prowadzi rejestracji przebiegów procesów mycia i dezynfekcji mytych kaczek i basenów. Statystyka taka nie mówi nic bez identyfikacji od jakiego pacjenta pochodzą wydaliny. Walidacja procesu mycia możliwa jest do przeprowadzenia poprzez łącze przewodowe RS 232. Proces walidacji przeprowadzany jest i tak przez wykwalifikowany serwis.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9:** Ad. 19 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach:

Szerokość – 545 mm

Głębokość – 475 mm

Wysokość – 1.630 mm

Podane w SIWZ wymiary odpowiadają dokładnie wymiarom urządzenia firmy Meiko i jednoznacznie wskazują na ten produkt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10:** Ad. 20 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w konwekcyjny system suszenia naczyń zgodny z wymaganiami normy PN-EN 15883-1 (2010)? Ww. norma dopuszcza dwa sposoby suszenia – mechaniczny, poprzez wymuszony obieg strumienia powietrza oraz termiczny – suszenie konwekcyjne poprzez elementy grzejne. W świetle normy oba sposoby są równoważne, a proponowane przez nas rozwiązanie jest rozwiązaniem tańszym zarówno w zakupie jak i późniejszej eksploatacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 11:** Ad. 22– Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenia, w którym maksymalny poziom wytwarzanego hałasu jest na poziomie 51dB, co niewiele odbiega od zapisów SIWZ? Myjnię-dezynfektory zwykle montowane są w osobnych pomieszczeniach, brudownikach. Przez zamknięte drzwi różnica 1dB jest nie do wychwycenia ani dla personelu ani dla pacjentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12:** Ad. 24 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy elementów grzejnych 4,5kW, a mocy całkowitej 5,05kW? Większa moc pozwala na szybsze przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji, nie wpływa jednocześnie na całkowite zużycie energii. Przedstawione parametry odpowiadają dokładnie parametrom urządzenia firmy Meiko.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 13:** Ad. 27 – Czy Zamawiający dopuści do oceny kaczki i baseny w kolorze białym lub kremowym? Jest to najpowszechniejszy kolor naczyń stosowanych w szpitalach. Kolor kaczek i basenów nie ma żadnego wpływu na ich funkcjonalność, a kolor biały/kremowy pozwala na optyczną kontrolę procesu mycia. Wymóg stosowania dowolnego koloru prócz białego i kremowego nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego ani funkcjonalnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 14:** Ad. 32 – Prosimy o odstąpienie wymogu zaoferowania stelażu do mycia wiader 20l. Oferowane przez nas urządzenia ma konstrukcję komory pozwalającą na skuteczne mycie wiader bez konieczności stosowania dodatkowego uchwytu.

**Odpowiedź:** Tak, pod warunkiem stabilności wiadra w myjni co umożliwi prawidłowe przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji.

**Pytanie 15:** Ad. 33 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz urządzeniem uchwytu do automatycznego opróżniania worków na mocz? Worki na mocz jako odpady medyczne powinny być utylizowane poprzez spalanie, a nie myte w myjniach dezynfektorach. Wymaganie dostawy tego typu oprzyrządowania promuje jednego z producentów urządzeń.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 16:** Ad. 34 – Prosimy o podanie jakich funkcji/akcesoriów oczekuje Zamawiający i jaki wpływ ich zaoferowanie będzie miało na ocenę oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 17:** Ad. 35 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenia z roku 2014?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18:** Ad. 41 – Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia kontynuacji produkcji aparatu przez okres co najmniej 4 lat. Wymóg taki nie ma zupełnie zastosowania do myjni-dezynfektorów do kacek i basenów, a ponadto firmy nie będące producentami urządzeń – dystrybutorzy, nie mają wpływu na plany producentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 19:** Ad. 44 – Prosimy o odstąpienie od wymogu wydania certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. Zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych jedynie serwis autoryzowany przez producenta ma prawo do dokonywania napraw i przeprowadzania przeglądów aparatury medycznej będącej Wyrobem Medycznym.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

#### **Pytania do projektu umowy:**

**Pytanie 20:** Ad. par.3 p.1 - Prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy do 8 tygodni. Cykl produkcyjny tego typu urządzeń to ok. 6-8 tygodni. Wymóg dostarczenia urządzeń w ciągu 14 dni nie pozwoli na wywiązanie się ze zobowiązań.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydłuża termin do 28 dni.

W związku z powyższym :

1) § 4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie :

*„Termin realizacji zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy”.*

2) w Załączniku Nr 3 do SIWZ pkt.2 otrzymuje nowe brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: do 28 dni od daty zawarcia umowy

3) w Załączniku Nr 7 do SIWZ w § 3, ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

*„Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy”.*

**Pytanie 21:** Ad. par. 6 p. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p.5 na: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu nie wynikających z winy Zamawiającego”? Wymaganie wymiany całego urządzenia w przypadku awarii, która zostanie usunięta przez Serwis jest niewspółmierne do potencjalnych strat Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Zamawiający do niniejszych WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ (2), w załączeniu przedstawia aktualnie obowiązujący formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ, uwzględniający wprowadzone zmiany.**

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ niniejszym pismem.

Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert umożliwiając Wykonawcom wprowadzenie zmian w ofertach.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **25-02-2014 godz. 10:00**. Termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na dzień: **25-02-2014 r. godz. 10:15**.

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. Najświętszej Maryi Panny**

**Jarosław Madowicz**

.....  
pieczęć adresowa Wykonawcy

**OFERTA CENOWA**

Ja/My, niżej podpisany/-i\*:

.....  
działając w imieniu i na rzecz:

.....  
pełna nazwa Wykonawcy

.....  
adres siedziby Wykonawcy

REGON .....; NIP .....

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/\* .....

.....  
oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/\*

Nr tel. ....; Nr faksu ....; e-mail .....

.....  
adres do korespondencji

Nr tel. ....; Nr faksu ....; e-mail .....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  
**DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE MYJNI DO BASENÓW**

**1.** Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

Cena brutto /PLN/	słownie

**2. Termin wykonania zamówienia:** ..... dni (maximum do 28 dni) od daty zawarcia umowy.

**3. Okres gwarancji:** ..... miesięcy ( minimum 24 miesiące) zgodnie z zapisami określonymi w tabeli parametrów technicznych stanowiącym [Załącznik Nr 2 do SIWZ](#).

**4. Warunki płatności:** 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**5.** Oferujemy asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

**6.** Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

**7.** Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załącznika Nr 7 do SIWZ),

**a)** przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/\*

**b)** odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/\*

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/\*

**c)** w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska104/118, w Częstochowie)./\*

**8.** Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**9.** Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

**1)**.....

**2)**.....

**10.** Oświadczam/-y\*\*, że w toku aukcji elektronicznej oferty będą podpisywane podpisem elektronicznym należącym do osoby, która posiada lub będzie posiadać w dniu aukcji stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji firmy.

**11.** Wskazuję/-my\*\* dane niezbędne do aukcji elektronicznej:

**1)** adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie oraz poufny identyfikator, komplet login-hasło, umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP

**2)** imię i nazwisko oraz tel. osoby/-ób upoważnionej/-ch do otrzymania poufnego identyfikatora i odpowiedzialnej/-ych za jego poufność.

..... tel. ....  
..... tel. ....

**12.** WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
miejsowość i data

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

**\* /niepotrzebne skreślić**

wypełnić w sposób czytelny wszystkie wskazane do tego miejsca lub wpisać: nie dotyczy