

Częstochowa, dn. 27.04.2015r.

**Zamawiający:**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

**WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego:

**NA DOSTAWĘ IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH  
I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NEUROCHIRURGICZNEGO**

oznaczenie sprawy DAZ.26.021.2015

L.dz.1101/15

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania wniesione w dniu 27.03.2015r. do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

**Dotyczy Części Nr 4** - ostrza i wiertła do kraniotomu, dot. pkt 1.

Pytanie nr 1: Czy w związku z wycofaniem ostrza o numerze katalogowym 5120-71-48 zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zamian ostrza o numerze 5120-71-58 współpracująca z nasadkami roboczymi 5400-010-058 oraz 5400-010-258 oraz napędem UHT Drill?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

**W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego Wykonawca winien to zaznaczyć w odpowiednim formularzu asortymentowo-cenowym swojej oferty.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz