

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

Znak sprawy: DAZ.26.076.2016

L.dz. 1970/16

WYJAŚNIENIA nr 3 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Dotyczy wzór umowy § 6 ust. 5 oraz załącznik 5 część 2 – pkt. 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany istotnego elementu/podzespołu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw tego elementu/podzespołu niewynikających z winy Zamawiającego.” ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 5 wzoru umowy, na następującą treść:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw tego samego elementu lub podzespołu niewynikających z winy zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 20 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją.”

Pytanie 2

Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych z 24h do 5 dni roboczych ?

Odpowiedź: Zgodnie z WYJAŚNIENIAMI nr 2 TREŚCI SIWZ, opublikowanymi pismem o numerze L.dz.1919/2016 z dnia 02.08.2016 r.

Pytanie 3

Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 6, 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 2% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 1 pkt. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy wzór umowy § 11 ust. 1 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

dot. części nr 1 Bieżnia z oprogramowaniem do pracowni badań nieinwazyjnych układu krążenia

Czy Zamawiający dopuszcza bieżnię z dwoma wyłącznikami bezpieczeństwa, ryglowane zatrzymujące bieg taśmy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 7

dot. części nr 1 Bieżnia z oprogramowaniem do pracowni badań nieinwazyjnych układu krążenia
Czy Zamawiający dopuszcza bieżnię o wymiarach użytkowych taśmy:

Długość użytkowa taśmy 1530 mm

Szerokość użytkowa taśmy 490 mm

Odpowiedź: Nie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 8

dot. części nr 1 Bieżnia z oprogramowaniem do pracowni badań nieinwazyjnych układu krążenia
Czy Zamawiający dopuszcza bieżnię z bezprzewodowym, 12-kanalowym modułem EKG (rejestracja 12 odprowadzeń bez względu na cel wykorzystania rejestratora), który może być mocowany zarówno na bieżni, jak i na ciele pacjenta, dzięki czemu artefakty spowodowane ruchem kabli i elektrod zostaną wyeliminowane w znaczącym stopniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytania

dot. części nr 1 Bieżnia z oprogramowaniem do pracowni badań nieinwazyjnych układu krążenia

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny, amerykański system do testów wysiłkowych bez prezentacji trendów ST w 3D (pkt. 31)

Możliwość taka nie ma jakiegokolwiek znaczenia diagnostycznego i jest zwykłym dodatkiem graficznym w jednym z systemów mającym na celu niedopuszczenie konkurencyjnych systemów.

Oferowany przez naszą firmę system posiada prezentację trendów ST w 2D z funkcją ilustrującą zmiany odcinka ST w postaci liczbowej dla każdego odprowadzenia z wyróżnieniem w kolorze czerwonym odprowadzenia o największej zmianie. Przedstawienie w ten sposób zmiany w ST są jasne, czytelne i dające „on-line” najważniejsze informacje lekarzowi prowadzącemu badanie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści system do badań wysiłkowych EKG z wysokiej klasy amerykańską bieżnią o parametrach 0,8 do 19,2 km, maksymalną wagą pacjenta do 227 kg, o wymiarach do 199x84cm, oraz chodnikiem o wymiarach 160 x 56 cm, która to wielkość ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu (pkt. 6 SIWZ) Wbudowany moduł EKG z 2 odprowadzeniami w trybie rehabilitacyjnym.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zestawu do wykonywania prób wysiłkowych na bieżni (jak wynika z tytułu) czy zestawu do wykonywania treningów rehabilitacyjnych (jak wynika to z części wymaganych parametrów w pkt. 6 SIWZ). Za pomocą systemu do prób wysiłkowych wykonujemy badania diagnostyczne a za pomocą systemu do rehabilitacji – treningi usprawniające. Z tego powodu oba systemy różnią się możliwościami, oprogramowaniem i przeznaczeniem. Dodatkowo jest to wymóg faworyzujący tylko jedną firmę posiadającą takie rozwiązanie natomiast w przyszłości opcja ta nie jest wykorzystana i służy wyłącznie wykluczeniu innych oferentów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego 2 odprowadzeń w trybie rehabilitacyjnym.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści system do prób wysiłkowych z cyfrowymi filtrami zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 40Hz (pkt.12).

Zważywszy na powyższe prosimy o dopuszczenie innych systemów medycznych co przyczyni się do konkurencyjności w postępowaniu a w żaden sposób nie zaniży jakości zamawianego systemu, może jedynie przyczynić się do wybrania zestawu o bardziej przydatnych, nowoczesnych rozwiązaniach i możliwościach analizy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego. **Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 11.08.2016 r. termin składania i otwarcia ofert.**

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

**Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**

LEK MED. JAROSŁAW DROBNIKOWSKI

.....
podpis
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej